

ZBIERKA  **ZÁKONOV**
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 1997

Vyhlásené: 20.02.1997 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.1997 do: 31.05.2001

Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter.

40

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. októbra 1996,

**ktorou sa ustanovujú štandardy pre minimálne personálne a
materiálno-technické vybavenie niektorých druhov zdravotníckych
zariadení**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

Účelom vyhlášky je ustanoviť štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancií, zdravotných stredísk, polikliník, agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti a lekární, výdajní zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb.

§ 2

(1) Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancií, zdravotných stredísk, polikliník a agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1997.

Lubomír Javorský v. r.

Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z.
Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie niektorých druhov
zdravotníckych zariadení, ktoré poskytujú ambulantnú zdravotnú starostlivosť

Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z.

ŠTANDARDY PRE MINIMÁLNE PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
NIKTORÝCH DRUHOV ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ, KTORÉ POSKYTUJÚ AMBULANTNÚ
ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulatnú zdravotnú starostlivosť musia svojim personálnym a materiálo-technickým vybavením umožňovať poskytovanie požadovanej ambulatnej preventívnej a liečebnej starostlivosti.

2. Zdravotnícke zariadenia poskytujúce ambulatnú zdravotnú starostlivosť možno zriadiť a prevádzkovať ako samostatné ambulancie praktických lekárov, zdravotné strediská pozostávajúce z ambulancii praktických lekárov a niektorých ambulancii odborných lekárov alebo ako polikliniky pozostávajúce z ambulancii praktických lekárov, z ambulancii odborných lekárov a ambulancii spoločných vyšetrovacích zložiek.

3. Priestory zdravotníckeho zariadenia poskytujúceho ambulatnú starostlivosť (ďalej len „ambulantné zariadenie“) sú základné priestory, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok, a vedľajšie priestory, ktoré tento celok dopĺňajú.

4. Základné priestory ambulatného zariadenia sú ambulancia (vyšetrovňa), čakáreň, WC pre pacientov a izolačná miestnosť, ak ide o ambulantné zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť deťom. Ambulantné zariadenie možno zriadiť ako samostatné (ambulancia lekára, stomatologické laboratórium a podobne) alebo ako zdravotné stredisko, alebo ako polikliniku. Ambulanciu možno riešiť ako jednu miestnosť (spoločné pracovisko lekára a zdravotnej sestry) alebo ako samostatnú ambulanciu lekára a samostatnú pripravovňu, ktorá je hlavným pracoviskom zdravotnej sestry. V ambulancii sa pre pacienta zriaďuje vyzliekací kút so zástenou alebo sa medzi čakárňou a ambulanciou môže zriadiť priechný vyzliekací box na odloženie šatstva a prípravu na vyšetrenie (pri predpoklade vyššej frekvencie pacientov dva boxy). V boxe musí byť stolička a vešiak. Medzi ambulanciou a pripravovňou musí byť priame spojenie dverami. Z prevádzkového hľadiska čakáreň musí nadväzovať na pripravovňu alebo na ambulanciu. Minimálna plocha čakárne je 8 m². Spoločnú čakáreň pre dve alebo pre viac ambulancii možno zriadiť, ak ide o ambulancie s rovnakým odborným zameraním. Spoločnú ambulanciu nemožno zriadiť pre lekárske odbory, v ktorých sa predpokladá častý výskyt infekčných ochorení. WC pre pacientov musí mať predsieň a umývadlo a musí byť prirodzene alebo umelo vetrané. Umývadlo musí mať prívod pitnej studenej a teplej vody. Ak je ambulancia umiestnená v dome, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa ambulatného zariadenia, nie je potrebné vyčleniť osobitne WC pre personál. V prípade, ak je WC prístupné z chodby alebo zo zádveria, možno ho výnimočne zriadiť bez predsieni. V takomto prípade musí byť kabína WC vybavená umývadlom. WC pre pacientov treba stavebne riešiť tak, aby bolo prístupné aj pre pacientov s obmedzenou pohyblivosťou. Dvere WC sa musia otvárať smerom von. Steny miestností určených na osobnú hygienu pacientov musia mať ľahko umývateľný povrch po celom obvode do výšky 180 cm. V ambulatnom zariadení gynekológa musí byť WC vybavené aj bidetom.

5. Vedľajšie miestnosti môžu slúžiť aj pre niekoľko ambulatných zariadení. Ich minimálna plocha je:

- | | |
|--|----------------------|
| a) príručný sklad materiálu | 2 m ² , |
| b) komora na upratovacie a čistiace prostriedky | 1,5 m ² , |
| c) hygienický filter pre zamestnancov
(šatňa, WC, umývadlo, sprcha) | 8 m ² . |

Sklad možno nahradiť skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku kontaminácii čistých materiálov s použitými alebo so znečistenými materiálmi.

6. Ambulantné zariadenie musí byť umiestnené tak, aby nedochádzalo k narúšaniu obytných funkcií bytov alebo domov. Posúdenie vhodnosti umiestnenia ambulatného zariadenia do objektov, ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykoná príslušný orgán na ochranu zdravia.

7. V novobudovaných ambulatných zariadeniach sa musí riešiť bezbariérový vstup do objektu vodorovnými komunikáciami, rampou alebo výťahom podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

8. V tých lekárskejších odboroch, v ktorých sa predpokladá prevažne infekčný charakter ochorení alebo v ktorých

nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia obyvateľov, možno ambulantné zariadenia umiestniť, len ak je možnosť zriadiť do nich osobitný vstup.

9. Svetlá výška miestnosti ambulantného zariadenia musí zodpovedať štandardu obytných budov. Steny miestností musia byť svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri ošetrovaní pacienta, musia mať do výšky 180 cm umývateľný povrch. Steny chirurgických zákrokových miestností musia mať po celom obvode a až po strop hladký, ľahko umývateľný povrch. Podlaha miestností sa musí ľahko umývať, čistiť a dekontaminovať, musí odolávať mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny.

10. V zimnom období musí byť zabezpečené vykurovanie miestností tak, aby teplota vzduchu dosahovala v ambulancii 22 °C, v detskej vyšetrovni 24 °C a v čakárni 18 °C až 20 °C. Miestnosti, ktoré majú povahu trvalého pracoviska (ambulancia, prípravovňa), musia mať prirodzené vetranie. Ostatné miestnosti, ktoré nemožno vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce denné a umelé osvetlenie.

11. Ambulantné zariadenia musia mať k dispozícii tečúcu pitnú vodu. V ambulancii alebo v prípravovni musí byť vytvorená možnosť samostatného umývania použitých nástrojov. Odpadové vody musia byť odkanalizované hygienicky vyhovujúcim spôsobom.

12. Ambulantné zariadenie musí byť vybavené schválenou prístrojovou zdravotníckou technikou a telefónom.

13. V ambulancii a v prípravovni musí byť zabezpečený oddelený zber bežného tuhého odpadu od zberu biologicky kontaminovaného odpadu.

14. Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych pevných obalov. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť označené a uzamykateľné.

15. Na zabezpečenie dostatočného množstva sterilných vyšetrovacích pomôcok musia byť ambulantné zariadenia vybavené účinným sterilizátorom prispôbeným rozmerom používaných nástrojov. Sterilizácia zdravotníckeho materiálu môže byť zmluvne zabezpečená aj v inom, na to vybavenom zariadení.

16. Ambulantné zariadenia musia byť vybavené liečivami (vrátane potrebných očkovacích látok a imunoglobulínov) pre akútne stavy a stavy, pri ktorých hrozí zlyhanie základných životných funkcií, pohotovostnými taškami s kompletným vybavením, ako aj prostriedkami na laboratórne vyšetrenia a na dekontamináciu v rozsahu potrebnom na plnenie preventívnych, diagnostických a liečebných úloh a na zabezpečenie hygieny prevádzky ambulancii.

17. Základné priestorové vybavenie ambulantných zariadení je:

a) ambulancia bez prípravovne	20 m ² ,
b) ambulancia s prípravovňou s výnimkou ambulancií uvedených v III. časti	18 m ² a 16 m ² ,
c) čakáreň	8 m ² ,
d) WC pre pacientov s umývadlom	1,4 m x 1,4 m,
e) WC pre pacientov s predsieňou	0,8 m x 1,1 m a 0,8 m x 1,2 m.

18. Základné vecné vybavenie ambulantných zariadení je:

- vyšetrovacie ležadlo s minimálnou výškou 60 cm so svietidlom a odkladacím pojazdným stolíkom, prikrývky a zástena,
- umývadlo a dvojrez (ak je zriadená prípravovňa, dvojrez v ambulancii nie je potrebný),
- písací stôl so zásuvkami, stolová lampa, stolička,
- stôl na administratívne práce, stolová lampa, stolička,
- písací stroj alebo počítač,
- stolička pre pacienta,
- vešiak na šaty,
- nástenný teplomer,
- nádoba na odpad so šliapadlom (aj v prípravovni, ak je zriadená),
- pohárik na vodu na jednorazové použitie,
- kovová uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícky materiál,
- kartotečná uzamykateľná skriňa,
- chladnička na lieky, očkovacie látky a imunoglobulíny,
- osobná váha a výškomer,
- skrinka s protišokovými liekmi a potrebami,
- skrinka prvej pomoci,
- stolíky na prípravu zdravotníckeho materiálu (na orientačné laboratórne vyšetrenie),
- skrinka na nástroje a pomôcky,
- horúcovzduchový sterilizátor alebo stolový autokláv, sterilizačné bubny, sterilizačný ihelník (ak nie je možnosť zmluvných dodávok z centrálnej sterilizácie alebo z dodávok materiálu na jedno použitie, obaly na sterilizovaný materiál),

- obväzový a sterilný chirurgický šijací materiál, liečivá, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia v rozsahu a v sortimente podľa potrieb pracoviska lekára,
- tlakomer, fonendoskop, teplomer,
- nábytok na vybavenie čakárne, a to minimálne päť stoličiek, stolík, vešiak.

DRUHÁ ČASŤ AMBULANCIE PRAKTICKÝCH LEKÁROV

A. AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|----------------------------------|----|
| a) praktický lekár pre dospelých | 1, |
| b) všeobecná zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie praktického lekára pre dospelých je uvedené v prvej časti v bode 17.

V ambulancii praktického lekára v ústavoch sociálnej starostlivosti musí priestorové vybavenie zodpovedať aj týmto požiadavkám:

- možnosť bezbariérového prístupu do čakárne a ambulancie (výťah, rampy, prahy),
- vybavenie ambulancie a čakárne, ktoré umožní lekárske vyšetrenie imobilných pacientov na invalidnom vozíku,
- špeciálne WC pre telesne postihnutých (vybavenie držadlami a signalizačným zariadením).

Základné vecné vybavenie ambulancie pre dospelých je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvoria:

- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevnú službu s vybavením,
- lekárske nástroje a pomôcky na fyzikálne vyšetrenie (napríklad neurologické kladívko), na vyšetrenie teploty a krvného tlaku,
- lekárske nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie a ošetrovanie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami, nosové a hrtanové zrkadlá, ladička C5, nosový prefukovač Politzer, Janetova striekačka),
- lekárske nástroje na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa, striekačka na výplach spojivkového vaku),
- vybavenie na malé chirurgické výkony (skalpel, pinzety, chirurgické nožnice, ihlec), nafukovacie a Krammerove dlahy, gumové škrtiace Esmarchovo ovínadlo,
- urologické cievky, rektálne rúrky,
- zariadenie na výplach žalúdka (trubice s nálevkou, hadice),
- infúzny stojan s infúznou súpravou,
- ručný kriesiaci prístroj alebo kriesiaci prístroj s odsávačkou, T-tubus, prístroj na podávanie kyslíka s príslušenstvom.

B. AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DETI A DORAST

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---|------|
| a) praktický lekár pre deti a dorast
(pediater, dorastový lekár) | 1, |
| b) detská sestra | 1,5. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie praktického lekára pre deti a dorast je uvedené v prvej časti v bode 17.

Ordinácia má priame spojenie s priestorom pre príchod a odchod detí podozrivých z infekčného ochorenia;

- minimálna plocha čakárne 10 m².
- V ambulancii praktického lekára pre deti a dorast v ústavoch sociálnej starostlivosti musí priestorové vybavenie zodpovedať aj týmto požiadavkám:
- možnosť bezbariérového príchodu do čakárne a ambulancie (výťah, rampy, prahy),
 - vybavenie ambulancie a čakárne musí umožňovať lekárske vyšetrenie imobilných pacientov na invalidnom vozíku,
 - špeciálne WC pre telesne postihnutých (vybavené držadlami a signalizačným zariadením).

Základné vecné vybavenie ambulancie praktického lekára pre deti a dorast je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvoria:

- vyšetrovacie ležadlo a prikrývky,
- dojčenská váha a dĺžkomer pre dojčatá,
- tlakomer, fonendoskop,
- tabuľky na vyšetrenie farbocitu,
- optotyp,
- lupa,
- otoskop alebo čelový reflektor so spekulami,
- nosový prefukovač Politzer,
- Janetova striekačka,
- vybavenie na malé chirurgické výkony (skalpel, pinzety, chirurgické nožnice, ihelec, ihly a injekčné striekačky, sterilný šijací materiál, peány, kochre, Kramerove dlahy, T-tubus),
- pomôcky a didaktické hračky na vyšetovanie neuropsychického vývoja dieťaťa,
- ohrievač dojčenskej stravy v pripravovni, ak je zriadená,
- prebaľovací stôl v čakárni,
- ručný kriesiaci prístroj,
- prístroj na podávanie kyslíka s príslušenstvom,
- zástena,
- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevu s vybavením.

C. AMBULANCIA GYNEKOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|------------------|----|
| a) gynekológ | 1, |
| b) ženská sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie gynekológa je uvedené v prvej časti v bode 17.

V ambulancii sa ďalej zriaďuje vyzliekací box s minimálnou plochou 1,5 m².

Ak nemožno zriadiť vyzliekací box, musí byť zriadený vyzliekací kút so zástenou.

Základné vecné vybavenie ambulancie gynekológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvoria:

- gynekologický vyšetrovací stôl,
- pojazdný stolík na nástroje,
- pošvové zrkadlá,
- pelvimeter,
- mikroskop,
- kolposkop,
- vybavenie na malé chirurgické výkony podľa potrieb gynekológa,
- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevnú službu,
- stetoskop,
- infúzny stojan s infúznou súpravou,
- urologické cievky pre ženy na jednorazové použitie, irigátor,
- potreby na cytologické stery,
- ručný kriesiaci prístroj alebo kriesiaci prístroj s odsávačkou,
- prístroj na podávanie kyslíka s príslušenstvom.

D. AMBULANCIA STOMATOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) stomatológ | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- ambulancia s jednou stomatologickou súpravou 16 m²,

- ambulancia s inštalovaným zubným rtg prístrojom 18 m²,
- hygienický box na ústnu hygienu 1,2 m²,
- rtg vyšetrovňa (nezriaďuje sa, ak je röntgenové vyšetrenie zabezpečené inak) 6 m²,
- tmavá komora (nezriaďuje sa, ak je možnosť automatického vyvolávania filmov) 2 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie stomatológa je uvedené v prvej časti v bodoch l6 a l8.

Ďalšie vybavenie tvoria:

- asistenčná pojazdná skrinka,
- nástenné a ručné zrkadlo,
- stomatologická súprava s príslušenstvom, svetidlom, pľuvaldom, prívodom stlačeného vzduchu a odsávačom,
- ručný kriesiaci prístroj, prístroj na podávanie kyslíka s príslušenstvom,
- stomatologická súprava nástrojov,
- základné vybavenie na malé stomatochirurgické výkony,
- stomatologický röntgenový prístroj a zariadenie na vyvolávanie rtg snímok,
- pevne inštalovaná stolička s opierkou hlavy,
- základné vybavenie na malé chirurgické výkony v rozsahu vybavenia ambulancie praktického lekára,
- chrániče krku a tváre ošetrojúceho lekára pri práci s turbínou,
- gumové dentálne výrobky, aj z plastickej hmoty alebo keramické, sterilný šijací materiál, dentálne prípravky a liečivá v rozsahu a sortimente podľa potrieb ambulancie.

E. STOMATOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

1. Personálne vybavenie:

- zubný technik 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- laboratórium pre jedného zubného technika 9 m²,
- pomocná miestnosť 5 m².

Základné vecné vybavenie:

- zubnotechnický stôl s osvetlením, ktorého súčasťou musí byť kompletný zubnotechnický motor s technickým násadcom, kahan a stolička,
- odlievacie zariadenie na odlievanie dentálnych kovov,
- vypaľovacia piecka,
- leštička s odsávaním,
- polymerizačný prístroj,
- laboratórna váha a závažie,
- súprava základných zubnotechnických nástrojov a pomôcok,
- pracovná plocha s umývateľným povrchom, drezom a odkalovačom (sadrovací stôl),
- lekárnička prvej pomoci,
- hasiaci prístroj,
- pracovný odev a obuv, ochranné okuliare.

TRETIA ČASŤ
AMBULANCIE ODBORNÝCH LEKÁROV

A. AMBULANCIA INTERNÉHO LEKÁRA

AMBULANCIA LEKÁRA PRE KLINICKÉ PRACOVNÉ LEKÁRSTVO A KLINICKÚ TOXIKOLÓGIU

AMBULANCIA GERIATRA
AMBULANCIA REUMATOLÓGA
AMBULANCIA NEFROLÓGA
AMBULANCIA KARDIOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
- ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- pojazdný stolík na nástroje,
- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevnú službu,
- EKG prístroj (nemusí byť, ak takéto vyšetrenie nie je súčasťou štandardnej starostlivosti poskytovanej ambulanciou),
- nástenný negatoskop,
- stojan na infúzie.

B. AMBULANCIA CHIRURGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie chirurga je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
- ambulancia bez pripravovne 15 m².

Ďalšie priestory sú:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - sadrovňa | 15 m ² , |
| - zákroková miestnosť | 20 m ² , |
| - umyváreň lekárov | 3 m ² , |
| - priestor na sterilizáciu | 5 m ² . |
- (Sadrovňa a zákroková miestnosť s príslušenstvom nie sú nevyhnutnou súčasťou chirurgickej ambulancie, zriaďujú sa podľa predpokladaného rozsahu poskytovaných služieb. Umyváreň lekárov môže byť súčasťou zákrokovej miestnosti.)

Základné vecné vybavenie ambulancie chirurga je uvedené v prvej časti v bode 17.

Ďalšie vybavenie tvorí:

2.1 ambulancia

- vyšetrovací stôl so schodíkmi a svietidlom a pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
- nástenný negatoskop.

2.2 sadrovňa

- stolík s dvoma miestami na sedenie,
- vyšetrovací stôl so schodíkmi a svietidlom a pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
- pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,
- nástenný negatoskop,
- stolička a vešiak,
- drez.

2.3 zákroková miestnosť

- operačný stôl s operačným svietidlom,
- pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
- malý narkotizačný prístroj s príslušenstvom a stoličkou,
- malá chirurgická súprava nástrojov,
- tri aseptické nerezové umývadlá,
- stojan na sterilizačné bubny alebo stolík na sterilný materiál,
- stojan na infúzne roztoky,
- nádoba na odpadky s vložkou,
- skriňa na operačné prádlo a rukavice,
- umývadlo.

2.4 umyváreň pre lekárov

- lekárske umývadlo,
- vešiak na zástery,
- stojan na galoše,
- vozík na použitú bielizeň,
- bubon na operačné čiapky a masky.

2.5 sterilizácia

- sterilizátor nástrojov,
- skrinka na lekárske nástroje,
- pracovná plocha so stoličkou,
- dva drezy,
- prekladací otvor.

C. AMBULANCIA ORTOPÉDA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie ortopéda je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - ambulancia bez pripravovne | 15 m ² . |
|------------------------------|---------------------|

Ďalšie priestory sú:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| - sadrovňa | 15 m ² , |
| - zákroková miestnosť | 20 m ² , |
| - umyváreň | 3 m ² , |
| - priestor na sterilizáciu | 5 m ² . |

(Sadrovňa a zákroková miestnosť s príslušenstvom nie sú nevyhnutnou súčasťou ortopedickej ambulancie, zriaďujú sa podľa predpokladaného rozsahu poskytovaných služieb. Umyváreň lekárov môže byť súčasťou zákrokovej miestnosti.)

Vybavenie jednotlivých miestností s výnimkou ambulancie je zhodné s vybavením ambulancie chirurga.

Základné vecné vybavenie ambulancie ortopéda je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovací stôl so schodíkmi, svietidlom a pojazdným stolikom na nástroje a pomôcky,
- nástenný negatoskop,
- lekárske umývadlo,
- drez.

D. AMBULANCIA UROLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie urológa je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| - ambulancia bez pripravovne | 15 m ² . |
|------------------------------|---------------------|

Základné vecné vybavenie ambulancie urológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovací stôl so schodikmi,
- stojan na infúzne roztoky,
- plocha na bubny a sterilný materiál,
- vybavenie na chemickú sterilizáciu,
- drež a lekárske umývadlo.

E. AMBULANCIA OTORINOLARYNGOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie otorinolaryngológa je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
- ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie otorinolaryngológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovacie kreslo ORL s kĺbovou lampou a otočnou stoličkou,
- pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
- pojazdný vyšetrovací stolík,
- vyšetrovací mikroskop alebo zväčšovací lupa,
- otoskop,
- čelný reflektor a spekulá,
- laryngoskop,
- odsávačka,
- negatoskop,
- lekárske umývadlo a drež.

F. AMBULANCIA OFTALMOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie oftalmológa je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
- ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie oftalmológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovacie kreslo s lampou,
- otočná stolička,
- oftalmoskop,
- skiaskopické lišty a zrkadlo,
- aplanačný tonometer,
- štrbinová lampa,
- perimeter,
- očný tonometer,
- fokometer,
- zrkadlový optotyp,
- skrinka na okuliare,
- zatemnenie okna.

G. AMBULANCIA DERMATOVENEROLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie dermatovenerológa je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
– ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie dermatovenerológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- otočná stolička,
- pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,
- lekárske umývadlo a drez.

H. AMBULANCIA NEUROLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie neurológa je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
– ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie neurológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- neurologické kladívko,
- vyšetrovací stôl alebo ležadlo a prikrývky,
- nástenný negatoskop,
- svietidlo,
- drez.

I. AMBULANCIA PSYCHIATRA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1,
- c) sestra – špecialistka v sociálnej starostlivosti 0,5.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie psychiatra je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
– ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie psychiatra je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- neurologické kladívko,
- ležadlo a prikrývky.

J. AMBULANCIA KLINICKÉHO PSYCHOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- a) klinický psychológ 1,
- b) psychologický laborant 0,5.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
– ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie:

- stôl a stolička,
- stolík pre psychologického laboranta a stolička,
- konferenčný stolík,
- dve kreslá,
- ležadlo a prikrývky,
- umývadlo,
- uzamykateľná skriňa,
- písací stôl alebo počítač.

K. AMBULANCIA LOGOPÉDA

1. Personálne vybavenie:

- logopéd 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- ambulancia 15 m².

Základné vecné vybavenie:

- magnetofón,
- vibrátor,
- ECHO S8 119b so slúchadlami a mikrofónom,
- reaktomer,
- monofonátor,
- intometer B 117,
- indikátor S, indikátor N, indikátor F,
- spirometer valcový,
- prístroj na určenie reči „language master“,
- vibrátor pre R,
- metronóm,
- videorekordér s obrazovkou, videokamera,
- stopky,
- Barányiho ohlušovač,
- Orffovo inštrumentárium,
- ladičky (sada),
- logopedické zrkadlo,
- učiaci didaktický stroj UP-10 „Katka“,
- diaprojektor,
- spätný projektor,
- písací stroj,
- fonendoskop,
- nosné slúchadlo,
- diagnostické testy na zisťovanie jednotlivých druhov narušenej komunikačnej schopnosti a zisťovanie laterality.

L. AMBULANCIA GENETIKA

1. Personálne vybavenie:

- a) lekár 1,
- b) zdravotná sestra 1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie je uvedené v prvej časti v bode 17 okrem

- ambulancia bez prípravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie genetiky je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- 2.1 laboratórium klinickej cytogenetiky
- svetelný mikroskop s fotozariadením,

- inverzný mikroskop,
 - chladnička,
 - mraznička,
 - termostat,
 - centrifúga,
 - prevažovacie váhy,
 - analytické váhy,
 - sušička,
 - sterilizátor,
 - vodný destilačný prístroj,
 - pM-meter,
 - pH-meter,
 - sterilný box s UV svetlom a digestorom.
- 2.2 laboratórium molekulovej (DNA) analýzy
- nastaviteľný vodný kúpeľ,
 - nastaviteľný termostat (hybridizačná komora),
 - programovateľný termálny cykler,
 - UV transluminátor,
 - elektroforetická aparatura,
 - zdroj napätia pre elektroforézu,
 - centrifúga,
 - chladnička,
 - mraznička (-20 °C),
 - pH-meter,
 - fotozariadenie.

M. AMBULANCIA LEKÁRA PRE TUBERKULÓZU A RESPIRAČNÉ CHOROBY

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---|----|
| a) lekár | 1, |
| b) strední zdravotnícki pracovníci
(1 pre ambulanciu, 1 pre kalmetizáciu, 2 pre dispenzarizáciu, 1 rádiologický asistent). | 5, |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
 - ambulancia bez pripravovne 15 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie lekára pre tuberkulózu a respiračné choroby je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovacie ležadlo alebo vyšetrovací stôl s dvojstupňovými schodíkmi, so svetidlom, zástenou a prikrývkou,
- pojazdný stolík na nástroje,
- stolička a vešiak vo vyzliekacom boxe,
- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevnú službu s vybavením.

N. AMBULANCIA KLINICKÉHO ONKOLÓGA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 2, |
| c) zdravotná sestra pre onkoepidemiológiu | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie ambulancie je uvedené v prvej časti v bode 17 s výnimkou
 - ambulancia bez pripravovne 15 m²,
 - pripravovňa a miestnosť na riedenie cytostatík 12 m²,
 - miestnosť na riedenie cytostatík 24 m².

Základné vecné vybavenie ambulancie klinického onkológa je uvedené v prvej časti v bodoch 16 a 18.

Ďalšie vybavenie tvorí:

- vyšetrovacie ležadlo alebo vyšetrovací stôl s dvojstupňovými schodíkmi, so svetidlom, zástenou a prikrývkou,
- pojazdný stolík na nástroje,
- stolička a vešiak vo vyzliekacom boxe,
- lekárska taška a taška pre zdravotnú sestru na návštevnú službu s vybavením,
- digestor na riedenie cytostatík,
- osobný počítač s modemom a tlačiarňou,
- stojanová peristaltická pumpa,
- pumpa na ambulatnú chemoterapiu,
- dvojitý negatoskop.

O. RÁDIODIAGNOSTIKA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|--------------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) rádiologický laborant | 2. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|--|---------------------|
| 2.1 röntgenová vyšetrovňa (výška 3 m) | |
| - s jedným pracovným miestom | 24 m ² , |
| - s dvoma pracovnými miestami | 32 m ² , |
| - s tromi pracovnými miestami | 40 m ² , |
| 2.2 ultrasonografická vyšetrovňa | 20 m ² , |
| 2.3 prípravovňa pacientov | 2 m ² , |
| 2.4 obsluhovňa | 4 m ² , |
| (ak je určená pre dve rádiodiagnostické pracoviská, na ktorých sa pracuje súčasne) | 8 m ² , |
| - na každý ďalší ovládač zväčšenie o | 1 m ² , |
| 2.5 dva prezliekacie boxy | 2 m ² , |
| 2.6 tmavá komora | 10 m ² , |
| 2.7 svetlá komora | 6 m ² , |
| 2.8 popisovňa | 6 m ² , |
| 2.9 pracovňa lekára | 6 m ² , |
| 2.10 denná miestnosť pre zamestnancov | 6 m ² , |
| 2.11 archív filmového materiálu | 6 m ² , |
| 2.12 sklad na filmy, chemikálie a náhradné diely | 2 m ² , |
| 2.13 WC pre pacientov pri vyšetrovni | 2 m ² , |
| 2.14 WC pre pacientov | 2 m ² . |

Základné vecné vybavenie:

- | | |
|---|--|
| 2.1 röntgenová vyšetrovňa | |
| - rtg prístroj s príslušenstvom (druh a typ určuje užívateľ), | |
| - skrinka na nástroje a lieky, | |
| - umývadlo. | |
| 2.2 ultrasonografická vyšetrovňa | |
| - ultrazvukový prístroj, | |
| - vyšetrovacie ležadlo, | |
| - umývadlo, | |
| - stôl, písací stroj, stolička. | |
| 2.3 prípravovňa pacientov (zriaďuje sa, ak sa používajú invazívne rádiodiagnostické metódy) | |
| - vyšetrovací stôl, | |
| - chirurgický prevážový stolík, | |
| - pojazdný stolík na nástroje, | |
| - pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu, | |
| - lekárske umývadlo, | |
| - skrinka na nástroje, lieky a zdravotnícky materiál. | |

- 2.4 obsluhovňa
 - ovládač,
 - písací stôl, stolička.
- 2.5 prezliekací box
 - stolička,
 - vešiak,
 - zrkadlo.
- 2.6 tmavá komora
 - pracovný stôl,
 - vyvolávací automat,
 - skriňa na rtg filmy,
 - svetlotesná kazeta,
 - box na klasické vyvolávanie filmov.
- 2.7 svetlá komora
 - konzola na zavesenie filmov,
 - pracovná plocha na spracovanie filmového materiálu,
 - negatoskop,
 - umývadlo,
 - sušička rtg filmov.
- 2.8 popisovňa
 - negatoskop,
 - umývadlo,
 - stôl, písací stroj alebo počítač a stolička.
- 2.9 pracovňa lekára
 - písací stôl, stolička, písací stroj alebo počítač,
 - skriňa.
- 2.10 denná miestnosť pre zamestnancov
 - stôl, stoličky,
 - chladnička.
- 2.11 archív filmového materiálu
 - police na uloženie filmového materiálu.
- 2.12 sklad na filmy, chemikálie a náhradné diely
 - police na uloženie filmov, chemikálií a náhradných dielov.
- 2.13 WC pre pacientov pri vyšetrovaní.
- 2.14 WC pre pacientov.

P. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---|----|
| a) lekár | 1, |
| b) iný odborný pracovník v zdravotníctve (VŠ) | 1, |
| c) laborant | 2. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|--|---|
| 2.1 prevádzkové laboratórium pre dvoch laborantov
- na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zvyšuje o | 15 m ² ,
5 m ² , |
| 2.2 odberová miestnosť s jedným odberovým kreslom
- na každé ďalšie odberové kreslo sa plocha zvyšuje o | 10 m ² ,
3 m ² , |
| 2.3 miestnosť na príjem materiálu | 4 m ² , |
| 2.4 umyváreň skla | 7 m ² , |
| 2.5 pracovňa lekára | 15 m ² , |
| 2.6 denná miestnosť pre zamestnancov | 6 m ² , |
| 2.7 sklad materiálu | 2 m ² , |
| 2.8 záchod pre pacientov | 2 m ² . |

Základné vecné vybavenie:

- 2.1 prevádzkové laboratórium pre dvoch laborantov
- dva laboratórne stoly,
 - digestor (ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz),
 - odstredivka,
 - chladnička,
 - drez.
- 2.2 odberová miestnosť
- odberové kreslo pre pacienta,
 - pojazdná stolička pre laboranta,
 - prístrojový alebo manipulačný stôl alebo pracovná doska,
 - ležadlo alebo polohovateľné odberové kreslo,
 - skrinka na nástroje,
 - drez.
- 2.3 miestnosť na príjem materiálu
- laboratórny stôl,
 - skriňa,
 - chladnička (môže byť spoločná s prevádzkovým laboratóriom),
 - umývadlo.
- 2.4 umýváreň skla (nemusi byť, ak sa pracuje s jednorazovým materiálom)
- laboratórny stôl,
 - horúcovzduchový sterilizátor,
 - umývací stroj (môže byť nahradený drezmi),
 - regál alebo skrinka na sklo,
 - destilačný prístroj,
 - umývadlo.
- 2.5 pracovňa lekára
- písací stôl, stolička, písací stroj alebo počítač,
 - skriňa.
- 2.6 denná miestnosť pre zamestnancov
- stôl, stoličky,
 - chladnička.
- 2.7 sklad materiálu
- police na uloženie biochemického materiálu.

R. KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---|----|
| a) lekár | 1, |
| b) iný odborný pracovník v zdravotníctve (VŠ) | 1, |
| c) laborant | 2. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|--|---------------------|
| 2.1 prevádzkové laboratórium pre dvoch laborantov | 15 m ² , |
| - na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zvyšuje o | 5 m ² , |
| 2.2 odberová miestnosť s jedným odberovým kreslom alebo s lôžkom | 10 m ² , |
| - na každé ďalšie odberové kreslo sa plocha zvyšuje o | 3 m ² , |
| 2.3 prípravovňa pôd a médií | 15 m ² , |
| 2.4 miestnosť na príjem materiálu | 10 m ² , |
| 2.5 miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu | 10 m ² , |
| 2.6 umýváreň a prípravovňa skla | 10 m ² , |
| 2.7 denná miestnosť pre zamestnancov | 6 m ² , |
| 2.8 sklad | 8 m ² , |
| 2.9 archív | 10 m ² , |

2.10 pracovňa lekára	6 m ² ,
2.11 hygienický filter (sprcha, WC, umývadlo, šatňa)	10 m ² ,
2.12 WC pre pacientov s bidetom (ak sa vykonávajú odbery)	2 m ² .

Základné vecné vybavenie:

2.1 prevádzkové laboratórium pre dvoch laborantov

- mikroskop,
- tri laboratórne stoly,
- box s laminárnym prúdením vzduchu,
- odstredivka,
- tri laboratórne stoličky,
- germicídne žiarice,
- chladnička s mrazničkou,
- termostat,
- vodný kúpeľ,
- plynový kahan,
- drez,
- počítač,
- dve laboratórne skrine.

2.2 odberová miestnosť

- odberové kreslo pre pacienta,
- pojazdná stolička pre laboranta,
- pojazdný stolík na nástroje a zdravotnícky materiál,
- pracovná plocha,
- ležadlo alebo polohovacie kreslo,
- skrinka na nástroje,
- plynový kahan,
- umývadlo,
- vešiak na šaty.

2.3 prípravovňa pôd a médií

- dva laboratórne stoly,
- sterilný box,
- autokláv,
- analytické váhy,
- pH-meter,
- vodný kúpeľ,
- chladnička s mrazničkou,
- laboratórna skriňa.

2.4 miestnosť na príjem materiálu

- písací stôl,
- laboratórny stôl,
- stoličky,
- chladnička,
- laboratórna skriňa.

2.5 miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu

- laboratórny stôl,
- autokláv,
- umývadlo,
- výlevka.

2.6 umývareň a prípravovňa skla

- laboratórny stôl,
- stoličky,
- sušička skla,
- horúcovzduchový sterilizátor,
- laboratórna skriňa,
- drez.

2.7 denná miestnosť pre zamestnancov

- chladnička,
- stôl,

- stoličky,
- skriňa.
- 2.8 sklad
 - chladnička,
 - mraznička,
 - police,
 - skriňa.
- 2.9 archív
 - pracovný stôl a stolička,
 - skriňa.
- 2.10 pracovňa lekára
 - stôl, stoličky, písací stroj alebo počítač,
 - skriňa.
- 2.11 hygienický filter
 - sprcha, WC, umývadlo, šatňa.
- 2.12 WC pre pacientov s bidetom.

S. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|---------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) zdravotná sestra | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| - pracovná miestnosť | 16 m ² , |
| - hygienický filter | 8 m ² , |
| - miestnosť na infúziu liečbu | 12 m ² . |

Základné vecné vybavenie:

- laboratórny stôl,
- umývadlo,
- skrinka alebo polica na materiál a chemikálie,
- pipety,
- chladnička s mrazničkou,
- centrifúga,
- svetelný mikroskop,
- vodný kúpeľ alebo fotometer.

T. LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

1. Personálne vybavenie:

- | | |
|------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) fyzioterapeut | 1. |

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 2.1 ambulancia lekára | 15 m ² , |
| 2.2 pracovisko fyzioterapeuta | 15 m ² , |
| 2.3 čakáreň | 8 m ² , |
| 2.4 WC pre pacientov | 2 m ² , |
| 2.5 doplnkové pracoviská, napr.: | |
| - box pre elektroliečbu | 4,5 m ² , |
| - virivý kúpeľ | 4 m ² , |
| - vodoliečebná katedra | 8 m ² , |
| - odpočívareň (na každé lôžko) | 3,7 m ² , |
| - telocvična (na každého pacienta) | 6 m ² , |

žinenka	2 m ² ,
švédsky rebrík	1 m ² ,
stôl na cvičenie „Kenny“	8 m ² ,
trakčný stôl	8,5 m ² ,
bicykel na cvičenie	2 m ² .

Základné vecné vybavenie:

2.1 ambulancia lekára

- vyšetrovací stôl alebo ležadlo s nastaviteľnou výškou,
- skrinka na nástroje a zdravotnícky materiál,
- písací stôl a stolička, písací stroj alebo počítač,
- umývadlo,
- vyzliekací kút pre pacientov so zástenou.

2.2 pracovisko fyzioterapeuta

- ležadlo s nastaviteľnou výškou,
- skrinka na nástroje a zdravotnícke pomôcky,
- prístroj na aplikáciu analgetických elektroliečebných procedúr,
- stolík pod prístroj,
- dve nášľapné váhy a veľké zrkadlo,
- umývadlo.

U. DOPRAVNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Stanica urgentnej medicíny

1. Personálne vybavenie:

1.1 posádka rýchlej lekárskej pomoci

- | | |
|-----------------------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) stredný zdravotnícky pracovník | 2, |
| c) sanitár - vodič | 1. |

1.2 posádka rýchlej zdravotníckej pomoci

- | | |
|-----------------------------------|----|
| a) stredný zdravotnícky pracovník | 2. |
|-----------------------------------|----|

1.3 posádka leteckej zdravotníckej služby

- | | |
|-----------------------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) stredný zdravotnícky pracovník | 1, |
| c) pilot | 1. |

1.4 posádka lekárskej služby prvej pomoci

- | | |
|--------------------|----|
| a) lekár | 1, |
| b) sanitár - vodič | 1. |

Pri nepretržitej prevádzke sa počty pracovníkov násobia koeficientom 4,2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|--|---------------------|
| - spoločný priestor | 20 m ² , |
| - pracovňa lekára | 12 m ² , |
| - pohotovostné stanovište vozidiel s možnosťou udržania tepelného optima vo vnútri vozidla | |
| - na jedno vozidlo (pod 4 m dĺžky) | 15 m ² , |
| - na jedno vozidlo (nad 4 m dĺžky) | 18 m ² . |

Vedľajšie priestory sú:

- | | |
|--|----------------------|
| - priestor na odpočinok | 10 m ² , |
| - priestor na skladovanie liečiv a zdravotníckeho materiálu | 15 m ² , |
| - hygienický filter (šatňa, sprcha, WC, umývadlo) | 8 m ² , |
| - priestor na upratovacie a čistiace prostriedky | 1,5 m ² , |
| - priestor na čistenie a dezinfekciu vozidiel (ak sa tieto činnosti nezabezpečujú zmluvne) | 20 m ² , |
| - heliport alebo pracovná plocha pre vrtuľník podľa noriem Štátnej leteckej inšpekcie. | |

Základné vecné vybavenie:

- písacie stoly so zásuvkami, stolové lampy, stoličky,
- police na písomnosti a literatúru,

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- | | |
|---|---------------------|
| - dispečing | 20 m ² , |
| - spoločné priestory | 5 m ² , |
| - parkovisko | 10 m ² , |
| - priestory na umývanie a dezinfekciu vozidiel (vlastné alebo zmluvné) | 20 m ² , |
| - ohlasovacie pracovisko na preberanie požiadaviek na dopravu chorých (ak je to účelné, zlučuje sa so zdravotníckym operačným strediskom) | 15 m ² . |

Základné vecné vybavenie:

- zdravotnicke vozidlá (podľa vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách určené na použitie v zdravotníckych službách alebo na tento účel prispôsobené),
- vozidlo na 50 000 obyvateľov 1.

Ak je ohlasovacie pracovisko samostatné, musí mať

- telefónnu linku na prevzatie požiadaviek na prepravu chorých vydaných lekárom alebo zdravotníckym operačným strediskom,
- rádiové spojenie s vlastnými výjazdovými skupinami a jednotnou rádiovou sieťou miestne príslušnej zdravotnej záchranej služby,
- nahrávanie všetkých prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov a relácií.

3. Vybavenie sanitných vozidiel dopravnej záchranej služby a dopravnej zdravotnej služby:

Sanitné vozidlá sú vozidlá s uzatvorenou skriňovou karosériou, ktoré spĺňajú podmienky prevádzky motorových vozidiel na pozemných komunikáciách podľa vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. Na predných dverách musia byť vozidlá označené názvom prevádzkovateľa a vybavené

- rádiokomunikačným zariadením,
- výstražným svetelným a zvukovým zariadením,
- výkonným zdrojom svetla vo vozidle a na zadnej časti vozidla,
- prenosným reflektorom,
- pevnou strednou priečkou medzi kabínou vodiča a priestorom pre chorých s posuvným okienkom,
- protišmykovou podlahou,
- nádobou na zdravotnícky odpad,
- hasiacim prístrojom (2 kg),
- bočnými nástupnými dverami,
- zadnými dverami na nakladanie nosidiel.

Ďalšie vybavenie:

3.1 Sanitné vozidlo pre dopravnú zdravotnícku službu

- nosidlá s nosným zariadením zakotveným v podlahe a s možnosťou polohovania do polosedu,
- transportné kreslo,
- transportná plachta,
- tlaková nádoba na kyslík s obsahom 2 l a s kyslíkovou liečbou,
- fixačné dlahy na krk a končatiny,
- výkonná odsávačka výlučkov,
- ručný dýchací prístroj s maskami pre deti a dospelých,
- pomôcky na účinné zastavenie krvácania a na ošetrovanie poranení (kompresívne obvazy, škrtiace ovínadlá, sterilné obvazy, sterilné i nesterilné chirurgické rukavice),
- dezinfekčný roztok,
- súprava na ošetrovanie popálenín,
- pôrodnický balíček,
- preväzové nožnice,
- Ophthal na výplach oka,
- emitná miska,
- plachta, prikrývka s povlakom,
- tmavá fólia pre zomretých.

3.2 Sanitné vozidlo pre rýchlu lekársku pomoc s označením AMBULANCIA

- biela alebo žltá farba karosérie,
- po obvode vozidla najmenej jeden pás 120 mm až 300 mm široký vo farbe signálna červená,
- na bokoch vozidla označenie - symbol telefónu a číslo núdzového volania, nápis ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (veľkosť písma minimálne 100 mm), znak modrej hviezdy života (priemer minimálne 300 mm),
- vzadu na streche vozidla volací znak rádiodostupnosti vozidla (veľkosť písma minimálne 300 mm),

- na predných dverách volacie znaky (veľkosť písma minimálne 55 mm),
 - v rádiokomunikačnom zariadení jedna prenosná rádiostanica,
 - výstražné svetelné a zvukové zariadenie s voľbou najmenej troch signálov,
 - nástroj VRVNI-200,
 - vykurovanie nezávislé na chode motora,
 - nosné zariadenie pre nosidlá s normovaným rozchodom lyžín a upevnením nosidiel,
 - čalúnené nosidlá s umývateľným povrchom a podvozkom s kolesami s možnosťou polosediacej a protišokovej polohy a s upevňovacími popruhmi,
 - skrinková zástavba na materiál, úchytky na prístroje, bodové svetlo,
 - dve zásuvky s napájaním 12 V,
 - transportná plachta a transportné kreslo,
 - vyťahovací rám (vzor SCOOP) a vákuový matrac,
 - plachta, prikrývka s povlakom, gumová podložka, deka,
 - tmavé fólie alebo jednorazové plachty,
 - tri izotermické fólie (rescue blankets),
 - 3 000 l medicínálneho kyslíka v tlakových nádobách a príslušenstvo na rozvod kyslíka,
 - 300 l medicínálneho kyslíka v prenosných tlakových nádobách s príslušenstvom na kyslíkovú liečbu a s aerosólovým zvlhčovačom,
 - prenosný defibrilátor s monitorom, záznamom a kardiostimuláciou,
 - prenosný kardioskop, pulzový oximeter, tlakomer, fonendoskop,
 - ventilátor na umelú ventiláciu pľúc,
 - ručný kriesiaci prístroj pre deti a dospelých s PEEP ventilom,
 - dlahy na fixáciu krku a končatín,
 - prenosná elektrická odsávačka sekrétov,
 - elektronický glukomer,
 - laryngoskopická súprava a kanyly na intubáciu detí a dospelých,
 - súprava na minitracheotómiu,
 - súprava na ošetrovanie rán a popálenín,
 - pôrodnica súprava,
 - súprava na podávanie infúzií pretlakom,
 - automatická striekačka a infúzne čerpadlo,
 - roztoky na vnútrožilové podávanie

kryštaloidné	3 x 500 ml,
koloidné	2 x 500 ml,
10 % Manitol	500 ml,
4,2 % NHCO_3	100 ml,
40 % glukóza	100 ml,
 - dezinfekčné roztoky, sterilné a nesterilné chirurgické rukavice,
 - sonda na tamponádu pažerákových žíl,
 - periférne a centrálné súpravy na vnútrožilový prístup,
 - emitná miska, nádoba na odpad, nádoba na použité ihly,
 - sada ochranných povlakov na odev,
 - zdravotnícky materiál na účinné zabezpečenie a udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest,
 - zdravotnícky materiál na zastavenie krvácania a ošetrenie poranení (sterilný a nesterilný obvazový materiál, tlakové obvazy, gumové škrtiace ovínadlá),
 - kufoer s liekmi obsahujúci analgetiká, antipyretiká, antirytmiká, antidotá, antiemetiká, antihistaminiká, anti-konvulzíva, bronchodilatanciá, celkové anestetiká, diuretiká, hemostyptiká, kardiotoniká, kortikoidy, opiáty, parasympatolytiká, psychofarmaká, relaxanciá, spasmolytiká, sedatíva, sympatikomimetiká, vazodilatanciá, uterotoniká v injekčnej a tabletkovej forme,
 - desaflitrová nádoba s pitnou vodou a poháre na jednorazové použitie.
- 3.3 Sanitné vozidlo na prepravu nedonosných novorodencov
- vonkajšie označenie ako vozidlo rýchlej lekárskej pomoci,
 - transportný inkubátor s príslušenstvom na pokračovanie neodkladnej starostlivosti počas prevozu,
 - 3 000 l medicínálneho kyslíka v tlakových nádobách s príslušenstvom,
 - 300 l medicínálneho kyslíka v prenosných tlakových nádobách s príslušenstvom, defibrilátor s monitorom a záznamom,
 - pulzový oximeter,
 - dlahy na fixáciu krku a končatín,
 - odsávačka s nezávislým pohonom a odsávacími cievkami,
 - ručný kriesiaci prístroj pre novorodencov so sadou masiek,
 - ručný kriesiaci prístroj pre dospelých so sadou masiek,
 - PEEP ventil,

- laryngoskopická súprava, intubačné kanily pre deti a dospelých, fonendoskop, tlakomer, lekársky teplomer,
- zdravotnícky materiál na zastavenie krvácania, krytie rán, ošetrovanie popálenín, zabezpečenie prístupu do žíl a zisťovanie glykémie, emitná miska, nádoba na odpad a nádoba na použité ihly,
- izotermická fólia, fólia pre zomretých,
- súprava na podávanie infúzie pomocou pretlaku,
- infúzne roztoky kryštaloidné

	(F 1/2) 3 x 500 ml,
koloidné	2 x 500 ml,
5 % glukóza	500 ml,
10 % Manitol	100 ml,
4,2 % NHCO_3	100 ml,
40 % glukóza	80 ml,
- kufor s liekmi ako v sanitnom vozidle rýchlej lekárskej pomoci,
- Ophthal na výplach oka.

3.4 Ostatné zdravotnícke vozidlá

Motorové vozidlá spĺňajúce podmienky prevádzky na pozemných komunikáciách vybavené rádiokomunikačným zariadením, výstražným zvukovým a svetelným zariadením.

Ďalšie vybavenie:

- ##### 3.4.1 Motorové vozidlo rýchlej lekárskej služby v stretávacom systéme (rendezvous) alebo na výkon lekárskej služby prvej pomoci
- vonkajšie označenie ako vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci,
 - 600 l medicínálneho kyslíka v prenosných nádobách s príslušenstvom na kyslíkovú liečbu,
 - defibrilátor, kardioskop so záznamom, kardiostimulátor,
 - pulzový oximeter, elektronický glukomer,
 - tlakomer, fonendoskop, teplomer,
 - ručný kriesiaci prístroj pre deti a dospelých so sadou masiek a PEEP ventilom,
 - dlahy na fixáciu krku a končatín,
 - odsávačka so samostatným pohonom, kufor s liekmi a antimikróbne liečivá,
 - sterilný a nesterilný zdravotnícky materiál na zastavenie krvácania vrátane krvácania z pažerákových varixov, na ošetrovanie rán, popálenín, na udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, zabezpečenie a udržanie prístupu do žíl, pomôcky na intubáciu,
 - preväzové nožnice, dezinfekčný roztok, chirurgické rukavice,
 - súprava na pôrod v teréne,
 - roztoky na vnútrožilové podanie,
 - súprava na pretlakové podanie infúzných roztokov,
 - izotermická fólia a fólia pre zomretých,
 - Ophthal na výplach oka,
 - emitná miska.
- ##### 3.4.2 Motorové vozidlo na rýchlu prepravu odborníkov, krvi, krvných derivátov a biologického materiálu
- vonkajšie označenie ako vozidlo rýchlej lekárskej pomoci,
 - dlahy na fixáciu krku a končatín,
 - odsávačka sekrétov,
 - ručný kriesiaci prístroj pre deti a dospelých so sadou masiek,
 - zdravotnícky materiál na zastavenie krvácania, ošetrovanie rán a popálenín, sterilné a nesterilné chirurgické rukavice,
 - dezinfekčný roztok,
 - súprava na pôrod v teréne,
 - preväzové nožnice,
 - Ophthal na výplach oka,
 - emitná miska,
 - izotermická fólia,
 - jednorazová plachta.

4. Letecké dopravné prostriedky:

Sú to vrtulníky a lietadlá spĺňajúce podmienky prevádzky leteckých dopravných prostriedkov stanovené štátnou leteckou inšpekciou, ktoré majú priestor pre pacienta vybavený ako vozidlo rýchlej lekárskej pomoci s výnimkou

- transportného kresla,
- vyťahovacieho rámu,
- nástroja VRVNI-200,
- nádoby s pitnou vodou a poháre na jednorazové použitie.

Rádiokomunikačné zariadenia leteckých dopravných prostriedkov určené na spájanie so zdravotníckymi službami musia byť vybavené tak, aby umožnili dorozumievanie na všetkých zdravotníckych frekvenciách používaných v Slovenskej republike.

ŠTVRTÁ ČASŤ **AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATELSKEJ STAROSTLIVOSTI**

1. Personálne vybavenie:

a) zdravotná sestra

2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

- dispečing (môže byť rozdelený na odborné a kontaktné pracovisko)
- WC pre zamestnancov

15 m²,
0,9 m².

Základné vecné vybavenie:

- stôl, stolička,
- uzamykateľná skrinka na liečivá a zdravotnícky materiál,
- chladnička,
- umývadlo,
- telefón,
- kartotéka,
- prostriedky na orientačné vyšetrenie moču, FW, glykémie,
- kompenzačné a rehabilitačné pomôcky podľa potreby,
- antidekubitačné pomôcky,
- jednorazové plachty, rukavice a iné pomôcky,
- laboratórne sklo (odmerné a zberné nádoby, valce a podobne),
- skrinka s protišokovými liekmi a potrebami,
- skrinka prvej pomoci.

Základné vecné vybavenie:

- stolíky na prípravu zdravotníckeho materiálu (na orientačné laboratórne vyšetrenie),
- skrinka na nástroje a pomôcky,
- horúcovzduchový sterilizátor alebo stolový autokláv, sterilizačné bubny, sterilizačný ihelník,
- obväzový a sterilný materiál, liečivá, dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na chemosterilizáciu termolabilných alebo inak nesterilizovateľných nástrojov a prístrojov, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na biochemické, hematologické a mikrobiologické vyšetrenia v rozsahu poskytovaných služieb,
- taška pre zdravotnú sestru.

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z.
Štandardy pre minimálne personálne a materiálno-technické vybavenie lekární a výdajní
zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb

**Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky č. 40/1997 Z. z.**

**ŠTANDARDY PRE MINIMÁLNE PERSONÁLNE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE
LEKÁRNÍ A VÝDAJNÍ ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB**

**PRVÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb musia svojim personálnym a materiálno-technickým vybavením umožňovať riadne poskytovanie lekárenskej starostlivosti.

2. Podľa rozsahu poskytovanej lekárenskej starostlivosti sa lekárne členia na nemocničné lekárne, lekárne pre verejnosť a filiálne lekárne.

3. Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb možno budovať ako stavebne samostatné zariadenia alebo môžu byť súčasťou objektov so zdravotníckou alebo s inou zdravotne neškodnou prevádzkou, ktorá vyhovuje hygienickým požiadavkám na prevádzku zdravotníckych zariadení.

4. Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb musia mať oddelený vstup pre pacientov, vstup pre zamestnancov a priestor na príjem zásob.

5. V novobudovaných lekárnach a výdajniach zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb musí byť bezbariérový vstup do objektu riešený vodorovnými komunikáciami, rampou alebo výťahom podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 192/1994 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

6. Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb sa musia budovať tak, aby uchovávanie a akákoľvek manipulácia s liečivami a zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami boli zabezpečované v rozsahu požiadaviek správnej výrobnéj praxe podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnéj praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.

7. Priestory lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb musia tvoriť funkčný celok a musia byť usporiadané tak, aby každá miestnosť bola prístupná bez opustenia priestorov lekárne s výnimkou skladu horľavín, skladu žieravín, oddelenia prípravy cytostatík a oddelenia zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb. Ak sklad horľavín a žieravín alebo oddelenie prípravy cytostatík a oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb nemožno umiestniť v priestoroch nemocničnej lekárne, musia byť umiestnené v bezprostrednej blízkosti lekárne v priestoroch nemocnice. Prevádzkové priestory musia byť od iných priestorov oddelené stenami alebo dverami. Chodby alebo schodišťa musia byť najmenej 1 m široké, nesmú byť zúžené skriňami, policami alebo skladovanými liekmi, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami.

8. Každá nemocničná lekáreň musí mať zriadené oddelenie klinickej farmácie, oddelenie prípravy liečiv, oddelenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb.

9. Každá nemocničná lekáreň musí byť vybavená zariadením, ktoré umožňuje individuálnu prípravu najmenej týchto liekových foriem: masti, krémy, pasty, prášky, zásypy, kapsuly, čapíky, pošvové guľôčky, roztoky, kvapky, sirupy, aromatické vody, extrakty, tinktúry, zápary, odvary, suspenzie a emulzie. Každá nemocničná lekáreň musí byť vybavená zariadením na prípravu čistenej vody.

10. Lekáreň pre verejnosť a filiálna lekáreň musia byť vybavené zariadením, ktoré umožňuje individuálnu prípravu najmenej týchto liekových foriem: masti, krémy, pasty, prášky, zásypy, kapsuly, čapíky, pošvové guľôčky, roztoky, kvapky, sirupy, aromatické vody, extrakty, tinktúry, zápary, odvary, suspenzie a emulzie. Každá lekáreň musí byť vybavená zariadením na prípravu čistenej vody.

DRUHÁ ČASŤ
LEKÁRNE A VÝDAJNE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB

A. NEMOCNIČNÉ LEKÁRNE

1. Personálne vybavenie:

1.1 Nemocničná lekárň v nemocnici s maximálnym počtom 300 lôžok	
a) farmaceut	2,
b) farmaceutický laborant	2,
c) sanitár	1.
1.2 Nemocničná lekárň v nemocnici s maximálnym počtom 900 lôžok	
a) farmaceut	4,
b) farmaceutický laborant	4,
c) sanitár	1.
1.3 Nemocničná lekárň v nemocnici s viac ako 900 lôžkami	
a) farmaceut	6,
b) farmaceutický laborant	6,
c) sanitár	2.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

Nemocničná lekárň musí mať plochu najmenej 200 m², z toho prevádzková časť nemocničnej lekárne musí mať plochu 170 m². V týchto lekárňach sú tieto základné priestory:

- priestor na výdaj liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, laboratórnych diagnostík a skúmadiel,
- laboratórium na individuálnu prípravu liečivých prípravkov (ak je to technicky možné, s oddelenými priestormi na vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok). V samostatnom oddelení lekárenskej kontroly liečiv sú potrebné samostatné priestory na vykonávanie lekárenskej kontroly,
- miestnosť na uchovávanie liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, laboratórnych diagnostík a skúmadiel,
- sklad horľavín a sklad žieravín (zriaďuje sa, ak ich objem presahuje 500 l),
- umývaň na čistenie a sterilizovanie obalov a pomôcok potrebných na individuálnu prípravu liečiv a na prípravu čistenej vody,
- priestor na príjem, rozbaľovanie a triedenie dodávok a skladovanie obalovej techniky,
- priestor na dekontamináciu a hrubú očistu návratných obalov z oddelení alebo z kliník nemocnice,
- kanceláriu,
- hygienický filter pre zamestnancov (šatňa, WC, sprcha, umývadlo),
- miestnosť na prípravu čistiacich a dezinfekčných roztokov a uchovávanie čistiacich pomôcok,
- dennú miestnosť pre zamestnancov.

Vedľajšie priestory sú:

- pracovňa vedúcich oddelení nemocničnej lekárne,
- konzultačná miestnosť s knižnicou,
- laboratórium na individuálnu prípravu očných prípravkov,
- laboratórium na prípravu sterilných liečiv,
- laboratórium na prípravu cytostatík,
- priestor s odsávaním na čistenie a dekontamináciu infúzných fľaš so zvyškami cytostatík,
- laboratóriá podľa druhov zriadených odborných oddelení nemocničnej lekárne,
- priestor na výdaj zdravotníckych pomôcok,
- priestor na výdaj laboratórnych diagnostík a skúmadiel.

Základné vecné vybavenie:

- 2.1 Priestor na výdaj liečiv, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych potrieb, laboratórnych diagnostík a skúmadiel
- policové skrine,
 - výdajné stoly, stoličky,
 - umývadlo,
 - chladnička,
 - počítač.

2.2 Laboratórium na individuálnu prípravu liečiv

- zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
- germicídny žiarič,
- elektrická rýchlorezná miešačka (mixér),
- vodný kúpeľ,
- prístroj na určenie teploty topenia,
- nástenný teplomer,
- vlhkomer,
- hustomer (pyknometer),
- receptúrne sitá,
- prístroj na uzatváranie kapsúl,
- forma na odlievanie čapíkov a globúl,
- nerezové a porcelánové roztieračky, roztieradlá,
- špachtle nerezové,
- stierky,
- filtračné lieviky, filtračné papiere,
- lyžičky a iné lekárenské pracovné pomôcky,
- reagenčný aparát a laboratórne sklo potrebné na vykonanie vstupnej kontroly a totožnosti,
- exsikátor,
- presné lekárenské váhy,
- vzduchočistiaci filter,
- chladnička s teplomerom,
- pracovné stoly, stoličky,
- doplnkový energetický stôl alebo doplnkový stôl s varičom alebo s plynovým kahanom,
- policové skrinky,
- drezy,
- umývadlo.

2.3 Miestnosť na uchovávanie liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, laboratórnych diagnostík a skúmadiel

- chladničky,
- trezor na uloženie omamných a psychotropných látok,
- pracovný stôl, stolička,
- policové skrine,
- manipulačný vozík,
- umývadlo.

2.4 Sklad horľavín a sklad žieravín

- kovové police,
- hasiace prístroje.

2.5 Miestnosť na umývanie a sterilizovanie obalov

- horúcovzduchový sterilizátor,
- pracovný stôl, stolička,
- uzamykatelné skrine,
- dva drezy s odkladacou plochou,
- destilačný prístroj alebo iné vhodné zariadenie.

2.6 Priestor na príjem, rozbaľovanie a triedenie dodávok

- pracovné stoly, stoličky,
- decimálna váha,
- policové skrine,
- police,
- manipulačný vozík,
- umývadlo.

2.7 Priestor na dekontamináciu a hrubú očistu návratných obalov

- dva drezy s odkladacou plochou,
- police,
- pracovný stôl, stolička.

2.8 Kancelária

- písací stôl, stolička,
- stolová lampa,
- písací stroj a počítač,

- skriňa,
- ležadlo a prikrývky.

2.9 Miestnosť na prípravu a uloženie čistiacich a dezinfekčných pomôcok

- dva drezy s odkladacou plochou (alebo jeden drez a automatická laboratórna umývačka),
- výlevka,
- umývadlo,
- odsávacie zariadenie,
- umývateľný pracovný stôl,
- policové skrine.

2.10 Denná miestnosť pre zamestnancov

- stôl, stoličky,
- chladnička,
- varič,
- skrine.

Ak nemocničná lekáreň pripravuje očné kvapky, je potrebné ďalšie zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu.

Ak nemocničná lekáreň pripravuje sterilné liečivé prípravky, na prípravu sú potrebné

- horúcovzduchové autoklávy,
- sterilizátory,
- presné lekárenské váhy do 2 000 g,
- laboratórne váhy,
- zdroj nepyrogénnej vody,
- zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
- destilačný prístroj,
- sklený zásobník,
- zmäkčovač vody,
- filtračné zariadenie na membránovú filtráciu,
- rozplňovacie zariadenie,
- umývadlo.

B. LEKÁRNE PRE VEREJNOSŤ A FILIÁLNE LEKÁRNE

1. Personálne vybavenie:

1.1 Lekáreň vydávajúca do 2 000 receptov za mesiac	
a) farmaceut	1,
b) farmaceutický laborant	1.
1.2 Lekáreň vydávajúca do 5 000 receptov za mesiac	
a) farmaceut	2,
b) farmaceutický laborant	1.
1.3 Lekáreň vydávajúca do 10 000 receptov za mesiac	
a) farmaceut	3,
b) farmaceutický laborant	2.
1.4 Lekáreň vydávajúca do 15 000 receptov za mesiac	
a) farmaceut	5,
b) farmaceutický laborant	3.
1.5 Filiálna lekáreň (bez individuálnej prípravy liečivých prípravkov)	
a) farmaceut	1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

Lekáreň pre verejnosť musí mať plochu najmenej 110 m², z toho prevádzková časť lekárne musí mať plochu 90 m². Filiálna lekáreň musí mať plochu najmenej 70 m². V týchto lekárňach sú tieto základné priestory:

- priestor na výdaj liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, jeho súčasťou je čakáreň pre pacientov,
- laboratórium na individuálnu prípravu liečivých prípravkov (ak je to technicky možné, s oddelenými priestormi na vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok). V prípade samostatného oddelenia na lekárenskú kontrolu liečiv sú potrebné samostatné priestory na vykonávanie lekárenskej kontroly,

- miestnosť na uchovávanie liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych potrieb, výrobkov doplnkového sortimentu,
- umýváreň na čistenie a sterilizáciu obalov a pomôcok na individuálnu prípravu liečiv a na prípravu čistej vody,
- priestor na príjem, rozbaľovanie, triedenie dodávok a skladovanie obalovej techniky,
- kancelária,
- hygienický filter (šatňa, WC, sprcha, umývadlo),
- miestnosť na prípravu a uloženie čistiacich a dezinfekčných roztokov a pomôcok,
- denná miestnosť pre zamestnancov (zriaďuje sa v lekárňach s viac ako piatimi zamestnancami).

Vedľajšie priestory sú:

- laboratórium na individuálnu prípravu očných prípravkov,
- sklad horľavín a žieravín,
- oddelený priestor na výdaj zdravotníckych pomôcok,
- oddelený priestor na výdaj liečivých rastlín,
- oddelený priestor na výdaj homeopatických prípravkov,
- oddelený priestor na výdaj liekov na veterinárne použitie,
- oddelený priestor na výdaj výrobkov doplnkového sortimentu.

2. Základné vecné vybavenie:

2.1 Priestor na výdaj liečiv, zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb

- stôl,
- stoličky, nádoba s pitnou vodou a poháre na jednorazové použitie,
- elektronická registračná pokladnica,
- policové skrine,
- výdajné stoly,
- umývadlo,
- chladnička s teplomerom,
- bezpečnostné okienko so zvončekom pre výdaj počas pohotovostnej služby.

2.2 Laboratórium na individuálnu prípravu liečiv

- zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu,
- germicídny žiarič,
- elektrická rýchlorezná miešačka (mixér),
- vodný kúpeľ,
- prístroj na určenie teploty topenia,
- nástenný teplomer,
- vlhkomer,
- hustomer (pyknometer),
- receptúrne sitá,
- prístroj na uzatváranie kapsúl,
- forma na odlievanie čapíkov a globúl,
- nerezové alebo porcelánové roztieračky, roztieradlá,
- nerezové špachtle,
- stierky,
- filtračné lieviky, filtračné papiere,
- lyžičky,
- reagenčný aparát a laboratórne sklo potrebné na vykonanie vstupnej kontroly a totožnosti,
- exsikátor,
- presné lekárenské váhy,
- vzduchočistiaci filter,
- chladnička s teplomerom,
- pracovné stoly, stoličky,
- doplnkový energetický stôl alebo doplnkový stôl s varičom,
- policové skrinky,
- drez,
- umývadlo,
- reagenčný aparát,
- laboratórny stôl,
- drez s odkladacou plochou,
- manipulačný vozík.

- 2.3 Miestnosť na uchovávanie liečiv, pomocných látok, zdravotníckych pomôcok, zdravotníckych potrieb a výrobkov doplnkového sortimentu
- chladnička s teplomerom alebo chladiaca miestnosť,
 - trezor na uloženie omamných a psychotropných látok,
 - pracovný stôl, stolička,
 - policové skrine,
 - manipulačný vozík,
 - umývadlo.
- 2.4 Miestnosť na čistenie a sterilizáciu obalov a pomôcok na individuálnu prípravu liečiv, na prípravu čistej vody
- horúcovzduchový sterilizátor,
 - pracovný stôl,
 - policové skrine,
 - dva drezy s odkladacou plochou alebo jeden drez a automatická laboratórna umývačka,
 - destilačný prístroj alebo iné vhodné zariadenie.
- 2.5 Priestor na príjem, rozbaľovanie, triedenie dodávok a skladovanie obalovej techniky
- pracovný stôl,
 - policové skrine,
 - manipulačné stoly,
 - police,
 - manipulačný vozík,
 - decimálna váha,
 - umývadlo.
- 2.6 Kancelária
Také vybavenie, ako je uvedené v druhej časti v písm. A v bode 2.8.
- 2.7 Miestnosť na prípravu a uloženie čistiacich a dezinfekčných roztokov a pomôcok
Také vybavenie, ako je uvedené v druhej časti v písm. A v bode 2.9.
- 2.8 Denná miestnosť pre zamestnancov
Také vybavenie, ako je uvedené v druhej časti v písm. A v bode 2.10.
- Ak lekáreň pripravuje očné kvapky, sú potrebné priestory s oddelenou prípravou očných kvapiek a ďalšie zariadenie s laminárnym prúdením vzduchu, pracovný stôl, policové skrine, presné lekárenské váhy.

C. VÝDAJNE ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB

1. Personálne vybavenie:

- a) farmaceutický laborant

1.

2. Materiálno-technické vybavenie:

Priestorové vybavenie:

Minimálna plocha výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb je 60 m². Tvoria ju tieto základné priestory:

- miestnosť na výdaj zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb, ktorej súčasťou je čakáreň pre pacientov,
- miestnosť na uchovávanie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,
- oddelený priestor na príjem, rozbaľovanie a triedenie dodávok,
- kancelária,
- denná miestnosť pre zamestnancov,
- hygienický filter (šatňa, WC, umývadlo, sprcha),
- priestor na prípravu čistiacich a dezinfekčných roztokov a uchovávanie čistiacich pomôcok.

Základné vecné vybavenie:

- výdajňový nábytok,
- elektronická registračná pokladnica,
- chladnička,
- germicídny žiarič,
- teplomer,
- vlhkomer,
- stoličky,
- umývadlo.

Vecné vybavenie kancelárie a dennej miestnosti pre zamestnancov je uvedené v druhej časti v písm. A v bodoch 2.8 a 2.10.

