

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2020

Vyhlásené: 1. 07. 2020 Časová verzia predpisu účinná od: 16. 11. 2020 do: 31. 03. 2021

Obsah dokumentu je právne záväzný.

183

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 25. júna 2020

**o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie
a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta**

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta sú uvedené v prílohe.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Marek Krajčí v. r.

**Príloha
k vyhláske č. 183/2020 Z. z.**

A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvoria dvaja zdravotnícki pracovníci vykonávajúci zdravotnícke povolanie
 - a) lekár,
 - b) zdravotnícky záchranár,
 - c) sestra,
 - d) praktická sestra alebo,
 - e) profesionálny vojak,¹⁾ ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až d).
2. Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba zabezpečujúca smerovanie pacientov, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

B. Minimálne materiálo-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je dostatočne veľká unimobunka alebo stan, ktorý
 - a) je umiestnený na voľnom priestranstve umožňujúcom prejazd áut a testovanie z auta,
 - b) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
 - c) má prístup k pitnej vode,
 - d) je viditeľne označený názvom „mobilné odberové miesto“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2. Minimálnym materiálo-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je
 - a) počítač s príslušenstvom a s pripojením na internet tak, aby bolo zabezpečené spracovanie dát,
 - b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomermi vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 – 8 stupňov Celzia, pričom
 1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
 2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
 - c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
 - d) nožnice,
 - e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov s príslušnou nabíjačkou,
 - f) pripojenie každého mobilného zariadenia na čítanie čiarových kódov podľa písmena e) do siete internet,
 - g) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
 - h) dva kusy kábla typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,
 - i) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
 - j) nesterilné gumené rukavice,
 - k) dezinfekčný prostriedok na ruky, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,

- l) jednorazové ústne lopatky,
- m) dezinfekčný roztok,
- n) emitná miska na špachtle,
- o) stojany na skúmavky na testovanie,
- p) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,
- q) papierové vreckovky,
- r) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitých vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,
- s) jednorazové utierky na ruky,
- t) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,
- u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:
 - 1. vonkajší pár rukavíc,
 - 2. vnútorný pár rukavíc,
 - 3. ochranná kombinéza,
 - 4. ochrana očí (ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít),
 - 5. tvárový respirátor FFP3 s výdychovým ventilom. Ak sa používa ochranný plastový tvárový štít, môže sa použiť tvárový respirátor FFP2 s chirurgickým ochranným rúskom.

C. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

- 1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie
 - a) lekár,
 - b) zubný lekár,
 - c) zdravotnícky záchranár,
 - d) sestra,
 - e) praktická sestra alebo
 - f) profesionálny vojak,¹⁾ ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa písm. a) až e).
- 2. Okrem osoby podľa odseku 1 sú v mobilnom odberovom mieste vždy prítomné štyri plnoleté fyzické osoby zabezpečujúce plynulé testovanie, najmä ďalšie činnosti súvisiace s vykonávaním testovania, vydávaním potvrdení o výsledku antigénového testu a zabezpečením administratívnych a iných úkonov, určené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

D. Minimálne materiálo-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19

- 1. Základným funkčným priestorom odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je priestor, najmä sála alebo miestnosť alebo vstupná alebo triážna časť poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, v exteriéri najmä prístrešok alebo stan na voľnom priestranstve alebo iný vhodný priestor, ktorý
 - 1. je pripojený na zdroj elektrickej energie,
 - 2. má prístup k zdroju pitnej vody,
 - 3. je viditeľne označený názvom „odberové miesto – antigénové testovanie“.
- 2. Minimálnym materiálo-technickým vybavením odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detekovať antigény ochorenia COVID-19, je

- a) bezkontaktný odpadkový kôš určený pre testované osoby,
- b) alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky s plne virucídnym účinkom,
- c) bezkontaktný kontajner na biologický odpad s použitím dvojitého vriec; biologický odpad je denne likvidovaný,
- d) mobilný telefón,
- e) počítač s prístupom, tablet s klávesnicou alebo iné zariadenie s prístupom na internet,
- f) písacie potreby – perá a papierové bloky,
- g) jednorazové papierové utierky,
- h) osobné ochranné pracovné prostriedky
 - 1. zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú odber, ktorými sú:
 - a) ochranná kombinéza,
 - b) tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),
 - c) ochranný plastový tvárový štít,
 - d) počet rukavíc potrebný podľa štandardného postupu pre odber biologického materiálu,
 - e) návleky na obuv alebo vysoké gumáky,
 - 2. zdravotníckych pracovníkov a osôb, ktoré vyhodnocujú test, ktorými sú:
 - a) ochranný štít,
 - b) respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),
 - c) jednorazové rukavice,
 - d) jednorazový chirurgický plášť,
 - e) jednorazová čiapka na hlavu,
 - 3. osôb, ktoré vykonávajú registráciu a vydávanie certifikátov, sú:
 - a) chirurgické ochranné rúško (ak osoba pracuje v otvorenom priestranstve), alebo tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3 (ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým rúškom),
 - b) jednorazový chirurgický plášť,
 - c) jednorazové rukavice.

- 1) § 123 ods. 3 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

