

ZBIERKA  ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2021

Vyhlásené: 20. 08. 2021

Časová verzia predpisu účinná od: 20. 08. 2021

Obsah dokumentu je právne záväzný.

324

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. augusta 2021,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení neskorších predpisov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 183/2020 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta v znení vyhlášky č. 320/2020 Z. z. a vyhlášky č. 107/2021 Z. z. sa mení takto:

Príloha znie:

**„Príloha
k vyhláške č. 183/2020 Z. z.**

A. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie
 - a) lekár,
 - b) zubný lekár,
 - c) zdravotnícky záchranár,
 - d) sestra alebo
 - e) zdravotnícky asistent.
2. Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba ako administratívny pracovník, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

B. Minimálne materiálo-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je pojazdné zariadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A, unimobunka, stan s rozmermi najmenej 6,1 m × 2,4 m × 2,5 m alebo interiérový priestor v budove; základný funkčný priestor
 - a) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
 - b) má prístup k pitnej vode a
 - c) je viditeľne označený názvom „odberové miesto RT-PCR“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2. Minimálnym materiálo-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa odoberá biologický materiál na vykonanie diagnostického testu RT-PCR, je
 - a) počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné zariadenie s prístupom na internet tak, že je zabezpečené spracovanie dát,
 - b) dve chladničky alebo termoregulačné boxy s teplomerom vo vnútri na monitorovanie teploty s udržiavaním teploty prostredia medzi 4 °C – 8 °C, pričom
 1. jedna sa používa na uchovávanie odberového materiálu,
 2. druhá sa používa na uchovávanie odobratých vzoriek,
 - c) umývateľný a dezinfikovateľný pracovný stôl a dve umývateľné a dezinfikovateľné stoličky,
 - d) nožnice a písacie potreby – perá a papierové bloky,
 - e) dve mobilné zariadenia na čítanie čiarových kódov s nabíjačkou a mobilný telefón s nabíjačkou; všetky zariadenia musia byť pripojené do siete internet,
 - f) dve prenosné nabíjacie zariadenia (powerbank) s kapacitou 20 000 mAh, podporou rýchlonabíjania a výstupom 2,4 A,
 - g) dva káble typu USB-C s dĺžkou 1,5 m,
 - h) odberové sady, ktoré majú čiarové kódy z vonkajšej strany,
 - i) nesterilné gumené rukavice,
 - j) dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,
 - k) jednorazové ústne lopatky,
 - l) dezinfekčný roztok s virucídnym účinkom na povrchovú a plošnú dezinfekciu,
 - m) emitná miska na špachtle,
 - n) stojany na skúmavky na testovanie,
 - o) stojany na skúmavky v chladničke a transportná taška,
 - p) papierové vreckovky,
 - q) kontajner na biologický odpad s použitím dvojitého vrecia; biologický odpad musí byť denne likvidovaný,
 - r) jednorazové utierky na ruky,
 - s) dekontaminačná miestnosť, ak sa používa iný ako jednorazový osobný ochranný pracovný prostriedok,
 - t) bezkontaktný odpadkový kôš určený na biologický odpad,

- u) osobné ochranné pracovné prostriedky, ktorými pre každého zdravotníckeho pracovníka mobilného odberového miesta sú:
1. dva páry rukavíc,
 2. jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu,
 3. ochrana očí, ktorou sú ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít,
 4. tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3; ak má tvárový respirátor výdychový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým ochranným rúškom.

C. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19

1. Minimálne personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí jeden zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie
 - a) lekár,
 - b) zubný lekár,
 - c) zdravotnícky záchranár,
 - d) sestra alebo
 - e) zdravotnícky asistent.
2. Okrem osôb podľa odseku 1 je v mobilnom odberovom mieste vždy prítomná jedna plnoletá fyzická osoba ako administratívny pracovník, určená poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto.

D. Minimálne materiálo-technické vybavenie mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19

1. Základným funkčným priestorom mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, je pojazdné zariadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby typu A, unimobunka, stan s rozmermi najmenej 6,1 m × 2,4 m × 2,5 m alebo interiérový priestor v budove; základný funkčný priestor
 - a) je pripojený na zdroj elektrickej energie,
 - b) má prístup k pitnej vode a
 - c) je viditeľne označený názvom „odberové miesto – AG“ alebo „odberové miesto – antigénové testovanie“ spolu s písomnými inštrukciami na odber.
2. Minimálnym materiálo-technickým vybavením mobilného odberového miesta, v ktorom sa vykonáva diagnostický test umožňujúci priamo detegovať antigény ochorenia COVID-19, je
 - a) počítač s príslušenstvom, tablet s klávesnicou alebo iné technické zariadenie s prístupom na internet,
 - b) mobilný telefón s nabíjačkou,
 - c) nožnice a písacie potreby – perá a papierové bloky,
 - d) nesterilné gumené rukavice,
 - e) dezinfekčný prostriedok na ruky s virucídnym účinkom, ak tomu nebránia iné prekážky, s automatickým dávkovačom,
 - f) dezinfekčný roztok s virucídnym účinkom na povrchovú a plošnú dezinfekciu,
 - g) jednorazové papierové vreckovky,
 - h) bezkontaktný kontajner na biologický odpad s použitím dvojitéch vriec; biologický odpad musí byť denne likvidovaný,

- i) jednorazové utierky na ruky,
- j) bezkontaktný odpadkový kôš určený pre testované osoby,
- k) osobné ochranné pracovné prostriedky
 1. dva páry rukavíc,
 2. jednorazový chirurgický plášť a jednorazová čiapka na hlavu,
 3. ochrana očí, ktorou sú ochranné okuliare očí alebo ochranný plastový tvárový štít,
 4. tvárový respirátor FFP2 alebo FFP3; ak má tvárový respirátor výdechový ventil, musí byť prekrytý chirurgickým ochranným rúškom.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Vladimír Lengvanský v. r.

