

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2025

Vyhlásené: 20. 9. 2025

Časová verzia predpisu účinná od: 22. 9.2025

Obsah dokumentu je právne záväzný.

236

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 11. septembra 2025

o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1

(1) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení sú uvedené v prílohe.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na ambulantné zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

§ 2

(1) Ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, do 30. júna 2027 sa minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa tejto vyhlášky považujú za splnené, aj ak sú splnené podľa osobitného predpisu¹⁾ v znení účinnom do 21. septembra 2025.

(2) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie sú zabezpečené, ak personálne zabezpečenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie a dentoalveolárnej chirurgie tvorí zubný lekár s profesijným titulom maxilofaciálny chirurg, ktorý je zaradený do certifikačnej prípravy v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia a túto certifikačnú prípravu úspešne ukončí do 31. decembra 2030.

(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie sú zabezpečené, ak personálne zabezpečenie ambulancie paliatívnej medicíny a mobilného hospicu tvorí lekár zaradený do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore paliatívna medicína a toto špecializačné štúdium úspešne ukončí do 31. decembra 2028.

(4) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie sú zabezpečené, ak ambulancia pediatickej oftalmológie, ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, ambulancia ortopedickej protetiky, neonatologická ambulancia, osteologická ambulancia, foniatická ambulancia, ortopedická propedeutika a sexuologická ambulancia spĺňajú minimálne

požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie podľa osobitného predpisu¹⁾ v znení účinnom do 21. septembra 2025.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 22. septembra 2025.

v z. Ladislav Slobodník v. r.

**Príloha
k vyhláške č. 236/2025 Z. z.**

**MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ
VYBAVENIE VYBRANÝCH DRUHOV AMBULANTNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ**

**I. ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

(1) Táto príloha upravuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre ambulantné zdravotnícke zariadenia upravené v § 7 ods. 3 zákona.

(2) Ambulantné zdravotnícke zariadenie tvoria jednotlivé funkčné priestory, ktoré spolu utvárajú prevádzkovo ucelený celok. Ambulantné zdravotnícke zariadenie musí mať zabezpečený bezbariérový vstup a vo svojich priestoroch umožňovať pohyb pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie vodorovnou komunikáciou, rampou, výťahom, schodiskovou plošinou alebo schodolezom.²⁾

(3) Sklad v ambulantnom zdravotníckom zariadení možno nahradiť vhodnými skriňami. Skladovanie materiálov musí byť zabezpečené tak, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii čistých materiálov so znečistenými materiálmi.³⁾

(4) V ambulantnom zdravotníckom zariadení musí byť vyčlenený vhodný priestor s výlevkou na uloženie upratovacích pomôcok a dezinfekčných prípravkov.

(5) Čakáreň z prevádzkového hľadiska musí nadväzovať priamo, alebo ak je vybavená recepciou musí byť v čo najkratšej funkčne vhodnej vzdialenosti prostredníctvom príľahlej chodby na prípravovňu, ambulanciu alebo vyšetrovňu.

(6) V ambulancii, v ktorej sa predpokladá epidemicky alebo priebežne zvýšený výskyt infekčných ochorení, môže byť súčasne zriadená ambulancia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v iných špecializačných odboroch, ako je špecializačný odbor, pre ktorý je ambulancia určená, ak uplynie dostatočný čas medzi koncom a začiatkom ordinačných hodín na účinnú dekontamináciu ambulancie a priestorov,³⁾ v ktorých sa pohybuje pacient. Požiadavka uvedená v prvej vete sa vzťahuje na všeobecnú ambulanciu pre dospelých, všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast, infektologickú ambulanciu, ambulanciu tropickej medicíny a pneumologicko-ftizeologickú ambulanciu. Tieto ambulancie zároveň musia mať čakáreň nepriechodnú a stavebne odčlenenú od ostatných ambulancií. Uvedené neplatí, ak lekár na základe získanej odbornej spôsobilosti poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch v identickej ambulancii; pre takýto prípad musí mať osobitne určené a schválené ordinačné hodiny s dostatočným časom na účinnú dekontamináciu ambulancie a priestorov,³⁾ v ktorých sa pohybuje pacient. Posúdenie takéhoto prípadu vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva.⁴⁾

(7) Ambulantné zdravotnícke zariadenie musí mať zabezpečený systém vykurovania. Tepelne-vlhkostná mikroklima a výmena vzduchu vetraním vo vnútorných priestoroch musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu.⁵⁾ Miestnosti, ktoré nie je možné vetrať prirodzeným spôsobom, musia byť vybavené zariadením zabezpečujúcim dostatočnú výmenu vzduchu. Všetky miestnosti musia mať zabezpečené vyhovujúce osvetlenie podľa osobitného predpisu.⁶⁾

(8) Výška prevádzkových miestností je 3 m; ak to charakter už existujúcej stavby neumožňuje, najmenej 2,5 m. Steny prevádzkových miestností musia byť svetlé a tam, kde je možnosť priameho znečistenia stien pri vyšetrovaní a ošetrovaní pacienta, musia mať umývateľný a dezinfikovateľný povrch stien najmenej do výšky 180 cm. Steny chirurgických zákrokových miestností musia byť po celom obvode vrátane stropu hladké a musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch.

Podlaha prevádzkových miestností musí byť ľahko umývateľná, dezinfikovateľná, musí vykazovať dlhodobú odolnosť voči účinkom umývania namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom a nesmie podporovať vznik statickej elektriny, ak statická elektrina môže mať nežiaduci vplyv na zdravotnícke prístroje alebo ide o priestory s rizikom vznietenia horľavých alebo výbuchu prchavých látok alebo medicínálnych alebo anestetických plynov. Nábytok a ostatné zariadenie predmety v čakárni a na pracovisku musia mať ľahko umývateľný a dezinfikovateľný povrch.

(9) Ak sa zriaďuje pracovisko s umelým optickým žiarením, najmä laser, musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.⁷⁾

(10) Ak sa zriaďuje pracovisko so zdrojom ionizujúceho žiarenia musí spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov.⁸⁾

(11) V priestoroch ambulantného zdravotníckeho zariadenia musí byť zabezpečený oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu v súlade s osobitným predpisom.⁹⁾ Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných, trvale uzatvárateľných, podľa možnosti spáliteľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené¹⁰⁾ a uzamykateľné alebo umiestnené v uzamykateľnom skladovacom priestore.

(12) Okná ambulancie, vyšetrovne a zákrokovej miestnosti chirurgických odborov a priestorov, v ktorých sa uskutočňujú invazívne výkony musia mať vetracie otvory opatrené siečkami proti hmyzu.

(13) V priestoroch ambulantného zdravotníckeho zariadenia všetky zariadenie predmety zdravotníckej starostlivosti slúžiacie na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prídomom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej teplej vody.¹¹⁾ Odpadové vody musia byť odstraňované hygienicky vyhovujúcim spôsobom.¹²⁾

(14) Toalety musia byť vybavené umývadlom. Toalety pre pacientov musia mať dvere otvárateľné smerom von a najmenej jedna záchodová kabína musí byť prístupná pre pacientov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.³⁾ Toalety pre pacientov ambulancií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v špecializačných odboroch so zvýšeným výskytom infekčných ochorení nesmú byť spoločné pre pacientov ostatných ambulancií. Toaleta spoločná pre personál a pre pacientov je na základe súhlasu orgánu verejného zdravotníctva⁴⁾ prípustná, ak ide najviac o jedno ambulantné zdravotnícke zariadenie s najviac dvomi zamestnancami a nejde o pracovisko so zvýšeným výskytom infekčných ochorení. Toalety pre personál môžu byť spoločné pre viaceré ambulantné zdravotnícke zariadenia.

(15) V špecializačných odboroch určených pre zdravotnícke povolanie lekár, v ktorých sa vo zvýšenej miere predpokladá infekčný charakter ochorení alebo v ktorých nemožno vylúčiť negatívne ovplyvňovanie zdravia, možno ambulantné zdravotnícke zariadenie do nezdravotníckeho objektu umiestniť, len ak je možné zariadenie do ambulantného zdravotníckeho zariadenia osobitný vstup zvonka. Na zabránenie šírenia nákaz šírených vzduchom, musí byť vetranie priestorov takýchto ambulantných zdravotníckych zariadení riešené tak, aby sa vzduch z priestorov ambulantného zdravotníckeho zariadenia, v ktorých sa pohybuje pacient, nedostával do ostatných vnútorných priestorov vlastného objektu alebo do susediacich objektov. Posúdenie vhodnosti umiestnenia takéhoto pracoviska do objektov, ktoré súčasne plnia aj iné funkcie, vykonáva príslušný orgán verejného zdravotníctva.⁴⁾

(16) Ambulantné zdravotnícke zariadenie v závislosti od charakteru poskytovanej zdravotnej starostlivosti musí byť vybavené pomôckami a prípravkami na umývanie rúk, hygienickú dezinfekciu rúk, chirurgickú dezinfekciu rúk, predoperačnú prípravu rúk, starostlivosť o pokožku rúk a ochrannými rukavicami podľa osobitného predpisu.¹³⁾

(17) Ďalšie požiadavky na základné priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk vyplývajúce zo zamerania ambulantného zdravotníckeho zariadenia a z jeho prevádzky sú uvedené v jednotlivých častiach tejto prílohy.

(18) Personálne zabezpečenie ambulantných zdravotníckych zariadení, okrem psychiatrického stacionára pre dospelých, psychiatrického stacionára pre deti, psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy a psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra, sa na účely tejto vyhlášky vyjadruje v podobe počtu fyzických osôb v jednotlivých zdravotníckych povolaniach, ktoré zodpovedajú druhu poskytovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

(19) Ambulantné zdravotnícke zariadenie musí mať zabezpečené pracovisko informačno-komunikačnou technológiou s pripojením na internet s minimálnou rýchlosťou 1MB/s na prijímanie dát a 1MB/s na odosielanie dát tak, aby systém umožňoval širokopásmový vysokorýchlostný prenos a spracovanie dát, hlasu a obrazu v elektronickej forme.

(20) Materiálno-technické vybavenie vybraných druhov ambulantných zdravotníckych zariadení, ktoré je určeným výrobkom, určeným meradlom alebo kalibrovaným meradlom,¹⁴⁾ musia spĺňať požiadavky podľa osobitných predpisov. Prístrojové vybavenie ambulantného zdravotníckeho zariadenia musí mať počas prevádzky platné revízie, odborné prehliadky a skúšky a personál musí byť preukázateľne zaškolený na ich používanie.

II. ČASŤ AMBULANCIA

(1) Základné funkčné priestory

- a) ambulancia s plochou najmenej 13 m²,
- b) prípravovňa s plochou najmenej 10 m², ak sa zriaďuje,
- c) čakáreň s plochou najmenej 7 m²; ak sa čakáreň využíva pre viac ambulancií súčasne, na každú ďalšiu ambulanciu musí byť plocha čakárne väčšia najmenej o polovicu,
- d) toaleta pre pacientov,
- e) toaleta pre personál,
- f) priestor na upratovanie s výlevkou, ktorý môže byť spoločný pre viaceré ambulancie.

(2) Ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie najmenej dvoch ambulancií a tieto prevádzkuje v rovnakom mieste prevádzkovania, podmienku minimálneho prístrojového vybavenia spĺňa aj tým, že zabezpečí prístrojové vybavenie, ktoré je pre tieto ambulancie rovnaké, najmenej v jednej z nich a to najviac v štyroch ambulanciách.

(3) Ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie najmenej dvoch ambulancií a tieto prevádzkuje v rovnakom mieste prevádzkovania, podmienku minimálneho personálneho zabezpečenia v zdravotníckom povolaní sestra alebo praktická sestra – asistent spĺňa aj tým, ak má najmenej jednu sestru alebo praktickú sestru – asistenta najviac na štyri ambulancie.

(4) Základné vecné vybavenie ambulancie

- a) vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo polohovacie vyšetrovacie kreslo,
- b) umývadlo na ruky,
- c) drež, ak odsek 7 neustanovuje inak,

- d) tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- e) písací stôl, stoličky,
- f) počítač alebo alternatívne elektronické technické zariadenie (ďalej len „počítač“) vybavené
 - 1. informačným systémom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý musí byť v súlade s aktuálne platnými štandardami zdravotnej informatiky (pravidelná aktualizácia systémov pre povinné domény a služby národného zdravotníckeho informačného systému v zmysle minimálnych požiadaviek ambulantných informačných systémov) a má vydané osvedčenie o zhode informačného systému,¹⁵⁾
 - 2. technickým zariadením slúžiacim na identifikáciu zdravotníckeho pracovníka a pracovníka v národnom zdravotníckom informačnom systéme,¹⁶⁾
 - 3. technickým zariadením slúžiacim na autentifikáciu prijímateľa zdravotnej starostlivosti v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
 - 4. záložným zdrojom, ak nie je zabezpečené priebežné zálohovanie dát alebo virtuálne úložisko,
 - 5. tlačiarňou,
- g) telefón,
- h) stolička pre pacienta,
- i) prebaľovací stôl vo všeobecných ambulanciách pre deti a dorast a v pediatrických špecializovaných ambulanciách,
- j) vešiak,
- k) teplomer¹⁷⁾ na meranie teploty v miestnosti,
- l) nádoba na odpad so šliapadlom alebo s bezdotykovým otváraním,
- m) nádoba na odpad so šliapadlom alebo s bezdotykovým otváraním v prípravovni, ak sa zriaďuje,
- n) nádoba na kontaminovaný odpad v prípravovni, ak sa zriaďuje,
- o) emitná miska,
- p) poháriky na vodu na jednorazové použitie,
- q) uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, vybavená teplomerom a vlhkomerom,¹⁸⁾
- r) kartotečná uzamykateľná skriňa,
- s) chladnička s teplomerom) na umiestnenie liečiv alebo materiálu vyžadujúcich si skladovanie pri určenej teplote,
- t) skrinka na nástroje a pomôcky,
- u) obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
- v) dezinfekčný roztok,
- w) pomôcky na odber biologického materiálu,
- x) pomôcky na podávanie liekov,
- y) infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše,
- z) neinvazívne meradlo tlaku krvi,
- aa) fonendoskop,
- ab) kalibrovaný lekárske teplomer,¹⁸⁾
- ac) nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
- ad) liečivá v rozsahu a sortimente podľa zamerania ambulancie.

(5) Základné prístrojové vybavenie ambulancie

- a) sterilizátor,¹⁸⁾ ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak ambulancia používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- b) germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- c) osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III¹⁹⁾ a meradlo telesnej výšky.²⁰⁾

(6) Ak je drez inštalovaný v prípravovni, nemusí byť súčasťou základného vecného vybavenia ambulancie. Drez musí byť vhodne tvarovaný a dostatočne hlboký pre riadnu dekontamináciu použitých zdravotníckych pomôcok. Ambulancie, v ktorých sa v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti nevykonávajú odbery biologického materiálu, parenterálne výkony alebo chirurgické výkony a dekontaminácia zdravotníckych pomôcok, nemusia byť vybavené drezom.

(7) Ak ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť vo viacerých špecializačných odboroch, musí spĺňať požiadavky na základné vecné vybavenie pre každý špecializačný odbor.

(8) Ak ide o všeobecnú ambulanciu pre dospelých, ktorá poskytuje ambulantnú pohotovostnú službu pre dospelých, minimálnym prístrojovým vybavením musí byť aj automatický externý defibrilátor.

(9) Mobilná resuscitačná súprava, ktorú musí mať každá ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť pre dospelých, okrem ambulancie, ktorá je súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je prevádzkované anesteziologicko-resuscitačné oddelenie s resuscitačným tímom musí obsahovať

- a) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a dýchania
 - 1. dýchací samorozpínací vak pre dospelých s bakteriálnym filtrom, zásobník na kyslík, hadičku na pripojenie k zdroju kyslíka,
 - 2. tvárové masky k dýchaciemu samorozpínaciemu vaku pre dospelých; najmenej dve veľkosti podľa zamerania ambulancie,
 - 3. ústny vzduchovod; najmenej tri veľkosti podľa zamerania ambulancie,
 - 4. kyslíkové inhalačné tvárové masky,
 - 5. nebulizačný set s napojením na prietokomer kyslíkovej fľaše,
 - 6. mechanická odsávačka alebo elektrická odsávačka, odsávacie katétre rôznych veľkostí,
 - 7. 0,6 l tlaková nádoba s medicínskym kyslíkom s redukčným ventilom a prietokomerom na nastavenie prietoku kyslíka so zásobou kyslíka najmenej 300 l,
- b) lieky a infúzne roztoky
 - 1. lieky na injekčné podanie
 - 1a. sympatomimetiká,
 - 1b. kortikosteroidy,
 - 1c. sedatíva,
 - 1d. parasympatomimetiká,
 - 1e. antiemetiká,
 - 1f. glukóza 20 %,
 - 1g. antihistaminiká,
 - 1h. analgetiká,

- li. spasmolytiká,
- lj. aqua pro injectione,
- 2. infúzne roztoky
 - 2a. fyziologický roztok – 2/500 ml,
 - 2b. roztok glukózy – 1/500 ml,
- 3. lieky na perorálne podanie
 - 3a. vazodilatanciá,
 - 3b. antitrombotiká,
 - 3c. antihypertenzíva,
 - 3d. antihistaminiká,
- c) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie vstupu do cievneho riečiska a udržanie jeho priechodnosti a na podávanie injekcií
 - 1. intravenózne kanyly,
 - 2. jednorazové injekčné ihly a injekčné striekačky,
 - 3. spojovacie infúzne hadičky,
 - 4. infúzne súpravy,
 - 5. dezinfekčný roztok,
 - 6. zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu intravenózne kanyly,
 - 7. sterilné tampóny,
 - 8. sterilné rukavice,
 - 9. pomôcky na zastavenie krvácania,
- d) vybavenie pre akútnu diagnostiku – pulzný oxymeter.

(10) Mobilnú resuscitačnú súpravu nemusí mať mobilný hospic, ambulancia klinickej psychológie, ambulancia klinickej logopédie, ambulancia liečebnej pedagogiky, ambulancia poradenskej psychológie a ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie.

(11) Mobilná resuscitačná súprava, ktorú musí mať každá ambulancia poskytujúca zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, okrem ambulancie, ktorá je súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia, v ktorom je prevádzkované anesteziologicko-resuscitačné oddelenie s resuscitačným tímom musí obsahovať

- a) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a dýchania
 - 1. dýchací samorozpínací vak pre deti s bakteriálnym filtrom, zásobník na kyslík, hadičku na pripojenie k zdroju kyslíka,
 - 2. tvárové masky k dýchaciemu samorozpínaciemu vaku pre deti; najmenej tri veľkosti podľa zamerania ambulancie,
 - 3. ústny vzduchovod; najmenej šesť veľkostí podľa zamerania ambulancie,
 - 4. sada nosových vzduchovodov pre deti,
 - 5. kyslíkové inhalačné tvárové masky,
 - 6. mechanická odsávačka alebo elektrická odsávačka, odsávacie katétre,
 - 7. 0,6 l tlaková nádoba s medicínskym kyslíkom s redukčným ventilom a prietokomerom na nastavenie prietoku kyslíka so zásobou kyslíka najmenej 300 l,

b) lieky a infúzne roztoky

1. lieky na injekčné podanie

- 1a. sympatomimetiká,
- 1b. kortikosteroidy,
- 1c. sedatíva,
- 1d. aqua pro injectione,

2. infúzne roztoky

- 2a. fyziologický roztok – 2/500 ml,
- 2b. 5 % glukóza – 1/500 ml,

3. nebulizačná a inhalačná liečba

- 3a. salbutamol,

4. lieky na perorálne podanie

- 4a. analgetiká,
- 4b. antipyretiká,
- 4c. antihistaminiká,

c) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie vstupu do cievneho riečiska a udržanie jeho priechodnosti a na podávanie injekcií

- 1. intravenózne kanyly,
- 2. jednorazové injekčné ihly a injekčné striekačky,
- 3. spojovacie infúzne hadičky,
- 4. infúzne súpravy,
- 5. dezinfekčný roztok,
- 6. zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu intravenózne kanyly,
- 7. sterilné tampóny,
- 8. sterilné rukavice,
- 9. pomôcky na zastavenie krvácania,

d) vybavenie pre akútnu diagnostiku – pulzný oxymeter.

(12) Mobilnú resuscitačnú súpravu pre deti nemusí mať mobilný hospic, ambulancia klinickej psychológie, ambulancia klinickej logopédie, ambulancia liečebnej pedagogiky, ambulancia poradenskej psychológie a ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie.

(13) Mobilná resuscitačná súprava, ktorú musí mať každá ambulancia zubného lekárstva musí obsahovať

a) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie priechodnosti dýchacích ciest a dýchania

- 1. dýchací samorozpínací vak s tvárovými polomaskami v dvoch veľkostiach pre dospelých s bakteriálnym filtrom, zásobník na kyslík, hadičku na pripojenie k zdroju kyslíka,
- 2. tvárové masky k dýchaciemu samorozpínaciemu vaku pre dospelých a deti; najmenej dve veľkosti pre dospelých a dve veľkosti pre deti podľa zamerania ambulancie,
- 3. T-tubus (ústny vzduchovod); v najmenej troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast podľa zamerania ambulancie,
- 4. kyslíkové inhalačné tvárové masky; jedna pre dospelých a jedna pre deti,

5. nebulizačný set s napojením na prietokomer kyslíkovej fľaše,
 6. mechanická odsávačka alebo elektrická odsávačka, odsávacie katétre rôznych veľkostí,
 7. 0,6 l tlaková nádoba s medicínskym kyslíkom s redukčným ventilom a prietokomerom na nastavenie prietoku kyslíka so zásobou kyslíka najmenej 300 l,
 8. koniotomický set,
 9. škrtidlo,
 10. injekčné striekačky 20 ml, 10 ml, 5 ml, 2 ml; z každej veľkosti najmenej dva kusy,
 11. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 12. fonendoskop,
 13. laryngoskop, zavádzač a Magillove kliešte,
 14. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach; z každej veľkosti po jednom kuse,
- b) lieky a infúzne roztoky
1. lieky na injekčné podanie
 - 1a. sympatomimetiká,
 - 1b. kortikosteroidy,
 - 1c. sedatíva,
 - 1d. parasympatomimetiká,
 - 1e. antihypertenzíva,
 - 1f. antiemetiká,
 2. infúzne roztoky
 - 2a. fyziologický roztok – 2/250 ml,
 - 2b. 20% glukóza – 1/250 ml,
 3. nebulizačná a inhalačná liečba
 - 3a. salbutamol roztok,
 4. lieky na perorálne podanie
 - 4a. vazodilatanciá, sublinguálna aerodisperzia,
 - 4b. analgetiká, antipyretiká, antiflogistiká,
 - 4c. antitrombotiká,
 - 4d. antihypertenzíva,
- c) zdravotnícke pomôcky na zabezpečenie vstupu do cievneho riečiska a udržanie jeho priechodnosti a na podávanie injekcií
1. intravenózne kanyly,
 2. jednorazové injekčné ihly a injekčné striekačky,
 3. spojovacie infúzne hadičky,
 4. infúzne súpravy,
 5. dezinfekčný roztok,
 6. zdravotnícke pomôcky na sterilné krytie a fixáciu intravenózne kanyly,
 7. sterilné tampóny,
 8. sterilné rukavice,

9. pomôcky na zastavenie krvácania,

d) vybavenie pre akútnu diagnostiku

1. pulzný oxymeter,
2. glukomer.

(14) Mobilná resuscitačná súprava podľa odsekov 9, 11 a 13 musí byť transportovateľná jednou osobou na miesto poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci základného priestorového vybavenia ambulancie.

(15) Taška pre návštevnú službu lekára všeobecnej ambulancie pre dospelých musí obsahovať

a) lieky na perorálne podanie

1. antihypertenzíva,
2. sympatolytiká,
3. bronchodilatanciá,
4. antitrombotiká,

b) lieky na injekčné podanie a infúzne roztoky

1. perfúzne roztoky,
2. kortikosteroidy,
3. aqua pro injectione,
4. sympatomimetiká,
5. parasympatolytiká,
6. kardiotoniká,
7. anxiolytiká,
8. analgetiká,
9. antiemetiká,
10. spazmolytiká,

c) spotrebný materiál

1. recepty a výmenné lístky,
2. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
3. glukomer,
4. pulzný oxymeter,
5. fonendoskop,
6. baterka,
7. kalibrovaný lekársky teplomer,
8. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
9. dezinfekčný roztok,
10. pinzeta,
11. nožnice,
12. sterilné a nesterilné tampóny,
13. sterilná gáza,

14. sterilné obvazy,
15. leukoplast,
16. sterilné a nesterilné rukavice,
17. ústne lopatky,
18. elastické obvazy,
19. vata,
20. jednorázové injekčné ihly a injekčné striekačky,
21. škrtidlo,
22. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky.

(16) Taška pre návštevnú službu lekára všeobecnej ambulancie pre deti a dorast musí obsahovať

- a) lieky na perorálne podanie
 1. antihistaminiká,
 2. bronchodilatanciá,
- b) lieky na inhalačné podanie
 1. kortikosteroidy,
 2. bronchodilatanciá,
- c) lieky na injekčné podanie a infúzne roztoky
 1. kortikosteroidy,
 2. sympatomimetiká,
 3. parasympatolytiká,
 4. aqua pro injectione,
 5. perfúzne roztoky,
 6. glukóza 5 %,
- d) spotrebný materiál
 1. recepty a výmenné lístky,
 2. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 3. glukomer,
 4. pulzný oxymeter,
 5. fonendoskop,
 6. baterka,
 7. kalibrovaný lekársky teplomer,
 8. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
 9. dezinfekčný roztok,
 10. pinzeta,
 11. nožnice,
 12. sterilné a nesterilné tampóny,
 13. sterilná gáza,
 14. sterilné obvazy,

15. leukoplast,
16. sterilné a nesterilné rukavice,
17. ústne lopatky,
18. elastické obvazy,
19. vata,
20. jednorázové injekčné ihly a injekčné striekačky,
21. škrtidlo,
22. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky.

(17) Taška pre návštevnú službu sestry musí obsahovať

- a) neinvazívne meradlo tlaku krvi,
- b) fonendoskop,
- c) pulzný oxymeter,
- d) glukomer,
- e) kalibrovaný lekársky teplomer,
- f) ústne lopatky,
- g) emitná miska,
- h) materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter²⁰⁾ alebo iná pomôcka na meranie veľkosti rany alebo obvodu časti tela,¹⁸⁾
- i) jednorázové injekčné ihly a injekčné striekačky,
- j) intravenózne kanyly,
- k) škrtidlo,
- l) sterilné a nesterilné tampóny,
- m) tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- n) sterilné a nesterilné štvorce,
- o) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
- p) sterilné a nesterilné ovínadlo,
- q) leukoplast,
- r) sterilné a nesterilné jednorázové rukavice,
- s) tvárové ochranné rúška, respirátory kategórie FFP2 alebo FFP3,
- t) dóza alebo vrečko na odpadový materiál,
- u) tekutý dezinfekčný prípravok na ruky.

(18) Taška pre návštevnú službu pôrodnej asistentky musí obsahovať

- a) sterilný pôrodnický balíček - pre prípad prekotného pôrodu,
- b) neinvazívne meradlo tlaku krvi,
- c) fonendoskop,
- d) kalibrovaný lekársky teplomer,
- e) pelvimeter,
- f) materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo

- obvodu časti tela,
- g) gravidometer,
 - h) indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
 - i) Temešváryho roztok,
 - j) škrtidlo,
 - k) jednorazové injekčné ihly a injekčné striekačky,
 - l) intravenózne kanyly,
 - m) sterilné a nesterilné tampóny,
 - n) dezinfekčný roztok a roztok na oplachovanie rodidiel,
 - o) skúmavky na odber biologického materiálu,
 - p) sterilné a nesterilné štvorce,
 - q) sterilné chirurgické nástroje (pinzeta, nožnice, peán),
 - r) preväzové nožnice,
 - s) leukoplast,
 - t) set na cievkovanie a sterilný permanentný močový katéter pre ženy,
 - u) rektálne rúrky,
 - v) jednorazové podložky,
 - w) sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,
 - x) tvárové ochranné rúška,
 - y) dóza alebo vrečko na odpadový materiál,
 - z) tekutý dezinfekčný prípravok na ruky.

III. ČASŤ VŠEOBECNÉ AMBULANCIE

A. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DOSPELÝCH

(1) Personálne zabezpečenie

a)	všeobecný lekár	1
b)	sestra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v II. časti ods. 1 okrem písm. c); čakáreň musí mať plochu najmenej 10 m²,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre dospelých uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie (otoskop alebo čelový reflektor so spekulami),
 - 2. neurologické kladivko,
 - 3. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie (optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu),
 - 4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

5. taška pre návštevnú službu lekára,

6. ústne lopatky,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), ak nie je výsledok vyšetrenia, ktoré sa realizuje z kapilárnej krvi dostupný do 15 minút,

2. glukomer.

(3) Všeobecná ambulancia pre dospelých, ktorá poskytuje EKG vyšetrenie musí mať EKG prístroj. Všeobecná ambulancia pre dospelých, ktorá nemá vlastný EKG prístroj, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

B. VŠEOBECNÁ AMBULANCIA PRE DETI A DORAST

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediater	1
b)	sestra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast uvedené v II. časti ods. 1 okrem písm. c); čakáreň musí mať plochu najmenej 10 m²,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie všeobecnej ambulancie pre deti a dorast uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

1. nástroje na ušno-nosovo-krčné vyšetrenie – otoskop,

2. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,

3. materializovaná dĺžková miera – meradlo telesnej výšky,

4. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,

5. nástroje a pomôcky na očné vyšetrenie – optotypy, tabuľky na vyšetrenie farbocitu, očná lupa,

6. pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie neuropsychického vývoja dieťaťa,

7. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

8. taška pre návštevnú službu lekára,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. glukomer,

2. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), ak nie je výsledok vyšetrenia, ktoré sa realizuje z kapilárnej krvi dostupný do 15 minút.

IV. ČASŤ ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

A. PRIMÁRNA GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA A ŠPECIALIZOVANÁ GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKA AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	gynekológ a pôrodník	1
b)	sestra, pôrodná asistentka, pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, pôrodná asistentka špecialistka v pôrodnej asistencii v rodine a komunite, pôrodná asistentka s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychofyzická príprava na pôrod alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie primárnej gynekologicko-pôrodnickej ambulancie a špecializovanej gynekologicko-pôrodnickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1 okrem písm. c); čakáreň musí mať plochu najmenej 10 m² a súčasťou ambulancie musí byť priestor určený na prípravu osoby na vyšetrenie,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie primárnej gynekologicko-pôrodnickej ambulancie a špecializovanej gynekologicko-pôrodnickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
1. gynekologický vyšetrovací stôl,
 2. pošvové zrkadlá,
 3. pomôcky na malé chirurgické výkony,
 4. irigátor,
 5. pôrodný balíček,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
- kolposkop.

(3) Primárna gynekologicko-pôrodná ambulancia a špecializovaná gynekologicko-pôrodná ambulancia, ktorá poskytuje USG vyšetrenie musí mať USG prístroj. Primárna gynekologicko-pôrodná ambulancia a špecializovaná gynekologicko-pôrodná ambulancia, ktorá nemá vlastný USG prístroj, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

B. AMBULANCIA ZUBNÉHO LEKÁRSTVA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	zubný lekár	1
b)	sestra, praktická sestra – asistent, zubný asistent alebo dentálna hygienička	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie zubného lekárstva uvedené v II. časti ods. 1 okrem písm. c); ak ide o umiestnenie viacerých stomatologických súprav v jednej ambulancii, na každú ďalšiu súpravu musí byť plocha ambulancie navýšená o 10 m² a vizuálne oddelenie a inštalácia umývadla na umývanie rúk,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie zubného lekárstva uvedené v II. časti ods. 2 okrem písm. a), o), s), t), w) až ab) a prístrojové vybavenie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. c),
- c) ďalšie vecné vybavenie
1. zubno-lekárska súprava nástrojov,

2. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania),
3. súbor základných parodontologických nástrojov,
4. ochranné pomôcky pre lekára a personál,
5. zrkadlo,
6. chladnička s teplomerom,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. zubno-lekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svetidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
2. odlučovač amalgámu s minimálne 95 % účinnosťou na každej zubno-lekárskej súprave, na ktorej sa používa zubný amalgám alebo sa odstraňujú amalgámové výplne.

(3) Ambulancia zubného lekárstva, ktorá nemá vlastný RTG prístroj, musí mať zabezpečené zhotovenie RTG snímku na inom RTG pracovisku.

(4) Pri zriadení ambulancie dentálnej hygieny pri ambulancii zubného lekárstva musí byť plocha ambulancie dentálnej hygieny najmenej 9 m². Základné priestorové vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny musí byť umývadlo, drez, germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov a zubno-lekárska súprava s príslušenstvom.

(5) V ambulancii zubného lekárstva, ktorá vykonáva zákroky v celkovej anestézii, počas obdobia nevyhnutného na sledovanie pacienta musí byť súčasťou jej personálneho zabezpečenia aj anesteziológ uvedený v VII. časti ods. 2 a sestra a prístrojové vybavenie uvedené v VII. časti ods. 8, písm. c) až e), g), j) a l) vrátane lôžka určeného na pozákrokové sledovanie pacienta.

C. AMBULANCIA MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE A DENTOALVEOLÁRNEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	zubný lekárso špecializáciou v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia	1
b)	sestra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie a dentoalveolárnej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - zákrová miestnosť s plochou najmenej 20 m² so vstupným filtrom pre personál a vstupným filtrom pre pacienta, ktorý musí byť určený na vyzlečenie odevu a odloženie obuvi; filter pre personál musí byť vybavený tekutým dezinfekčným prípravkom na ruky s dávkovačom a osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,
- c) základné vecné vybavenie ambulancie maxilofaciálnej chirurgie a dentoalveolárnej chirurgie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), o), s), t), w) až z), aa), ab) a prístrojové vybavenie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. c),
- d) ďalšie vecné vybavenie
 1. zubno-lekárska súprava nástrojov,
 2. chirurgické inštrumentárium,

3. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
 4. súbor základných chirurgických nástrojov (extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a na zastavenie krvácania),
 5. súbor základných paradontologických nástrojov,
 6. ochranné pomôcky pre lekára,
 7. dvojdrež,
 8. sterilné štvorce a sterilné tampóny,
 9. zásobník na sterilné jednorazové utierky,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie
- zubno-lekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svetidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom.

D. AMBULANCIA ČELUSTNEJ ORTOPÉDIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	čelustný ortopéd	1
b)	sestra, praktická sestra – asistent, zubný asistent alebo dentálna hygienička	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie čelustnej ortopédie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie čelustnej ortopédie uvedené v II. časti v ods. 4 okrem písm. a), o), s), t), w) až ab) a prístrojové vybavenie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. c),
- c) ďalšie vecné vybavenie
1. zubno-lekárska súprava nástrojov vrátane špeciálnych ortodontických klieští,
 2. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
 3. ochranné pomôcky pre lekára a personál,
 4. chladnička s teplomerom,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
1. zubno-lekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svetidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
 2. zariadenie pre zhotovovanie digitálnych fotografií.

E. AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	internista	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie vnútorného lekárstva uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie vnútorného lekárstva uvedené

v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

– indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,

2. osteodenzitometer, ak ambulancia vnútorného lekárstva poskytuje denzitometrické výkony.

(3) Ambulancia vnútorného lekárstva, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	internista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a) základné funkčné priestory

1. miestnosť pre pacienta, ktorá musí byť svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,

2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,

b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,

2. stolík,

3. skrinka,

c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

– polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,

d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti

1. stôl a stoličky,

2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,

3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,

4. fonendoskop,

5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,

e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti

– prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných

signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

F. ANGIOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	angiológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie angiologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie angiologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - vybavenie na malé chirurgické výkony (anatomická pinzeta, chirurgická pinzeta, anatomické nožnice, exkochleačná lyžica a kovová sondička),
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. infúzna pumpa,
 - 2. prístroj na meranie prstového tlaku,
 - 3. USG prístroj s farebným zobrazením v D mode, pulzným a kontinuálnym dopplerom, lineárnou a sektorovou sondou a angiologickým programom.

(3) Angiologická ambulancia, ktorá nemá vlastný USG prístroj, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(4) Angiologická ambulancia, ktorá vykonáva intervenčné výkony na cievach, musí spĺňať vecné a prístrojové vybavenie ako ambulancia cievnej chirurgie.

G. AMBULANCIA DIABETOLÓGIE A PORÚCH LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	diabetológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - ladička s monofilamentom,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. počítač určený na sťahovanie glykemických profilov pacientov a ich vyhodnocovanie,

2. glukomer,
3. HbA1c analyzátor, ak výsledok laboratórneho vyšetrenia nie je dostupný do 24 hodín od odberu,
4. kaliperometer.

H. ENDOKRINOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	endokrinológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie endokrinologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie endokrinologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 1. orchidometer,
 2. Hertelov exoftalmometer,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. glukomer,
 2. USG prístroj,
 3. osteodenzitometer, ak endokrinologická ambulancia poskytuje denzitometrické výkony.

I. GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	gastroenterológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie gastroenterologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie, ak vykonáva endoskopické výkony
 1. miestnosť na čistenie a prípravu endoskopov, ktorá musí byť vetrateľná alebo zabezpečená podtlakovým vetraním s priamym odvodom odsávaného vzduchu do voľného ovzdušia a vybavená
 - 1a. zariadením na prístrojovú dekontamináciu endoskopického príslušenstva alebo ultrazvukovou čističkou,
 - 1b. dvojrezom,
 - 1c. germicídny žiaričom alebo inou alternatívnou technológiou na dezinfekciu vzduchu a potvrchov,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie gastroenterologickej ambulancie uvedené v II.

časti ods. 4 a 5,

d) ďalšie vecné vybavenie, ak vykonáva endoskopické výkony

1. anoskop,
2. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte mechanicky (klipy), elektrokoaguláciou a injekčne, vybavenie na odstraňovanie slizničných lézií tráviaceho traktu, endoskopický uzáver perforácie (klipy) a na odstraňovanie cudzích telies,
3. skriňa na uskladnenie endoskopov,

e) ďalšie prístrojové vybavenie, ak vykonáva endoskopické výkony

1. flexibilný video-gastroskop,
2. elektrochirurgická jednotka k flexibilným endoskopom,
3. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k flexibilným endoskopom,
4. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou ďalšieho prístrojového vybavenia, ak gastroenterologická ambulancia používa výlučne sterilné jednorazové ostré endoskopické príslušenstvo alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
5. pulzný oxymeter,
6. odsávacie zariadenie k flexibilným endoskopom.

(3) Gastroenterologická ambulancia zaradená do programu skríningu kolorektálneho karcinómu musí mať videokolonoskop, procesor a obrazovku s rozlíšením najmenej 1920*1080 pixelov (fullHD).

J. GERIATRICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	geriater	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie geriatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie geriatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 2. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
 3. dynamometer,¹⁸⁾
 4. tlakový holter.

K. HEMATOLOGICKÁ A TRANSFÚZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	hematológ a transfúziológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie hematologickej a transfúziologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
1. vyšetrovňa,
 2. miestnosť na odber vzoriek, ak je hematologická a transfúziologická ambulancia súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia,
 3. prípravovňa cytostatík s digestorom s laminárnym prúdením, ak nie sú cytostatiká pripravované v nemocničnej lekární alebo verejnej lekární; zriaďuje sa, ak je hematologická a transfúziologická ambulancia súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia,
 4. miestnosť na podanie chemoterapie a hemoterapie a infúznej liečby, ak je hematologická a transfúziologická ambulancia súčasťou ústavného zdravotníckeho zariadenia,
 5. miestnosť s laminárnym boxom na prípravu cytostatík, ak prípravu cytostatík nezabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hematologickej a transfúziologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie v odberovej miestnosti
1. prístrojový, manipulačný stôl a pracovná doska,
 2. lôžko alebo polohovateľné kreslo,
 3. stôl a stoličky,
 4. skrinka alebo police na nástroje,
 5. skrinka alebo police na materiál,
 6. chladnička s teplomerom,
 7. umývadlo a drez,
 8. pojazdný stolík na nástroje,
 9. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka, ak ambulancia podáva hemoterapiu alebo chemoterapiu,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie v odberovej miestnosti
1. punkčná trepanobiopická ihla, pinzeta a lanceta,
 2. pulzný oxymeter, ak ambulancia podáva hemoterapiu alebo chemoterapiu.

(3) Hematologická a transfúziologická ambulancia, ktorá poskytuje starostlivosť pacientom s vrodenými koagulopatiami alebo používa biologické lieky, musí mať chladničku s monitorovaním teploty na ich skladovanie. Skladovanie rôznych typov liekov musí byť chladničke zabezpečené systémom jednoznačného označenia a oddelenia skladovaných látok.

(4) Hematologická a transfúziologická ambulancia zriadená v hemofilickom liečebnom pracovisku musí spĺňať okrem ods. 2 vecné a prístrojové vybavenie

1. počítač na vedenie regionálneho registra pacientov s hemofiliou a vrodenými koagulopatiami,
2. počítač na evidenciu príjmu a spotreby koagulačných faktorov,
3. chladiace zariadenie na uskladnenie pohotovostnej rezervy koncentrátov koagulačných faktorov s monitorovaním teploty,
4. USG skener so sondami so softvérovým vybavením na vyšetrenie kĺbov.

(5) Hematologická a transfúziologická ambulancia, ktorá aplikuje cytostatiká alebo hemoterapiu, musí spĺňať vecné a prístrojové vybavenie ako ambulancia klinickej onkológie.

L. INFЕКТОЛОГИЧКА АМБУЛАНЦИЯ

(1) Personálne zabezpečenie

a)	infektológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie infektologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1; pri priestorovom vybavení musí byť osobitne zriadená ambulancia a osobitne prípravovňa a najmenej dve čakárne, každá s osobitným vchodom,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie infektologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
– rozvod kyslíka alebo kyslíková bomba,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. odsávačka,
 2. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov v čakárňach a v prípravovni,
 3. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), ak nie je výsledok vyšetrenia, ktoré sa realizuje z kapilárnej krvi dostupný do 15 minút,
 4. prenosný EKG prístroj,
 5. infúzna pumpa,
 6. prenosný svetelný zdroj,
 7. pulzný oxymeter.

M. АМБУЛАНЦИЯ ТРОПИЧЕЈ МЕДИЦИНЫ

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár tropickej medicíny alebo infektológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie tropickej medicíny uvedené v II. časti ods. 1; pri priestorovom vybavení musí byť osobitne zriadená ambulancia, osobitne prípravovňa a samostatná čakáreň,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie tropickej medicíny uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. nástenná mapa sveta,
 - 2. rozvod kyslíka alebo kyslíková bomba,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. odsávačka,
 - 2. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov v čakárni a v prípravovni,
 - 3. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), ak nie je výsledok vyšetrenia, ktoré sa realizuje z kapilárnej krvi dostupný do 15 minút,
 - 4. prenosný EKG prístroj,
 - 5. infúzna pumpa,
 - 6. prenosný svetelný zdroj,
 - 7. pulzný oxymeter.

N. AMBULANCIA KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár klinickej farmakológie	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - 1. odberová miestnosť s plochou najmenej 8 m²,
 - 2. miestnosť archívu liekovej dokumentácie, klinických skúšaní a liekovej informatiky s plochou najmenej 8 m²,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej farmakológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie v odberovej miestnosti
 - 1. prístrojový stôl, manipulačný stôl a pracovná doska,
 - 2. lôžko alebo polohovateľné kreslo pre pacienta,
 - 3. stôl a stoličky,
 - 4. skrinka alebo police na nástroje,
 - 5. skrinka alebo police na materiál,

6. chladnička s teplomerom,
 7. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 8. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 9. umývadlo a drez,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie v odberovej miestnosti
– miešačka vzoriek.

O. KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	kardiológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie kardiologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie kardiologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 2. externý defibrilátor,
 3. echokardiografický prístroj so sondou pre transtorakálne vyšetrenie dospelého pacienta (minimálne technické parametre: dynamický rozsah >150 dB, min. 128 kanálov, frame rate v 2D >50, harmonické zobrazenie, farebné mapovanie prietokov, PW doppler s HPRF, CW doppler, TDI, sonda PA 2-4 MHz),
 4. EKG holter,
 5. tlakový holter,
 6. zariadenie pre záťažový EKG test (ergometria, bicyklová ergometria alebo na bežeckom páse).

P. AMBULANCIA KLINICKEJ ONKOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický onkológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 1. miestnosť na podanie cytostatík, prípravu ktorých zabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu, s plochou najmenej 6 m² na jedno lôžko alebo jedno kreslo; na 2 a viac kresiel musí byť plocha miestnosti najmenej 4 m² na každé kreslo,

2. miestnosť s laminárnym boxom na prípravu cytostatík, ak prípravu cytostatík nezabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu,
 3. miestnosť na umývanie, dekontamináciu a ukladanie močových fliaš a podložných mís s výlevkou,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej onkológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie na ambulantné podanie chemoterapie a cytostatík
1. lôžko,
 2. kreslo,
 3. infúzny stojan,
 4. pojazdný stolík na nástroje,
 5. prístrojový stôl, manipulačný stôl a pracovná doska,
 6. stôl a stoličky,
 7. skrinka alebo police na nástroje a zdravotnícke pomôcky,
 8. skrinka na lieky a infúzne fľaše s teplomerom,
 9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 10. umývadlo,
 11. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie na ambulantné podanie chemoterapie a cytostatík
1. infúzna pumpa²¹⁾ a injekčná pumpa,
 2. stojanová peristaltická pumpa.

Q. AMBULANCIA RADIAČNEJ ONKOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	radiačný onkológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie radiačnej onkológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie.

R. AMBULANCIA PRACOVNÉHO LEKÁRSTVA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár pracovného lekárstva	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická	1

	sestra – asistent	
--	-------------------	--

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pracovného lekárstva uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. optotyp,
 - 2. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. prenosný spirometer,
 - 2. tónový audiometer,²²⁾
 - 3. 12-zvodový EKG prístroj,
 - 4. prstový pletyzmograf,
 - 5. pulzný oxymeter.

S. NEFROLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	nefrológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie nefrologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1 a miestnosť s výlevkou pre manipuláciu so zbieraným močom,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie nefrologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - umývací a dezinfekčný automat na dekontamináciu a dezinfekciu zdravotníckych pomôcok so sterilizátorom, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; umývací a dezinfekčný automat nemusí byť súčasťou ďalšieho prístrojového vybavenia, ak nefrologická ambulancia používa výlučne materiál na jednorazové použitie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

T. PNEUMOLOGICKO-FTIZEOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pneumoftizeológ	1
b)	sestra, sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých alebo praktická sestra – asistent; ak sa v ambulancii vykonávajú	1

	endoskopické výkony sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch	
--	---	--

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie pneumologicko-ftizeologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
1. miestnosť s drezom na spirometriu a inhaláciu, ak sa zriaďuje,
 2. miestnosť s drezom na infúziu liečbu s plochou najmenej 6 m² na jedno lôžko, ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pneumologicko-ftizeologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie
1. polohovateľné lôžko,
 2. respirátory kategórie FFP2 alebo FFP3,
 3. dezinfikovateľné ochranné okuliare alebo štíty,
 4. centrálny rozvod medicínálnych plynov s kyslíkom alebo kyslíková fľaša a redukčný ventil,
 5. kalibračná pumpa na spirometer,
 6. inhalačné nástavce na aplikáciu bronchodilatátorov vo forme dávkovacích aerosólov,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie
1. spirometer vrátane bronchodilatačného testu,
 2. pulzný oxymeter,
 3. diagnostický monitor na vyhodnocovanie digitálnych snímok z vyšetrení založených na lekárskom ožiarení alebo digitálnej obrazovej dokumentácie,
 4. kyslíkový koncentrátor,
 5. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak pneumologicko-ftizeologická ambulancia používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

(3) Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	pneumoftizeológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku

a bdenia

a) základné funkčné priestory

1. miestnosť pre pacienta, ktorá musí byť svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,

b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,
2. stolík,
3. skrinka,

c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

– polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,

d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti

1. stôl a stoličky,
2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
4. fonendoskop,
5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,

e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti

– prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

(6) Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, ktorá poskytuje bronchoskopické vyšetrenie, musí spĺňať materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 7.

(7) Materiálno-technické vybavenie na poskytovanie bronchoskopických vyšetrení

a) ďalšie priestorové vybavenie

– miestnosť na čistenie a prípravu bronchoskopov s účinným podtlakovým vetraním s priamym odvodom odsávaného vzduchu do voľného ovzdušia

b) ďalšie vecné vybavenie

1. tester na funkčnosť bronchoskopu,
2. stolík na lokálnu anestéziu,
3. polohovateľné vyšetrovacie lôžko,
4. skrinka na uskladnenie bronchoskopu,
5. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
6. respirátory kategórie FFP2 alebo FFP3,
7. dezinfikovateľné ochranné okuliare alebo štíty,
8. kreslo pacienta na lokálnu anestéziu,
9. prenosný svetelný zdroj, ak nie je bronchoskop vybavený vlastným zdrojom,

10. dezinfektor na endoskop,

11. umývadlo,

12. dvojdrež,

c) ďalšie prístrojové vybavenie

1. flexibilný bronchoskop alebo videobronchoskop,

2. lekárska odsávačka,

3. pulzný oxymeter alebo monitor vitálnych funkcií,

4. defibrilátor,

5. zariadenie na prístrojovú dekontamináciu endoskopických prístrojov,

6. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov pre každú miestnosť, v ktorej prebieha poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom.

U. REUMATOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	reumatológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie reumatologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie reumatologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

– negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

– osteodenzitometer, ak reumatologická ambulancia poskytuje denzitometrické výkony.

V. ALGEZIOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	algeziológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie algeziologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1; zákroková miestnosť, ak sa zriaďuje,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie algeziologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

1. stojan na infúzie,

- 2. schodíky,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - transkutánná elektrická neurostimulácia (TENS),
- e) vecné vybavenie zákrokovej miestnosti
 - 1. zákrový stôl a operačná lampa,
 - 2. základný set chirurgických nástrojov,
 - 3. inštrumentárium na regionálnu analgéziu a lokálnu analgéziu,
 - 4. pojazdny stolík na nástroje a pomôcky,
 - 5. dvojkomorová manžeta s manometrami,
 - 6. spinálny set a pumpa,
 - 7. bodová lampa,
 - 8. banka,
- f) prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti
 - 1. infúzna (perfúzna) pumpa,
 - 2. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia a na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 3. 12-zvodový EKG prístroj,
 - 4. pulzný oxymeter.

W. CHIRURGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	chirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie chirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - 1. sadrovňa s plochou najmenej 10 m²; ak sa zriaďuje, môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
 - 2. diagnostická miestnosť, ak sa zriaďuje,
 - 3. kabína pre pacientov,
 - 4. zákrová miestnosť určená pre nenáročné ambulantné výkony, pri ktorých nedochádza k otváraniu telesných dutín a ktoré nevyžadujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie chirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie chirurgickej ambulancie
 - negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
- e) vecné vybavenie sadrovne

1. stôl, stoličky a vešiak,
 2. vyšetrovací stôl so schodíkmi,
 3. pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
 4. pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,
 5. drez s lapačom sadry,
- f) vecné vybavenie diagnostickej miestnosti
– rektoskop s možnosťou odberu histológie,
- g) vecné vybavenie zákrokovej miestnosti
1. vyšetrovací polohovateľný stôl so svietidlom,
 2. operačná polohovateľná stolička,
 3. operačný stolík,
 4. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
 5. pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
 6. sterilný chirurgický šicí materiál,
 7. chirurgická súprava nástrojov,
 8. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 9. skriňa na operačnú bielizeň,
 10. umývadlo uzavreté vo vstavanej skrini alebo aseptické stojanové umývadlo,
- h) prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti
1. koagulačný prístroj (mono, bikoagulácia, ligasure),
 2. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 3. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak chirurgická ambulancia používa výlučne jednorazové ostré príslušenstvo alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

X. KARDIOCHIRURGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	kardiochirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie kardiochirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie kardiochirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 2. defibrilátor.

Y. NEUROCHIRURGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	neurochirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie neurochirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurochirurgickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

Z. AMBULANCIA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	traumatológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie úrazovej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - a) sadrovňa s plochou najmenej 10 m²; ak sa zriaďuje, môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
 - b) zákroková miestnosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie úrazovej chirurgie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie
 - negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie.

(3) Ambulancia úrazovej chirurgie musí spĺňať materiálno-technické vybavenie ako chirurgická ambulancia.

AA. AMBULANCIA PLASTICKEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	plastický chirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie plastickej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,

- b) ďalšie vybavenie s výnimkou sadrovne musí ambulancia plastickej chirurgie spĺňať ako chirurgická ambulancia.

AB. AMBULANCIA CIEVNEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	cievny chirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
– zákrová miestnosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie cievnej chirurgie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
1. CW Doppler na meranie periférnych prietokov, tlakov a indexov,
 2. USG prístroj na triplexné vyšetrenie periférnych ciev (B-mode, colorduplex, spektrálna analýza),
- e) ďalšie prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti
1. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov v zákrokovej miestnosti,
 2. sterilizátor v zákrokovej miestnosti, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak ambulancia cievnej chirurgie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

AC. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	ortopéd	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ortopedickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
1. sadrovňa s plochou najmenej 10 m²; ak sa zriaďuje, môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
 2. zákrová miestnosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ortopedickej ambulancie uvedené v II. časti

ods. 4 a 5,

d) ďalšie vecné vybavenie

1. uhlomer,

2. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,

e) ďalšie prístrojové vybavenie

– osteodenzitometer; ak ortopedická ambulancia poskytuje denzitometrické výkony.

(3) Ortopedická ambulancia musí spĺňať materiálno-technické vybavenie ako chirurgická ambulancia.

AD. UROLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	urológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent; ak sa v ambulancii vykonávajú endoskopické výkony sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie urologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie urologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

– umývadlo a dvojdrež, ak vykonáva endokospické výkony,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. USG prístroj s abdominálnou sondou,

2. flexibilný cystoskop,

3. uroflowmeter,

4. mikroskop,

5. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak urologická ambulancia používa výlučne jednorazové ostré endoskopické príslušenstvo alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

AE. OTORINOLARYNGOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	otorinolaryngológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent; ak otorinolaryngologická ambulancia poskytuje audiometrické výkony, súčasťou personálneho zabezpečenia musí byť sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti audiometria	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie uvedené v II časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - audiometrická miestnosť – tichá komora, ak sa vykonáva audiometria,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie otorinolaryngologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. otočné polohovacie ORL vyšetrovacie kreslo s kľbovou lampou a otočnou stoličkou,
 - 2. tympanometer,
 - 3. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
 - 4. set nástrojov na ORL vyšetrenie,
 - 5. čelový reflektor s kľbovou lampou alebo čelová lampa,
 - 6. sada ladičiek,
 - 7. dvojdrež,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. vyšetrovací mikroskop,
 - 2. flexibilný endoskop na rino-nazo-pharyngo-laryngoskopiu a zdroj svetla,
 - 3. odsávačka,
 - 4. elektroauter (bi alebo mono-polárny) na zastavenie krvácania,
 - 5. tónový audiometer,
 - 6. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak otorinolaryngologická ambulancia používa výlučne jednorazové ostré endoskopické príslušenstvo alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- f) ďalšie prístrojové vybavenie, ak otorinolaryngologická ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore foniatria
 - 1. rigidný laryngostroboskop,
 - 2. tympanometer a stapediové reflexy,
 - 3. tónový audiometer s rečovou audiometriou do slúchadiel aj vo voľnom poli.

(3) Otorinolaryngologická ambulancia, ktorá vykonáva audiometrické výkony a nemá vlastnú audiometrickú miestnosť – tichú komoru, musí mať vyšetrenie zmluvne zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

(4) Otorinolaryngologická ambulancia, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 5 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 6.

(5) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	otorinolaryngológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
----	---	---

b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1
----	--	----------

(6) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a) základné funkčné priestory

1. miestnosť pre pacienta, ktorá musí byť svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,

b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,
2. stolík,
3. skrinka,

c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

– polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,

d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti

1. stôl a stoličky,
2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
4. fonendoskop,
5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,

e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti

– prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

AF. AMBULANCIA HRUDNÍKOVEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	hrudníkový chirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie hrudníkovej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie hrudníkovej chirurgie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

- c) ďalšie prístrojové vybavenie
– elektrická odsávačka alebo centrálny odsávací systém.

(3) Ambulancia hrudníkovej chirurgie musí spĺňať materiálno-technické vybavenie ako chirurgická ambulancia.

AG. OFTALMOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	oftalmológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie oftalmologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
– zákroková miestnosť určená pre nenáročné ambulantné výkony, pri ktorých nedochádza k otváraniu telesných dutín a ktoré nevyžadujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie oftalmologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. q) a prístrojové vybavenie oftalmologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a),
- d) ďalšie vecné vybavenie, ak oftalmologická ambulancia nevykonáva invazívne ambulantné výkony alebo miniinvazívne ambulantné výkony
1. optotyp,
 2. skúšobný rám, sada skúšobných skiel,
 3. šošovky na nepriame vyšetrenie očného pozadia,
 4. tabuľka na vyšetrenie zrakovkej ostrosti do blízka,
 5. tabuľka na vyšetrenie farbocitu,
 6. sada prizmatických skiel alebo prizmatické lišty,
 7. sada jednorazových nástrojov na prestrek slzných ciest a ošetrenie rany,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie, ak oftalmologická ambulancia nevykonáva invazívne ambulantné výkony alebo miniinvazívne ambulantné výkony
1. prístroj na meranie refrakcie a zakrivenia rohovky – automatický refraktometer alebo keratorefraktometer, skiaskopické zrkadlo a lišty u detí,
 2. prístroje na meranie vnútroočného tlaku, pachymeter,
 3. oftalmoskop,
 4. štrbinová lampa,
 5. periméter kinetický alebo statický,
 6. fokometer,
- f) ďalšie vecné vybavenie zákrokovej miestnosti
1. vyšetrovací stôl so svetidlom,
 2. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
 3. sada nástrojov na operačné zákroky,

4. sterilný šicí materiál,
 5. pojazdný stolík na nástroje a pomôcky,
 6. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 7. skriňa na operačnú bielizeň,
 8. umývadlo,
- g) ďalšie prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti
- germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

AH. DERMATOVENEROLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	dermatovenerológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dermatovenerologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
1. Woodova lampa,
 2. pošvové zrkadlá,
 3. set na malé chirurgické výkony,
 4. set na epikutánne testovanie; ak dermatovenerologická ambulancia nemá vlastný set na epikutánne testovanie, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
1. zariadenie na kryoterapiu,
 2. elektrokauter,
 3. dermatoskop.

AI. NEUROLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	neuroológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie neurologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

1. neurologické kladivko,
2. svietidlo.

(3) Neurologická ambulancia, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	neuroológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a) základné funkčné priestory

1. miestnosť pre pacienta, ktorá musí byť svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,

b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,
2. stolík,
3. skrinka,

c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením

– polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,

d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti

1. stôl a stoličky,
2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
4. fonendoskop,
5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,

e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti

– prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

AJ. PSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne vybavenie

a)	psychiater	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti v ods. 4 okrem písm. a), c), k), t) až x) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a),
- c) ďalšie vecné vybavenie
– stolička pre príbuzného.

(3) Psychiatrická ambulancia, ktorá vykonáva elektrokonvulzívnu terapiu musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 1 a 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne vybavenie na výkon elektrokonvulzívnej terapie

a)	anestéziológ a intenzivista	1
b)	sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon elektrokonvulzívnej terapie

- a) zákroková miestnosť s plochou najmenej 20 m²,
- b) miestnosť pre zotavenie s plochou najmenej 5 m² na lôžko, ktorá musí byť priamo prepojená so zákrokovou miestnosťou pre prípad presunu personálu a technického vybavenia,
- c) ďalšie vecné vybavenie zákrokovej miestnosti
 1. intubačná sada,
 2. polohovateľné zákrokové lôžko s odnímateľnými bočnicami a čelom,
 3. lieková skrinka a skrinka na zdravotnícky materiál,
 4. vzduchovody,
 5. chránič zubov,
 6. lieh na odmastenie,
 7. vodivý gél na elektródy,
 8. abrazívny gél,
 9. náhradné EKG a EEG elektródy,
 10. umývadlo s teplou a studenou vodou,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie zákrokovej miestnosti
 1. prístroj pre aplikáciu elektrokonvulzívnej terapie s možnosťou krátkopulznej a ultrakrátkopulznej stimulácie,

2. EKG prístroj, ktorý môže byť súčasťou EEG prístroja,
 3. pulzný oxymeter,
 4. kyslíkový prístroj s ventilátorom a maskami,
 5. odsávačka,
- e) ďalšie vecné vybavenie pre miestnosť na zotavenie
1. polohovateľné zákrokové lôžko s odnímateľnými bočnicami a čelom,
 2. záves alebo zástena pre zabezpečenie súkromia pacienta ku každému lôžku,
 3. kyslíkový rozvod alebo prenosná kyslíková fľaša,
- f) ďalšie prístrojové vybavenie pre miestnosť na zotavenie
1. neinvazívne meradlo tlaku krvi na každé lôžko,
 2. pulzný oxymeter na každé lôžko,
 3. monitor EKG.

(6) Psychiatrická ambulancia, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 7 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 8.

(7) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra - asistent	1

(8) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

- a) základné funkčné priestory
1. miestnosť pre pacienta, ktorá musí byť svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
 2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,
- b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,
 2. stolík,
 3. skrinka,
- c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
- polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,
- d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti
1. stôl a stoličky,

2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
 3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 4. fonendoskop,
 5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,
- e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti
- prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

AK. AMBULANCIA DETSKEJ PSYCHIATRIE

(1) Personálne vybavenie

a)	detský psychiater	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie detskej psychiatrie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie detskej psychiatrie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), k), t) až x) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a),
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - stolička pre príbuzného.

AL. AMBULANCIA MEDICÍNY ZÁVISLOSTÍ

(1) Personálne zabezpečenie

a)	psychiater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti medicína drogových závislostí	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie medicíny závislostí uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie medicíny závislostí uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), k), t), x) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - stolička pre príbuzného,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - analyzátor dychu.²¹⁾

(3) Ambulancia medicíny závislostí, ktorá vykonáva certifikované pracovné činnosti v certifikačnom odbore látkové a nelátkové závislosti, musí spĺňať personálne zabezpečenie

uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikačnom odbore látkové a nelátkové závislosti

a)	klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti látkové a nelátkové závislosti, poradenský psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti látkové a nelátkové závislosti alebo pracovný psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti látkové a nelátkové závislosti	1
----	---	----------

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikačnom odbore látkové a nelátkové závislosti

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie medicíny závislostí uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie medicíny závislostí uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), o), t), u) až ab) a základné prístrojové vybavenie ambulancie medicíny závislostí uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,
 - 2. stôl a stoličky na psychoterapiu, rodinnú terapiu alebo poradenstvo podľa počtu členov v skupine,
 - 3. psychodiagnostické metódy.

(6) Ambulancia medicíny závislostí so zameraním na deti a adolescentov musí mať pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie a stimuláciu psychomotorického vývinu dieťaťa, psychodiagnostické metódy vhodné pre deti a bezpodnetovú miestnosť s plochou najmenej 8 m².

AM. NEUROPSYCHIATRICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	neuropsychiater	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie neuropsychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neuropsychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), d), t) až x) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),
- c) ďalšie vybavenie
 - 1. stolička pre príbuzného,
 - 2. neurologické kladivko,
 - 3. neurologická ladička.

AN. AMBULANCIA KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

klinický psychológ	1
--------------------	---

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej psychológie

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
2. čakáreň s plochou najmenej 5 m²,
3. toaleta pre personál a pacientov,

b) základné vecné vybavenie ambulancie klinickej psychológie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), i), k), o), q), s), u) až ad) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),

c) ďalšie vecné vybavenie

1. relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a stoličky na rodinné alebo skupinové intervencie podľa počtu členov v skupine,
3. počítač s príslušenstvom pre pacienta, ak je pre výkon poskytovanej zdravotnej starostlivosti nevyhnutný,
4. prikrývka,
5. psychodiagnostické nástroje, ak ambulancia klinickej psychológie vykonáva dopravno-psychologické vyšetrenia,
6. prístroj na vyšetrenie senzomotorických reakcií.

(3) Ambulancia klinickej psychológie so zameraním na deti, musí mať prebaľovací stôl, pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie a stimuláciu psychomotorického vývinu dieťaťa, psychodiagnostické nástroje vhodné pre deti a bezpodnetovú miestnosť s rozmermi najmenej 8 m².

AO. AMBULANCIA PORADENSKEJ PSYCHOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

poradenský psychológ	1
----------------------	---

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie poradenskej psychológie

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
2. čakáreň s plochou najmenej 5 m²,
3. toaleta pre personál a pacientov,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie poradenskej psychológie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), i), k), o), q), s), u) až ad) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),

c) ďalšie vecné vybavenie

1. relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a stoličky na rodinné alebo skupinové intervencie podľa počtu členov v skupine,
3. psychodiagnostické nástroje, ak ambulancia poradenskej psychológie vykonáva dopravno-psychologické vyšetrenia,

4. prístroj na vyšetrenie senzomotorických reakcií.

(3) Ambulancia poradenskej psychológie so zameraním na deti a adolescentov musí mať prebaľovací stôl, pomôcky a didaktické hračky na vyšetrovanie a stimuláciu psychomotorického vývinu dieťaťa a psychodiagnostické nástroje vhodné pre deti.

AP. AMBULANCIA PRACOVNEJ A ORGANIZAČNEJ PSYCHOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

pracovný psychológ	1
--------------------	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie pracovnej a organizačnej psychológie

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
2. čakáreň s plochou najmenej 5 m²,
3. toaleta pre personál a pacientov,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie poradenskej psychológie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), i), k), o), q), s), u) až ad) a základné prístrojové vybavenie psychiatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),

c) ďalšie vecné vybavenie

1. relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a stoličky na rodinné alebo skupinové intervencie podľa počtu členov v skupine,
3. psychodiagnostické nástroje, ak ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie vykonáva dopravno-psychologické vyšetrenia,
4. prístroj na vyšetrenie senzomotorických reakcií.

AR. AMBULANCIA KLINICKEJ LOGOPÉDIE

(1) Personálne zabezpečenie

klinický logopéd	1
------------------	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej logopédie

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m² vrátane priestoru na relaxáciu pre osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou,
2. čakáreň s plochou najmenej 5 m²,
3. toaleta pre personál a pacientov,

b) základné vecné vybavenie ambulancie klinickej logopédie uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), d), o), t) až ac) a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej logopédie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c),

c) ďalšie vecné vybavenie

1. relaxačná pohovka alebo stôl a dve kreslá,
2. stôl a stoličky na skupinovú terapiu podľa počtu členov v skupine,

3. diagnostické testy,
4. didaktické pomôcky a hračky.

AS. AMBULANCIA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

(1) Personálne zabezpečenie

liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika	1
--	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
2. čakáreň s plochou najmenej 5 m²,
3. toaleta pre personál a pacientov,

b) základné vecné vybavenie ambulancie liečebnej pedagogiky uvedené v II. časti ods. 4 okrem písm. a), c), d), o), t), u) až x), z) až ac) a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej logopédie uvedené v II. časti ods. 5 okrem písm. a) a c).

c) ďalšie vecné vybavenie

1. relaxačná pohovka alebo stôl a dve kreslá,
2. základné vybavenie pre ergoterapiu, arteterapiu, muzikoterapiu, psychomotorickú terapiu, dramatoterapiu a biblioterapiu,
3. stimulačné hračky a pomôcky, štandardné hračky a pomôcky,
4. diagnostické testy.

AT. AMBULANCIA LEKÁRSKEJ GENETIKY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár genetik	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky uvedené v II. časti ods. 1,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie lekárskej genetiky uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

AU. AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLOGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	imunoalergológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie klinickej imunológie a alergológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vybavenie
 - testovacie sety.

AV. AMBULANCIA FYZIATRIE, BALNEOLÓGIE A LIEČEBNEJ REHABILITÁCIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	1
b)	fyzioterapeut, sestra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. goniometer,
 - 2. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,
 - 3. pravítkový uhlomer,
 - 4. olovnica,
 - 5. neurologické kladivko,
 - 6. žinenka alebo podložka,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - prístroje na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízko- a strednofrekvenčných prúdov.

AW. AMBULANCIA AKUPUNKTÚRY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	akupunkturista	1
b)	setra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie akupunktúry uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie akupunktúry uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie

1. ihly pre korporálnu a ušnú akupunktúru,
 2. špeciálny zdravotnícky materiál používaný v akupunktúre,
 3. pomôcky na vykonávanie neinvazívnych techník v akupunktúre – modifikácie akupunktúry,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
- prístroj na akupunktúrnú diagnostiku, prípadne aj na stimuláciu aktívnych bodov.

AX. AMBULANCIA TELOVÝCHOVNÉHO LEKÁRSTVA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	telovýchovný lekár	1
b)	sestra alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie telovýchovného lekárstva uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 1. kaliper klasický alebo digitálny,
 2. dynamometer pre deti a dospelých,
 3. optotyp,
 4. vlhkomer,
 5. stopky,
 6. barometer,
 7. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 2. ergometer – bicyklový alebo bežiaci pás so systémom desiatich vákuových elektród EKG,
 3. spirometer,
 4. defibrilátor.

AY. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ ENDOKRINOLÓGIE A DIABETOLÓGIE A PORÚCH LÁTKOVEJ PREMENY A VÝŽIVY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický endokrinológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch

látkovej premeny a výživy uvedené v II. časti ods. 1,

- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. orchidometer,
 - 2. rastové krivky,
 - 3. atlas hodnotenia kostného veku,
 - 4. edukačné materiály,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. počítač určený na sťahovanie glykemických profilov pacientov a ich vyhodnocovanie,
 - 2. glukomer.

AZ. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ CHIRURGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	detský chirurg	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej chirurgie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - 1. sadrovňa s plochou najmenej 10 m²; ak sa zriaďuje, môže byť spoločná pre viaceré ambulancie,
 - 2. zákroková miestnosť určená pre nenáročné ambulantné výkony, pri ktorých nedochádza k otváraniu telesných dutín a ktoré nevyžadujú jednodňovú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť s plochou najmenej 20 m², ak sa zriaďuje,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej chirurgie uvedené v II. časti ods. 4.

(3) Ambulancia pediatrickej chirurgie musí spĺňať materiálno-technické vybavenie ako chirurgická ambulancia.

BA. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GASTROENTEROLÓGIE, HEPATOLÓGIE A VÝŽIVY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický gastroenterológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent; ak sa v ambulancii vykonávajú endoskopické výkony sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

je uvedené v II. časti ods. 1,

- b) ďalšie priestorové vybavenie, ak ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy vykonáva endoskopické vyšetrenia
 - miestnosť na čistenie a prípravu endoskopov,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy je uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie, ak ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy vykonáva endoskopické vyšetrenia
 - 1. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte mechanicky (klipy), elektrokoaguláciou a injekčne, vybavenie na odstraňovanie slizničných lézií tráviaceho traktu, endoskopický uzáver perforácie (klipy) a na odstraňovanie cudzích telies,
 - 2. skriňa na uchovávanie endoskopov,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie, ak ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy vykonáva endoskopické vyšetrenia
 - 1. flexibilný videogastroskop,
 - 2. flexibilný videokolonoskop,
 - 3. mikroprocesorom riadená elektrochirurgická jednotka k flexibilným endoskopom,
 - 4. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k flexibilným endoskopom,
 - 5. pulzný oxymeter,
- f) ďalšie vecné a prístrojové vybavenie miestnosť na čistenie a prípravu endoskopov, ak sa zriaďuje
 - 1. zariadenie na manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopických prístrojov,
 - 2. dvojdrež,
 - 3. germicídny žiarič.

BB. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GYNEKOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický gynekológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo pôrodná asistentka	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej gynekológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie pediatrickej gynekológie uvedené v II. časti ods. 4, okrem písmena h), n), r), v) až x), ac) a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej gynekológie uvedené v II. časti v ods. 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - 1. gynekologický vyšetrovací stôl,
 - 2. pošvové zrkadlo,
 - 3. vaginoskop s príslušenstvom,
 - 4. pomôcky na malé chirurgické výkony,

- d) ďalšie prístrojové vybavenie
– mikroskop.

(3) Ambulancia pediatickej gynekológie, ktorá poskytuje USG vyšetrenie musí mať USG prístroj. Ambulancia pediatickej gynekológie, ktorá nemá vlastný USG prístroj, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

BC. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ HEMATOLÓGIE A ONKOLÓGIE

- (1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický hematológ a onkológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

- (2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatickej hematológie a onkológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
– miestnosť s laminárnym boxom na prípravu cytostatík, ak prípravu cytostatík nezabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatickej hematológie a onkológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- d) ďalšie vecné vybavenie
1. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
 2. centrálny rozvod kyslíka,
 3. kyslíková masky,
 4. odsávačka,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie čakárne
– germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

(3) Ambulancia pediatickej hematológie a onkológie, ktorá aplikuje cytostatiká alebo hemoterapiu, musí spĺňať vecné a prístrojové vybavenie ako ambulancia klinickej onkológie.

BD. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ KARDIOLÓGIE

- (1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický kardiológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

- (2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatickej kardiológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatickej kardiológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie prístrojové vybavenie

1. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
2. defibrilátor,
3. echokardiografický prístroj /TTE-ECHO/ pre všetky vekové skupiny sondy s možnosťou duplexného zobrazenia a farebného mapovania, a softwarovým vybavením (TM ,2D, CFM, PW, CW,TDI) s archiváciou do USG prístroja/počítača,
4. tlakový holter,
5. EKG holter,
6. pulzný oxymeter.

BE. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ NEFROLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický nefrológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej nefrológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej nefrológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 1. ústne lopatky,
 2. poháre na vyšetrenie moču,
 3. odmerný valec,²³⁾
 4. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
 5. sterilný katéter na cievkovanie močového mechúra,
 6. 20 % kyselina sulfosalicylová,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. USG prístroj,
 2. mikroskop a Burkerova komôrka,
 3. centrifúga.

BF. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ NEUROLOGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický neurológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej neurologie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej neurologie uvedené

v II. časti ods. 4 a 5,

c) ďalšie vecné vybavenie

1. neurologické kladivko,
2. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,
3. svietidlo – baterka malá,

d) ďalšie prístrojové vybavenie

1. EEG prístroj a čiapky na snímanie rozličných veľkostí,
2. USG prístroj s konvexnou sondou na vyšetrenie cez veľkú fontanelu,
3. EMG prístroj na elektrofyziologické vyšetrenie.

BG. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ PNEUMOLÓGIE A FTIZEOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický pneumoftizeológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent; ak sa v ambulancii vykonávajú endoskopické výkony sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej pneumológie a ftizeológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej pneumológie a ftizeológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. spirometer,
 2. inhalátor,
 3. pulzný oxymeter.

BH. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ REUMATOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický reumatológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej reumatológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej reumatológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej

dokumentácie.

BI. AMBULANCIA PEDIATRICKEJ UROLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický urológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pediatrickej urológie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie pediatrickej urológie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. USG prístroj s abdominálnou sondou,
 - 2. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak ambulancia pediatrickej urológie používa výlučne jednorazové ostré endoskopické príslušenstvo alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- d) ďalšie vecné vybavenie
 - umývadlo a dvojrez ak sa v ambulancii pediatrickej urológie vykonávajú endoskopické výkony.

(3) Ambulancia pediatrickej urológie, ktorá nemá vlastný USG prístroj, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

BJ. AMBULANCIA PALIATÍVNEJ MEDICÍNY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	paliatológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v komunite alebo praktická sestra – asistent; pri ambulanciách paliatívnej medicíny zameranej na deti sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie paliatívnej medicíny uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie paliatívnej medicíny uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

BK. AMBULANCIA NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár nukleárnej medicíny	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie nukleárnej medicíny uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie nukleárnej medicíny uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

(3) Ambulancia nukleárnej medicíny, ktorá je súčasťou kontrolovaného pásma, kde sa manipuluje s rádioaktívnou látkou, musí mať rovnaké materiálno-technické vybavenie ako ambulancia pri oddelení nukleárnej medicíny v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo pri zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, vrátane dozimetrických prístrojov a ochranných prostriedkov.

BL. AMBULANCIA DENTÁLNEJ HYGIENY

(1) Personálne zabezpečenie

dentálna hygienička	1
---------------------	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie dentálnej hygieny uvedené v II. časti ods. 2 okrem písm. a), o), t), v), w), y) až ab),
- c) ďalšie vecné vybavenie
- súprava vyšetrovacích nástrojov – zubné zrkadlo, pátradlo, vyšetrovacie a parodontálne sondy, zubná sonda, pinzeta,
 - nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
 - súbor základných parodontologických nástrojov – škrabka, kyreta, koreňové pilníčky,
 - ochranné pomôcky pre dentálnu hygieničku,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
- zubno-lekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svetidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
 - odlučovač amalgámu s minimálne 95 % účinnosťou na každej zubno-lekárskej súprave, na ktorej sa používa zubný amalgám alebo sa odstraňujú amalgámové výplne,
 - ultrazvukový odstraňovač zubného kameňa a koncovky na odstraňovač.

BM. HEPATOLOGICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	hepatológ alebo gastroenterológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- základné priestorové vybavenie hepatologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie hepatologickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

(3) Hepatologická ambulancia, ktorá nemá vlastný USG prístroj pre abdominálnu sonografiu, musí mať vyšetrenie zabezpečené u iného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

BN. AMBULANCIA ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	anestéziológ a intenzivista alebo pediatrický anestéziológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie anestéziológie a intenzívnej medicíny uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vecné vybavenie
 - váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II s meracím rozsahom minimálne do 160 kg,¹⁷⁾
- d) ďalšie prístrojové vybavenie
 - 1. pulzný oxymeter,
 - 2. spirometer.

(3) Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	anestéziológ a intenzivista s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

- a) základné funkčné priestory
 - 1. miestnosť pre pacienta, svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
 - 2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhotovenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,
- b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
 - 1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritériá pre zdravý spánok,
 - 2. stolík,

3. skrinka,

- c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
– polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas desať hodín,
- d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti
1. stôl a stoličky,
 2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
 3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 4. fonendoskop,
 5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,
- e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti
– prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

BO. PEDIATRICKÁ AMBULANCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediater alebo neonatológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie pediatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pediatrickej ambulancie uvedené v II. časti ods. 4 a 5,
- c) ďalšie vybavenie musí zodpovedať vybaveniu pediatrickej ambulancie pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Pediatrická ambulancia, ktorá vykonáva špecializovanú diagnostiku a liečbu porúch spánku a bdenia, musí spĺňať personálne zabezpečenie uvedené v ods. 4 a materiálno-technické vybavenie uvedené v ods. 2 a 5.

(4) Personálne zabezpečenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

a)	pediater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti somnológia	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, sestra špecialistka v anesteziológii a intenzívnej starostlivosti, sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy, zdravotnícky laborant, fyzik v zdravotníctve alebo praktická sestra – asistent	1

(5) Materiálno-technické vybavenie na výkon špecializovanej diagnostiky a liečby porúch spánku a bdenia

- a) základné funkčné priestory
1. miestnosť pre pacienta, svetelne a zvukovo izolovaná s plochou najmenej 5 m²,
 2. monitorovacia miestnosť pre pracovníka zodpovedného za zhodnotenie záznamu s plochou najmenej 3 m²,
- b) základné vecné vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
1. pevné lôžko, ktoré spĺňa kritéria pre zdravý spánok,
 2. stolík,
 3. skrinka,
- c) základné prístrojové vybavenie miestnosti pre pacienta so zatemnením
- polysomnograf alebo videopolysomnograf na kontinuálne snímanie a záznam biologických signálov EEG, EOG, EMG a EKG, prietok vzduchu v dýchacích cestách, saturácie kyslíkom pomocou pulznej oxymetrie, dýchacieho úsilia pomocou hrudného a brušného snímača, pohybov končatín, mikrofón pre záznam zvukov chrápania najmenej počas 10 hodín,
- d) základné vecné vybavenie monitorovacej miestnosti
1. stôl a stoličky,
 2. počítač a monitorovací systém polysomnografického prístroja,
 3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 4. fonendoskop,
 5. sada masiek na neinvazívnu ventiláciu,
- e) základné prístrojové vybavenie monitorovacej miestnosti
- prístroj na titrovanie tlakov pri neinvazívnej ventilácii s možnosťou zobrazenia registrovaných signálov v reálnom čase počas titrácie tlaku.

(6) Pediatrická ambulancia sa zriaďuje len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v najmenej v jednom pediatrickom odbore.

BP. AMBULANCIA VASKULÁRNEJ A NEVASKULÁRNEJ INTERVENČNEJ RÁDIOLÓGIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	rádiológ	1
b)	sestra	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie nukleárnej medicíny uvedené v II. časti ods. 1,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie nukleárnej medicíny uvedené v II. časti ods. 4 a 5.

(3) Ambulancia vaskulárnej a nevaskulárnej intervenčnej rádiológie sa zriaďuje len v nemocnici.

V. ČASŤ

AMBULANCIA PEVNEJ ALEBO DOPLNKOVEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY

A. AMBULANCIA PEVNEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH A AMBULANCIA DOPLNKOVEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DOSPELÝCH

(1) Personálne zabezpečenie

a)	všeobecný lekár alebo internista	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo praktická sestra – asistent	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
 2. prípravovňa s plochou najmenej 9 m², ak sa zriaďuje,
 3. čakáreň s plochou najmenej 10 m²,
 4. toaleta pre pacientov,
 5. toaleta pre personál,
 6. miestnosť na upratovanie s výlevkou,
 7. miestnosť alebo priestor na uchovávanie dokumentov,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
1. mobilné vyšetrovacie lôžko na kolieskach prístupné z troch strán,
 2. umývadlo,
 3. drež,
 4. počítač
 5. stôl so stoličkou pre personál,
 6. stolička pre pacienta,
 7. uzamykateľná skrinka na lieky a zdravotnícke pomôcky s teplomerom,
 8. chladnička s teplomerom,
 9. vešiak,
 10. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
 11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 12. nádoba na kontaminovaný odpad,
 13. nádoba na zber ostrých predmetov,
 14. fonendoskop,
 15. kalibrovaný lekársky teplomer,
 16. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
 17. obväzový materiál (gáza, tampóny, leukoplast) a pomôcky na ošetrenie – súprava na ošetrenie rán a zastavenie krvácania, súprava na ošetrenie popálenín a poleptania, vybavenie na ošetrenie a transport replantátu, termofólia,
 18. škrtidlo,
 19. dezinfekčný roztok,
 20. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 21. telefón,

22. infúzny stojan alebo závesný aparát na infúzne fľaše,
 23. emitná miska,
 24. zdravotnícke pomôcky na podávanie liekov (jednorázové injekčné striekačky a ihly, infúzne súpravy),
 25. sterilné chirurgické nožnice,
 26. sterilná chirurgická pinzeta,
 27. jednorázové sterilné a nesterilné rukavice, rúška na tvár,
 28. otoskop,
 29. fľaša na moč a močové poháre,
 30. ústne lopatky,
 31. neurologické kladívko,
 32. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov pre čakáreň,
 33. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov pre ambulanciu,
 34. nábytok na vybavenie čakárne – umývateľné stoličky alebo lavice a vešiak,
- c) základné prístrojové vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých
1. neinvazívne meradlo tlaku krvi s manžetami pre rôzne hmotnostné kategórie pacientov,
 2. glukomer,
 3. automatický externý defibrilátor,
 4. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 5. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), leukocytov v krvi, leukocytov v moči, Troponin I /T/ a D-Dimer, ak nie je výsledok vyšetrenia dostupný do 30 minút.

**B. AMBULANCIA PEVNEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI A DORAST
A AMBULANCIA DOPLNKOVEJ AMBULANTNEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY PRE DETI
A DORAST**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediater	1
b)	sestra alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie ambulancie pohotovostnej služby pre deti a dorast a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
 2. prípravovňa s plochou najmenej 9 m², ak sa zriaďuje
 3. čakáreň s plochou najmenej 10 m² vybavená prebaľovacím stolom,
 4. toaleta pre pacientov,
 5. toaleta pre personál,
 6. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

7. miestnosť alebo priestor na uchovávanie dokumentov,
- b) základné vecné vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast
 1. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm,
 2. umývadlo na ruky,
 3. drež na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov; ak je inštalovaný v prípravovni, v ambulancii nie je potrebný,
 4. stôl a stoličky,
 5. počítač,
 6. telefón,
 7. stolička pre pacienta,
 8. vešiak,
 9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním v ambulancii aj v prípravovni, ak je zriadená,
 10. nádoba na kontaminovaný odpad v prípravovni; ak je zriadená,
 11. emitná miska,
 12. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 13. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky, vybavená teplomerom a vlhkomerom,
 14. kartotečná uzamykateľná skriňa,
 15. chladnička s teplomerom,
 16. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II,
 17. materializovaná dĺžková miera – meradlo telesnej výšky,
 18. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,
 19. skrinka na nástroje a pomôcky,
 20. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
 21. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
 22. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 23. pomôcky na odbery biologického materiálu,
 24. pomôcky na podávanie liekov,
 25. infúzny stojan,
 26. fonendoskop,
 27. kalibrovaný lekársky teplomer,
 28. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
 29. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
 30. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov pre čakáreň,
 31. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov pre

ambulanciu,

c) základné prístrojové vybavenie ambulancie pevnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých a ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dospelých

1. neinvazívne meradlo tlaku krvi s vymeniteľnými manžetami,
2. glukomer,
3. prístroj na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP), ak nie je výsledok vyšetrenia, ktoré sa realizuje z kapilárnej krvi dostupný do 30 minút,
4. osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
5. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak ambulancia používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom.

VI. ČASŤ

AMBULANCIA ZUBNOLÉKÁRSKEJ POHOTOVOSTNEJ SLUŽBY

(1) Personálne zabezpečenie

a)	zubný lekár	1
b)	sestra, praktická sestra – asistent, zubný asistent alebo dentálna hygienička	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby

1. ambulancia s plochou najmenej 12 m²,
2. čakáreň s plochou najmenej 6 m²,
3. toaleta pre pacientov,
4. toaleta pre personál,
5. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby

1. zubnolekárska súprava nástrojov,
2. nástenné zrkadlo a ručné zrkadlo,
3. súbor základných chirurgických nástrojov, extrakčné kliešte, extrakčné páky, chirurgické pinzety, ihelce vrátane materiálov na šitie a zastavenie krvácania,
4. súbor základných paradontologických nástrojov,
5. ochranné pomôcky pre personál,
6. umývadlo na ruky,
7. drež,
8. stôl a stoličky,
9. počítač,
10. telefón,
11. vešiak,
12. chladnička s teplomerom,

13. skrinka na nástroje a pomôcky,
 14. sterilné štvorce a sterilné tampóny,
 15. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 16. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 17. dezinfekčný roztok,
 18. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 19. fonendoskop,
 20. kalibrovaný lekársky teplomer,
 21. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
 22. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- c) základné prístrojové vybavenie ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby
1. zubnolekárska súprava s príslušenstvom, kreslom, svetidlom, pľuvadlom, prívodom stlačeného vzduchu a odsliňovačom,
 2. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak ambulancia zubnolekárskej pohotovostnej služby používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 3. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 4. odlučovač amalgámu s minimálne 95 % účinnosťou na každej zubno-lekárskej súprave, na ktorej sa používa zubný amalgám alebo sa odstraňujú amalgámové výplne,
 5. zubný RTG prístroj s príslušenstvom.

VII. ČASŤ

ZARIADENIA NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

(1) Táto časť ustanovuje personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre

- a) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia,
- b) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo,
- c) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia,
- d) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore cievna chirurgia,
- e) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia,
- f) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológia,
- g) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia,
- h) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia,
- i) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia,
- j) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia a certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia,
- k) zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore úrazová chirurgia.

(2) Anestéziológ a intenzivista zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti musí spĺňať odbornú spôsobilosť takto:

- a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína,

- b) päť rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále,
- c) päť rokov odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na detskom oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, ak ide o poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v pediatrii.

(3) Základné funkčné priestory zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti

- a) pracovisko s plochou najmenej 15 m²,
- b) čakáreň s plochou najmenej 7 m²,
- c) toaleta pre pacientov,
- d) toaleta pre personál,
- e) šatne pre personál osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
- f) recepcia alebo prijímacia kancelária, ktorá môže byť spojená s čakárňou,
- g) šatňa pre pacientov s uzamykateľnými príručnými skrinkami,
- h) operačný trakt
 - 1. hygienický filter pre pacientov,
 - 2. hygienický filter pre personál s dávkovačom na tekutý dezinfekčný prípravok na ruky, toaleta s umývadlom,
 - 3. miestnosť na predoperačnú prípravu pacienta s umývadlom, nadväzujúca na operačnú sálu,
 - 4. miestnosť na predoperačnú prípravu rúk personálu,¹³⁾ nadväzujúca na operačnú sálu,
 - 5. operačná sála,
 - 6. miestnosť na predsterilizačnú prípravu zdravotníckych pomôcok vybavenú dvojrezom a umývacím a dezinfekčným automatom,
 - 7. miestnosť vybavená sterilizátorom, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti používa výlučne materiál na jednorazové použitie alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 8. čistiaca miestnosť s drezom a výlevkou,
- i) miestnosť na pozákrkové sledovanie pacientov,
- j) skladové priestory,
- k) miestnosť na upratovanie s výlevkou.

(4) Operačná sála zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti musí mať plochu najmenej 20 m². Steny operačnej sály musia byť svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode až po strop a vrátane stropu. Všetky miestnosti operačného traktu priamo nadväzujúce na operačnú sálu musia mať steny svetlé, hladké, umývateľné po celom obvode až po strop.

(5) Všetky miestnosti zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti musia mať podlahy hladké, ľahko umývateľné, dezinfikovateľné, dlhodobo odolávajúce umývaniu namokro, chemickým vplyvom a mechanickým vplyvom, na operačnej sále s bezpečnostnou antistatickou krytinou.

(6) Miestnosť na pozákrkové sledovanie pacientov musí byť vybavená umývadlom a lôžkami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Minimálna plocha na jedno lôžko musí byť najmenej 8 m².

(7) Všetky zriaďovacie predmety zdravotníckej techniky slúžiace na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody.¹¹⁾

(8) Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie operačnej sály zariadenia na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti pre všetky špecializačné odbory

- a) operačný stôl alebo polohovateľné kreslo,
- b) operačná lampa,
- c) anestéziologický prístroj s kompletným vybavením (minimálne EKG prístroj, intervalovo nastavovateľné neinvazívne meranie tlaku krvi, pulzný oxymeter, kapnometer), ak pracovisko jednotňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje zákroky v celkovej anestézii,
- d) defibrilátor s EKG monitorom, ak EKG nie je súčasťou anestéziologického prístroja; defibrilátor nemusí byť súčasťou minimálneho vecného vybavenia, ak zariadenia na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje zákroky výlučne v lokálnej anestézii,
- e) odsávačka,
- f) chirurgické inštrumentárium podľa zamerania pracoviska,
- g) resuscitačná súprava,
- h) mobilná resuscitačná súprava, ak zariadenia na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje zákroky výlučne v lokálnej anestézii
 - 1. laryngoskop, zavádzač a Magillove kliešte,
 - 2. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
 - 3. T-tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dospelých,
 - 4. dýchací samorozpínací vak s tvárovými polomaskami v dvoch rôznych veľkostiach,
 - 5. tlaková nádoba s objemom 2l s medicínskym kyslíkom s redukčným ventilom a prietokomerom na nastavenie prietoku kyslíka so zásobou kyslíka najmenej 300 l,
 - 6. kyslíkové masky,
 - 7. odsávačka a odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
- i) elektrokoagulačný prístroj,
- j) vozík na prevážanie pacientov,
- k) záložný zdroj elektrickej energie (generátor),
- l) negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
- m) infúzny stojan,
- n) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka.

(9) Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie miestnosti na pozákrkové sledovanie pacientov

- a) lôžko alebo kreslo,
- b) umývadlo a drez,
- c) defibrilátor, ak zariadenie na poskytovanie jednotňovej zdravotnej starostlivosti vykonáva zákroky v celkovej anestézii a ak nie je súčasťou výbavy ľahko dostupnej zákrokovej miestnosti,
- d) kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka,

e) stojan na infúzie.

(10) Operačná sála, miestnosť na predoperačnú prípravu pacienta, miestnosť na pozáukrokové sledovanie pacientov, miestnosť na predsterilizačnú prípravu zdravotníckych pomôcok a miestnosť na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok a čistiaa miestnosť musí byť vybavená germicídnym žiaričom alebo inou alternatívu technológiu na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

(11) Všetky čisté priestory musia byť vybavené vzduchotechnikou zabezpečujúcu vyhovujúcu kvalitu ovzdušia čistých priestorov podľa osobitného predpisu.¹³⁾

VIII. ČASŤ

ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

A. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE GASTROENTEROLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	gastroenterológ alebo pediatrický gastroenterológ, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť pre deti	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti endoskopické vyšetrovacie metódy v jednotlivých odboroch	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia ako je uvedené v IV. časti I. gastroenterologická ambulancia ods. 2,
- b) ďalšie priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia
1. miestnosť na pozáukrokové sledovanie pacientov,
 2. čistiaa miestnosť s drezom a výlevkou,
 3. skladové priestory,
 4. miestnosť na upratovanie s výlevkou,
 5. miestnosť na čistenie a prípravu endoskopov,
 - 5a. zariadenie na manuálnu alebo prístrojovú dekontamináciu endoskopických prístrojov,
 - 5b. umývadlo,
 - 5c. drez,
 - 5d. germicídný žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 5e. zariadenie na odsávanie pár, ak sa používa manuálna dekontaminácia,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gastroenterológia ako je uvedené v IV. časti I. gastroenterologická ambulancia ods. 2,
- d) ďalšie vecné vybavenie
1. pomôcky na biopsiu sliznice tráviaceho traktu, endoskopické zastavovanie krvácania v tráviacom trakte mechanicky (klipy), elektrokoaguláciou a injekčne, vybavenie na odstraňovanie slizničných lézií tráviaceho traktu, endoskopický uzáver perforácie (klipy) a na odstraňovanie cudzích telies,

2. skriňa na odkladanie endoskopov,
- e) ďalšie prístrojové vybavenie
 1. flexibilný video – gastroskop,
 2. flexibilný video – kolonoskop,
 3. video – kolonoskop, procesor a obrazovka s rozlíšením minimálne 1920*1080 pixelov (fullHD), ak je pracovisko zaradené do programu skríningu kolorektálneho karcinómu,
 4. mikroprocesorom riadená elektrochirurgická jednotka k flexibilným endoskopom,
 5. zdroj studeného svetla a stlačeného vzduchu k flexibilným endoskopom,
 6. odsávacie zariadenie k flexibilným endoskopom,
 7. pulzný oxymeter,
- f) ďalšie prístrojové vybavenie, ak zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti vykonáva zákroky v celkovej inhalačnej anestézii
 1. anestéziologický prístroj s kompletným vybavením,
 2. defibrilátor s EKG monitorom, ak EKG nie je súčasťou anestéziologického prístroja,
 3. odsávačka, ak nie je súčasťou anestéziologického prístroja,
- g) ďalšie vecné vybavenie, ak pracovisko vykonáva zákroky v celkovej inhalačnej anestézii
 1. resuscitačná súprava
 - 1a. endotracheálne kanyly v rôznych veľkostiach, z každej veľkosti po jednom kuse,
 - 1b. T-tubus (ústny vzduchovod) v najmenej troch rôznych veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast,
 - 1c. dýchací samorozpínací vak s tvárovými polomaskami v dvoch rôznych veľkostiach,
 - 1d. tlaková nádoba s objemom 2 l s medicínskym kyslíkom s redukčným ventilom a prietokomerom na nastavenie prietoku kyslíka so zásobou kyslíka najmenej 300 l,
 - 1e. kyslíkové masky,
 - 1f. odsávací katéter v dvoch rôznych veľkostiach,
 - 1g) vozík alebo lôžko na prevážanie pacientov,
 - 1h) infúzny stojan,
- h) ďalšie priestorové vybavenie, vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

**B. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE GYNEKOLÓGIA A PÔRODNÍCTVO**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	gynekológ a pôrodník alebo pediatrický gynekológ, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť pre deti; najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve a pôrodná asistentka so špecializáciou v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodnictvo uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodnictvo uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

C. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE CHIRURGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	chirurg alebo cievny chirurg najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore chirurgia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti; ak zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje výkony na kostiach, musí mať skiaskopiu a skiaskopické C rameno.

D. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V ODBORE CIEVNA CHIRURGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	cievny chirurg najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore cievna chirurgia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore cievna chirurgia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov

výkonov zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti.

**E. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODHOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE ORTOPÉDIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	ortopéd najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti; ak zariadenie na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti poskytuje výkony na kostiach, musí mať skiaskopiu a skiaskopické C rameno.

**F. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODHOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE OFTALMOLÓGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	oftalmológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali samostatný výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii a sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológie uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore oftalmológie uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti.

**G. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODHOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE OTORINOLARYNGOLÓGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	otorinolaryngológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore,	1
----	---	----------

	z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na poskytovanie zariadenia jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore otorinolaryngológia v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti.

**H. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODHŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE UROLÓGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	urológ alebo pediatrický urológ, ak sa poskytuje zdravotná starostlivosť pre deti; najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore urológia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti.

**I. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODHŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE PLASTICKÁ CHIRURGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	plastický chirurg najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednoduchovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,

- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore plastická chirurgia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

**J. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE MAXILOFACIÁLNA CHIRURGIA A CERTIFIKOVANEJ PRACOVNEJ ČINNOSTI
DENTOALVEOLÁRNA CHIRURGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	maxilofaciálny chirurg, ak sa vykonávajú výkony maxilofaciálnej chirurgie alebo zubný lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia, ak sa vykonávajú výkony dentoalveolárnej chirurgie	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia a certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore maxilofaciálna chirurgia a certifikovanej pracovnej činnosti dentoalveolárna chirurgia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti.

**K. ZARIADENIE NA POSKYTOVANIE JEDNODŇOVEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
V ODBORE ÚRAZOVÁ CHIRURGIA**

(1) Personálne zabezpečenie

a)	traumatológ najmenej s päťročnou praxou v príslušnom špecializačnom odbore, z ktorej posledné tri roky predstavovali výkon špecializovaných pracovných činností na operačnej sále	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v inštrumentovaní v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore úrazová chirurgia uvedené v VII. časti ods. 3 až 6,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore úrazová chirurgia uvedené v VII. časti ods. 8 až 11,
- c) ďalšie vecné vybavenie a prístrojové vybavenie závisí od druhu a rozsahu poskytovaných výkonov zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti; ak zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti poskytuje výkony na kostiach, musí mať skiaskopiu a skiaskopické C rameno.

**IX. ČASŤ
STACIONÁRE****VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY**

(1) Táto časť ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie pre

- a) nefrologický stacionár – dialyzačné stredisko,
- b) dermatovenerologický stacionár,
- c) algeziologický stacionár,
- d) psychiatrický stacionár pre dospelých,
- e) psychiatrický stacionár pre deti,
- f) psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy,
- g) psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra,
- h) angiologický stacionár,
- i) detský stacionár,
- j) stacionár kardiovaskulárnej rehabilitácie,
- k) stacionár v odbore všeobecné lekárstvo,
- l) neurologický stacionár,
- m) stacionár v odbore klinická onkológia,
- n) stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
- o) stacionár v odbore pediatrika hematológia a onkológia,
- p) stacionár v odbore hematológia a transfúziológia
- q) stacionár klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania,
- r) stacionár klinickej psychológie pre deti a dorast,
- s) stacionár klinickej psychológie pre dospelých.

(2) Personálne zabezpečenie stacionárov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 je v rozsahu najmenej jeden lekár so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore a dve sestry.

(3) Materiálno-technické vybavenie stacionárov, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, je najmenej v rozsahu, ktorý je uvedený v II. časti ods. 1. ambulancie v príslušnom špecializačnom odbore, v ktorom stacionár poskytuje zdravotnú starostlivosť.

(4) Základné funkčné priestory stacionára

- a) pracovisko s plochou najmenej 15 m²,
- b) šatňa s toaletami pre pacientov podľa pohlavia, najmenej jedna toaleta na desať žien a najmenej jedna toaleta na desať mužov,
- c) šatňa s toaletami pre personál,
- d) príručný sklad alebo skrine,
- e) miestnosť na poskytovanie liečebných výkonov s umývadlom,
- f) kuchynka,²⁴⁾
- g) miestnosť na upratovanie s výlevkou.

(5) Minimálna plocha miestnosti na vykonávanie liečebných výkonov na jedno stacionárne miesto

- a) v neposteľovej miestnosti 3 m²,
- b) v posteľovej miestnosti, odpočinkovej miestnosti a spálni 6 m²,
- c) v inhalačnej miestnosti 8 m².

(6) Všetky zriaďovacie predmety zdravotníckej techniky slúžiace na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody.¹¹⁾

(7) Rozsah personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia stacionárov okrem nefrologického stacionára je stanovený na 20 stacionárnych miest.

(8) Personálne zabezpečenie psychiatrického stacionára pre dospelých sa vyjadruje ako

- a) počet fyzických osôb v príslušných zdravotníckych povolaniach,
- b) minimálny rozsah pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času jednotlivých zdravotníckych pracovníkov,
- c) minimálny rozsah súčtu pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov.

X. ČASŤ STACIONÁRE

A. NEFROLOGICKÝ STACIONÁR – DIALYZAČNÉ STREDISKO

(1) Personálne zabezpečenie

a)	nefrológ, pediatrický nefrológ alebo internista najmenej s dvojmesačnou odbornou praxou v nefrologickom stacionári. Jeden z dvoch lekárov v stálom pracovnom pomere je nefrológ a v nefrologickom stacionári pre deti je pediatrický nefrológ. V zmene je vždy najmenej jeden lekár. Služby v nefrologickom stacionári okrem lekárov v stálom pracovnom pomere môže na základe dohody o vykonaní práce vykonávať internista alebo anestéziológ a intenzivista s dvojmesačnou odbornou praxou v nefrologickom stacionári.	2
b)	sestra alebo sestra so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta v rozsahu jedna sestra na päť dialyzačných prístrojov. Do normatívu sa nezarátava vedúca sestra. ²⁵⁾ V zmene sú najmenej dve sestry. Najmenej jedna sestra v zmene je so špecializáciou ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaného pacienta.	

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie nefrologického stacionára

1. v patientskej časti

- 1a. čakáreň,
- 1b. šatňa pre pacientov,
- 1c. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
- 1d. oddelená miestnosť s vyšetrovacím kreslom bez dialyzačného prístroja,
- 1e. sklad na čistú bielizeň,

- 1f. sklad na použitú bielizeň,
 - 1g. čistiaca miestnosť s výlevkou,
 - 1h. dialyzačná sála – miestnosť s umývadlom na vykonávanie dialyzačnej liečby u neinfekčných a HBsAg negatívnych pacientov so stanoviskom pre sestry,
 - 1i. dialyzačná sála – uzavretá miestnosť s umývadlom na vykonávanie izolovanej dialyzačnej liečby, ak ide o infekčných pacientov alebo pacientov s pozitivitou HBsAg,
 - 1j. kuchynka,
 - 1k. akútna dialyzačná sála, ak sa zriaďuje, je uzavretá miestnosť s umývadlom a drezom, monitorovacím systémom, defibrilátorom a dýchacou súpravou na vykonávanie izolačnej dialyzačnej liečby pacienta dovezeného z intenzívnej ústavnej starostlivosti na výkon dialýzy,
2. v prevádzkovej časti, ktorá musí byť oddelená od patientskej časti
- 2a. uzamykateľná miestnosť na úpravovňu vody s predfiltrami a reverznou osmózou,
 - 2b. uzamykateľný sklad na dialyzačné koncentráty,
 - 2c. uzamykateľný sklad na spotrebný dialyzačný materiál (dialyzátor, set, ihla),
 - 2d. sklad na spotrebný materiál,
 - 2e. uzamykateľný sklad pre lieky s trezorom na opiáty,
 - 2f. hygienický filter a šatňa pre sestry,
 - 2g. miestnosť pre vedúcu sestru,
 - 2h. toalety pre personál,
 - 2i. miestnosť na náhradné dialyzačné prístroje a opravu dialyzačných prístrojov,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie nefrologického stacionára
- 1. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 - 2. fonendoskop,
 - 3. kalibrovaný lekársky teplomer,
 - 4. umývadlo,
 - 5. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
 - 6. stôl a stoličky,
 - 7. počítač,
 - 8. telefón,
 - 9. vešiak,
 - 10. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
 - 11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 12. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 - 13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
 - 14. chladnička s teplomerom,
 - 15. osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
 - 16. skriňa na nástroje a pomôcky,
 - 17. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
 - 18. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných zdravotníckych

pomôcok,

19. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
20. infúzny stojan,
21. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
22. zástena,
23. centrálny rozvod kyslíka alebo kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
24. dialyzačné prístroje s príslušenstvom a pomôcky na dialýzu - na jedno miesto jeden dialyzačný prístroj a na každých päť miest jeden náhradný prístroj,
25. jeden dialyzačný prístroj vyčlenený pre akútne stavy a pre akútnu dialýzu,
26. defibrilátor,
27. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
28. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov v dialyzačných sálach a čistiacej miestnosti,
29. zariadenie na úpravu vody s reverznou osmózou,
30. generátor elektrického prúdu, ak dialyzačný monitor nemá batériový zdroj.

B. DERMATOVENEROLOGICKÝ STACIONÁR

(1) Personálne zabezpečenie

a)	dermatovenerológ	1
b)	sestra alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie dermatovenerologického stacionára uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie dermatovenerologického stacionára
 1. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo gynekologický vyšetrovací stôl,
 2. umývadlo na ruky,
 3. lôžko, stôl a kreslo,
 4. drež na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
 5. stôl a stoličky,
 6. počítač,
 7. telefón,
 8. stolička pre pacienta,
 9. vešiak,
 10. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
 11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
 13. kartotečná uzamykateľná skriňa,

14. chladnička s teplomerom,
15. mraznička,
16. osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
17. skrinka na nástroje a pomôcky,
18. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
19. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných zdravotníckych pomôcok,
20. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
21. pomôcky na podávanie liekov,
22. infúzny stojan,
23. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
24. fonendoskop,
25. kalibrovaný lekársky teplomer,
26. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak dermatovenerologický stacionár používa výlučne jednorazový materiál alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
27. svetelný mikroskop so zariadením na pozorovanie v tmavom poli,
28. zariadenie pre mikroskopické fluorescenčné vyšetrenie,
29. žiarice UV-A, UV-B,
30. prístroj na aplikáciu fototerapie,
31. prístroj na aplikáciu termoterapie,
32. zariadenie na diatermiu,
33. kauter,
34. Woodova lampa,
35. dermatoskop,
36. termostat,
37. trepačka,
38. centrifúga,
39. Kromayerova lampa,
40. vodný kúpeľ s reguláciou,
41. zariadenie na balneofotochemoterapiu,
42. germicídny žiaric alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

C. ALGEZIOLOGICKÝ STACIONÁR

(1) Personálne zabezpečenie

a)	algeziológ	1
b)	sestra a sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie algeziologického stacionára uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie algeziologického stacionára

1. zákrokový stôl a lampa,
2. lôžko, stôl a kreslo,
3. umývadlo na ruky,
4. drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
5. stôl a stoličky,
6. počítač,
7. telefón,
8. stolička pre pacienta,
9. vešiak,
10. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
14. chladnička s teplomerom,
15. osobná váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
16. skrinka na nástroje a pomôcky,
17. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
18. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných zdravotníckych pomôcok,
19. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
20. pomôcky na podávanie liekov,
21. stojan na infúzie,
22. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
23. fonendoskop,
24. kalibrovaný lekárske teplomer,
25. základný set chirurgických nástrojov,
26. inštrumentárium k regionálnej analgézii a lokálnej analgézii,
27. schodíky,
28. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak algeziologický stacionár používa výlučne jednorazový materiál alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
29. infúzna pumpa,
30. spinálne sety a pumpa,
31. bodová lampa,
32. defibrilátor s príslušenstvom,

33. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

D. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DOSPELÝCH

(1) Personálne zabezpečenie

a)	psychiater
b)	sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
c)	klinický psychológ
d)	lekár, sestra, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd alebo nutričný terapeut; to neplatí pre psychiatrický stacionár pre dospelých vykonávajúci liečebné výkony komunitného typu

(2) Minimálny rozsah súčtu pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 1 na 20 stacionárnych miest musí byť 4; to neplatí pre minimálny rozsah súčtu pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov psychiatrického stacionára vykonávajúceho liečebné výkony komunitného typu.

(3) Minimálny rozsah súčtu pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 1 sa upraví pomerne ku skutočnému počtu stacionárnych miest, ak je minimálny rozsah súčtu pracovných miest iný ako 20.

(4) Najmenej jeden zdravotnícky pracovník musí byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v certifikačnom odbore psychoterapia.

(5) Minimálny úväzok lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria v pracovnoprávnom vzťahu musí byť 0,5; to neplatí pre lekára psychiatrického stacionára vykonávajúceho liečebné výkony pre závislosti so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria.

(6) Minimálny úväzok sestry so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii v pracovnoprávnom vzťahu musí byť 0,5.

(7) Minimálny úväzok psychológa so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia v pracovnoprávnom vzťahu musí byť 0,5.

(8) Okrem požiadaviek na personálne zabezpečenie podľa odseku 1 v psychiatrickom stacionári pre dospelých vykonávajúcom liečebné výkony

a) pre závislosti

1. Minimálny úväzok lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria v pracovnoprávnom vzťahu musí byť 0,3.
2. Najmenej jeden lekár musí byť odborne spôsobilý na výkon certifikovaných pracovných činností medicína drogových závislostí.
3. Najmenej jeden zdravotnícky pracovník musí byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti látkové a nelátkové závislosti.

b) komunitného typu

1. Personálne zabezpečenie

1a.	psychiater
1b.	sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
1c.	klinický psychológ

2. Ak je v psychiatrickom stacionári pre dospelých vykonávajúcom liečebné výkony komunitného typu zamestnaný, okrem zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 1 lekár, sestra, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd alebo nutričný terapeut, úväzok tohto zdravotníckeho pracovníka sa započíta do minimálneho rozsahu súčtu úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov.
3. Minimálny rozsah pracovných úväzkov z ustanoveného týždenného pracovného času všetkých zamestnaných zdravotníckych pracovníkov psychiatrického stacionára pre dospelých vykonávajúceho liečebné výkony komunitného typu na 40 stacionárnych miest musí byť 3.

(9) Materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre dospelých

a) základné priestorové vybavenie

1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. kuchynka,
5. pracovisko s rozmermi najmenej 15 m²; ak ide o psychiatrický stacionár s 30 a viac stacionárnymi miestami musí mať stacionár aj miestnosť pre lekára alebo psychológa s rozmermi najmenej 12 m²,
6. prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m²,
7. sklad alebo skrine,
8. denná miestnosť pre personál,
9. toalety pre personál,
10. šatňa pre personál,
11. priestory určené na terapie s úžitkovou plochou najmenej 3 m² na jedno stacionárne miesto, z toho komunitná miestnosť na 20 až 29 stacionárnych miest s rozmermi najmenej 36 m² a na 30 a viac stacionárnych miest s rozmermi najmenej 50 m²; to neplatí pre priestory určené na terapie v psychiatrickom stacionári pre dospelých vykonávajúcom liečebné výkony komunitného typu,
12. priestory určené na terapie v psychiatrickom stacionári vykonávajúcom liečebné výkony komunitného typu s úžitkovou plochou najmenej 2 m² na jedno stacionárne miesto, z toho jedna komunitná miestnosť s rozmermi najmenej 36 m²,
13. priestor s výlevkou a prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody,
14. jednotlivé miestnosti v psychiatrickom stacionári pre dospelých sa môžu využívať spoločne s lôžkovou časťou, ak je psychiatrický stacionár pre dospelých v rovnakom mieste prevádzkovaný ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria,

b) základné vecné a prístrojové vybavenie

1. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslo,
3. umývadlo,
4. stôl a stoličky,
5. počítač,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička s teplomerom,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčný roztok,
16. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
17. pomôcky na podávanie liekov,
18. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
19. fonendoskop,
20. kalibrovaný lekársky teplomer,
21. nádoba na biologický odpad.

E. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI

(1) Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a)	lekár z toho psychiater	1 0,5
b)	sestra z toho sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1,0 0,5
c)	psychológ z toho klinický psychológ	1,0 0,5
d)	fyzioterapeut, fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore ergoterapia, liečebný pedagóg v zdravotníctve alebo logopéd v zdravotníctve	0,5

(2) Najmenej jeden zdravotnícky pracovník je odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

(3) Materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre deti na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a) základné priestorové vybavenie

1. čakáreň pre pacientov,

2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. šatňa pre personál,
5. pracovisko s rozmermi najmenej 15 m²,
6. prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m²,
7. sklad alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m²,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m²,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m²,
13. kuchynka alebo kuchynský kút,
14. miestnosť pre ergoterapie,
15. priestor s výlevkou a prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody,
16. príručný sklad,
17. vonkajšia oddychová zóna,
18. jednotlivé miestnosti v psychiatrickom stacionári pre deti sa môžu využívať spoločne s lôžkovou časťou, ak je psychiatrický stacionár pre deti v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria,

b) základné vecné vybavenie

1. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslo,
3. umývadlo,
4. stôl a stoličky,
5. počítač,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykatelná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykatelná skriňa,
12. chladnička s teplomerom,
13. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčný roztok,
16. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
17. pomôcky na podávanie liekov,

18. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
19. fonendoskop,
20. kalibrovaný lekársky teplomer.

F. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI SO ZAMERANÍM NA LIEČBU PORÚCH PRÍJMU POTRAVY

(1) Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a)	lekár z toho detský psychiater	1,0 0,5
b)	sestra z toho sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1,0 0,5
c)	psychológ z toho klinický psychológ	1,0 0,5
d)	fyzioterapeut, fyzioterapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore ergoterapia, liečebný pedagóg v zdravotníctve, logopéd v zdravotníctve alebo nutričný terapeut	0,4

(2) Najmenej jeden zdravotnícky pracovník musí byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

(3) Materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a) základné priestorové vybavenie

1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. šatňa pre personál,
5. pracovisko s rozmermi najmenej 15 m²,
6. prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m²,
7. sklad alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m²,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m²,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m²,
13. kuchynka alebo kuchynský kút,
14. miestnosť pre ergoterapie,
15. priestor s výlevkou a prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody,
16. príručný sklad,
17. vonkajšia oddychová zóna,
18. jednotlivé miestnosti v psychiatrickom stacionári pre deti so zameraním na liečbu porúch

příjmu potravy sa môžu využívať spoločne s lôžkovou časťou, ak je psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch príjmu potravy v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria,

b) základné vecné vybavenie

1. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslo,
3. umývadlo,
4. stôl a stoličky,
5. počítač,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička s teplomerom,
13. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčný roztok,
16. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
17. pomôcky na podávanie liekov,
18. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
19. fonendoskop,
20. kalibrovaný lekárske teplomer.

**G. PSYCHIATRICKÝ STACIONÁR PRE DETI SO ZAMERANÍM NA LIEČBU PORÚCH
AUTISTICKÉHO SPEKTRA**

(1) Personálne zabezpečenie na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a)	lekár z toho detský psychiater	1 0,5
b)	sestra z toho sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1 0,5
c)	psychológ z toho klinický psychológ	1 0,5
d)	logopéd v zdravotníctve	0,5
e)	liečebný pedagóg v zdravotníctve	1

(2) Najmenej jeden zdravotnícky pracovník musí byť odborne spôsobilý na výkon certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia.

(3) Materiálno-technické vybavenie psychiatrického stacionára pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra na každých aj začatých 12 stacionárnych miest

a) základné priestorové vybavenie

1. čakáreň pre pacientov,
2. šatňa pre pacientov,
3. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,
4. šatňa pre personál,
5. pracovisko s rozmermi najmenej 15 m²,
6. prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m²,
7. sklad alebo skrine,
8. miestnosť pre lekára s rozmermi najmenej 12 m²,
9. miestnosť pre psychológa s rozmermi najmenej 12 m²,
10. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
11. toalety pre personál,
12. viacúčelová miestnosť s rozmermi najmenej 24 m²,
13. kuchynka alebo kuchynský kút,
14. dve miestnosti bezpodnetové multifunkčné (vyšetrovacia, vzdelávacia, terapeutická),
15. miestnosť na relaxáciu,
16. miestnosť na ergoterapie,
17. priestor s výlevkou a prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody,
18. príručný sklad,
19. záhrada s detským ihriskom a oplotením,
20. jednotlivé miestnosti v psychiatrickom stacionári pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra sa môžu využívať spoločne s lôžkovou časťou, ak je psychiatrický stacionár pre deti so zameraním na liečbu porúch autistického spektra v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore detská psychiatria,

b) základné vecné vybavenie

1. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
2. stôl a kreslo,
3. umývadlo,
4. stôl a stoličky,
5. počítač,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,

11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička s teplomerom,
13. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
14. skrinka na nástroje a pomôcky,
15. dezinfekčný roztok,
16. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
17. pomôcky na podávanie liekov,
18. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
19. fonendoskop,
20. kalibrovaný lekársky teplomer.

H. ANGIOLOGICKÝ STACIONÁR

(1) Personálne zabezpečenie

a)	angiológ	1
b)	sestra	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie angiologického stacionára uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 1. miestnosť na vykonávanie liečebných výkonov,
 2. miestnosť na fyzikálnu liečbu,
 3. miestnosť s lôžkami,
- c) základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých miestností
 1. miestnosť na vykonávanie liečebných výkonov
 - 1a. set na odber biologického materiálu,
 - 1b. set na malé chirurgické výkony,
 - 1c. nástroje na ošetrovanie ulkusov,
 - 1d. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 1e. chladnička s teplomerom,
 - 1f. príručné skrine,
 - 1g. umývadlo a drez,
 - 1h. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak angiologický stacionár používa výlučne jednorazové predmety alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 2. miestnosť na fyzikálnu liečbu
 - 2a. prístroje na lymfatickú drenáž,
 - 2b. bežiaci pás,
 - 2c. umývadlo,

3. miestnosť s lôžkami s infúznymi pumpami.

I. DETSKÝ STACIONÁR

(1) Personálne zabezpečenie

a)	imunoalergológ, oftalmológ, lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, pediatrický neurológ alebo pediatrický pneumoftizeológ - podľa zamerania stacionára	1
b)	sestra a sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii	2

(2) Materiálno-technické vybavenie detského stacionára

- a) základné priestorové vybavenie uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
1. spálňa,
 2. jedáleň,
 3. herná,
 4. miestnosť s umývadlom pre psychológa s plochou najmenej 12 m²,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie
1. cvičebný stôl,
 2. inhalátor na individuálnu inhaláciu,
 3. solux,
 4. žienka,
 5. výdychometer.

J. STACIONÁR KARDIOVASKULÁRNEJ REHABILITÁCIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	kardiológ	1
b)	sestra	1
c)	fyzioterapeut	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
1. miestnosť na fyzikálnu terapiu – tréningová miestnosť,
 2. edukačná miestnosť,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie
1. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 2. stacionárny bicykel,
 3. bežiaci pás,
 4. činky,

5. ergometer,
6. pulzný oxymeter,
7. defibrilátor,
8. monitor.

K. STACIONÁR V ODBORE VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

(1) Personálne zabezpečenie

a)	všeobecný lekár	1
b)	sestra	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie stacionára v odbore všeobecné lekárstvo je uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie stacionára v odbore všeobecné lekárstvo
 1. polohovateľné lôžko,
 2. kreslo pre pacienta,
 3. defibrilátor,
 4. monitory vitálnych funkcií,
 5. prenosný dýchací prístroj,
 6. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
 7. prenosná odsávačka telesných sekrétov,
 8. mobilná resuscitačná súprava,
 9. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 10. dýchací samorozpínací vak s tvárovými polomaskami v dvoch rôznych veľkostiach,
 11. sada na orálno-tracheálnu intubáciu detí a dospelých,
 12. glukomer,
 13. pulzný oxymeter,
 14. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 15. fonendoskop,
 16. sady na aplikáciu infúznej liečby – infúzne súpravy, spojovacie hadičky, intravenózne kanyly, ihly, dezinfekčný roztok, fixačný materiál, infúzne stojany,
 17. infúzne pumpy.

L. NEUROLOGICKÝ STACIONÁR

(1) Personálne zabezpečenie

a)	neuroológ	1
b)	sestra	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie neurologického stacionára je uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie neurologického stacionára
1. infúzny stojan,
 2. infúzna pumpa,
 3. umývadlo na ruky,
 4. lôžko a kreslo,
 5. drež na umývanie pomôcok a vylievanie biologického materiálu,
 6. stôl a stoličky,
 7. počítač,
 8. telefón,
 9. stolička pre pacienta,
 10. vešiak,
 11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 12. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky vybavená teplomerom a vlhkomerom,
 13. kartotečná uzamykateľná skriňa,
 14. chladnička s teplomerom,
 15. skrinka na nástroje a pomôcky,
 16. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak neurologický stacionár používa výlučne jednorazové predmety alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 17. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov,
 18. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 19. pomôcky na podávanie liekov,
 20. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 21. fonendoskop,
 22. kalibrovaný lekárske teplomer,
 23. resuscitačný set.

M. STACIONÁR V ODBORE KLINICKÁ ONKOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický onkológ	1
b)	sestra	*

* Ak stacionár prevádzkuje najviac osem stacionárnych miest, v zmene je jedna sestra.

Ak stacionár prevádzkuje 9 až 16 stacionárnych miest, v zmene sú najmenej dve sestry.

Ak stacionár prevádzkuje 17 a viac stacionárnych miest, v zmene sú najmenej tri sestry, pričom jedna z nich je vedúca sestra.

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie stacionára v odbore klinická onkológia

1. v patientskej časti

1a. čakáreň,

1b. toalety pre pacientov – osobitne pre mužov a osobitne pre ženy,

1c. oddelená miestnosť s vyšetrovacím kreslom alebo polohovateľným lôžkom,

1d. sklad na čistú bielizeň,

1e. sklad na použitú bielizeň,

1f. čistiaca miestnosť s výlevkou,

1g. aplikáreň – miestnosť na aplikáciu chemoterapie s lôžkami, kreslami a stoličkami pre pacientov so stanoviskom pre sestry,

1h. kuchynka,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie stacionára v odbore klinická onkológia

1. umývadlo,

2. drež na umývanie pomôcok,

3. stôl a stoličky,

4. počítač,

5. telefón,

6. vešiak,

7. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,

8. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,

9. poháriky na vodu na jednorazové použitie,

10. chladnička s mrazničkou s teplomerom,

11. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III,

12. skriňa na nástroje a pomôcky,

13. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,

14. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných zdravotníckych pomôcok,

15. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

16. infúzny stojan,

17. neinvazívne meradlo tlaku krvi,

18. fonendoskop,

19. kalibrovaný lekársky teplomer,

20. pulzný oxymeter,

21. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,

22. zástena,

23. defibrilátor,

24. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,

25. resuscitačný set,
26. centrálny rozvod kyslíka alebo kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
27. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

N. STACIONÁR V ODBORE FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie	0,5
b)	sestra	1
c)	fyzioterapeut	1

(2) Stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť pre deti, musí mať najmenej jedného fyzioterapeuta so špecializáciou v špecializačnom odbore fyzioterapie porúch psychomotorického vývoja alebo fyzioterapeuta s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti reflexná terapia podľa Vojtu.

(3) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie stacionára v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
1. čakáreň pre pacientov,
 2. šatňa pre pacientov,
 3. toalety pre pacientov,
 4. šatňa pre personál,
 5. pracovisko s rozmermi najmenej 15 m²,
 6. prípravovňa s rozmermi najmenej 12 m²,
 7. sklad alebo skrine,
 8. denná miestnosť pre personál s kuchynským kútom,
 9. toalety pre personál,
 10. kuchynka alebo kuchynský kút,
 11. miestnosti pre individuálnu liečebnú telesnú výchovu, ergoterapiu, fyzikálnu liečbu,
 12. priestor s výlevkou a prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody,
 13. príručný sklad,
 14. jednotlivé miestnosti v stacionári v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia sa môžu využívať spoločne s lôžkovou časťou, ak je stacionár v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia v rovnakom mieste prevádzkovaní ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie stacionára v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
1. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo výškovo nastaviteľné lôžko,
 2. stôl a kreslá,

3. umývadlo,
4. stôl a stoličky,
5. počítač,
6. telefón,
7. stolička pre pacienta,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na lieky a zdravotnícke pomôcky,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. chladnička s teplomerom,
13. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III – 2ks,
14. meradlo telesnej výšky,
15. materializovaná dĺžková miera – zvinovací meter alebo iná pomôcka na meranie dĺžky alebo obvodu časti tela,
16. dynamometer,
17. goniometer,
18. pravítkový uhlomer,
19. olovnica,
20. neurologické kladivko,
21. plantoskop alebo podoskop,
22. žinenka alebo podložka,
23. dezinfekčný roztok,
24. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
25. mobilná resuscitačná súprava,

c) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku individuálnej pohybovej liečby

1. žinenka alebo podložka na cvičenie,
2. výškovo nastaviteľné lôžko,
3. nástenné zrkadlo,
4. pomôcky pre nácvik úchopov a jemnej motoriky, ergoterapeutické, senzomotorické a vibračné pomôcky,
5. stopky,
6. rebriny,
7. polohovacie pomôcky, fitlopty a valce,
8. balančné pomôcky,
9. goniometer,

d) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje

1. žinenky alebo podložky na cvičenie,
2. zrkadlá,

e) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na masážnom úseku, ak sa zriaďuje

- masérské lôžko,
- f) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje,
 - prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie hybnosti (mododlaha, stacionárny bicykel, stepper),
- g) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku fyzikálnej liečby
 1. stolík na umiestnenie prístrojov,
 2. lôžko s výškou najmenej 60 cm,
 3. stolička,
 4. prístroj na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie,
 5. trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,
 6. prístroj na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,
 7. prístroj na aplikáciu fototerapie,
 8. prístroj a pomôcky na aplikáciu termoterapie,
 9. ultrazvukový terapeutický prístroj,
- h) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku vodoliečby, ak sa zriaďuje
 - zariadenia pre aplikáciu lokálnej alebo celkovej hydroterapie, podľa potrieb a zamerania pracoviska,
- i) vecné vybavenie a prístrojové vybavenie na úseku pohybovej liečby v bazéne, ak sa zriaďuje
 1. bazén,
 2. pomôcky na hydrokinezioterapiu.

O. STACIONÁR V ODBORE PEDIATRICKÁ HEMATOLÓGIA A ONKOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	pediatrický hematológ a onkológ	1
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť o dospelých alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore inštrumentovanie v operačnej sále	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. odberová miestnosť s umývadlom a drezom, ak sa zriaďuje,
2. pracovisko s plochou najmenej 12 m² s umývadlom a drezom,
3. čakáreň s plochou najmenej 7 m² s germicídny žiaričom alebo inou alternatívnou technológiou na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
4. toaleta pre pacientov,
5. toaleta pre personál,
6. šatňa pre pacientov s uzamykateľnými príručnými skrinkami,
7. zákroková miestnosť so vstupným filtrom s plochou najmenej 15 m², vybavená umývadlom, drezom, germicídny žiaričom alebo inou alternatívnou technológiou na dezinfekciu vzduchu a povrchov,

8. miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov vybavená lôžkami, ktorých počet závisí od druhu a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti; minimálna plocha na jedno lôžko musí byť najmenej 10 m²,
 9. miestnosť na podanie cytostatík, prípravu ktorých zabezpečuje nemocničná lekáreň, s plochou najmenej 6 m² na lôžko alebo jedno kreslo; na 2 a viac kresiel musí byť plocha miestnosti najmenej 4 m² na každé kreslo,
 10. izolačná miestnosť na podanie cytostatík s plochou najmenej 10 m²; z priestoru chodby musí byť odčlenená zádverím s plochou najmenej 2 m² určeným na prezliekanie (použitie osobných ochranných pracovných prostriedkov) a vybaveným tekutým dezinfekčným prípravkom na ruky s dávkovačom,
 11. čistiaca miestnosť s drezom a výlevkou,
 12. miestnosť na upratovanie s výlevkou,
 13. skladové priestory,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
- miestnosť s laminárnym boxom na prípravu cytostatík; ak prípravu cytostatík nezabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých miestností
1. miestnosť na pozákrokové sledovanie pacientov
 - 1a. lôžko,
 - 1b. umývadlo a drez,
 - 1c. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 1d. defibrilátor, ak stacionár vykonáva zákroky v celkovej anestézii a ak nie je súčasťou výbavy ľahko dostupnej zákrokovej miestnosti,
 - 1e. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka alebo centrálny rozvod kyslíka,
 - 1f. stojan na infúzie,
 - 1g. odsávačka,
 - 1h. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 2. miestnosť na podávanie cytostatík
 - 2a. lôžko,
 - 2b. polohovateľné kreslo,
 - 2c. umývadlo a drez,
 - 2d. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 2e. infúzna pumpa a infúzny stojan,
 - 2f. pojazdný stolík na nástroje,
 - 2g. skrinka na nástroje a zdravotnícke pomôcky,
 - 2h. skrinka na lieky a infúzne fľaše,
 - 2i. infúzne súpravy,
 - 2j. pulzný oxymeter,
 - 2k. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka alebo centrálny rozvod kyslíka,

- 2l. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 2m. odsávačka,
- 2n. vozík na prevážanie pacientov,
- 2o. záložný zdroj elektrickej energie – generátor,
- 2p. klimatizácia s filtráciou vzduchu.

P. STACIONÁR V ODBORE HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	hematológ a transfúziológ	1
b)	sestra	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie stacionára v odbore hematológia a transfúziológia v patientskej časti
 - 1. čakáreň,
 - 2. toalety pre pacientov,
 - 3. čistiaca miestnosť s výlevkou,
 - 4. aplikáreň – miestnosť na aplikáciu chemoterapie s lôžkami, kreslami a stoličkami pre pacientov so stanoviskom pre sestry,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - miestnosť s laminárnym boxom na prípravu cytostatík, ak prípravu cytostatík nezabezpečuje nemocničná lekáreň alebo verejná lekáreň na základe zmluvného vzťahu,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie stacionára v odbore hematológia a transfúziológia
 - 1. umývadlo,
 - 2. drež na umývanie pomôcok,
 - 3. stôl a stoličky,
 - 4. počítač,
 - 5. telefón,
 - 6. vešiak,
 - 7. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
 - 8. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 9. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
 - 10. chladnička s mrazničkou s teplomerom,
 - 11. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III,
 - 12. skriňa na nástroje a pomôcky,
 - 13. obväzový sterilný materiál a nesterilný materiál,
 - 14. dezinfekčný roztok a prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných zdravotníckych pomôcok,
 - 15. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

16. infúzny stojan,
17. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
18. fonendoskop,
19. kalibrovaný lekársky teplomer,
20. pulzný oxymeter,
21. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
22. zástena,
23. defibrilátor,
24. 12-zvodový EKG prístroj s možnosťou monitorovania,
25. resuscitačný set,
26. centrálny rozvod kyslíka alebo kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôcky na podávanie kyslíka,
27. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov.

Q. STACIONÁR KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE PRE DETI VO VEKU PLNENIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia	1
b)	psychológ	1
c)	lekár, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd, nutričný terapeut alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1

(2) Personálne zabezpečenie môžu tvoriť aj iní odborní pracovníci zabezpečujúci zdravotné výkony súvisiace s koordináciou prierezovej starostlivosti alebo administratívni pracovníci s minimálne vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v študijnom odbore liečebná pedagogika, logopédia, psychológia, špeciálna pedagogika alebo ošetrovateľstvo.

(3) Počas ordinačných hodín musia byť prítomní najmenej traja zdravotnícki pracovníci alebo odborní pracovníci, z toho najmenej dvaja zdravotnícki pracovníci.

(4) Stacionár klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania spolupracuje s

- a) poskytovateľom detskej psychiatickej starostlivosti, ktorý pre pacientov zabezpečuje konziliárnu detskú psychiatickú zdravotnú starostlivosť,
- b) poskytovateľom služby včasnej intervencie,
- c) centrom poradenstva a prevencie alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie.

(5) Minimálny úväzok klinického psychológa s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia v pracovnoprávnom vzťahu musí byť 1,0.

(6) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie stacionára klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) ďalšie priestorové vybavenie

1. spoločná pracovná miestnosť pre odborný personál,
2. funkčné priestory na vykonávanie liečebných výkonov
 - 2a. vyšetrovňa s rozlohou najmenej 12 m²,
 - 2b. priestor pre skupinové aktivity s rozlohou najmenej 25 m²,
 - 2c. priestor pre fyzickú aktivitu,
 - 2d. priestor pre individuálnu terapiu najmenej 3 miestnosti, z toho jedna bezpodnetová miestnosť,
 - 2e. priestor pre pracovnú terapiu alebo art terapie,
 - 2f. priestor pre relaxačné aktivity,
 - 2g. tichý priestor pre oddych a individuálnu relaxáciu s rozlohou najmenej 6 m²,
- c) základné vecné a prístrojové vybavenie stacionára klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania
 1. umývadlo,
 2. stôl a stoličky,
 3. počítač,
 4. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
 5. prebaľovací pult,
 6. teplomer na meranie teploty v miestnosti,
 7. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 8. uzamykateľná skriňa alebo kartotečná uzamykateľná skriňa,
 9. skrinka na nástroje a pomôcky,
 10. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 11. psychodiagnostické metódy,
 12. 10 relaxačných podložiek s prikrývkami,
 13. 10 stoličiek pre deti,
 14. vybavenie relaxačnej miestnosti a terapeutické zariadenia a pomôcky podľa zamerania odbornej činnosti.

(7) Stacionár klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania a stacionár klinickej psychológie pre deti a dospelých môžu v odôvodnených prípadoch využívať spoločné materiálo-technické vybavenie, ak to nebráni zabezpečeniu oddelenej starostlivosti o pacientov stacionára klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania a pacientov stacionára klinickej psychológie pre deti a dospelých.

R. STACIONÁR KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE PRE DETI A DORAST

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia	1
b)	psychológ	1
c)	lekár, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd, nutričný terapeut alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1

(2) Personálne zabezpečenie môžu tvoriť aj iní odborní pracovníci zabezpečujúci zdravotné výkony súvisiace s koordináciou prierezovej starostlivosti alebo administratívni pracovníci s minimálne vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa v študijnom odbore liečebná pedagogika, logopédia, psychológia, špeciálna pedagogika alebo ošetrovateľstvo.

(3) Počas ordinačných hodín musia byť prítomní najmenej traja zdravotnícki pracovníci alebo odborní pracovníci, z toho najmenej dvaja zdravotnícki pracovníci.

(4) Stacionár klinickej psychológie pre deti a dorast spolupracuje s

- a) poskytovateľom detskej psychiatrickej starostlivosti, ktorý pre pacientov zabezpečuje konziliárnu detskú psychiatrickú zdravotnú starostlivosť,
- b) centrom poradenstva a prevencie alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie a
- c) poskytovateľmi sociálnych služieb alebo centrom pre deti a rodiny, ak to zdravotný stav pacientov vyžaduje.

(5) Minimálny úväzok klinického psychológa v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu musí byť 1,0.

(6) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie stacionára klinickej psychológie pre deti a dorast uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - 1. spoločná pracovná miestnosť pre odborný personál,
 - 2. funkčné priestory na vykonávanie liečebných výkonov
 - 2a. vyšetrovňa s rozlohou najmenej 12 m²,
 - 2b. priestor pre skupinové aktivity s rozlohou najmenej 30 m²,
 - 2c. priestor pre fyzickú aktivitu,
 - 2d. priestor pre individuálnu terapiu; najmenej 3 miestnosti, z toho jedna bezpodnetová miestnosť,
 - 2e. priestor pre pracovnú terapiu alebo art terapie,
 - 2f. priestor pre nácvik relaxácie,
 - 2g. tichý priestor pre oddych a individuálnu relaxáciu s rozlohou najmenej 8 m²,
- c) základné vecné a prístrojové vybavenie stacionára klinickej psychológie pre deti a dorast
 - 1. umývadlo,
 - 2. stôl a stoličky,
 - 3. počítač,
 - 4. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,
 - 5. teplomer na meranie teploty v miestnosti,
 - 6. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 7. uzamykateľná skriňa alebo kartotečná uzamykateľná skriňa,
 - 8. skrinka na nástroje a pomôcky,
 - 9. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 10. psychodiagnostické metódy,

11. 10 relaxačných podložiek s prikrývkami,
12. 10 stoličiek pre deti,
13. vybavenie relaxačnej miestnosti a terapeutické zariadenia a pomôcky podľa zamerania odbornej činnosti.

(7) Stacionár klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania a stacionár klinickej psychológie pre deti a dospelých môžu v odôvodnených prípadoch využívať spoločné materiálo-technické vybavenie, ak to nebráni zabezpečeniu oddelenej starostlivosti o pacientov stacionára klinickej psychológie pre deti vo veku plnenia predprimárneho vzdelávania a pacientov stacionára klinickej psychológie pre deti a dospelých.

S. STACIONÁR KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE PRE DOSPELÝCH

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický psychológ s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia	1
b)	psychológ	1
c)	lekár, psychológ, fyzioterapeut, liečebný pedagóg v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd, nutričný terapeut alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1

(2) Počas ordinačných hodín musia byť v stacionári klinickej psychológie pre dospelých prítomní najmenej dvaja zdravotnícki pracovníci, z toho jeden psychológ.

(3) Ak stacionár vykonáva liečebné psychoterapeutické výkony so zmenenými stavmi vedomia, minimálne personálne zabezpečenie spĺňa tým, ak má klinického psychológa s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia s minimálnym rozsahom praxe v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia päť rokov; ak stacionár vykonáva tieto zdravotné výkony skupinovú formou, minimálne personálne zabezpečenie spĺňa tým, ak má najmenej dvoch klinických psychológov alebo psychiatrov s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia, z toho jedného s minimálnym rozsahom praxe v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia päť rokov.

(4) Minimálny úväzok klinického psychológa s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu musí byť 1,0.

(5) Stacionár klinickej psychológie pre dospelých vykonávajúci aj zdravotné výkony komunitnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, spolupracuje s poskytovateľom psychiatrickej starostlivosti, ktorý pre pacientov zabezpečuje konziliárnu psychiatrickú zdravotnú starostlivosť.

(6) Personálne zabezpečenie stacionára klinickej psychológie pre dospelých vykonávajúceho zdravotné výkony psychoterapie asistovanej psychofarmakologickou liečbou alebo klinicko-psychologickými intervenciami v kombinácii s nekonvulzívnou psychiatrickou biologickou liečbou

a)	klinický psychológ alebo psychiatier s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia a praxou v certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia v minimálnom rozsahu 5 rokov	1
b)	psychiater	1
c)	sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii	1

(7) Počas liečebného výkonu psychoterapie asistovanej psychofarmakologickou liečbou farmakologickú liečbu podáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore psychiatria, ktorý musí byť na pracovisku prítomný počas celého liečebného výkonu; ak ide o psychiatra v psychiatrickej ambulancii nachádzajúcej sa na rovnakom mieste ako stacionár klinickej psychológie pre dospelých, môže byť dostupný do desať minút, ak je prítomná sestra podľa písmena c).

(8) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie stacionára klinickej psychológie pre dospelých uvedené v IX. časti ods. 3 a 4,

b) ďalšie priestorové vybavenie

1. funkčné priestory určené na vykonávanie liečebných výkonov

1a. vyšetrovňa s rozlohou najmenej 12 m²,

1b. priestor pre pracovnú terapiu a art terapiu,

1c. priestor pre fyzickú aktivitu,

1d. priestor pre individuálnu terapiu,

1e. priestor pre skupinové aktivity s rozlohou najmenej 30 m²,

1f. priestor pre nácvik relaxácie,

1g. tichá miestnosť pre oddych a relaxáciu s rozlohou najmenej 8 m²,

c) základné vecné a prístrojové vybavenie

1. umývadlo,

2. stôl a stoličky,

3. počítač,

4. počítač s príslušenstvom pre pacienta,

5. stolička pre pacienta,

6. vyšetrovacie lôžko alebo relaxačné kreslo,

7. teplomer na meranie teploty v miestnosti,

8. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,

9. uzamykateľná skriňa alebo kartotečná uzamykateľná skriňa,

10. skrinka na nástroje a pomôcky,

11. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

12. psychodiagnostické metódy,

13. 10 relaxačných podložiek s prikrývkami,

14. 10 konferenčných stoličiek,

15. vybavenie relaxačnej miestnosti a terapeutické zariadenia a pomôcky podľa zamerania odbornej činnosti.

XI. ČASŤ

SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY

(1) Táto časť ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore

a) lekárska genetika,

- b) klinická biochémia,
- c) klinická mikrobiológia,
- d) patologická anatómia,
- e) hematológia a transfúziológia,
- f) klinická imunológia a alergológia,
- g) laboratórna medicína,
- h) fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia,
- i) nukleárna medicína,
- j) radiačná onkológia,
- k) klinická fyzika,
- l) neinvazívna a invazívna kardiológia pre dospelých,
- m) neinvazívna a invazívna kardiológia pre deti,
- n) klinická farmakológia,
- o) centrum klinickej psychológie a podpory psychického zdravia,
- p) rádiológia a intervenčná rádiológia,
- q) funkčná diagnostika,
- r) fyzioterapia.

(2) Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek

- a) laboratórna miestnosť s plochou najmenej 15 m² pre dvoch laborantov, na každého ďalšieho zdravotníckeho laboranta sa plocha zväčšuje o 5 m²,
- b) miestnosť s umývadlom na príjem materiálu s plochou najmenej 4 m²,
- c) hygienický filter pre personál – sprcha, toalety a umývadlo,
- d) šatňa,
- e) miestnosť na upratovanie s výlevkou.

(3) Ak sa v laboratórnej miestnosti vykonávajú odbery biologického materiálu, súčasťou základných funkčných priestorov musí byť odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov.

(4) Minimálna plocha odberovej miestnosti musí byť najmenej 8 m², steny a podlaha miestnosti musia byť ľahko umývateľné a dezinfikovateľné. V miestnosti musí byť zabezpečené vetranie, germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov. Vecným vybavením miestnosti musí byť lôžko alebo polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak.

(5) Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti

- a) umývadlo,
- b) drež na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov,
- c) stôl a stoličky,
- d) telefón,
- e) nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- f) tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- g) dezinfekčný roztok,

- h) laboratórny stôl a stolička,
- i) uzamykateľná skriňa na pomôcky,
- j) kartotečná uzamykateľná skriňa,
- k) chladnička s mrazničkou s teplomerom,
- l) skriňa,
- m) centrifúga,
- n) germicidny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- o) počítač.

XII. ČASŤ

ZARIADENIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH A LIEČEBNÝCH ZLOŽIEK

A. LEKÁRSKA GENETIKA

A.1 Cytogenetické laboratórium

(1) Personálne zabezpečenie

a)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike	1
b)	laboratórny diagnostik	1
c)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory
 - sterilný box s plochou najmenej 3 m² alebo laminárny box,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- d) ďalšie vybavenie
 1. svetelný mikroskop s fotozariadením a softwarová počítačová analýza s možnosťou archivácie nálezov,
 2. termostát,
 3. digestor,
 4. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 5. vodný kúpeľ,
 6. fluorescenčný mikroskop s fotozariadením a softwarová počítačová analýza s možnosťou archivácie nálezov a hybridizačné zariadenie, ak cytogenetické laboratórium vykonáva FISH analýzu.

A.2 Laboratórium molekulovej genetiky

(1) Personálne zabezpečenie

a)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike	1
b)	laboratórny diagnostik	1
c)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory
– analytické laboratórium s plochou najmenej 10 m², na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zväčšuje o 5 m²,
- c) priestorovo oddelené laboratória; ak laboratórium používa metódy PCR musí mať najmenej dve laboratórne miestnosti – pre-PCR a post-PCR laboratórium,
- d) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- e) ďalšie vybavenie
1. malé laboratórne zariadenia – vortex, termoblok, pipety,
 2. zariadenia na meranie kvantity a kvality DNA alebo RNA,
 3. PCR – UV/laminárny box,
 4. programovateľný PCR termocyklér,
 5. dokumentačný systém – systém na zachytenie obrazu fluorescenčne označenej DNA v géli,
 6. qPCR zariadenie,
 7. genetický analyzátor na platforme farebnej kapilárnej elektroforézy alebo Sangerovho sekvenovania alebo genetický analyzátor na platforme masívneho paralelného sekvenovania (stredná kapacita – panely génov, klinický exóm, celoexóm).

A.3 Laboratórium dedičných metabolických chorôb

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár laboratórnej medicíny, lekár klinickej biochémie, lekár genetik, laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike, laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej biochémii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1
b)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy klinickej biochémii	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory
1. prístrojové laboratórium s plochou najmenej 15 m²,

2. umýváreň skla s plochou najmenej 4 m²,
- c) priestorovo oddelené laboratóriá; ak laboratórium používa metódy PCR musí mať najmenej dve laboratórne miestnosti – pre-PCR a post-PCR laboratórium,
- d) základné prístrojové a vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- e) ďalšie vybavenie
 1. spektrofotometer,
 2. fluorimeter,
 3. plynový chromatograf alebo kvapalinový chromatograf,
 4. elektroforetická zostava,
 5. hlbokomraziaci box,
 6. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 7. pH – meter,
 8. vodný kúpeľ,
 9. chladivá centrifúga,
 10. malé laboratórne zariadenia – vortex, termoblok, pipety,
 11. zariadenia na meranie kvantity a kvality DNA alebo RNA,
 12. PCR – UV/laminárny box,
 13. programovateľný PCR termocyklér,
 14. dokumentačný systém – systém na zachytenie obrazu fluorescenčne označenej DNA v géli.

A.4 Laboratórium genomickej medicíny

(1) Personálne zabezpečenie

a)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v lekárskej genetike	1
b)	laboratórny diagnostik	1
c)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory
 1. analytické laboratórium s plochou najmenej 15 m², na každé ďalšie pracovné miesto sa plocha zväčšuje o 5 m²,
 2. umýváreň skla s plochou najmenej 4 m²,
- c) priestorovo oddelené laboratóriá, najmenej tri laboratórne miestnosti – časť pre pre-PCR procesy, časť pre post-PCR procesy a časť pre post-PCR-analyzátorové laboratórium,
- d) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- e) ďalšie vybavenie

1. malé laboratórne zariadenia – vortex, termoblok, pipety,
2. zariadenia na meranie kvantity a kvality DNA alebo RNA,
3. PCR/laminárny box s UV svetlom,
4. zariadenie na extrakciu nukleových kyselín,
5. PCR cyklér,
6. qPCR detekčné zariadenie,
7. genetický analyzátor na platforme farebnej kapilárnej elektroforézy alebo Sangerovho sekvenovania,
8. genetický analyzátor na platforme masívneho paralelného sekvenovania (stredná kapacita – panely génov, klinický exóm, celoxóm).

B. KLINICKÁ BIOCHÉMIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár klinickej biochémie alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej biochémii	1
b)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej biochémii	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória klinickej biochémie uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory
 - umýváreň skla s plochou najmenej 6 m²,
- c) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov,
 1. laboratórium
 - 1a. digestor, ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz,
 - 1b. centrifúga na prípravu séra,
 - 1c. drež,
 - 1d. analyzátor na vyšetrovanie biologického materiálu – sérum, moč,
 - 1e. automatické pipety,
 2. odberová miestnosť
 - 2a. pojazdná stolička,
 - 2b. prístrojový stôl, manipulačný stôl alebo pracovná doska,
 - 2c. lôžko alebo polohovateľné odberové kreslo,
 - 2d. skrinka na nástroje,
 - 2e. drež,
 3. miestnosť na príjem materiálu
 - 3a. chladnička s teplomerom spoločná s prevádzkovým laboratóriom,

- 3b. umývadlo,
4. umýváreň skla, ak laboratórium nepoužíva výlučne jednorazové laboratórne pomôcky
- 4a. laboratórny stôl,
- 4b. sterilizátor,
- 4c. umývací stroj alebo drez,
- 4d. police alebo skrinka na sklo,
- 4e. destilačný prístroj,
- 4f. umývadlo.

C. KLINICKÁ MIKROBIOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár mikrobiológ, laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii	1
b)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii	2

(2) Ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prevádzkuje zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia a zároveň prevádzkuje nemocnicu III. úrovne až V. úrovne,²⁶⁾ na zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia sa vzťahuje minimálne personálne zabezpečenie uvedené v odseku 3.

(3) Personálne zabezpečenie

a)	lekár mikrobiológ	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v lekárskej mikrobiológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej mikrobiológii	1
c)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii	1

(4) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória klinickej mikrobiológie uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestory

- ak ide o laboratórium vykonávajúce odbery biologického materiálu, súčasťou základných funkčných priestorov musí byť aj odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov; plocha odberovej miestnosti musí byť najmenej 8 m², musí mať jedno odberové kreslo alebo lôžko, na každé ďalšie odberové kreslo alebo lôžko sa plocha zväčšuje o 3 m², steny a podlaha miestnosti musia byť umývateľné, v miestnosti musí byť zabezpečené vetranie,

vecným vybavením miestnosti musí byť lôžko alebo polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak,

2. prípravovňa pôd a médií s plochou najmenej 10 m², plochu je možné zmenšiť pri automatickej plničke pôd,
 3. miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu s plochou najmenej 10 m²; miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu a umýváreň môže byť spoločná pre mikrobiologické laboratória, ktoré používajú prevažne jednorazové laboratórne pomôcky,
 4. umýváreň a prípravovňa skla s plochou najmenej 10 m², ak laboratórium nepoužíva výlučne jednorazové laboratórne pomôcky,
 5. archív s plochou najmenej 10 m² alebo archivačná skriňa,
- c) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov
1. laboratórium
 - 1a. mikroskop,
 - 1b. box s laminárnym prúdením vzduchu,
 - 1c. termostaty,
 - 1d. umývadlo,
 - 1e. pipety,
 - 1f. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 1g. chladnička s mrazničkou s teplomerom,
 - 1h. kahany,
 - 1i. centrifúga,
 - 1j. farbiaci stolík,
 - 1k. počítač s príslušenstvom a s laboratórnym informačným systémom,
 - 1l. digestor, ak to vyžaduje charakter vykonávaných analýz,
 2. odberová miestnosť
 - 2a. odberové kreslo,
 - 2b. pojazdná stolička,
 - 2c. pojazdný stolík,
 - 2d. lôžko alebo polohovacie kreslo,
 - 2e. skrinka na nástroje,
 - 2f. umývadlo,
 - 2g. vešiak na šaty,
 3. prípravovňa pôd a médií
 - 3a. laboratórne stoly,
 - 3b. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 3c. sterilizátor,
 - 3d. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 - 3e. pH – meter,
 - 3f. vodný kúpeľ,

- 3g. chladnička s mrazničkou s teplomerom,
- 3h. laboratórna skriňa,
- 3i. destilačný – deionizačný prístroj,
- 4. miestnosť na príjem materiálu
 - 4a. stôl a stoličky,
 - 4b. laboratórny stôl,
 - 4c. chladnička s teplomerom,
 - 4d. laboratórna skriňa,
 - 4e. umývadlo,
- 5. miestnosť na dekontamináciu infekčného materiálu
 - 5a. laboratórny stôl,
 - 5b. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 5c. umývadlo alebo drez,
 - 5d. výlevka,
 - 5e. nádoba na biologický odpad,
- 6. umýváreň skla
 - 6a) laboratórny stôl,
 - 6b) stoličky,
 - 6c) sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 6d) laboratórna skriňa,
 - 6e) umývadlo a drez,
- 7. prípravovňa pôd a médií; ak laboratórium preukáže, že kultivačné pôdy a médiá nakupuje v plnom rozsahu od dodávateľa hotových pôd a médií, prípravovňa pôd a médií nie je povinná.

(5) V závislosti od zaradenia pracoviska do príslušného stupňa úrovne ochrany musí laboratórium spĺňať ochranné opatrenia podľa osobitného predpisu.²⁷⁾ Priestory laboratória klinickej mikrobiológie musia spĺňať požiadavky na ochranné opatrenia v zdravotníckych zariadeniach podľa osobitného predpisu.²⁷⁾

(6) Laboratória typu „otvorený priestor“, ktoré spracovávajú menší počet vzoriek, v častiach laboratórií, kde sa vykonávajú nekompatibilné činnosti, musia byť prijaté postupy na zabránenie krížovej kontaminácie. V laboratórnych miestnostiach, v ktorých sa vykonáva vyhodnocovanie kultivačných analýz, musí byť zabezpečené denné osvetlenie.

D. PATOLOGICKÁ ANATÓMIA

- (1) Personálne zabezpečenie

a)	patológ	1
b)	zdravotnícky laborant alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore diagnostické metódy v histopatológii	2
c)	sanitár	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory diagnostickej časti
- miestnosť pre lekárov s plochou najmenej 15 m² pre dvoch až troch lekárov,
- b) základné vecné prístrojové vybavenie diagnostickej časti
1. mikroskop binokulárny alebo mikroskop s kamerou
 2. počítač,
 3. laboratórny informačný systém,
 4. klimatizácia,
 5. umývadlo,
- c) základné funkčné priestory laboratórnej časti
1. laboratórium pre úsek bioptickej diagnostiky s umývadlom a excidačným boxom s plochou najmenej 20 m²,
 2. laboratórium pre úsek cytologickej diagnostiky s umývadlom a drezom s plochou najmenej 15 m²,
 3. sklad parafrínových blokov, preparátov a chemikálií s plochou najmenej 20 m²,
 4. miestnosť na evidenciu materiálu a výdaj výsledkov s plochou najmenej 9 m²,
 5. toaleta s umývadlom s plochou najmenej 4 m²,
 6. miestnosť na upratovanie s výlevkou,
 7. laboratórium pre úsek histochemickej diagnostiky a autoprotílátok s plochou najmenej 15 m²,
 8. laboratórium pre úsek molekulovej genetiky najmenej 15 m²,
- d) základné prístrojové vybavenie laboratórnej časti
1. tkanivový procesor,
 2. excidačný box,
 3. rotačný alebo sánkový mikrotóm a piecka na vystieranie rezov, termostat,
 4. zalievacia linka,
 5. tlačiareň na kazety, sklá,
 6. predvážka a váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 7. mikroskop binokulárny,
 8. chladnička s teplomerom, chladnička s mrazničkou s teplomerom, mraznička s teplomerom,
 9. centrifúga, cytospin,
 10. prístroje na farbenia základné a histochemické,
 11. prístroje na imunohistochemické metódy,

12. umývačka,
 13. dvojrez,
 14. laboratórny stôl a stoličky,
 15. laboratórny nábytok (skrine, police),
 16. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 17. počítač s laboratórnym informačným systémom,
 18. pH – meter,
- e) základné prístrojové vybavenie pracoviska molekulovej patológie
1. termostatická platnička (hybridizér),
 2. prístroje pre revitalizáciu antigénov, ak nie sú súčasťou automatov,
 3. mikropipeta,²¹⁾
 4. chladnička a mraznička s teplomerom na diagnostiku a reagenty,
 5. vortex,
 6. centrifúga,
 7. vodný kúpeľ,
 8. termostat,
 9. svetelný mikroskop pre CISH, SICH, DISH,
 10. fluorescenčný mikroskop pre FISH vyšetrenia,
 11. termocyklér,
 12. real-time PCR systém,
 13. elektroforetický systém,
 14. flow box (laminárny),
 15. spektrofotometer,
 16. termoblok,
- f) základné funkčné priestory pracoviska elektrónovej mikroskopie
- miestnosť na elektrónový mikroskop s plochou najmenej 3 m² umiestnená na najnižšom poschodí alebo prízemí, mimo elektrických polí, výťahov a iných možných príčin otrasov,
- g) základné materiálno-technické vybavenie pracoviska elektrónovej mikroskopie
1. transmisný elektrónový mikroskop,
 2. ultramikrotóm,
 3. svetelný mikroskop,
 4. termostat pre EM,
 5. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 6. lámačka skla na nože,
 7. piecka na farbenie polotekutých rezov,
 8. digestor.

(3) Minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie nekrotickej časti patologicko-anatomického pracoviska ustanovuje osobitný predpis.²⁸⁾

E. HEMATOLÓGIA A TRANSFÚZIOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie pre hematológiu

a)	hematológ a transfúziológ alebo lekár laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii	1
b)	zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii	1
c)	zdravotnícky laborant s vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa alebo s úplným stredným odborným vzdelaním alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii	1
d)	laboratórny diagnostik, laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1

(2) Materiálno-technické vybavenie pre hematológiu

a) základné funkčné priestory laboratória klinickej hematológie uvedené v XI. časti ods. 2,

b) ďalšie priestory

1. hematologický úsek s plochou najmenej 15 m²,
2. hemokoagulačný úsek s plochou najmenej 15 m²,
3. imuno hematologický úsek s plochou najmenej 12 m²,
4. archív s plochou najmenej 4 m²,

c) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov

1. hematologický úsek

- 1a. automatický hematologický analyzátor,
- 1b. svetelný mikroskop s príslušenstvom,
- 1c. zariadenie na rutinné a cytochemické farbenie,
- 1d. počítač, laboratórny informačný systém, tlačiareň,
- 1e. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 1f. klimatizačná jednotka podľa počtu a veľkosti miestností,
- 1g. laboratórny nábytok,
- 1h. umývadlo a centrálny odpad,

2. hemokoagulačný úsek

- 2a. automatický hemokoagulačný analyzátor,
- 2b. laboratórna centrifúga stolná, chladená,
- 2c. laboratórny termostat – vodný kúpeľ,
- 2d. laboratórne pipety, stojany,
- 2e. chladiace zariadenia na uskladnenie krvných vzoriek a diagnostík,
- 2f. mraziace zariadenie na uskladnenie krvných vzoriek a diagnostík,

- 2g. počítač, laboratórny informačný systém, tlačiareň,
- 2h. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 2i. klimatizačná jednotka podľa počtu a veľkosti miestností,
- 2j. laboratórny nábytok,
- 2k. umývadlo a centrálny odpad,
- 3. imunohematologický úsek, ktorý nevykonáva funkcie krvnej banky
 - 3a. poloautomatický alebo automatický imunohematologický analyzátor pripojiteľný na informačný systém alebo iné prístrojové vybavenie pre manuálne metodiky v závislosti od počtu vyšetrení (inkubátor, centrifúga, pipety, stojany),
 - 3b. chladiace zariadenie na uskladnenie krvných vzoriek a diagnostík,
 - 3c. laboratórna centrifúga,
 - 3d. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 3e. svetelný mikroskop,
 - 3f. laboratórny termostat,
 - 3g. laboratórny informačný systém,
 - 3h. laboratórny nábytok,
 - 3i. umývadlo,
 - 3j. klimatizačná jednotka podľa počtu a veľkosti miestností,
- 4. úsek príjmu materiálu a výdaja výsledkov
 - 4a. laboratórny nábytok,
 - 4b. priestor na prípravu zdravotníckeho materiálu,
 - 4c. tlačiareň na čiarové kódy a čítačka čiarových kódov,
 - 4d. umývadlo.

F. KLINICKÁ IMUNOLÓGIA A ALERGOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii	1
b)	zdravotnícky laborant alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória klinickej imunológie a alergológie uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- c) ďalšie vybavenie
 - 1. termostat,
 - 2. automatické pipety,
 - 3. reader pre mikrotitračné dosky,
 - 4. prietokový cytometer,

5. vortex,
6. shaker,
7. scanner,
8. centrifúga,
9. ELISA analyzátor,
10. chemiluminiscenčný analyzátor.

G. LABORÁTORNA MEDICÍNA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár laboratórnej medicíny, laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína	1
b)	zdravotnícky laborant, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej biochémií, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii, zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo zdravotnícky laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej genetike	2

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória laboratórnej medicíny uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - miestnosť na diagnostiku a spracovávanie vysoko infekčných materiálov,
- c) základné vecné vybavenie uvedené v XI. časti ods. 5,
- d) ďalšie vybavenie
 1. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 2. hustomer,
 3. pipeta,
 4. odstredivky,
 5. sterilizátor,
 6. termostat,
 7. laboratórny plast,
 8. odmerné sklo,
 9. chemikálie,
 10. laboratórna voda,
 11. osmometer,
 12. atomový absorbčný spektrofotometer,
 13. mikroskop,
 14. spektrofotometer,

15. reflektometer,
16. nefelometer,
17. potenciometer – ión-selektívne elektródy,
18. coulometer,
19. elektroforéza,
20. fluorimeter,
21. luminometer,
22. prístroj na vysokotlakovú kvapalinovú chromatografiu,
23. plynový chromatograf,
24. prietokový cytometer,
25. cyklér,
26. acidobázický analyzátor,
27. biochemický analyzátor,
28. hematologický analyzátor,
29. koagulačný analyzátor,
30. imunologický analyzátor,
31. počítač s príslušenstvom a s laboratórnym informačným systémom.

H. FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA

(1) Personálne zabezpečenie

lekár fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitáciealebo fyzioterapeut	1
---	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie uvedené v XI. časti ods. 2 okrem písmena a) a b),
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 1. miestnosť na liečebnú telesnú výchovu s plochou najmenej 6 m² na jedného pacienta,
 2. box na elektroliečbu a termoterapiu s plochou najmenej 3 m² s umývadlom,
 3. úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje
 - 3a. box s plochou najmenej 4,5 m² na sedáciu alebo končatinovú vírivku,
 - 3b. box s plochou najmenej 8 m² na vaňu,
 - 3c. box s plochou najmenej 8 m² na vodoliečebnú katedru,
 4. bazén s plochou 4,5 m² na jedného dospelého pacienta a 4 m² na dieťa, ak sa zriaďuje,
 5. masážny úsek s umývadlom s plochou najmenej 6 m² na jeden stôl, ak sa zriaďuje,
 6. odpočívareň s plochou najmenej 3 m² na jednu lôžko, ak sa zriaďuje,
 7. toaleta pre pacientov,
 8. sprcha a šatňa pre pacientov, ak sa zriaďuje masážny úsek, úsek vodoliečby alebo bazén,
- c) základné vecné vybavenie fyziatrie, balneológie a liečenej rehabilitácie

1. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo výškovo nastaviteľné lôžko,
2. umývadlo,
3. stôl a stoličky,
4. počítač,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na pomôcky,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
13. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
14. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
15. fonendoskop,
16. kalibrovaný lekársky teplomer,
17. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov

1. úsek individuálnej pohybovej liečby
 - 1a. žinenka alebo podložka na cvičenie,
 - 1b. výškovo nastaviteľné lôžko,
 - 1c. nástenné zrkadlo,
 - 1d. pomôcky pre nácvik úchopov a jemnej motoriky, ergoterapeutické, senzomotorické a vibračné pomôcky,
 - 1e. stopky,
 - 1f. rebriny,
 - 1g. polohovacie pomôcky, fitlopty a valce,
 - 1h. balančné pomôcky,
 - 1i. goniometer,
2. úsek skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje
 - 2a. žinenky alebo podložky na cvičenie,
 - 2b. zrkadlá,
3. masážny úsek, ak sa zriaďuje
 - masérské lôžko,
4. úsek pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje,
 - prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie hybnosti (mododlaha, stacionárny bicykel, stepper),
5. úsek fyzikálnej liečby
 - 5a. stolíky na umiestnenie prístrojov,

- 5b. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo výškovo nastaviteľné lôžko,
- 5c. stolička,
- 5d. prístroj na aplikáciu elektroliečby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,
- 5e. prístroj na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,
- 5f. prístroje na aplikáciu fototerapie,
- 5g. prístroje a pomôcky na aplikáciu termoterapie,
- 5h. ultrazvukový terapeutický prístroj,
6. úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje
– zariadenia pre aplikáciu lokálnej alebo celkovej hydroterapie podľa potrieb a zamerania pracoviska,
7. úsek pohybovej liečby v bazéne, ak sa zriaďuje
- 7a. bazén,
- 7b. pomôcky na hydrokinezioterapiu.

(3) V zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktoré sa nachádza v rovnakom mieste prevádzkovania ako ústavné zdravotnícke zariadenie poskytujúce zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, sa môžu jednotlivé úseky využívať spoločne s lôžkovou časťou.

I. NUKLEÁRNA MEDICÍNA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár nukleárnej medicíny	2 na zmenu
b)	rádiológna konzultácie, ak ide o pracovisko s PET/CT alebo SPECT/CT; rádiológ nemusí byť, ak ide o nízкодávkové lokalizačné CT	1 na zmenu
c)	rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína	2 na zmenu
d)	sestra	1 na zmenu
e)	farmaceut alebo laboratórny diagnostik	1 na zmenu
f)	klinický fyzik	1 na zmenu
g)	sanitár	1 na zmenu
h)	odborný zástupca pre radiačnú ochranu	

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory pracoviska nukleárnej medicíny
- miestnosť na scintilačnú gamakameru s umývadlom,
 - obsluhovňa – riadiaca miestnosť pre gamakameru,

3. miestnosť na spracovanie, vyhodnocovanie a tvorbu záznamov a výsledkov vyšetrení,
 4. miestnosť na prípravu rádiofarmák,
 5. miestnosť na aplikáciu rádiofarmák,
 6. čakáreň pre osoby pred aplikáciou rádiofarmák s toaletou a umývadlom,
 7. čakáreň pre osoby po aplikácii rádiofarmák s toaletou a umývadlom,
 8. sprcha pre pacientov,
 9. sklad rádioaktívnych odpadov s umývadlom a vymieracie nádrže na kvapalný rádioaktívny odpad, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené osobitným predpisom,²⁹⁾ ak je to vzhľadom na rozsah prevádzky nevyhnutné,
 10. miestnosť s riadiacim systémom odpadového hospodárstva, ak je zriadený sklad rádioaktívnych odpadov,
 11. administratívna miestnosť a archív,
 12. miestnosť na príjem a prípravu pacientov s umývadlom a drezom,
 13. miestnosť lekárov,
 14. miestnosť ostatných špecialistov – fyzikov, farmaceutov,
 15. zariadenia pre osobnú hygienu personálu – šatňa, toaleta s umývadlom a sprcha,
 16. miestnosti na upratovanie s výlevkou pre aktívnu a neaktívnu časť pracoviska,
- b) ďalšie prevádzkové miestnosti vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti
1. miestnosť pre PET/CT kameru s umývadlom,
 2. miestnosť pre obsluhovanie a riadenie činnosti pre PET/CT kameru,
 3. miestnosť pre nukleárnu kardiológiu – ergometriu s umývadlom,
 4. miestnosť pre hybridnú SPECT/CT kameru s umývadlom,
 5. miestnosť pre obsluhovanie a riadenie činnosti pre SPECT/CT kameru,
 6. miestnosť pre in vivo vyšetrenia s jedno alebo viac detektorovou súpravou,
 7. miestnosť pre observačné lôžka pre špecifickú terapiu,
- c) základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny
1. SPECT alebo SPECT/CT kamera s akvizičnou konzolou,
 2. pracovná stanica – vyhodnocovací počítač s programovým vybavením podľa rozsahu činnosti,
 3. farebná tlačiareň,
 4. zariadenie na archiváciu obrazových dát – PACS prepojené s pracovnou stanicou, s možnosťou exportu vo formáte DICOM na CD alebo cez internet,
 5. meradlo aktivity rádiofarmák – kalibrátor aktivity pre každý laminárny box,
 6. dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,²¹⁾
 7. aseptický laminárny box s tienением na prípravu rádiofarmák; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami musí zohľadňovať maximálnu aktivitu spracovávanú na pracovisku a spĺňať požiadavky ustanovené osobitným predpisom,²⁷⁾
 8. kalibračné rádioaktívne žiariče,
 9. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky, tieniace pracovné prostriedky a pomôcky,

10. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery,
 11. počítač,
 12. prístrojové a materiálne vybavenie rádiofarmaceutického laboratória musí byť postačujúce na prípravu a kontrolu kvality rádiofarmák používaných poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v súlade so súhrnom charakteristických vlastností lieku,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov pracoviska nukleárnej medicíny vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti
1. hybridná PET/CT kamera,
 2. hybridná SPECT/CT kamera,
 3. pracovná stanica s možnosťou fúzie obrazových dát,
 4. chromatograf a skener,
 5. mikroskop na kontrolu veľkosti častíc,
 6. poloautomatický alebo automatický systém na prípravu, rozplňovanie alebo aplikáciu rádiofarmák,²¹⁾
 7. injektor CT kontrastných látok, ak je pracovisko vybavené hybridným prístrojom s CT,
 8. infúzna pumpa,
 9. infúzny stojan,
 10. ergometer s príslušným vybavením a defibrilátor, ak sa vykonávajú záťažové kardiologické vyšetrenia,
 11. jedno alebo viac detektorová súprava na meranie rádioaktivity in vivo,²¹⁾
 12. vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality SPECT/CT alebo PET/CT zariadení.

J. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	radiačný onkológ	2 na 1 ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu
b)	fyzik v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika	1 na zmenu
c)	rádiologický technik alebo rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia	
	externá terapia – okrem RTG terapie	3 na 1 ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu*
	externá RTG terapia	2 na 1 röntgenový ožarovač*
	brachyterapia	1 na 1 ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu
	plánovanie terapie	1 na röntgenový simulátor
	diagnostika – CT, diagnostický RTG prístroj	2 rádiologický technik alebo rádiologický technik s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti počítačová tomografia – CT na zmenu, ak je súčasťou pracoviska*
d)	sestra alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti	1 na zmenu

	o dospelých	
e)	sanitár	1 na zmenu

* vedúci rádiologický technik sa neráta do normatívu.

(2) Ak pracovisko zabezpečuje samostatne servis a údržbu rádiologických zariadení – lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj, musí mať jedného technického pracovníka pre servis a údržbu na každé dve používané rádioterapeutické zariadenia. Pracovisko musí mať jedného technického pracovníka na plánovanie napríklad elektroinžiniera, informatika, dozimetristu na každých 300 pacientov za rok.

(3) Materiálno-technické vybavenie

a) základné funkčné priestory pracoviska radiačnej onkológie

1. ožarovňa pre externú rádioterapiu

1a. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s plochou najmenej 40 m²,

1b. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s plochou najmenej 24 m²,

2. riadiaca miestnosť – obsluhovňa s plochou najmenej 6 m²,

3. prezliekacia kabína s plochou najmenej 2 m² alebo prípravovňa pre pacientov s plochou najmenej 6 m²,

4. miestnosť na plánovanie rádioterapie s plochou najmenej 10 m²,

5. miestnosť pre lekárov s plochou najmenej 10 m²,

6. miestnosť pre fyzikov s plochou najmenej 10 m²,

7. príručný sklad s plochou najmenej 4 m²,

8. čakáreň pre pacientov,

9. vyšetrovňa počítačovej tomografie – CT alebo voľný prístup a online prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie,

b) ďalšie priestorové vybavenie podľa rozsahu vykonávanej terapie

1. miestnosť pre röntgenový simulátor, ak sa na pracovisku vykonáva externá terapia,

2. terapia pomocou lineárneho urýchľovača s plochou najmenej 20 m²,

3. riadiaca miestnosť – obsluhovňa pre simulátor s plochou najmenej 6 m²,

4. miestnosť pre brachyterapiu, ak sa na pracovisku vykonáva brachyterapia pomocou zariadenia s afterloadingovým systémom s plochou najmenej 12 m²,

5. operačno-aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým RTG prístrojom s plochou najmenej 12 m²,

6. ožarovňa s terapeutickým RTG prístrojom s plochou najmenej 20 m²,

7. riadiaca miestnosť – obsluhovňa pre RTG terapiu s plochou najmenej 4 m²,

8. modeláreň s plochou najmenej 6 m²,

c) základné prístrojové vybavenie pracoviska radiačnej onkológie

1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač,

2. plánovací systém pre externú rádioterapiu,

3. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač,

4. základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,
 5. automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač,
 6. vybavenie pre relatívnu dozimetriu,²¹⁾
 7. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení,
 8. dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia,²¹⁾
 9. vyrezávač blokov,
- d) ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska radiačnej onkológie podľa rozsahu vykonávaných výkonov
1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom,
 2. plánovací systém pre brachyterapiu,
 3. základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,²¹⁾
 4. skiaskopický diagnostický RTG prístroj - C-rameno pre potreby brachyterapie,
 5. mnoholamelový kolimátor - MLC,
 6. elektronické zobrazenie poľa EPID,
 7. verifikačný systém,
 8. randofantom,
 9. röntgenový terapeutický prístroj.

(4) Každé ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu alebo brachyterapiu musí byť v samostatnej miestnosti. Ak CT pracovisko nie je organickou súčasťou pracoviska radiačnej onkológie, musí mať zabezpečený prístup na dostupné diagnostické CT pracovisko a on-line prepojenie CT zariadenia s plánovacím systémom pre externú rádioterapiu.

K. KLINICKÁ FYZIKA

(1) Personálne zabezpečenie pre úsek terapeutický pre potreby pracoviska radiačnej onkológie

a)	klinický fyzik	1 na zmenu
b)	klinický fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení	1 na 3 rádiologické a rádioterapeutické zariadenia*
c)	klinický fyzik na plánovanie (výpočty) ožarovacích plánov pacientov	1**
d)	klinický fyzik, ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou brachyterapie	1 na zmenu

* napr. lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj

** na 300 pacientov za rok

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. miestnosť na plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou s plochou najmenej 12 m² a na každú ďalšiu plánovaciu stanicu s plochou najmenej 4 m²,
2. miestnosť pre fyzikov s umývadlom s plochou najmenej 10 m²,

3. sklad s plochou najmenej 6 m²,
4. miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok s drezom s plochou najmenej 10 m²,

b) základné prístrojové vybavenie

1. plánovací systém pre externú rádioterapiu,
2. základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu,²¹⁾
3. automatický vodný fantóm,
4. vybavenie pre relatívnu dozimetriu,²¹⁾
5. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality QA a QC ožarovacích zariadení,
6. dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia,²¹⁾
7. plánovací systém pre brachyterapiu,
8. základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu,²¹⁾
9. ekvivalentný nehomogénny fantóm.

(3) Personálne zabezpečenie pre úsek otvorených žiaričov pre potreby pracoviska nukleárnej medicíny

a)	klinický fyzik	1 na zmenu
b)	klinický fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení	1 na 3 rádiologické zariadenia*
c)	klinický fyzik, ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi	1**
d)	klinický fyzik, ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou brachyterapie	1 na zmenu

* napríklad gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, ak ide o kombinované zariadenie počíta sa každé jednotlivo – PET/CT

** na 1000 vyšetrení za rok

(4) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. miestnosť pre plánovanie terapie s plochou najmenej 10 m²,
2. miestnosť pre fyzikov s umývadlom s plochou najmenej 10 m²,
3. sklad s plochou najmenej 6 m²,

b) základné prístrojové vybavenie

1. meradlo aktivity rádiofarmák – kalibrátor aktivity,²¹⁾
2. dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu,²¹⁾
3. automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA,²¹⁾
4. kalibračné rádioaktívne žiariče,
5. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav,²¹⁾
6. fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia

otvorených žiaričov,

7. kompletne vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku,
8. automatizované merače – meniče na meranie malých objemov vzoriek.

(5) Personálne zabezpečenie pre úsek zobrazovacích metód pre potreby pracoviska rádiológie a intervenčnej rádiológie

a)	fyzik v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika	1
b)	fyzik v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení	1 na 10 zariadení*
c)	fyzik v zdravotníctve so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov	1**

* počítačová tomografia CT, MR, RTG zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, USG zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok

** na 20 000 vyšetrení za rok

(6) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. miestnosť pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov s plochou najmenej 8 m²,
2. miestnosť pre fyzikov s umývadlom s plochou najmenej 10 m²,
3. sklad s plochou najmenej 6 m²,

b) základné prístrojové vybavenie

1. merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy RTG zariadení,
2. meracie prístroje pre stanovenie HVL,²¹⁾
3. meracie zariadenie pre stanovenie DPL,²¹⁾
4. fantómy pre kontrolu kvality obrazu na RTG, CT, MRI a USG zariadeniach,
5. CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení.

L. NEINVAZÍVNA A INVAZÍVNA KARDIOLÓGIA PRE DOSPELÝCH

(1) Personálne zabezpečenie neinvazívnej kardiológie pre dospelých

a)	kardiológ, výkon echokardiografie realizuje lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti echokardiografia	2
b)	sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť	2

(2) Materiálno-technické vybavenie neinvazívnej kardiológie pre dospelých

a) základné funkčné priestory pracoviska

1. vyšetrovňa s plochou najmenej 20 m²,
2. archív,
3. prijímacia miestnosť s čakárňou s plochou najmenej 20 m²,
4. prípravovňa,

5. dezinfekčná miestnosť,

6. popisovňa nálezov,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

1. 12-zvodový EKG prístroj,

2. prístroj pre záťažovú elektrokardiografiu – bicyklová ergometria alebo bežiaci pás,

3. prístroj pre minimálne 24-hodinové EKG monitorovanie s príslušným vyhodnocovacím zariadením,

4. prístroj na 24-hodinové monitorovanie tlaku krvi s príslušným vyhodnocovacím zariadením,

5. echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s vybavením pre farebný dopplerovský signál s transtorakálnou a transezofageálnou sondou s digitálnou archiváciou grafických nálezov,

6. externý elektricky defibrilátor s možnosťou bifázickej kardioverzie,

7. počítač a so sieťovým prepojením na digitálnu archiváciu,

8. telefón.

(3) Personálne zabezpečenie invazívnej kardiológie pre dospelých

a)	kardiológ	2
b)	sestra alebo sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých	2
c)	rádiologický technik alebo rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia	1

(4) Materiálno-technické vybavenie invazívnej kardiológie pre dospelých

a) základné funkčné priestory pracoviska

1. RTG katetrizačná miestnosť – vyšetrovňa pre invazívne vyšetrenia srdca a katéetrové perkutánne intervencie na srdci s plochou najmenej 40 m²,

2. hygienický filter pre pacientov – miestnosť na prípravu pacienta s umývadlom s plochou najmenej 9 m² nadväzujúca na vyšetrovňu,

3. pripravovňa,

4. priestor pre riadiaci pracovný panel s plochou najmenej 10 m²,

5. miestnosť lekára s plochou najmenej 8 m²,

6. archív digitálnej dokumentácie so serverom s plochou najmenej 6 m²,

7. sklad na spotrebný intervenčný materiál s plochu najmenej 6 m²,

8. toaleta pre pacientov,

9. toaleta pre personál,

10. čakáreň s plochou najmenej 10 m²,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. RTG katetrizačná miestnosť – vyšetrovňa

1a. jednorovinná angiokardiografia s digitálnou substrakciou a vyhodnocovacím zariadením so simultánnym zobrazením vo vyšetrovni a v priestore riadiaceho panelu,

1b. operačná stolička pojazdná, individuálne nastaviteľná s brzdným mechanizmom,

- 1c. externý elektrický defibrilátor s možnosťou bifázickej kardioverzie,
- 1d. vybavenie pre dočasnú kardiostimuláciu s externým kardiostimulátorom,
- 1e. ochranné pomôcky pred RTG žiarením pre personál a pacientov,
- 1f. úložné priestory pre jednorazový spotrebný materiál pre intervenčnú kardiológiu, pre nástroje a lieky,
- 1g. ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,
- 1h. umývadlo a drez,
- 1i. prívod medicínálnych plynov s odsávaním,
- 1j. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 1k. úložné priestory na zdravotnícke pomôcky, lieky a dezinfekčné prípravky – police, skrine alebo závesné systémy,
- 1l. kyslíkový prístroj na predýchanie,
- 1m. mobilná resuscitačná súprava,
- 1n. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 2. prípravovňa
 - 2a. pracovná plocha na prípravu zdravotníckeho materiálu,
 - 2b. umývadlo a drez,
 - 2c. pojazdný stolík na sterilný materiál a prístroje,
 - 2d. úložné priestory pre jednorazový spotrebný materiál pre intervenčnú kardiológiu a pre nástroje a lieky,
 - 2e. pracovný vyhodnocovací monitor pre digitálne zobrazovanie,
 - 2f. stôl a stoličky,
 - 2g. počítač so sieťovým prepojením na digitálnu archiváciu.

M. NEINVAZÍVNA A INVAZÍVNA KARDIOLÓGIA PRE DETI

(1) Personálne zabezpečenie neinvazívnej kardiológie pre deti

a)	pediatrický kardiológ, pediater s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti dorastové lekárstvo alebo pediatrický pneumoftizeológ	6
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii, sestra špecialistka v anestéziológii a intenzívnej starostlivosti alebo sestra s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčné vyšetrovacie metódy	6

(2) Materiálno-technické vybavenie neinvazívnej kardiológie pre deti

- a) základné funkčné priestory pracoviska
 - 1. vyšetrovňa s plochou najmenej 15 m²,
 - 2. archív,
 - 3. čakáreň s plochou najmenej 10 m²,
 - 4. prípravovňa,
 - 5. dezinfekčná miestnosť s umývadlom a drezom,

6. popisovňa nálezov,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

1. prístroj na 24-hodinové monitorovanie EKG s príslušnými záznamom a vyhodnocovacím zariadením,
2. dva prístroje na 24-hodinové monitorovanie TK s príslušnými záznamom a vyhodnocovacím zariadením,
3. záťažové EKG so spiroergometrom – bicyklová ergometria,
4. ergometrický bežiaci pás,
5. tri echokardiografické prístroje na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom,
6. pojazdný echokardiografický prístroj na dvojrozmerné zobrazenie s farebným dopplerovským signálom,
7. externý defibrilátor s možnosťou bifázickej kardioverzie,
8. set na zavedenie dočasnej kardiostimulácie,
9. dočasný kardiostimulátor.

(3) Personálne zabezpečenie invazívnej kardiológie pre deti

a)	pediatrický kardiológ, rádiológ alebo pediater	6
b)	sestra, sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii alebo sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii a rádiologický technik, rádiologický technik so špecializáciou v špecializačnom odbore špeciálna rádiológia, rádiologický technik s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti počítačová tomografia alebo rádiologický technik s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti magnetická rezonancia	4

(4) Materiálno-technické vybavenie invazívnej kardiológie pre deti

a) základné funkčné priestory

1. vyšetrovňa
 - 1a. pre klasickú rádiológiu (skiagrafia alebo skioskopia) s plochou najmenej 20 m²,
 - 1b. pre počítačovú tomografiu s plochou najmenej 40 m²,
 - 1c. pre intervenčnú rádiológiu s plochou najmenej 60 m²,
 - 1d. pre magnetickú rezonanciu limitovanú Faradayovou kľetkou s plochou najmenej 60 m²,
 - 1e. pre USG vyšetrenia s plochou najmenej 12 m²,
2. hygienický filter pre pacientov – miestnosť na prípravu pacienta s umývadlom, nadväzujúca na vyšetrovňu s plochou najmenej 9 m²,
3. hygienický filter – miestnosť na predoperačnú prípravu rúk personálu,¹³⁾ nadväzujúca na vyšetrovňu,
4. priestor pre riadiaci pracovný panel s plochou najmenej 10 m²,
5. miestnosť lekára s plochou najmenej 6 m², ak sa zriaďuje,
6. archív digitálnej dokumentácie server s plochou najmenej 6 m²,
7. sklad na náhradné diely s plochou najmenej 2 m²,

8. toaleta pre pacientov,
 9. čakáreň s plochou najmenej 10 m²,
- b) základné vecné a prístrojové vybavenie
1. umývadlo,
 2. stôl a stoličky,
 3. počítač,
 4. telefón,
 5. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 6. nábytok na zdravotnícke pomôcky – police, skrine alebo závesné systémy,
 7. dezinfekčné prípravky,
 8. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
 9. fonendoskop,
 10. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
 11. skrinka na lieky a pomôcky,
 12. odsávačka,
 13. kyslíkový prístroj na predýchanie,
 14. komplexné vybavenie pre anestéziu u detí,
 15. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- c) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov
1. röntgenová vyšetrovňa
 - 1a. dvojrovinná angiokardiografia s digitálnou substrakciou a vyhodnocovacím zariadením vrátane intervenčného 3D zobrazenia a kompletnej arytmológie,
 - 1b. skrinky na nástroje a lieky,
 - 1c. ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,
 - 1d. umývadlo a drež,
 2. CT pracovisko
 - 2a. CT prístroj na vyšetrovanie srdca u detí s príslušenstvom,
 - 2b. skrinka na lieky a kontrastné látky,
 - 2c. umývadlo,
 - 2d. komplexné vybavenie pre anestéziu u detí,
 3. MR pracovisko
 - 3a. MR prístroj na vyšetrovanie srdca u detí s príslušenstvom,
 - 3b. umývadlo,
 - 3c. komplexné vybavenie pre anestéziu v MR vyšetrovni u detí,
 - 3d. skrinka na lieky a kontrastné látky,
 4. prípravovňa, ak pracovisko používa invazívne rádiologické metódy
 - 4a. pojazdny stolík na nástroje,
 - 4b. priestor na prípravu zdravotníckeho materiálu,

- 4c. umývadlo a drez,
- 4d. skrinka na nástroje, lieky a zdravotnícky materiál,
- 4e. negatoskop alebo alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie,
- 4f. stôl a stoličky,
- 4g. počítač.

N. KLINICKÁ FARMAKOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár klinickej farmakológie alebo farmaceut špecialista v klinickej farmácii	1
b)	farmaceutický laborant alebo farmaceutický laborant so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárenstvo	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory laboratória klinickej farmakológie uvedené v XI. časti ods. 2,
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - miestnosť farmakokinetickej analýzy a modelovania s plochou najmenej 8 m²,
- c) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie pracoviska klinickej farmakológie uvedené v XI. časti ods. 5,
- d) ďalšie vybavenie
 - 1. analyzátor na stanovenie hladín liečiv, metabolitov liečiv a toxických látok v biologických materiáloch,
 - 2. centrifúga stolná,
 - 3. počítač.

O. CENTRUM KLINICKEJ PSYCHOLÓGIE A PODPORY PSYCHICKÉHO ZDRAVIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	klinický psychológ	1
b)	psychológ	2
c)	liečebný pedagóg so špecializáciou v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, klinický logopéd, fyzioterapeut alebo sestra špecialistka v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii	1

(2) Centrum klinickej psychológie a podpory psychického zdravia spolupracuje s

- a) poskytovateľom detskej psychiatrickej starostlivosti, ktorý pre pacientov zabezpečuje konziliárnu detskú psychiatrickú zdravotnú starostlivosť,
- b) poskytovateľom psychiatrickej starostlivosti, ktorý pre pacientov zabezpečuje konziliárnu psychiatrickú zdravotnú starostlivosť,
- c) poskytovateľom služby včasnej intervencie,
- d) centrom poradenstva a prevencie alebo špecializovaným centrom poradenstva a prevencie,
- e) poskytovateľmi sociálnych služieb alebo centrom pre deti a rodiny, ak to zdravotný stav

pacienta vyžaduje.

(3) Materiálno-technické vybavenie

a) základné funkčné priestory centra klinickej psychológie a podpory psychického zdravia uvedené v XI. časti ods. 2 okrem písmen a) až c),

b) ďalšie priestorové vybavenie

1. tri vyšetrovne s minimálnym priestorovým vybavením podľa odborného zamerania svojej činnosti, z toho najmenej dve v špecializačnom odbore klinická psychológia,
2. miestnosť s audiovizuálnou technikou pre skupinové aktivity s minimálnou rozlohou 25 m²,
3. bezpodnetová miestnosť s rozlohou najmenej 8 m²,
4. spoločná pracovná miestnosť pre zdravotníckych pracovníkov a odborných pracovníkov,

c) základné vecné vybavenie

1. základné vecné vybavenie vyšetrovní podľa príslušného odborného zamerania, z toho najmenej jedno základné vecné vybavenie ambulancie klinickej psychológie so zameraním na deti,
2. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm,
3. umývadlo,
4. relaxačná pohovka alebo relaxačné kreslo,
5. stôl a dve kreslá,
6. písacie stoly so stoličkou pre každého zdravotníckeho pracovníka a odborného pracovníka,
7. dva počítače,
8. telefón,
9. vešiak,
10. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
11. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
12. poháriky na vodu na jednorazové použitie,
13. uzamykateľná skriňa,
14. kartotečná uzamykateľná skriňa,
15. skrinka na pomôcky,
16. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
17. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
18. prístrojové vybavenie na objektívne meranie psychických a psychofyziologických funkcií,
19. prístrojové vybavenie na rehabilitáciu kognitívnych funkcií,
20. psychodiagnostické a diagnostické metódy.

P. RÁDIOLÓGIA A INTERVENČNÁ RÁDIOLÓGIA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	rádiológ	1
b)	rádiologický technik	2
c)	sestra	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné funkčné priestory rádiologického pracoviska

1. vyšetrovňa

- 1a. pre klasickú rádiológiu (skiagrafia alebo skiaskopia) s plochou najmenej 20 m²,
- 1b. pre zubno-lekársku rádiológiu s plochou najmenej 6 m²,
- 1c. pre mamografiu a denzitometriu s plochou najmenej 12 m²,
- 1d. pre počítačovú tomografiu s plochou najmenej 25 m²,
- 1e. pre magnetickú rezonanciu limitovanú Faradayovou klietkou s plochou najmenej 20 m²,
- 1f. pre USG vyšetrenia s plochou najmenej 12 m²,

2. úsek intervenčnej rádiológie

- 2a. sála intervenčnej rádiológie s plochou najmenej 32 m²,
- 2b. prípravovňa pacientov alebo miestnosť na pozákrkové sledovanie pacientov s plochou najmenej 12 m²,

3. priestor pre riadiaci pracovný panel s plochou najmenej 4 m²,4. dve kabínky na prezliekanie, každá s plochou najmenej 2 m²,5. svetlá komora s plochou najmenej 6 m², ak pracovisko nepoužíva digitálnu archiváciu,6. miestnosť lekára s plochou najmenej 6 m², ak sa zriaďuje7. archív filmového a iného dokumentačného materiálu s plochou najmenej 6 m², ak pracovisko nepoužíva digitálnu archiváciu,8. sklad na dokumentačný materiál a náhradné diely s plochou najmenej 2 m²,9. sklad na chemikálie s plochou najmenej 2 m², ak pracovisko nepoužíva digitálnu archiváciu,

10. toaleta pre pacientov,

11. čakáreň s plochou najmenej 10 m²,

b) základné vecné vybavenie rádiologického pracoviska

1. umývadlo alebo drez,

2. stôl a stoličky,

3. počítač,

4. telefón,

5. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,

6. nábytok na zdravotnícke pomôcky (police, skrine alebo závesné systémy),

7. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

8. neinvazívne meradlo tlaku krvi,

9. fonendoskop,

10. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,

11. skrinka na lieky a pomôcky,

12. odsávačka,

13. kyslíkový prístroj na predychávanie,

c) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov

1. vyšetrovňa pre klasickú rádiológiu
 - 1a. RTG prístroj s príslušenstvom,
 - 1b. ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,
2. CT vyšetrovňa
 - 2a. CT prístroj s príslušenstvom,
 - 2b. ochranné pomôcky a prostriedky pre personál a pacientov,
 - 2c. injektor na podávanie kontrastnej látky,
 - 2d. záložný zdroj elektrickej energie – generátor,
3. ultrasonografická vyšetrovňa
 - 3a. ultrazvukový prístroj s príslušenstvom,
 - 3b. vyšetrovacie lôžko,
4. MR pracovisko
 - 4a. MR prístroj s Faradayovou klieťkou s príslušenstvom,
 - 4b. injektor na podávanie kontrastnej látky,
 - 4c. záložný zdroj elektrickej energie – generátor,
5. sála pre intervenčnú rádiológiu
 - 5a. angiografický prístroj umiestnený na podlahe alebo na strope,
 - 5b. operačná lampa,
 - 5c. anestéziologický prístroj s kompletným vybavením, ak pracovisko poskytuje zákroky v celkovej anestézii,
 - 5d. defibrilátor s EKG monitorom, ak EKG nie je súčasťou anestéziologického prístroja; defibrilátor nie je potrebný na pracoviskách, ktoré poskytujú zákroky výlučne v lokálnej anestézii,
 - 5e. elektrokoagulačný prístroj podľa potreby,
 - 5f. monitor vitálnych funkcií,
 - 5g. záložný zdroj elektrickej energie – generátor,
 - 5h. klimatizácia s filtráciou vzduchu,
 - 5i. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka alebo napojenie na zdroj kyslíka,
 - 5j. infúzny stojan,
 - 5k. ultrazvukový prístroj,
 - 5l. ochranné pomôcky pre personál a pacientov,
6. prípravovňa alebo miestnosť na pozákrkové sledovanie pacientov, zriaďuje sa, ak pracovisko používa intervenčné rádiologické metódy
 - 6a. pojazdny stolík na nástroje,
 - 6b. priestor na prípravu zdravotníckeho materiálu,
 - 6c. lôžka alebo kreslá,
 - 6d. monitor vitálnych funkcií,
 - 6e. kyslíková fľaša s príslušenstvom a pomôckami na podávanie kyslíka alebo napojenie na zdroj kyslíka,

- 6f. stojan na infúzie,
- 7. svetlá komora
 - 7a. priestor na spracovanie filmového materiálu,
 - 7b. umývadlo,
- 8. popisovňa
 - 8a. negatoskop, alternatívne elektronické zariadenie na zobrazovanie digitálnej obrazovej dokumentácie alebo pracovný monitor pre systém PACS,
 - 8b. stôl a stoličky,
 - 8c. počítač.

Q. FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA

(1) Personálne zabezpečenie

a)	lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti funkčná diagnostika	4
b)	sestra	4

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné funkčné priestory

- 1. vyšetrovňa,
- 2. archív,
- 3. čakáreň,
- 4. prípravovňa,
- 5. dezinfekčná miestnosť,
- 6. denná miestnosť pre personál,
- 7. popisovňa nálezov,

b) základné vecné vybavenie

- 1. defibrilátor so synchronizovaným výbojom, transkutánnou stimuláciou a monitorom EKG,
- 2. laryngoskop,
- 3. kyslíková bomba,
- 4. spotrebný zdravotnícky materiál na kardiopulmonálnu resuscitáciu – intubačné kanyly, intravenózne kanyly, infúzne súpravy a spojky, súprava airwayov,
- 5. infúzne stojany,
- 6. stolík na prípravu materiálu,
- 7. vyšetrovacie lôžka,
- 8. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
- 9. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III,
- 10. počítač,
- 11. ergometer bicyklový alebo pásový so systémom desiatich vákuových prísavných elektród EKG a so systémom neinvazívneho plnoautomatického merania tlaku krvi,¹⁷⁾
- 12. 12-zvodový EKG prístroj kompatibilný s ergometrom na vykonávanie záťažových testov

- a iných EKG metodík
- 12a. software na ergometriu,
- 12b. software na vyšetovanie neskorých komorových potenciálov,
- 12c. software na vyšetovanie variability srdcovej frekvencie,
- 12d. software na vyšetovanie disperzie intervalu QT,
- 12e. software na snímanie ezofagového zvodu EKG,
- 13. kardiostimulátor na transezofageálnu diagnostickú a terapeutickú stimuláciu kompatibilný s EKG prístrojom,
- 14. ezofageálne stimulačné elektródy ku kardiostimulátoru,
- 15. spiroergometer,
- 16. sklopný stôl na vykonávanie polohového testu,
- 17. prístroj na kontinuálne neinvazívne monitorovanie tlaku krvi a baroreflexov,
- 18. spirometer,
- 19. inhalačný dávkovač na bronchoprovokačné testy alebo bronchodilatačné testy,
- 20. systém na vykonávanie dvadsaťštyrihodinového ambulantného monitorovania EKG,
- 21. systém na vykonávanie dvadsaťštyrihodinového ambulantného monitorovania tlaku krvi,
- 22. ultrazvukový prístroj – prístroj na rutinné vyšetovanie mobilných pacientov a prístroj portabilný na vyšetovanie imobilných pacientov pri lôžku,
- 23. infúzna pumpa pre záťažovú echokardiografiu,
- 24. dopplerovský detektor na meranie periférneho tlaku dolných končatín,
- 25. pletyzmograf.

R. FYZIOTERAPIA

(1) Personálne zabezpečenie

fyzioterapeut	1
---------------	----------

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné funkčné priestory pracoviska fyzioterapie uvedené v XI. časti ods. 2 okrem písm. a) a b),
- b) ďalšie priestorové vybavenie
 - 1. miestnosť na liečebnú telesnú výchovu s plochou najmenej 6 m² na jedného pacienta,
 - 2. box na elektroliečbu a termoterapiu s plochou najmenej 3 m² s umývadlom,
 - 3. úsek vodoliečby – box s plochou najmenej 4,5 m² na sedáciu alebo končatinovú vírivku, box s plochou najmenej 8 m² na vaňu a box s plochou najmenej 8 m² na vodoliečebnú katedru, ak sa zriaďuje,
 - 4. bazén s plochou 4,5 m² na jedného dospelého pacienta a 4 m² na dieťa, ak sa zriaďuje,
 - 5. masážny úsek s umývadlom s plochou najmenej 6 m² na jeden stôl, ak sa zriaďuje,
 - 6. odpočívareň s plochou najmenej 3 m² na jedno lôžko, ak sa zriaďuje,
 - 7. toaleta pre pacientov,
 - 8. sprcha a šatňa pre pacientov, ak sa zriaďuje masážny úsek, úsek vodoliečby alebo bazén,

c) základné vecné vybavenie

1. vyšetrovacie lôžko s výškou najmenej 60 cm alebo výškovo nastaviteľné lôžko,
2. umývadlo,
3. stôl a stoličky,
4. počítač,
5. telefón,
6. stolička pre pacienta,
7. vešiak,
8. teplomer s vlhkomerom na meranie teploty v miestnosti,
9. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
10. uzamykateľná skriňa na pomôcky,
11. kartotečná uzamykateľná skriňa,
12. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti III a meradlo telesnej výšky,
13. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
14. neinvazívne meradlo tlaku krvi,
15. fonendoskop,
16. lekársky teplomer,
17. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,

d) ďalšie vybavenie jednotlivých úsekov

1. úsek individuálnej pohybovej liečby
 - 1a. žinenka alebo podložka na cvičenie,
 - 1b. výškovo nastaviteľné lôžko,
 - 1c. nástenné zrkadlo,
 - 1d. pomôcky pre nácvik úchopov a jemnej motoriky, ergoterapeutické, senzomotorické a vibračné pomôcky,
 - 1e. stopky,
 - 1f. rebriny,
 - 1g. polohovacie pomôcky, fitlopty a valce,
 - 1h. balančné pomôcky,
 - 1i. goniometer,
2. úsek skupinovej pohybovej liečby, ak sa zriaďuje
 - 2a. žinenky alebo podložky na cvičenie,
 - 2b. zrkadlá,
3. masážny úsek, ak sa zriaďuje
 - masérské lôžko,
4. úsek pohybovej liečby pomocou prístrojov, ak sa zriaďuje
 - prístroje a zariadenia na aktívne a pasívne precvičenie hybnosti,
5. úsek fyzikálnej liečby
 - 5a. stolíky na umiestnenie prístrojov,

- 5b. lôžko s výškou najmenej 60 cm,
- 5c. stoličky,
- 5d. prístroj na aplikáciu elektrolicby s možnosťou analgézie, elektrostimulácie a ovplyvnenie trofiky a svalového tonusu pomocou nízkofrekvenčných a strednofrekvenčných prúdov,
- 5e. prístroj na aplikáciu magnetoterapie s aplikátormi,
- 5f. prístroj na aplikáciu fototerapie,
- 5g. prístroj a pomôcky na aplikáciu termoterapie,
- 5h. terapeutický prístroj,
- 6. úsek vodoliečby, ak sa zriaďuje
 - zariadenia pre aplikáciu lokálnej alebo celkovej hydroterapie podľa potrieb a zamerania pracoviska,
- 7. úsek pohybovej liečby v bazéne, ak sa zriaďuje
 - 7a. bazén,
 - 7b. pomôcky na hydrokinezioterapiu.

XIII. ČASŤ

AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATELSKEJ STAROSTLIVOSTI

(1) Personálne zabezpečenie

a)	odborný zástupca ³⁰⁾ agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti	1
b)	sestra	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. administratívna miestnosť s plochou najmenej 15 m²,
2. toaleta s umývadlom,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

1. telefón so záznamníkom alebo mobilný telefón s odkazovačom,
2. počítač s príslušenstvom,
3. uzamykateľný písací stôl a stoličky,
4. uzamykateľná kartotečná skrinka,
5. skriňa na uskladnenie špeciálneho zdravotníckeho materiálu nástrojov a prístrojov,
6. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
7. pomôcky na aplikáciu liekov o ošetrenie intravenózných vstupov,
8. pomôcky a skúmavky na odbery biologického materiálu,
9. indikátorové papieriky na vyšetrenie moču,
10. pomôcky na katetrizáciu močového mechúra,
11. sterilné chirurgické nástroje (nožnice, pinzety, peány),
12. sterilné a nesterilné jednorazové rukavice,

13. glukomer s testovacími prúžkami,
14. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
15. antiseptické prostriedky a čistiace prostriedky,
16. odsávačka,
17. pulzný oxymeter,
18. osobné motorové vozidlo na návštevnú službu pre sestru,
19. minimálne vybavenie tašky na návštevnú službu pre sestru uvedené v II. časti ods. 18.

(3) Všetky zriaďovacie predmety zdravotníckej techniky slúžiace na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody.¹¹⁾

XIV. ČASŤ

MOBILNÝ HOSPIC

(1) Personálne zabezpečenie

a)	paliatológ, pri hospicoch pre detskú populáciu pediater	1
b)	sestra alebo zdravotnícky záchranár	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. dispečing s príručným skladoom alebo skriňami,
2. toaleta s umývadlom,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie

1. telefón so záznamníkom alebo mobilný telefón,
2. počítač s príslušenstvom,
3. stôl a stoličky,
4. uzamykateľná skriňa na liečivá a špeciálny zdravotnícky materiál,
5. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
6. uzamykateľná skriňa na vedenie zdravotnej dokumentácie,
7. chladnička s teplomerom,
8. taška pre mobilný hospic

8a. lieky na perorálne podanie

- a) antihypertenzíva,
- b) diuretiká,
- c) bronchodilatanciá,
- d) kortikosteroidy,
- e) antiemetiká,
- f) anxiolytiká,
- g) neuroleptiká,

- h) antidepresíva,
- i) analgetiká,
- j) hemostyptiká,
- k) antibiotiká,
- l) benzodiazepíny,

8b. lieky na injekčné podanie

- a) krvné náhrady a perfúzne roztoky,
- b) kortikosteroidy,
- c) neuroleptiká,
- d) spazmolytiká,
- e) antitrombotiká,
- f) aqua pro injectione,
- g) fyziologický roztok 1/100 ml,
- h) anxiolytiká,
- i) analgetiká,
- j) antiemetiká,
- k) spazmolytiká,
- l) nesteroidné antiflogistiká,

8c. spotrebný materiál

- a) recepty a výmenné lístky,
- b) neinvazívne meradlo tlaku krvi,
- c) pulzný oxymeter,
- d) fonendoskop,
- e) baterka,
- f) permanentný močový katéter,
- g) močové zberné vrečko,
- h) dezinfekčný roztok,
- i) pinzeta,
- j) nožnice,
- k) tampóny,
- l) sterilná gáza,
- m) lokálne anestetikum,
- n) leukoplast,
- o) sterilné a nesterilné rukavice,
- p) jednorazové injekčné ihly a injekčné striekačky,
- q) škrtidlo,
- r) dezinfekčný prípravok na ruky,
- s) pulzný oxymeter,

- t) glukomer,
9. trezor na omamné látky, psychotropné látky, lieky a lekárske predpisy označené šikmým modrým pruhom,
10. lineárne dávkovače a infúzne pumpy,
11. pomôcky na aplikáciu liekov,
12. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak mobilný hospic používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
13. osobné motorové vozidlo na návštevnú službu pre lekára a sestru.

(2) Všetky zriaďovacie predmety zdravotníckej techniky slúžiace na umývanie a čistenie (umývadlo, drez, výlevka, sprcha a vaňa) musia disponovať prívodom zdravotne bezpečnej studenej pitnej vody a nezávadnej úžitkovej teplej vody.¹¹⁾

XV. ČASŤ

TKANIVOVÉ ZARIADENIA

Táto časť ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie týchto tkanivových zariadení

- a) tkanivové zariadenie kostných a spojivových tkanív,
- b) kožné tkanivové zariadenie,
- c) tkanivové zariadenie kardiovaskulárnych tkanív,
- d) očné tkanivové zariadenie,
- e) tkanivové zariadenie a laboratórium bunkových implantátov,
- f) tkanivové zariadenie reprodukčných buniek a tkanív,
- g) tkanivové zariadenie kmeňových krvotvorných buniek,
- h) kombinované tkanivové zariadenie.

A. TKANIVOVÉ ZARIADENIE KOSTNÝCH A SPOJIVOVÝCH TKANÍV

(1) Personálne zabezpečenie

a)	ortopéd alebo traumatológ	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

- a) základné priestorové vybavenie
1. administratívna miestnosť,
 2. filter personálu pred vstup do sterilnej časti,
 3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,

4. miestnosť na prípravu kostných a spojivových tkanív,
 5. miestnosť na nesterilné spracovanie tkanív s plochou najmenej 12 m²,
 6. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív s plochou najmenej 15 m², ak sa zriaďuje,
 7. miestnosť na skladovanie tkanív,
 8. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,
 9. miestnosť na upratovanie s výlevkou,
- b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov
1. administratívna miestnosť
 - 1a. stôl a stoličky,
 - 1b. počítač,
 - 1c. telefón,
 - 1d. uzamykateľná skriňa na dokumentáciu,
 - 1e. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 1f. umývadlo,
 2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti
 - 2a. vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
 - 2b. lavička oddeľujúca hygienický filter,
 - 2c. skriňa na jednorazové oblečenie,
 - 2d. stojan na obuv do čistého priestoru,
 - 2e. umývadlo,
 - 2f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 3. miestnosť pre prípravu kostných a spojivových tkanív
 - 3a. skriňa na uskladnenie nástrojov a pomôcok na odber,
 - 3b. manipulačný stôl,
 - 3c. sterilný odberový set s nástrojmi,
 - 3d. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie kostných a spojivových tkanív používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 3e. lyofilizačné zariadenie, ak ide o spracovanie tkanív lyofilizáciou,
 - 3f. uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
 - 3g. umývadlo a drez,
 - 3h. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 3i. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 3j. stolička,
 - 3k. chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
 - 3l. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 4. miestnosť na nesterilné spracovanie kostných a spojivových tkanív
 - 4a. pracovný stôl s odolným povrchom vhodným na agresívnu očistu a dezinfekciu,

- 4b. centrifúga,
- 4c. oscilačná píla,
- 4d. vaňa na oplach tkanív,
- 4e. umývadlo,
- 4f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 4g. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 4h. nádoba na biologický odpad,
- 4i. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 5. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
 - 5a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
 - 5b. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
 - 5c. váha s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
 - 5d. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 5e. uzamykateľná skriňa na sterilný materiál,
 - 5f. impulzná zväračka na obalový materiál podľa typu obalov,
 - 5g. laboratórny stôl,
 - 5h. laboratórne stoličky,
 - 5i. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 5j. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 6. miestnosť na skladovanie tkanív
 - 6a. hlboko mraziace zariadenie na -80 °C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
 - 6b. hlboko mraziace zariadenie na -80 °C pre dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
 - 6c. manipulačný stôl,
 - 6d. klimatizácia.

(3) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

B. KOŽNÉ TKANIVOVÉ ZARIADENIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	plastický chirurg alebo chirurg	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. administratívna miestnosť,
2. filter personálu pred vstup do sterilnej časti,
3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
4. miestnosť na prípravu kožných tkanív,
5. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív s plochou najmenej 15 m²,
6. miestnosť na skladovanie tkanív,
7. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,
8. miestnosť na upratovanie s výlevkou.

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. administratívna miestnosť

- 1a. stôl s stoličky,
- 1b. počítač,
- 1c. telefón,
- 1d. uzamykateľná skriňa na dokumentáciu,
- 1e. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 1f. umývadlo,

2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti

- 2a. vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
- 2b. lavička oddeľujúca hygienický filter,
- 2c. skriňa na jednorazové oblečenie,
- 2d. stojan na obuv do čistých priestorov,
- 2e. umývadlo,
- 2f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

3. miestnosť na prípravu kožných tkanív

- 3a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
- 3b. umývadlo a drež,
- 3c. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 3d. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 3e. nádoba na biologický odpad,
- 3f. stôl s dezinfikovateľným povrchom,
- 3g. stoličky,
- 3h. uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
- 3i. chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 3j. centrifúga,
- 3k. nabíjačka na batérie do dermatómu,

- 3l. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak kožné tkanivové zariadenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- 3m. germicídny žiaric alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
4. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
- 4a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
- 4b. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
- 4c. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 4d. skriňa uzamykateľná na sterilný materiál,
- 4e. impulzná zväračka na obalový materiál podľa typu obalov,
- 4f. laboratórny stôl,
- 4g. laboratórne stoličky,
- 4h. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 4i. germicídny žiaric alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
5. miestnosť na skladovanie tkanív
- 5a. hlboko mraziace zariadenie na -80 °C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 5b. hlboko mraziace zariadenie na -80 °C distribučné so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 5c. manipulačný stôl,
- 5d. Dewarova nádoba na tekutý dusík – 200 l až 600 l na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
- 5e. klimatizácia.

(3) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

C. TKANIVOVÉ ZARIADENIE KARDIOVASKULÁRNYCH TKANÍV

(1) Personálne zabezpečenie

a)	kardiochirurg alebo cievny chirurg	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. administratívna miestnosť,

2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
4. miestnosť na prípravu kardiovaskulárnych tkanív,
5. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív s plochou najmenej 15 m²,
6. miestnosť na skladovanie tkanív,
7. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,
8. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. administratívna miestnosť
 - 1a. stôl a stoličky,
 - 1b. počítač,
 - 1c. telefón,
 - 1d. uzamykateľná skriňa na dokumentáciu,
 - 1e. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 1f. umývadlo,
2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti
 - 2a. vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
 - 2b. lavička oddeľujúca hygienický filter,
 - 2c. skriňa na jednorazové oblečenie,
 - 2d. stojan na obuv do čistých priestorov,
 - 2e. umývadlo,
 - 2f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
3. miestnosť na prípravu kardiovaskulárnych tkanív
 - 3a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
 - 3b. umývadlo a drež,
 - 3c. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 3d. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 3e. nádoba na biologický odpad,
 - 3f. stôl s dezinfikovateľným povrchom,
 - 3g. stoličky,
 - 3h. uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
 - 3i. chladnička s teplomerom,
 - 3j. centrifúga,
 - 3k. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie kardiovaskulárnych tkanív používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 3l. programovateľné, počítačom kontrolované zmrazovacie zariadenie so zapisovačom,

- 3m. Dewarova nádoba na tekutý dusík k zmrazovaciemu zariadeniu,
- 3n. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
4. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív
- 4a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
- 4b. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 4c. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
- 4d. skriňa uzamykateľná na sterilný materiál,
- 4e. impulzná zväračka na obalový materiál podľa typu obalov,
- 4f. laboratórny stôl,
- 4g. laboratórne stoličky,
- 4h. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 4i. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
5. miestnosť na skladovanie tkanív
- 5a. hlboko mraziace zariadenie na -80 °C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 5b. manipulačný stôl,
- 5c. Dewarova nádoba na tekutý dusík – 200 l až 600 l – na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
- 5d. klimatizácia.

D. OČNÉ TKANIVOVÉ ZARIADENIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	oftalmológ	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. administratívna miestnosť,
2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
4. miestnosť pre prípravu očných tkanív,
5. laboratórium očného tkanivového zariadenia s plochou najmenej 15 m²,
6. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,

7. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. administratívna miestnosť

- 1a. stôl a stoličky,
- 1b. počítač,
- 1c. telefón,
- 1d. uzamykateľná skriňa na dokumentáciu,
- 1e. umývadlo,
- 1f. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,

2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti

- 2a. vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
- 2b. lavička oddeľujúca hygienický filter,
- 2c. skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
- 2d. stojan na obuv,
- 2e. umývadlo,
- 2f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,

3. miestnosť pre prípravu očných tkanív

- 3a. laboratórny stôl,
- 3b. stoličky,
- 3c. chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 3d. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak očné tkanivové zariadenie používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- 3e. skriňa na nesterilný materiál,
- 3f. umývadlo a drez,
- 3g. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 3h. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 3i. centrifúga,
- 3j. odberové sety s nástrojmi – najmenej tri sety,
- 3k. endotelový mikroskop,
- 3l. štrbinová lampa,
- 3m. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,

4. laboratórium očného tkanivového zariadenia

- 4a. manipulačný stôl,
- 4b. laboratórny stôl,
- 4c. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 4d. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,

- 4e. skriňa na materiál a pomôcky,
- 4f. laboratórne stoličky,
- 4g. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 4h. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 5. miestnosť na skladovanie tkanív
 - 5a. chladiace zariadenie na + 4 °C karanténne s kontinuálnym monitorovaním teploty¹⁷⁾ a varovným zariadením alarmom,
 - 5b. manipulačný stôl,
 - 5c. klimatizácia,
 - 5d. chladiace zariadenie na + 4 °C na prechodné uskladnenie tkanív pred distribúciou s kontinuálnym monitorovaním teploty a varovným zariadením alarmom.

(3) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné, dezinfikovateľné.

E. TKANIVOVÉ ZARIADENIE A LABORATÓRIUM BUNKOVÝCH IMPLANTÁTOV

(1) Personálne zabezpečenie

a)	plastický chirurg, chirurg, traumatológ alebo ortopéd podľa typu pripravovaných buniek	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

- 1. umýváreň laboratórneho skla a príprava materiálu,
- 2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
- 3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
- 4. predbox laboratória,
- 5. laboratórium bunkových kultúr s plochou najmenej 15 m²,
- 6. miestnosť na uskladnenie produktov,
- 7. administratívna miestnosť,
- 8. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,
- 9. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

- 1. umýváreň laboratórneho skla a prípravy materiálu
 - 1a. manipulačný stôl,
 - 1b. stoličky,
 - 1c. umývačka laboratórneho skla,

- 1d. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie a laboratórium bunkových implantátov používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- 1e. uzamykateľná skrinka,
- 1f. umývadlo a drez,
- 1g. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 1h. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 1i. nádoba na biologický odpad,
- 1j. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti
 - 2a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
 - 2b. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
 - 2c. skrinky na čistý odev,
 - 2d. vešiaky na bežné oblečenie,
 - 2e. umývadlo,
 - 2f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 2g. stojan na obuv,
- 3. predbox laboratória
 - 3a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
 - 3b. laboratórny stôl,
 - 3c. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie a laboratórium bunkových implantátov používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 3d. vodný kúpeľ s krytom,
 - 3e. uzamykateľné skrinky na sterilný aj nesterilný materiál,
 - 3f. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 3g. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 4. laboratórium bunkových kultúr
 - 4a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
 - 4b. laboratórny stôl,
 - 4c. laboratórne stoličky,
 - 4d. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
 - 4e. termostat s regulovateľným obsahom CO₂ s automatickým monitorovaním hladiny CO₂,
 - 4f. invertný mikroskop s možnosťou pripojenia fotoaparátu a počítač,

- 4g. odsávačka,
- 4h. automatický pipetor na pipety,
- 4i. mikropipety,
- 4j. Bürkerova komôrka alebo iný typ na počítanie buniek,
- 4k. impulzná zváračka podľa typu obalov,
- 4l. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 4m. centrifúga,
- 4n. chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 4o. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 4p. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 5. miestnosť pre uskladnenie bunkových implantátov
 - 5a. hlboko zmrazovacie zariadenie na -80°C karanténne so záložným chladivom a s kontinuálnym monitorovaním teploty,
 - 5b. manipulačný stôl,
 - 5c. Dewarova nádoba na tekutý dusík – 200 l až 600 l – na dlhodobé uskladnenie tkanív pred distribúciou s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
 - 5d. klimatizácia,
 - 5e. hlboko zmrazovacie zariadenie na počítačom riadené zmrazovanie transplantátov, zásobník na tekutý dusík, počítač, monitor, tlačiareň, ak nie je súčasťou prístroja,
- 6. administratívna miestnosť
 - 6a. stôl a stoličky,
 - 6b. počítač s príslušenstvom,
 - 6c. telefón,
 - 6d. uzamykateľná skriňa na dokumentáciu,
 - 6e. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 6f. umývadlo.

(3) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

F. TKANIVOVÉ ZARIADENIE REPRODUKČNÝCH BUNIEK A TKANÍV

(1) Personálne zabezpečenie

a)	gynekológ a pôrodník alebo urológ	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Typy tkanivového zariadenia reprodukčných buniek

- a) tkanivové zariadenie reprodukčných buniek – centrum asistovanej reprodukcie,

- b) spermiové tkanivové zariadenie; musí mať rovnaké základné priestorové vybavenie ako tkanivové zariadenie reprodukčných buniek okrem embryologického laboratória.

(3) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. čakáreň pre pacientov a darcov s plochou najmenej 7 m²,
2. toalety pre darcov a pacientov s umývadlom,
3. administratívna miestnosť,
4. odberová miestnosť,
5. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
6. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
7. miestnosť na prípravu reprodukčných buniek a tkanív,
8. andrologické laboratórium,
9. embryologické laboratórium s plochou najmenej 15 m²,
10. miestnosť na uskladnenie buniek,
11. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. čakáreň pre pacientov a darcov
 - 1a. vešiak na odev,
 - 1b. nábytok na vybavenie čakárne – najmenej tri stoličky,
2. administratívna miestnosť
 - 2a. písací stôl a stoličky,
 - 2b. počítač,
 - 2c. telefón,
 - 2d. skriňa na dokumentáciu,
 - 2e. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 2f. umývadlo,
3. odberová miestnosť
 - 3a. umývadlo,
 - 3b. toaleta,
 - 3c. polohovateľné dezinfikovateľné lôžko alebo kreslo,
 - 3d. vešiak na odev,
4. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti
 - 4a. vešiak na odloženie nesterilného šatstva a obuvi,
 - 4b. lavička oddeľujúca hygienický filter,
 - 4c. skriňa na sterilné a jednorazové oblečenie,
 - 4d. umývadlo,
 - 4e. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 4f. stojan na obuv,

5. miestnosť pre prípravu reprodukčných buniek a tkanív
 - 5a. laboratórny stôl,
 - 5b. laboratórne stoličky,
 - 5c. chladnička s mrazničkou s kontinuálnym monitorovaním teploty,
 - 5d. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie reprodukčných buniek a tkanív používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
 - 5e. uzamykateľná skriňa na nesterilný materiál,
 - 5f. umývadlo a drez,
 - 5g. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 5h. nádoba na biologický odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 5i. manipulačný stôl,
 - 5j. centrifúga,
 - 5k. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
6. andrologické laboratórium
 - 6a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
 - 6b. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
 - 6c. umývadlo,
 - 6d. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
 - 6e. laboratórny stôl,
 - 6f. laboratórne stoličky,
 - 6g. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
 - 6h. uzamykateľná skriňa na materiál,
 - 6i. laboratórna skriňa,
 - 6j. centrifúga,
 - 6k. svetelný mikroskop,
 - 6l. biologický termostat,
 - 6m. Maklerova alebo Thomova komôrka,
 - 6n. mikropipety,
 - 6o. Dewarova nádoba s tekutým dusíkom,
 - 6p. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
7. embryologické laboratórium
 - 7a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a teplotno-vlhkostnej mikroklímy čistých priestorov,
 - 7b. laboratórny stôl,
 - 7c. laboratórne stoličky,

- 7d. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 7e. uzamykateľná skriňa na materiál,
- 7f. laboratórna skriňa,
- 7g. stereomikroskop,
- 7h. invertný mikroskop s mikromanipulátorom,
- 7i. svetelný mikroskop,
- 7j. CO₂ inkubátor,
- 7k. automatické mikropipety,²³⁾
- 7l. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
- 7m. mikropipety,
- 7n. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 7o. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 7p. Dewarova nádoba s tekutým dusíkom,
- 8. miestnosť na uskladnenie reprodukčných buniek a tkanív
 - 8a. manipulačný stôl,
 - 8b. Dewarova nádoba na tekutý dusík na dlhodobé uskladnenie tkanív s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
 - 8c. klimatizácia.

(4) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

G.TKANIVOVÉ ZARIADENIE KMEŇOVÝCH KRVOTVORNÝCH BUNIEK

(1) Personálne zabezpečenie

a)	hematológ a transfúziológ alebo pediatrický hematológ a onkológ	1
b)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v hematológii a transfúziológii	1
c)	zdravotnícky laborant	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

- 1. administratívna miestnosť,
- 2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
- 3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
- 4. miestnosť na prípravu kmeňových krvotvorných buniek, ak sa zriaďuje,
- 5. miestnosť pre spracovanie a kryokonzerváciu kmeňových krvotvorných buniek,
- 6. miestnosť na skladovanie kmeňových krvotvorných buniek,
- 7. miestnosť na upratovanie s výlevkou,

b) základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov

1. miestnosť pre prípravu kmeňových krvotvorných buniek, ak sa zriaďuje

- 1a. manipulačný stôl,
- 1b. stoličky,
- 1c. sterilizátor, ktorý musí spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu; sterilizátor nemusí byť súčasťou základného prístrojového vybavenia, ak tkanivové zariadenie kmeňových krvotvorných buniek používa výlučne jednorazové sterilné zdravotnícke pomôcky alebo má zabezpečenú sterilizáciu dodávateľským spôsobom,
- 1d. uzamykateľná skriňa na materiál,
- 1e. chladiace a mraziace zariadenie s kontinuálnym monitorovaním teploty,
- 1f. umývadlo,
- 1g. zásobník na papierové utierky,
- 1h. tekutý dezinfekčný prípravok na ruky s dávkovačom,
- 1i. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 1j. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,

2. miestnosť pre spracovanie a kryokonzerváciu kmeňových krvotvorných buniek

- 2a. filtrácia vzduchu a klimatizácia zabezpečujúca požadované parametre čistoty ovzdušia¹³⁾ a tepelno-vlhkostnej mikroklimy čistých priestorov,
- 2b. box s laminárnym prúdením vzduchu s príslušnými parametrami podľa technickej normy³¹⁾ alebo podľa inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami,
- 2c. veľkoobjemová centrifúga,
- 2d. zatavovačka hadičiek,
- 2e. plazmaextraktor,
- 2f. váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I,
- 2g. vytlačacie a plombovacie kliešte,
- 2h. sada mikropipiet,²³⁾
- 2i. nádoba na odpad so šliapadlom alebo bezdotykovým otváraním,
- 2j. manipulačný stôl,
- 2k. laboratórny nábytok,
- 2l. stoličky,
- 2m. stopky,
- 2n. kalkulačka,
- 2o. germicídny žiarič alebo iná alternatívna technológia na dezinfekciu vzduchu a povrchov,
- 2p. programovateľné, počítačom kontrolované zmrazovacie zariadenie so zapisovačom,
- 2q. Dewarova nádoba na tekutý dusík k zmrazovaciemu zariadeniu,
- 2r. nádoba na prepravu zmrazených produktov v kvapalnom dusíku k veľkokapacitnej nádobe na uskladňovanie transplantátov kmeňových krvotvorných buniek,
- 2s. monitor (snímač) O₂,

3. miestnosť na skladovanie kmeňových krvotvorných buniek

- 3a. Dewarova nádoba so širokým hrdlom na prepravu kmeňových krvotvorných buniek,
- 3b. veľkoobjemový kontajner na tekutý dusík na dlhodobé uskladnenie kmeňových krvotvorných buniek s kontinuálnym monitorovaním teploty a hladiny tekutého dusíka,
- 3c. Dewarova nádoba na tekutý dusík na uskladnenie vzoriek kmeňových krvotvorných buniek,
- 3d. monitor (snímač) O₂.

(3) Podlahy a steny miestností tkanivového zariadenia okrem administratívnych miestností musia byť hladké, ľahko umývateľné a dezinfikovateľné.

H. KOMBINOVANÉ TKANIVOVÉ ZARIADENIE

(1) Personálne zabezpečenie

a)	ortopéd, traumatológ, plastický chirurg, chirurg, kardiochirurg, cievny chirurg, oftalmológ, gynekológ a pôrodník, urológ alebo hematológ a transfúziológ podľa typu pripravovaných tkanív a buniek	1
b)	zdravotnícky laborant	1
c)	laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v klinickej imunológii a alergológii alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna diagnostika v patológii a súdnom lekárstve	1

(2) Materiálno-technické vybavenie

a) základné priestorové vybavenie

1. administratívna miestnosť,
2. filter personálu pred vstupom do sterilnej časti,
3. šatňa so sprchou, toaletou a umývadlom,
4. miestnosť na prípravu tkanív a buniek,
5. miestnosť na nesterilné spracovanie tkanív a buniek,
6. laboratórium na sterilné spracovanie tkanív a buniek s plochou najmenej 15 m²,
7. miestnosť na skladovanie tkanív a buniek,
8. uzamykateľná miestnosť na uskladnenie protokolov a dokumentácie o tkanivách a bunkách,
9. miestnosť na upratovanie s výlevkou.

(3) Základné vecné a prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov podľa typu pripravovaných tkanív a buniek je uvedené v tejto časti písm. A. až G.

- 1) Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
- 2) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení vyhlášky č. 34/2020 Z. z.
- 3) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.
- 4) § 13 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 5) Napríklad § 20 zákona č. 355/2007 Z. z., vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov.
- 6) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 541/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na osvetlenie pri práci v znení vyhlášky č. 206/2011 Z. z.
- 7) Napríklad § 35 zákona č. 355/2007 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 410/2007 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou umelému optickému žiareniu.
- 8) Napríklad zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarovania v znení vyhlášky č. 340/2019 Z. z.
- 9) § 9 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z.
- 10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.
- 11) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov.
- 12) Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
- 13) Príloha č. 1a vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 553/2007 Z. z. v znení vyhlášky č. 192/2015 Z. z.
- 14) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 11 a 17 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení zákona č. 58/2022 Z. z.
- 15) § 11 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 16) § 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 518/2022 Z. z.
- 17) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii
Príloha č. 43 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 18) § 17 zákona č. 157/2018 Z. z. v znení zákona č. 58/2022 Z. z.

19) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z.

20) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.

21) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.

22) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.

Príloha č. 54 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z.

23) § 11 zákona č. 157/2018 Z. z.

Príloha č. 21 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z.

24) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania v znení neskorších predpisov.

25) § 12 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností.

26) § 7 ods. 2 až 4 zákona č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

27) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 333/2020 Z. z.

28) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 771/2004 Z. z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy v znení neskorších predpisov.

29) Zákon č. 87/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 13 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z.

31) STN EN ISO 14644-1 (12 5301): Čisté priestory a príslušné riadené prostredie. Časť 1: Klasifikácia čistoty ovzdušia pomocou koncentrácie častíc (ISO 14644-1: 2015) (12 5301).

