

**ROZSAH PREBERACEJ SKÚŠKY A SKÚŠKY DLHODOBEJ STABILITY
ZARIADENÍ NA LEKÁRSKE OŽIARENIE A ICH PRÍSLUŠENSTVA,
NAJVVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ ODCHÝLKY KONTROLOVANÝCH
PARAMETROV A ZÁSAHOVÉ ÚROVNE**

(1) Rozsah kontrolovaných parametrov pri preberacej skúške a skúške dlhodobej stability jednotlivých druhov zariadení na lekárske ožiarenie, ich príslušenstva, zobrazovacích zariadení a zariadení na spracovanie filmového materiálu, kritéria a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne jednotlivých parametrov sú uvedené v tabuľkách nižšie.

(2) Pri preberacej skúške a skúške dlhodobej stability sa kontrolujú parametre uvedené v stĺpci 1 príslušnej tabuľky a hodnotí sa, či spĺňajú kritériá a najvyššie prípustné odchýlky uvedené v stĺpci 2.

(3) Pri zistení prekročenia najvyššie prípustnej odchýlky niektorého kontrolovaného parametra pri preberacej skúške zariadenia na lekárske ožiarenie sa ďalej postupuje podľa § 15 ods. 5.

(4) Pri zistení prekročenia najvyššie prípustnej odchýlky niektorého kontrolovaného parametra pri skúške dlhodobej stability zariadenia na lekárske ožiarenie sa ďalej postupuje podľa § 16 ods. 4.

(5) Pri zistení prekročenia zásahovej úrovne niektorého z kontrolovaných parametrov uvedených v stĺpci 3 príslušnej tabuľky pri skúške dlhodobej stability alebo pri skúške prevádzkovej stálosti zariadenia na lekárske ožiarenie sa ďalej postupuje podľa § 16 ods. 5 a § 17 ods. 5.

A. RÖNTGENOVÉ PRÍSTROJE

1. Röntgenové prístroje na skiagrafiu

Tabuľka č. 1 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre röntgenové prístroje pre klasickú skiagrafiu

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - viditeľné a nepoškodené označenie polohy ohniska röntgenovej lampy, - viditeľné a čitateľné označenie typu RTG prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítku prístroja,	
Funkčnosť RTG prístroja	Funkčná kontrola RTG prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej,

	<ul style="list-style-type: none"> a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - stabilná poloha röntgenového žiariča v ľubovoľnej nastavenej polohe, 	zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nestabilita v nastavenej polohe RTG žiariča
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je $\leq 10\%$	odchýlka od nastavenej hodnoty $> 10\%$
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od strednej hodnoty napätia je $\leq 5\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 5\%$
Presnosť expozičného času	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od nastavenej hodnoty (resp. hodnoty zobrazenej na RTG prístroji), je - $< 10\%$ pri expozičnom čase ≥ 100 ms, - $< 20\%$ pri expozičnom čase < 100 ms, 	odchýlka od nastavenej hodnoty: <ul style="list-style-type: none"> $> 20\%$ pri expozičnom čase ≥ 100 ms, $> 30\%$ pri expozičnom čase < 100 ms,
Reprodukovateľnosť expozičného času	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od strednej hodnoty expozičného času je $< 10\%$,	odchýlka $> 10\%$
Linearita mAs	- linearita mAs je lepšia ako $\pm 10\%$ pri ľubovoľnej kombinácii prúdu RTG lampy a expozičného času	linearita mAs $> 20\%$
Radiačný výstup	<ul style="list-style-type: none"> - kerma vo vzduchu vo vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy je 25 až $80 \mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$ pri napätí na RTG lampe 80 kV a celkovej filtrácii minimálne 2,5 mm Al, - odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu od referenčnej hodnoty udanej výrobcom je $< 20\%$, 	<ul style="list-style-type: none"> radiačný výstup $< 25 \mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$, radiačný výstup $> 80 \mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$, odchýlka $> 20\%$ od referenčnej hodnoty,
Reprodukovateľnosť radiačného výstupu	- odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu od strednej hodnoty pri štandardných expozičných parametroch je $\leq 10\%$	odchýlka $> 20\%$,
Linearita radiačného výstupu	- linearita radiačného výstupu je lepšia ako $\pm 20\%$ pri ľubovoľnej kombinácii prúdu röntgenovej lampy a expozičného času	linearita radiačného výstupu $> 20\%$,
Meradlo DAP	- odchýlka nameranej hodnoty DAP a hodnoty DAP zobrazenej RTG prístrojom je $< 15\%$	odchýlka $> 25\%$
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcom zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN EN 60336: Zdravotnícke elektrické prístroje. Röntgenové žiariče na lekársku diagnostiku. Charakteristiky ohnísk alebo podľa iného technického predpisu.	
Filtrácia a polovrstva	<ul style="list-style-type: none"> - ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku je $\geq 2,5$ mm Al, - ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku RTG prístrojov pre pediatrickú rádiológiu je $\geq 3,5$ mm Al, - prvá polovrstva (HVL_1) je najmenej: <ul style="list-style-type: none"> - 1,8 mm pri napätí RTG lampy 50 kV, - 2,2 mm pri napätí RTG lampy 60 kV, - 2,5 mm pri napätí RTG lampy 70 kV, - 2,9 mm pri napätí RTG lampy 80 kV, - 3,2 mm pri napätí RTG lampy 90 kV, - 3,6 mm pri napätí RTG lampy 100 kV, - 3,9 mm pri napätí RTG lampy 110 kV, - 4,3 mm pri napätí RTG lampy 120 kV, 	<ul style="list-style-type: none"> celková filtrácia $< 2,5$ mm Al, celková filtrácia $< 3,5$ mm Al pre pediatrickú rádiológiu, prvá polovrstva <ul style="list-style-type: none"> $< 1,5$ mm Al pri 50 kV, $< 1,8$ mm Al pri 60 kV, $< 2,1$ mm Al pri 70 kV, $< 2,3$ mm Al pri 80 kV $< 2,5$ mm Al pri 90 kV $< 2,7$ mm Al pri 100 kV $< 3,0$ mm Al pri 110 kV $< 3,2$ mm Al pri 120 kV
Zhoda svetelného a radiačného poľa	- suma odchýlok medzi okrajmi svetelného poľa a okrajmi radiačného poľa v smere ľubovoľnej osi je $<$	suma odchýlok $> 3\%$ FID,

	2 % zo vzdialenosti FID,	
Vymedzenie stredu primárneho zväzku	- odchýlka stredu primárneho zväzku RTG žiarenia od stredu svetelného je < 1 % FID,	odchýlka > 2 % FID
Presnosť indikátora veľkosti poľa žiarenia	- odchýlka medzi veľkosťou poľa žiarenia zobrazenou indikátorom veľkosti poľa RTG žiarenia a stanovenou veľkosťou poľa RTG žiarenia je < 2 % FID	odchýlka > 2 % FID
Zhoda radiačného poľa a receptora obrazu	- maximálna odchýlka stredu radiačného poľa od stredu receptora obrazu je ≤ 1% zo vzdialenosti FID, - suma odchýlok medzi okrajmi radiačného poľa a okrajmi receptora obrazu v smere ľubovoľnej osi je ≤ 2 % zo vzdialenosti FID,	odchýlka stredu poľa RTG žiarenia > 2 %, suma odchýlok medzi okrajmi poľa žiarenia a okrajmi receptora obrazu v ľubovoľnom smere > 3 % FID,
Automatický kolimačný systém	- pri vymedzení radiačného poľa na receptore obrazu automatickým kolimačným systémom okraj poľa žiarenia nemá v žiadnom smere presahovať okraj aktívnej oblasti receptora obrazu o viac ako 1 % FID	okraj zväzku žiarenia presahuje aktívnu oblasť receptora obrazu > 2 % FID
Smer primárneho zväzku RTG žiarenia	- os primárneho zväzku röntgenového žiarenia je kolmá na receptor obraz, odchýlka osi zväzku žiarenia od kolmice na plochu receptora obrazu je ≤ 1,5°	
Vycentrovanie bucky mriežky	- maximálna odchýlka stredu primárneho zväzku RTG žiarenia od stredu bucky mriežky je ≤ 1 % FID	odchýlka > 1 % FID
Mriežka	- bucky mriežka a ostatné príslušenstvo, ktorým prechádza žiarenie nesmú vytvárať v röntgenovom obraze žiadne artefakty,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Pohyblivá mriežka	- v röntgenovom obraze nesmú byť viditeľné lamely pohyblivej mriežky ani pri najkratšom používanom expozičnom čase,	viditeľné lamely mriežky v obraze
Expozičná automatika (AEC) – obmedzenie expozície	- maximálne prevádzkové zaťaženie röntgenovej lampy pri skiagrafii nesmie prekročiť 600 mAs pre RTG film alebo pre digitálny receptor obrazu	prevádzkové zaťaženie > 600 mAs
Expozičná automatika – obmedzenie dĺžky expozície	- expozičný čas u žiadnej expozície nesmie prekročiť 6 s	
Expozičná automatika – optická hustota	- optická hustota röntgenového obrazu pri referenčných expozičných podmienkach je pre röntgenový film v intervale 0,9 až 1,4 OD	OD mimo intervalu 0,90 až 1,40
Expozičná automatika – reprodukovateľnosť OD pre RTG film	- odchýlka medzi nameranou hodnotou optickej hustoty a strednou hodnotou optickej hustoty pri rovnakom nastavení automatického expozičného režimu a pri ľubovoľnej dĺžke expozície je < 0,15 OD,	odchýlka od strednej hodnoty > 0,30 OD pre RTG film
Expozičná automatika – stabilita optickej hustoty pre RTG film	- pri konštantnom napätí röntgenovej lampy maximálna odchýlka nameranej optickej hustoty od strednej hodnoty optickej hustoty RTG filmu pri ľubovoľnej hrúbke tieniaceho materiálu je ≤ 0,15 OD, - pri rovnakej hrúbke tieniaceho materiálu maximálna odchýlka nameranej optickej hustoty obrazu od strednej hodnoty optickej hustoty RTG filmu pri rôznom napätí RTG lampy je < 0,15 OD,	odchýlka od strednej hodnoty > 0,30 OD
Expozičná automatika – digitálny receptor obrazu	- kerma vo vzduchu v rovine receptora obrazu (FID) s priamou alebo nepriamou digitalizáciou RTG obrazu pri používaní AEC je < 10 μGy	≥ 10 μGy
Expozičná automatika – digitálny receptor obrazu, stabilita dopadovej kermy	- odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu v rovine digitálneho receptora obrazu od strednej hodnoty je < 20 %, - odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu v rovine digitálneho receptora obrazu od strednej hodnoty pri rôznej hrúbke tieniaceho materiálu je < 20	odchýlka od strednej hodnoty ≥ 40 %

	%	
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1m od ohniska röntgenovej lampy pri maximálnom prevádzkovom zaťažení je $\leq 1000 \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	

2. Zobrazovacie systémy pre röntgenové prístroje na skiagrafiu

Tabuľka č. 2 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovacie systémy pre röntgenové prístroje na klasickú skiagrafiu

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
RTG film:		
Kazety na röntgenový film a zosilňovacie fólie	- zosilňovacie fólie a filmové kazety musia byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne artefakty na röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty na röntgenovom obraze
Svetlotesnosť kaziet	- žiadne viditeľné sčernenie filmu okolo okrajov kazety a uzáverov kazety, - žiadne viditeľné sčernenie filmu po vystavení kazety na 10 minút z oboch strán svetlu o svietivosti najmenej $1000 \text{cd}\cdot\text{m}^{-2}$,	viditeľné sčernenie filmu pri okrajoch kazety
Kontakt medzi filmom a zosilňujúcou fóliou	- na röntgenovej snímke testovacej mriežky nesmú byť viditeľné v rôznych častiach filmu rozdiely v sčernení, ostrosti obrazu alebo v homogenite optickej hustoty,	nehomogénna optická hustota obrazu a strata ostrosti obrazu
Relatívne zosilnenie sady zosilňovacích fólií	- odchýlka relatívneho zosilnenia ľubovoľnej zosilňovacej fólie zo sady fólií s rovnakým faktorom zosilnenia od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia je $\leq 10\%$, - rozdiel v nameranej optickej hustote RTG filmov exponovaných pri rovnakých podmienkach je $\leq 0,20$ OD pre rovnaké relatívne zosilnenie,	odchýlka od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia $> 20\%$, rozdiel v optickej hustote $> 0,30$ OD,
Svetlotesnosť tmavej komory	- zvýšenie základného sčernenia filmu po vystavení filmu v tmavej komore po dobu 4 min je $< 0,02$ OD,	
Bezpečnostné osvetlenie tmavej komory	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, vystaveného v tmavej komore bezpečnostnému červenému osvetleniu po dobu 4 min, je $< 0,1$ OD,	
Svetlotesnosť vyvolávacieho automatu	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, ponechaného 1 min v mieste manipulácie s RTG filmom, je $< 0,1$ OD,	
Základné a maximálne sčernenie RTG filmu	- základné sčernenie RTG filmu je $< 0,25$ OD, - základné sčernenie RTG filmu sa nesmie meniť o viac ako $\pm 0,05$ OD od referenčnej hodnoty počas celej odporúčanej doby používania RTG filmov, - maximálne sčernenie RTG filmu je $> 3,6$ OD,	základné sčernenie filmu $> 0,30$ OD
Citlivosť RTG filmu	- referenčné sčernenie (index citlivosti) RTG filmu je po odčítaní základného sčernenia 1,00 - 1,4 OD, - stálosť indexu citlivosti - odchýlka indexu citlivosti od referenčnej hodnoty je $< 0,2$ OD počas celej odporúčanej doby používania RTG filmu,	odchýlka $> 0,2$ OD
Kontrast RTG filmu	- kontrast röntgenového filmu (index kontrastu) je pri 70 kV $> 1,3$ OD, - stálosť indexu kontrastu - odchýlka indexu kontrastu od referenčnej hodnoty je $< 0,15$ OD počas celej odporúčanej doby používania RTG filmu,	odchýlka $> 0,2$ OD

Homogenita obrazu – RTG film	- odchýlka hodnoty optickej hustoty pri okrajoch röntgenového obrazu homogénneho fantómu od hodnoty optickej hustoty v strede fantómu je $\leq 0,20$ OD	odchýlka $> 0,20$ OD
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie v režime vysokého kontrastu sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako ± 20 %, - priestorové rozlíšenie pri skiografii je: $\geq 4,8$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 25, $\geq 4,0$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 50, $\geq 3,4$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 100, $\geq 2,8$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 200, $\geq 2,4$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 400, $\geq 2,0$ lp/mm pre kombináciu RTG film - zosilňovacia fólia s relatívnym zosilnením 800,	priestorové rozlíšenie $\leq 1,6$ lp/mm
Negatoskop:		
Funkčnosť negatoskopu	- povrch svetelného panelu negatoskopu musí byť čistý a neporušený, - negatoskop musí byť vybavený pohyblivými clonami na vymedzenie veľkosti svetelného poľa, - clony negatoskopu sa majú ľahko a plynulo pohybovať a musia zotrvať stabilne v nastavenej polohe,	poškodený povrch negatoskopu, nefunkčné clony negatoskopu,
Svietivosť negatoskopu	- negatoskop má mať svietivosť najmenej 2000 cd.m^{-2} ,	
Homogenita svietivosti negatoskopu	- odchýlka svietivosti negatoskopu pri okrajoch vymedzeného osvetleného poľa od svietivosti v strede negatoskopu je $< 20\%$,	nehomogenita svietivosti > 30 %
Regulácia svietivosti negatoskopu	- negatoskop musí byť vybavený reguláciou svietivosti svetelného panelu na prezeranie snímok	nefunkčná regulácia svietivosti negatoskopu
Osvetlenie negatoskopu	- intenzita osvetlenia v miestnosti s negatoskopom vo vzdialenosti 1 m od negatoskopu je < 50 lux,	
CR platne:		
CR platne	- CR platne majú byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne viditeľné artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v RTG obraze, viditeľne poškodené CR platne,
Čítacie zariadenie CR platní – vizuálna a funkčná kontrola	- bezchybná signalizácia elektrického napájania, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a čitateľné označenie prístroja, výrobcu a výrobného čísla na štítku, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a svetelných indikátorov,	nefunkčné čítacie zariadenie
Šum CR platne	- šum CR platne nesmie prekročiť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom CR platní a čítacieho zariadenia,	hodnota šumu vyššia ako referenčná hodnota
Mierka zobrazenia CR	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu CR platne neje väčšia ako ± 2 %	chyba pri stanovení vzdialenosti > 4 %
Homogenita	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia CR platne od hodnoty pixelov v strede CR platne je ≤ 10 %	odchýlka od hodnoty v strede > 20 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP (závislosť strednej hodnoty pixelu od dopadovej kermy) definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 20 %	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty > 20 %

Účinnosť vymazania CR	- žiadny viditeľný latentný röntgenový obraz po vymazaní CR platne, - zvyšková optická hustota obrazu kontrastného objektu po vymazaní CR platne je $\leq 1\%$	zvyšková optická hustota $> 1\%$
Relatívna citlivosť CR platní	- odchýlka hodnoty pixelov ľubovoľnej CR platne z používanej sady CR platní od priemernou hodnoty pixelov všetkých platní je $\leq 10\%$	odchýlka $> 20\%$
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od strednej hodnoty nameranej dávky je $\leq 10\%$	odchýlka od strednej hodnoty DDI $> 20\%$
Rozmazanie obrazu	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	viditeľné, klinicky významné rozmazanie
Homogenita obrazu	- odchýlka stanovenej strednej hodnoty pixelu použitého homogénneho testovacieho fantómu od referenčnej hodnoty pixelu je $< 10\%$, - odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$ pre všetky veľkosti polí zobrazenia,	odchýlka od referenčnej hodnoty $> 10\%$, odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 20\%$
Priestorové rozlíšenie CR pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste neje nižšie ako hodnota udávaná výrobcom CR platní a nemá sa líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako $\pm 20\%$, - priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste je $\geq 3,5$ lp/mm,	rozlíšenie $<$ ako hodnota udávaná výrobcom, rozlíšenie < 2.8 lp/mm pri dávke ≤ 10 μ Gy, rozlíšenie < 2.4 lp/mm pri dávke ≤ 5 μ Gy,
Priestorové rozlíšenie CR pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) je viditeľných najmenej 7 objektov s nízkym kontrastom, - prahový kontrast detailov veľkosti 10 mm na RTG obraze nízko kontrastného fantómu je $\leq 1,3\%$ pri 75 kV a zoslabení zväzku 25 mm Al,	viditeľných menej ako 7 objektov v obraze fantómu, prahový kontrast $> 1,8\%$
Digitálny zobrazovací systém (DDR)		
Digitálny receptor obrazu (DDR)	- digitálny receptor obrazu (DDR) musí byť čistý a nepoškodený a nesmie vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Šum receptora obrazu	- hodnota šumu digitálneho receptora obrazu nesmie presiahnuť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom o viac ako 10% , - žiadne viditeľné artefakty v obraze spôsobené šumom receptora obrazu,	hodnota šumu vyššia od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 25%
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerne od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Retencia obrazu	- v röntgenovom obraze neje viditeľný žiadny zvyškový obraz, - retencia obrazu (rozdiel hodnoty pixelov zvyškového obrazu a hodnoty pixelov mimo zvyškového obrazu) je $\leq 0,5\%$	retencia obrazu $> 1\%$
Chybné pixely receptora obrazu	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od nameranej strednej hodnoty dávky je $\leq 10\%$, - absolútna odchýlka indikovanej hodnoty dávky od referenčnej hodnoty je $\leq 20\%$,	odchýlka od strednej hodnoty $> 20\%$
Homogenita receptora obrazu	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$ pre všetky veľkosti polí zobrazenia,	odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 20\%$

Mierka zobrazenia	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu DDR je $\leq 2\%$	chyba pri stanovení vzdialenosti $> 4\%$
Rozmazanie	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste neje nižšie ako referenčná hodnota udávaná výrobcom receptora obrazu, - priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je $\geq 3,5$ lp/mm,	rozlíšenie $<$ ako hodnota udávaná výrobcom, rozlíšenie < 2.8 lp/mm pri dávke $\leq 10 \mu\text{Gy}$, rozlíšenie < 2.4 lp/mm pri dávke $\leq 5 \mu\text{Gy}$,
Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) je viditeľných najmenej 7 objektov s nízkym kontrastom, - prahový kontrast detailov veľkosti 10 mm na RTG obraze nízko kontrastného fantómu je $\leq 1,3\%$ pri 75 kV a zoslabení zväzku 25 mm Al,	viditeľných < 7 objektov v obraze fantómu, prahový kontrast $> 1,8\%$
Diagnostický monitor		
Vizuálna kontrola	- povrch obrazovky diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený,	viditeľné poškodenie povrchu obrazovky
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky je $\geq 1500 \times 2000$ (veľkosť matrice > 3 MP)	$\leq 1200 \times 1600$ (2 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je > 54 cm	≤ 54 cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je $\geq 500 \text{ cd.cm}^{-2}$	$\leq 300 \text{ cd.cm}^{-2}$
Kontrast	- kontrastný pomer je $\geq 600:1$	$\leq 500:1$
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je $\leq 15\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 15\%$
Farebná hĺbka odtieňov šedej farby	- monochromatický monitor s automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10 -bit,	farebná hĺbka pre odtiene šedej < 10 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je $< 2\%$	skreslenie $> 5\%$
Chybné pixely obrazovky	- počet nefunkčných pixelov obrazovky je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 50 lux	

3. Röntgenové prístroje na skiaskopii

Tabuľka č. 3 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre röntgenové prístroje na skiaskopii

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích a signalizačných prvkov, - viditeľné a nepoškodené označenie polohy ohniska röntgenovej lampy, - viditeľné a čitateľné označenie typu RTG prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítku,	
Funkčnosť RTG prístroja	Funkčná kontrola RTG prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - stabilná poloha röntgenového žiariča a podpery pacienta v ľubovoľnej nastavenej polohe, - bezchybná funkčnosť ovládania kolimačného systému,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nestabilita v nastavenej polohe RTG žiariča, nefunkčnosť ovládania kolimačného systému,
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka strednej nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je < 10 %	odchýlka od nastavenej hodnoty > 10 %
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od strednej hodnoty napätia je ≤ 5 %	odchýlka od strednej hodnoty > 5 %
Presnosť expozičného času	- röntgenové zariadenie musí byť vybavené časovým spínačom na automatické ukončenie expozície po uplynutí nastaveného času, ktorý nie je dlhší ako 10 min., najmenej 30 s pred koncom nastavenej doby sa musí zapnúť varovný akustický signál, - odchýlka strednej nameranej hodnoty expozičného času pri skiaskopii od hodnoty zobrazenej na RTG zariadení je < 10 % ,	odchýlka od zobrazenej hodnoty > 20 %
Filtrácia a polovrstva	- ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku je ≥ 2,5 mm Al, - ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku RTG prístrojov pre pediatrickú rádiológiu je ≥ 3,5 mm Al, - prvá polovrstva (HVL ₁) je najmenej: - 1,8 mm pri napätí RTG lampy 50 kV, - 2,2 mm pri napätí RTG lampy 60 kV, - 2,5 mm pri napätí RTG lampy 70 kV, - 2,9 mm pri napätí RTG lampy 80 kV, - 3,2 mm pri napätí RTG lampy 90 kV, - 3,6 mm pri napätí RTG lampy 100 kV, - 3,9 mm pri napätí RTG lampy 110 kV, - 4,3 mm pri napätí RTG lampy 120 kV,	celková filtrácia < 2,5 mm Al, celková filtrácia < 3,5 mm Al pre pediatrickú rádiológiu, HVL ₁ : < 1,5 mm Al pri 50 kV, < 1,8 mm Al pri 60 kV, < 2,1 mm Al pri 70 kV, < 2,3 mm Al pri 80 kV, < 2,5 mm Al pri 90 kV, < 2,7 mm Al pri 100 kV, < 3,0 mm Al pri 110 kV, < 3,2 mm Al pri 120 kV
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcou zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN IEC 60336, ¹⁾ alebo podľa iného	

	technického predpisu	
Automatická regulácia dávkového príkonu	- zmena kontrastu obrazu skúšobných fantómov rôznej hrúbky (10, 15 a 20 cm ekv. vody) pri skiaskopii pri použití automatickej regulácie dávkového príkonu je < 4 %	zmena kontrastu obrazu > 4 %
Vstupná povrchová dávka	- príkon vstupnej povrchovej dávky na kožu pacienta pri použití automatickej regulácie dávkového príkonu je < 25 mGy.min ⁻¹ v štandardnom skiaskopickom režime, resp. < 100 mGy.min ⁻¹ pri pracovnom režime s vysokým výkonom,	> 100 mGy.min ⁻¹
Vstupná povrchová dávka na pacienta v režime DSA	- vstupná dopadová dávka na kožu pacienta je v štandardnom DSA režime < 2 mGy na snímku, - vstupná dopadová dávka v špeciálnom kardiologickom režime je < 0,2 mGy na snímku,	> 2 mGy na snímku v DSA režime, > 0,2 mGy na snímku v kardiologickom režime,
Dávkový príkon v rovine receptora obrazu	- dávkový príkon v rovine receptora obrazu pri použití automatickej regulácie dávkového príkonu a fantómu hrúbky 20 cm PMMA, alebo 25 mm Al, je v štandardnom skiaskopickom režime < 0,5 μGy.s ⁻¹ , - dávkový príkon v rovine receptora obrazu je pri špeciálnych výkonoch s vysokým dávkovým príkonom v angiografii a v intervenčnej rádiológii < 1,0 μGy.s ⁻¹ , - dávkový príkon v rovine receptora obrazu je v štandardnom skiaskopickom režime v pediatrickej rádiológii < 0,2 μGy.s ⁻¹ ,	dávkový príkon > 1,0 μGy.s ⁻¹
Dávka na receptor obrazu v režime DSA	- dopadová dávka na receptor obrazu pri použití fantómu hrúbky 20 cm PMMA, alebo 25 mm Al, je v štandardnom DSA režime < 2 μGy na snímku, - dopadová dávka na receptor obrazu je v osobitnom kardiologickom režime < 0,2 μGy/snímku,	> 5 μGy na snímku v DSA režime, > 0,5 μGy na snímku v kardiologickom režime
Radiačný výstup pri manuálnom nastavení	- kerma vo vzduchu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy pri napätí na RTG lampe 80 kV a celkovej filtrácii 2,5 mm Al je 25 až 80 μGy.mAs ⁻¹ , - reprodukovateľnosť kermy vo vzduchu (maximálna odchýlka nameranej hodnoty od strednej hodnoty) pri štandardných expozičných parametroch je ≤ 10 %, - linearita radiačného výstupu je lepšia ako ±10 % pri ľubovoľnej kombinácii prúdu röntgenovej lampy a expozičného času	radiačný výstup < 25 μGy.mAs ⁻¹ , radiačný výstup > 80 μGy.mAs ⁻¹ , reprodukovateľnosť kermy > 20 %, linearita radiačného výstupu > 20 %,
Presnosť meradla DAP	- odchýlka nameranej hodnoty DAP a hodnoty DAP zobrazenej röntgenovým prístrojom je < 20 %	odchýlka > 35 %
Vymedzenie stredu primárneho zväzku	- odchýlka stredu radiačného poľa od stredu receptora obrazu je ≤ 2 % zo vzdialenosti FID	odchýlka stredu poľa žiarenia > 2 % FID,
Zhoda radiačného poľa a receptora obrazu	- suma odchýlok medzi okrajmi radiačného poľa a okrajmi receptora obrazu v smere ľubovoľnej osi je ≤ 2 % zo vzdialenosti FID, - suma odchýlok medzi okrajmi radiačného poľa a okrajmi receptora obrazu v smere oboch osí je ≤ 3 % zo vzdialenosti FID,	suma odchýlok v smere jednej osi > 3 % FID, suma odchýlok v smere oboch osí > 4 % FID,
Veľkosť poľa žiarenia	- pomer maximálnej veľkosti plochy primárneho zväzku žiarenia a veľkosti vstupného povrchu zosilňovača röntgenového obrazu je ≤ 1,15	pole žiarenia > 1,25 - násobok plochy zosilňovača obrazu
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri skiaskopii nesmie byť nižšie ako hodnota udávaná výrobcom zariadenia, - priestorové rozlíšenie v režime vysokého kontrastu sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako ± 20 %, - priestorové rozlíšenie pri skiaskopii so zosilňovačom RTG obrazu a monitorom je:	priestorové rozlíšenie ≤ 0,8 lp/mm pri veľkosti poľa > 25 cm, priestorové rozlíšenie ≤ 1,0 lp/mm pri veľkosti poľa ≤ 25 cm,

	<ul style="list-style-type: none"> - $\geq 1,2$ lp/mm pri priemere poľa 30 až 36 cm, - $\geq 1,4$ lp/mm pri priemere poľa 26 až 30 cm, - $\geq 1,6$ lp/mm pri priemere poľa 18 až 26 cm, - $\geq 1,8$ lp/mm pri priemere poľa 15 až 18 cm, - priestorové rozlíšenie pri použití spot kamery je $\geq 2,0$ lp/mm, 	
Citlivosť pri nízkom kontraste	<ul style="list-style-type: none"> - prahový kontrast pri skiaskopii pri automatickej regulácii dávkového príkonu stanovený z obrazu na monitore je $\leq 2,8$ % - na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) je viditeľných najmenej 6 objektov s nízkym kontrastom v štandardnom skiaskopickom režime a najmenej 7 objektov s nízkym kontrastom v režime vysokého dávkového príkonu, - v obraze fantómu v štandardnom skiaskopickom režime majú byť viditeľné objekty veľkosti 1,5 mm a v režime vysokého dávkového príkonu objekty veľkosti 1 mm, 	prahový kontrast > 4 %, viditeľných < 6 objektov,
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy pri najvyššom prevádzkovom zaťažení je $\leq 1000 \mu\text{Sv.h}^{-1}$	

4. Zobrazovacie systémy röntgenových prístrojov na skiaskopiu

Tabuľka č. 4 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovacie systémy röntgenových prístrojov na skiaskopiu

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Diagnostický monitor		
Vizuálna kontrola	<ul style="list-style-type: none"> - povrch diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený, - žiadne viditeľné artefakty na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť diagnostiku 	viditeľné poškodenie obrazovky, viditeľné artefakty,
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky by malo byť $\geq 1500 \times 2000$ (veľkosť matrice > 3 MP)	$\leq 1200 \times 1600$ (2 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je > 54 cm	≤ 54 cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je $\geq 500 \text{ cd.cm}^{-2}$	$\leq 300 \text{ cd.cm}^{-2}$
Kontrast	- kontrastný pomer je $\geq 600:1$	$\leq 500:1$
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je $\leq 15\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 15\%$
Farebná hĺbka odtieňov šedej	<ul style="list-style-type: none"> - monochromatický monitor a automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10-bit, 	farebná hĺbka pre odtiene šedej < 10 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je $< 2\%$	skreslenie $> 5\%$
Chybné pixely	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 50 lux (nezaťahuje sa na používanie pojazdných röntgenových prístrojov s C-ramenom na operačných sálach)	

5. Röntgenové prístroje na počítačovú tomografiu (CT)

Tabuľka č. 5 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre počítačovú tomografiu

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Funkčnosť zariadenia	Vizuálna a funkčná kontrola CT prístroja: - bezchybná funkcia všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení CT prístroja, - bezchybná funkcia svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti prístroja, - bezchybný výsledok vlastnej autokalibrácie CT prístroja,	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze skenovaného vzduchu, - žiadne výraznejšie odchýlky v homogenite obrazu skenovaného vzduchu,	
Presnosť CT čísla	- odchýlka nameranej hodnoty stredného CT čísla pre vodu alebo tkanivoekvivalentný fantóm pri typických prevádzkových parametroch pri vyšetrení hlavy a trupu od referenčnej hodnoty CT čísla je ≤ 4 HU	odchýlka CT čísla pre vodu > 10 HU pri oblasti zobrazenia o priemere do 30 cm
Šum	- odchýlka hodnoty šumu stanoveného vo vode alebo v tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od referenčnej hodnoty je ≤ 10 %, resp. $\leq 0,2$ HU	odchýlka hodnoty šumu od referenčnej hodnoty > 15 %
Homogenita CT čísla	- odchýlka strednej hodnoty CT čísla vo vode alebo v tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od strednej hodnoty CT čísla v okrajovej oblasti zobrazenia pri typických prevádzkových parametroch pri vyšetrení hlavy a trupu je ≤ 2 HU	odchýlka CT čísla vody od referenčnej hodnoty: - > 10 HU pri oblasti zobrazenia o priemere ≤ 20 cm; - > 20 HU pri oblasti zobrazenia o priemere > 20 cm,
Hrúbka tomografického rezu	- stanovená hodnota hrúbky tomografického rezu sa nemá líšiť od nominálnej hodnoty hrúbky rezu (nastavenej hrúbky rezu) o viac ako: - $\pm 0,5$ mm pre hrúbku rezu < 1 mm, - ± 50 % pre hrúbku rezu ≥ 1 mm a < 2 mm, - ± 1 mm pre hrúbku rezu ≥ 2 mm,	odchýlka hrúbky rezu: - $> 0,5$ mm pri hrúbke rezu < 1 mm, - > 50 % pri hrúbke rezu 1 až 2 mm, - > 1 mm pri hrúbke rezu ≥ 2 mm
Priestorová rozlišovacia schopnosť pri vysokom kontraste	- hodnota priestorového rozlíšenia rekonštruovaného obrazu CT prístroja pri vysokom kontraste sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom CT o viac ako ± 10 %, - stanovená hodnota MTF (modulačná prenosová funkcia) sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom CT o viac ako ± 10 %	odchýlka $> 10\%$ od referenčnej hodnoty stanovenej výrobcom (resp. odchýlka $> 0,5$ lp/mm)
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- rozlíšenie pri nízkom kontraste sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom CT prístroja o viac ako ± 20 %	
CTDI vo vzduchu	- odchýlka hodnoty CTDI vo vzduchu od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom pre ľubovoľnú veľkosť primárneho zväzku žiarenia a ľubovoľné napätie RTG lampy je ≤ 10 %	odchýlka CTDI vo vzduchu od referenčnej hodnoty > 20 %
Presnosť CTDI _{Vol}	- odchýlka medzi nameranou hodnotou CTDI _{Vol} pri ľubovoľnej filtrácii zväzku a ľubovoľnej hrúbke rezu a hodnotou zobrazenou CT prístrojom je ≤ 20 %, - odchýlka nameranej hodnoty CTDI _{Vol} pri bežných prevádzkových parametroch od hodnoty udávanej	odchýlka nameranej hodnoty CTDI od zobrazenej hodnoty $> 20\%$

	výrobcom prístroja je $\leq 20\%$	
Presnosť DLP	- odchýlka vypočítanej hodnoty DLP pri bežných prevádzkových parametroch od hodnoty zobrazenej CT prístrojom je menšia ako $\pm 20\%$	odchýlka vypočítanej hodnoty od zobrazenej hodnoty DLP $> 20\%$
Polohovanie podpory pacienta	- odchýlka medzi nastavenou vzdialenosťou pozdĺžneho pohybu a nameranou vzdialenosťou pohybu podpory pacienta pri pohybe dopredu alebo pri spätnom pohybe je $\leq 2\text{ mm}$ pri posune do 30 cm	odchýlka $> 2\text{ mm}$ od nastavenej vzdialenosti
Presnosť topogramu (SPR)	- nepresnosť v nastavení polohy rezu pomocou topogramu je $\leq \pm 1\text{ mm}$ pri gantry vo vertikálnej polohe	nepresnosť nastavenia polohy $> \pm 2\text{ mm}$
Presnosť svetelného zameriavacieho systému	- zarovnanie vnútorných laserov gantry so stredom roviny zobrazenia – odchýlka priesečníka lúčov osí X,Y a Z od izocentra je $\leq 1\text{ mm}$, - odchýlka stredu roviny zobrazenia (X,Y) od roviny vyznačenej svetelným zameriavacím systémom je $\leq 2\text{ mm}$ - odchýlka stredu sagitálnej roviny (Y,Z) od roviny vyznačenej svetelným zameriavacím systémom je $\leq 2\text{ mm}$ - odchýlka stredu koronárnej roviny (X,Z) od roviny vyznačenej svetelným zameriavacím systémom je $\leq 2\text{ mm}$	odchýlka $> 5\text{ mm}$
Zarovnanie laserových lúčov	- nastavenie laserových lúčov - laserové lúče (X,Y) musia byť paralelné s rovinou zobrazenia a laserový lúč (Z) musí byť kolmý na rovinu zobrazenia po celej dĺžke projekcie laserových lúčov	odchýlka $> 2\text{ mm}$ na celej dĺžke projekcie laserových lúčov
Uhol sklonu gantry	- rozdiel medzi nameraným uhlom sklonu gantry a hodnotou uhla indikovanou na displeji je $\leq 1^\circ$	odchýlka od indikovanej hodnoty uhla sklonu $> 2^\circ$
Vzdialenosť medzi axiálnymi rezmi	- v prípade používania prístroja so skenovaním v axiálnom režime, odchýlka medzi nameranou hodnotou vzdialenosti medzi axiálnymi rezmi a nastavenou hodnotou je $\leq 10\%$, resp. $\leq 1\text{ mm}$	
Presnosť merania vzdialenosti:	- rozdiel medzi vzdialenosťou dvoch bodov skenovaného testovacieho objektu a vzdialenosťou indikovanou softvérovým vybavením CT prístroja je $\leq 1\text{ mm}$	nepresnosť merania vzdialenosti $> 2\text{ mm}$
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty vysokého napätia na RTG lampe od nominálnej, zobrazenej hodnoty napätia je $\leq 5\%$	odchýlka od nominálnej hodnoty $> 5\%$
Veľkosť dávky pacienta	- CTDI _{Vol} a DLP musia byť zaznamenané v CT protokole o vyšetrení pacienta pripojenom k CT obrazu, - odchýlka stanovenej hodnoty CTDI _{Vol} a DLP pri štandardnom režime vyšetrenia od hodnoty zaznamenatej v protokole CT je $\leq 20\%$, - stanovená hodnota CTDI _{Vol} a DLP pri štandardnom režime vyšetrenia sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako $\pm 20\%$, - hodnota CTDI _{Vol} pri štandardnom režime vyšetrenia je: - $\leq 80\text{ mGy}$ pri vyšetrení hlavy dospelého pacienta, - $\leq 30\text{ mGy}$ pri vyšetrení brucha dospelého pacienta, - $\leq 25\text{ mGy}$ pri vyšetrení brucha päťročného dieťaťa,	hodnota CTDI _{Vol} $> 80\text{ mGy}$ pri štandardnom vyšetrení hlavy dospelého pacienta, hodnota CTDI _{Vol} $> 30\text{ mGy}$ pri štandardnom vyšetrení brucha dospelého pacienta, hodnota CTDI _{Vol} $> 25\text{ mGy}$ pri štandardnom vyšetrení brucha päťročného dieťaťa
Šírka zväzku žiarenia (radiačný profil)	- nameraná šírka primárneho zväzku röntgenového žiarenia v porovnaní s údajmi uvedenými v dokumentácii výrobcu prístroja je v rámci prípustnej odchýlky stanovenej výrobcom CT prístroja	odchýlka väčšia ako hodnota stanovená výrobcom
Funkčnosť núdzových vypínačov CT	- bezchybná funkčnosť núdzového vypínača: - elektrického napájania, - röntgenového žiarenia, - pohybu stola pacienta, - bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov pri pohybe	nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčný antikolízny systém,

	stola pacienta,	
--	-----------------	--

6. Zubné intraorálne röntgenové prístroje

Tabuľka č. 6 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zubné intraorálne röntgenové prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky RTG prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov, - viditeľné a nepoškodené označenie polohy ohniska röntgenovej lampy, - čitateľné označenie typu RTG prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítku RTG prístroja,	
Funkčnosť prístroja	Funkčná kontrola RTG prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájanie, - bezchybná funkcia všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkcia svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - stabilná poloha röntgenového žiariča v ľubovoľnej nastavenej polohe,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nestabilita v nastavenej polohe RTG žiariča
Napätie RTG lampy	- napätie röntgenovej lampy je v rozsahu 60 až 90 kV	prevádzkové napätie RTG lampy < 60 kV, alebo > 90 kV
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je ≤ 10 %	odchýlka od nastavenej hodnoty > 10 %
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od strednej hodnoty napätia je ≤ 5 %,	odchýlka > 5 %
Presnosť expozičného času	- odchýlka strednej nameranej hodnoty expozičného času od nastavenej hodnoty alebo hodnoty zobrazenej na prístroji je ≤ 20 %	odchýlka od nastavenej hodnoty expozičného času > 20 %
Reprodukovateľnosť expozičného času	- maximálna odchýlka nameranej hodnoty od strednej hodnoty expozičného času je ≤ 10 %,	odchýlka > 10 %
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcom zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN IEC 60336, ¹⁾ alebo podľa iného technického predpisu	
Vzdialenosť ohnisko – koniec tubusu	- vzdialenosť ohnisko RTG lampy – koniec tubusu je ≥ 20 cm,	vzdialenosť ohnisko – koniec tubusu < 20 cm
Filtrácia a polovrstva	- ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku je: - ≥ 1,5 mm Al pri napätí RTG lampy < 70 kV - ≥ 2,5 mm Al pri napätí RTG lampy ≥ 70 kV, - prvá polovrstva (HVL ₁) je: - ≥ 2,2 mm pri napätí RTG lampy 60 kV, - ≥ 2,5 mm pri napätí RTG lampy 70 kV, - ≥ 2,9 mm pri napätí RTG lampy 80 kV, - ≥ 3,2 mm pri napätí RTG lampy 90 kV,	HVL ₁ < 1,5 mm Al pri prevádzkovom napätí RTG lampy < 70 kV; HVL ₁ < 2,5 mm Al pri prevádzkovom napätí RTG lampy ≥ 70 kV,
Veľkosť a vymedzenie	- priemer poľa primárneho zväzku RTG žiarenia na konci	priemer poľa zväzku

primárneho zväzku RTG žiarenia	tubusu je ≤ 6 cm, - maximálna odchýlka stredu poľa RTG žiarenia od stredu poľa žiarenia vyznačeného tubusom, stanovená v rovine na konci tubusu je ≤ 2 % zo vzdialenosti ohnisko – koniec tubusu, - odchýlka centrálnej osi primárneho zväzku RTG žiarenia od osi tubusu je $\leq 1,5^\circ$, - nové intraorálne röntgenové prístroje musia mať na konci tubusu vymedzené obdĺžnikové pole žiarenia o veľkosti maximálne 40 x 50 mm,*)	RTG žiarenia > 6 cm, odchýlka stredu poľa RTG žiarenia > 2 %, nové RTG prístroje bez tubusu s obdĺžnikovým poľom, obdĺžnikové pole väčšie ako 40 x 50 mm,
Radiačný výstup (reprodukovateľnosť a linearita)	- reprodukovateľnosť radiačného výstupu – odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu na konci tubusu od strednej hodnoty kermy vo vzduchu je ≤ 10 %, - linearita radiačného výstupu je lepšia ako ± 20 % pri ľubovoľnej kombinácii prúdu RTG lampy a expozičného času,	odchýlka od strednej hodnoty > 20 %
Dopadová kerma	- dopadová kerma vo vzduchu na konci tubusu pre ľubovoľné zobrazenie s rádioviziografiou (RVG) pre dospelého pacienta je ≤ 1 mGy, - dopadová kerma vo vzduchu na konci tubusu pre ľubovoľné zobrazenie s röntgenovým filmom pre dospelého pacienta je ≤ 4 mGy,	dopadová kerma pri RVG > 1 mGy, dopadová kerma pri RTG filme > 4 mGy,
Rozlíšenie pri vysokom kontraste	- rozlíšenie pre röntgenový film je ≥ 10 lp/mm, - rozlíšenie pre digitálny receptor obrazu (DDR alebo CR) je ≥ 6 lp/mm,	rozlíšenie $\leq 2,5$ lp/mm
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- v röntgenovom obraze nízko kontrastného testovacieho fantómu majú byť viditeľné objekty s nízkym kontrastom s priemerom $\geq 0,5$ mm	nie sú viditeľné objekty s priemerom ≤ 1 mm
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy pri najvyššom prevádzkovom zaťažení je $\leq 250 \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	

Poznámka:

*) Vztahuje sa na nové intraorálne röntgenové prístroje inštalované a uvedené do prevádzky po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky.

7. Zobrazovací systém zubných intraorálnych röntgenových prístrojov

Tabuľka č. 7 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovací systém zubných intraorálnych röntgenových prístrojov

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Röntgenový film		
Svetlotesnosť tmavej komory	- zvýšenie základného sčernenia röntgenového filmu, po vystavení filmu v tmavej komore po dobu 4 min, musí byť $< 0,02$ OD,	
Bezpečnostné osvetlenie tmavej komory	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného röntgenového filmu, vystaveného v tmavej komore bezpečnostnému červenému osvetleniu po dobu 4 min je $< 0,1$ OD,	
Svetlotesnosť vyvolávacieho automatu	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného röntgenového filmu, ponechaného 1 min v mieste manipulácie s filmom, je $< 0,1$ OD,	
Základné a maximálne sčernenie RTG filmu	- základné sčernenie röntgenového filmu (závoj filmu) je $< 0,3$ OD, - základné sčernenie röntgenového filmu sa nesmie meniť	základné sčernenie filmu $> 0,35$ OD

	o viac ako $\pm 0,05$ OD od referenčnej hodnoty, počas celej odporúčanej doby používania RTG filmu, - maximálne sčernenie RTG filmu je $> 3,6$ OD,	
Citlivosť RTG filmu	- minimálny stupeň citlivosti röntgenového filmu „E“, - referenčné sčernenie (index citlivosti) röntgenového filmu je po odčítaní základného sčernenia 1,00 až 1,4 OD, - stálosť indexu citlivosti - odchýlka indexu citlivosti od referenčnej hodnoty je $\leq 0,2$ OD počas celej odporúčanej doby používania röntgenového filmu,	
Kontrast RTG filmu	- kontrast röntgenového filmu (index kontrastu) je $> 1,3$ OD pri 70 kV, - stálosť indexu kontrastu - odchýlka indexu kontrastu od referenčnej hodnoty je $\leq 0,2$ OD počas celej odporúčanej doby používania röntgenového filmu,	
Rozlíšenie RTG filmu	- priestorové rozlíšenie röntgenového filmu pri vysokom kontraste je ≥ 10 lp/mm	rozlíšenie $< 2,5$ lp/mm
CR platne		
CR platne	- CR platne majú byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne viditeľné artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v RTG obraze, viditeľne poškodené CR platne,
Čítacie zariadenie CR platní – vizuálna a funkčná kontrola	- bezchybná signalizácia elektrického napájania, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a čitateľné označenie prístroja, výrobcu a výrobného čísla na štítku, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a svetelných indikátorov,	nefunkčné čítacie zariadenie
Šum CR platne	- šum CR platne nesmie prekročiť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom CR platní a čítacieho zariadenia,	hodnota šumu vyššia ako referenčná hodnota
Mierka zobrazenia CR	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu CR platne neje väčšia ako ± 2 %	chyba pri stanovení vzdialenosti > 4 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP (závislosť strednej hodnoty pixelu od dopadovej kermy) definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 20 %	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty > 20 %
Homogenita	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia CR platne od hodnoty v strede poľa je ≤ 10 %	odchýlka od strednej hodnoty > 20 %
Účinnosť vymazania CR	- žiadny viditeľný latentný röntgenový obraz po vymazaní CR platne, - zvyšková optická hustota obrazu kontrastného objektu po vymazaní CR platne je < 1 %	zvyšková optická hustota > 1 %
Relatívna citlivosť CR platní	- odchýlka hodnoty pixelov ľubovoľnej CR platne z používanej sady CR platní od priemernou hodnoty pixelov všetkých platní je ≤ 20 %	odchýlka > 20 %
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od strednej hodnoty nameranej dávky je ≤ 10 %	odchýlka od strednej hodnoty DDI > 20 %
Rozmazanie obrazu	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste je $\geq 6,0$ lp/mm, - priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste neje nižšie ako hodnota udávaná výrobcom CR platní,	rozlíšenie $< 2,8$ lp/mm pri dávke ≤ 10 μ Gy, rozlíšenie $< 2,4$ lp/mm pri dávke ≤ 5 μ Gy,
Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu majú byť viditeľné objekty s nízkym kontrastom s priemerom $\geq 0,5$ mm	nie sú viditeľné objekty s priemerom ≤ 1 mm
Digitálny zobrazovací systém (DDR)		

Digitálny receptor obrazu (DDR)	- digitálny receptor obrazu (DDR) musí byť čistý a nepoškodený a nesmie vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Šum receptora obrazu	- hodnota šumu digitálneho receptora obrazu nesmie presiahnuť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom o viac ako 10 %, - žiadne viditeľné artefakty v obraze spôsobené šumom receptora obrazu,	hodnota šumu vyššia od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 25 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 20\%$	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Retencia obrazu	- v röntgenovom obraze neje viditeľný žiadny zvyškový obraz, - retencia obrazu (rozdiel hodnoty pixelov zvyškového obrazu a hodnoty pixelov mimo zvyškového obrazu) je $\leq 0,5\%$	retencia obrazu $> 1\%$
Chybné pixely receptora obrazu	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od nameranej strednej hodnoty dávky je $\leq 10\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 20\%$
Homogenita receptora obrazu	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$,	odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 20\%$
Mierka zobrazenia	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu DDR je $\leq 2\%$	chyba pri stanovení vzdialenosti $> 4\%$
Rozmazanie	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste neje nižšie ako referenčná hodnota udávaná výrobcom receptora obrazu, - priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je $\geq 6,0$ lp/mm,	rozlíšenie < 2.8 lp/mm pri dávke ≤ 10 μ Gy, rozlíšenie < 2.4 lp/mm pri dávke ≤ 5 μ Gy,
Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu majú byť viditeľné objekty s nízkym kontrastom s priemerom $\geq 0,5$ mm	nie sú viditeľné objekty s priemerom ≤ 1 mm
Diagnostický monitor		
Vizuálna kontrola	- povrch obrazovky diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený,	viditeľné poškodenie povrchu obrazovky,
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky by malo byť $\geq 1600 \times 1200$ (veľkosť matrice 2 MP)	$\leq 1280 \times 1024$ (1,3 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je ≥ 54 cm	≤ 42 cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je ≥ 300 cd.cm ⁻²	≤ 170 cd.cm ⁻²
Kontrast	- kontrastný pomer je $\geq 500:1$	$\leq 250:1$
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je $\leq 15\%$,	odchýlka od strednej hodnoty $> 15\%$
Farebná hĺbka odtieňov šedej	- farebný alebo monochromatický monitor s automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10 -bit,	farebná hĺbka pre odtiene šedej ≤ 8 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je $< 2\%$	skreslenie $> 5\%$
Chybné pixely obrazovky	- počet nefunkčných pixelov obrazovky je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 50 lux	

8. Zubné panoramatické röntgenové prístroje

Tabuľka č. 8 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zubné panoramatické röntgenové prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - viditeľné a čitateľné označenie typu RTG prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítiku prístroja,	
Funkčnosť RTG prístroja	Funkčná kontrola RTG prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - rovnomerný a plynulý pohyb röntgenového žiariča,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nerovnomerný pohyb röntgenového žiariča,
Napätie RTG lampy	- napätie röntgenovej lampy pre panoramatické snímky a cefalometriu je v rozsahu 60 až 125 kV	prevádzkové napätie RTG lampy < 60 kV, alebo > 125 kV
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia röntgenovej lampy od nastavenej hodnoty je $\leq 10\%$	odchýlka od nastavenej hodnoty > 10 %
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia röntgenovej lampy od strednej hodnoty napätia je $\leq 5\%$	odchýlka od strednej hodnoty > 5 %
Presnosť expozičného času	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od nastavenej hodnoty alebo hodnoty zobrazenej na prístroji je $\leq 10\%$	odchýlka > 20 %
Reprodukovateľnosť expozičného času	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od strednej hodnoty expozičného času je < 10 %	odchýlka > 10 %
Filtrácia a polovrstva	- ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku (HVL) je: - $\geq 1,5$ mm Al pri napätí röntgenovej lampy < 70 kV, - $\geq 2,5$ mm Al pri napätí RTG lampy ≥ 70 kV, - prvá polovrstva (HVL ₁) je: - $\geq 2,2$ mm pri napätí RTG lampy 60 kV, - $\geq 2,5$ mm pri napätí RTG lampy 70 kV, - $\geq 2,9$ mm pri napätí RTG lampy 80 kV, - $\geq 3,2$ mm pri napätí RTG lampy 90 kV, - $\geq 3,6$ mm pri napätí RTG lampy 100 kV, - $\geq 3,9$ mm pri napätí RTG lampy 110 kV, - $\geq 4,3$ mm pri napätí RTG lampy 120 kV,	HVL < 1,5 mm Al pri napätí < 70 kV, HVL ₁ : < 2,1 mm Al pri 70 kV, < 2,3 mm Al pri 80 kV < 2,5 mm Al pri 90 kV < 2,7 mm Al pri 100 kV < 3,0 mm Al pri 110 kV < 3,2 mm Al pri 120 kV
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcou zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN IEC 60336, ¹⁾ alebo podľa iného technického predpisu	
Radiačný výstup (reprodukovateľnosť a linearita)	- reprodukovateľnosť radiačného výstupu – odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu od strednej hodnoty kermy vo vzduchu je $\leq 5\%$, - linearita radiačného výstupu je lepšia ako $\pm 10\%$ pri ľubovoľnej kombinácii prúdu RTG lampy a expozičného	odchýlka od strednej hodnoty > 20 %

	času,	
Meradlo DAP	- odchýlka nameranej hodnoty DAP a hodnoty DAP zobrazenej RTG prístrojom je $\leq 15\%$	odchýlka $> 25\%$
Veľkosť DAP pri panoramatickej snímke	- DAP pri štandardnej panoramatickej snímke dospelého pacienta je $\leq 100 \text{ mGy.cm}^2$, - odchýlka nameranej hodnoty DAP pri ľubovoľnom režime vyšetrenia od hodnoty DAP udávanej výrobcom prístroja je $\leq 20\%$,	$> 100 \text{ mGy.cm}^2$
Dopadová kerma pri cefalometrii	- dopadová kerma vo vzduchu pre AP alebo PA projekciu lebky dospelého pacienta je $\leq 3 \text{ mGy}$, - dopadová kerma vo vzduchu pre LAT projekciu lebky dospelého pacienta je $\leq 1,5 \text{ mGy}$, - nameraná hodnota DAP pri ľubovoľnom režime vyšetrenia pri cefalometrii sa nemá líšiť od hodnoty DAP udávanej výrobcom prístroja o viac ako $\pm 20\%$,	dopadová kerma vo vzduchu: - $> 3 \text{ mGy}$ pre AP alebo PA projekciu lebky, - $> 1,5 \text{ mGy}$ pre LAT projekciu lebky,
Presnosť svetelného zameriavacieho systému	- laserový zameriavací systém musí umožňovať presné nastavenie polohy pacienta pri zobrazení, - odchýlka pri nastavení axiálnej, sagitálnej a koronárnej roviny pomocou laserového zameriavacieho systému je $\leq 2 \text{ mm}$, - odchýlka pri nastavení stredu roviny rezu pomocou laserového zameriavacieho systému je $\leq 2 \text{ mm}$,	odchýlka $> 2 \text{ mm}$
Veľkosť a vymedzenie primárneho zväzku RTG žiarenia	- primárny zväzok röntgenového žiarenia nemá presahovať cez okraj receptora obrazu a rozmery primárneho zväzku röntgenového žiarenia (výška a šírka) majú byť v súlade s rozmermi udávanými výrobcom RTG prístroja, - odchýlka vo výške zväzku röntgenového žiarenia od hodnoty udávanej výrobcom prístroja je $\leq 2\%$ FID	odchýlka vo výške zväzku $> 2\%$ FID
Vymedzenie primárneho zväzku pri cefalometrii	- primárny zväzok röntgenového žiarenia pri cefalometrii nemá presahovať cez okraje receptora obrazu, - suma odchýlok medzi nastavenou veľkosťou poľa žiarenia a nameranou veľkosťou poľa žiarenia vo vertikálnom alebo v horizontálnom smere je $\leq 2\%$ FID,	suma odchýlok $> 2\%$ FID v horizontálnom alebo vo vertikálnom smere
Vymedzenie stredu primárneho zväzku pri cefalometrii	- odchýlka stredu radiačného poľa od indikovanej polohy stredu radiačného poľa je $\leq 2\%$ FID,	odchýlka $> 2\%$ FID
Presnosť indikátora veľkosti poľa žiarenia pri cefalometrii	- odchýlka medzi veľkosťou poľa röntgenového žiarenia zobrazenou indikátorom veľkosti poľa žiarenia RTG prístroja (šírka a výška) a stanovenou veľkosťou poľa žiarenia je $\leq 2\%$ FID	odchýlka $> 2\%$ FID
Symetria obrazu	- na panoramatickej snímke je symetricky zobrazená pravá aj ľavá časť čeluste pacienta, - odchýlka vo vzdialenosti zobrazenia definovaných prvkov na ľavej strane a pravej strane testovacieho fantómu od stredu obrazu neje väčšia ako prípustná odchýlka stanovená výrobcom,	
Homogenita obrazu	- RTG prístroj musí zabezpečiť homogénne ožiarenie panoramatickej vrstvy v priebehu celej projekcie; obraz testovacieho fantómu je v celej zobrazenej oblasti ostrý a neskreslený, - odchýlka homogenity obrazu testovacieho fantómu od referenčnej hodnoty je $\leq 10\%$	odchýlka od referenčnej hodnoty $> 10\%$
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste pre röntgenový film je $\geq 3 \text{ lp/mm}$,	rozlíšenie pri vysokom kontraste $< 2,5 \text{ lp/mm}$
Optická hustota obrazu	- odchýlka optickej hustoty obrazu testovacieho fantómu od údajov výrobcu fantómu je $\leq 10\%$, - odchýlka nameranej strednej hodnoty pixelu použitého testovacieho materiálu od referenčnej hodnoty pixelu je \leq	odchýlka od údajov výrobcu $> 25\%$, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 10\%$

	10 %,	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v röntgenovom obraze, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Presnosť merania vzdialenosti a uhlov	- chyba merania vzdialenosti pomocou rekonštruovaného röntgenového obrazu je < 0,5 mm, - chyba merania uhla pomocou rekonštruovaného obrazu je < 2°,	chyba merania vzdialenosti > 1 mm, chyba merania uhla > 2°,
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy pri najvyššom prevádzkovom zaťažení je ≤ 1000 μSv.h ⁻¹	
Funkčnosť núdzových vypínačov prístroja	- bezchybná funkčnosť núdzového vypínača: - elektrického napájania, - röntgenového žiarenia, - pohybu röntgenového žiariča, - bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov pri pohybe röntgenového žiariča,	nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčný antikolízny systém,

9. Zobrazovací systém zubných panoramatických röntgenových prístrojov

Tabuľka č. 9 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovací systém zubných panoramatických röntgenových prístrojov

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
RTG film		
Kazety na röntgenový film a zosilňovacie fólie	- zosilňovacie fólie a filmové kazety musia byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Svetlotesnosť kaziet	- žiadne viditeľné sčernenie röntgenového filmu okolo okrajov kazety a uzáverov kazety, - žiadne viditeľné sčernenie röntgenového filmu po vystavení kazety na 10 minút z oboch strán svetlu o svietivosti najmenej 1000 cd.m ⁻² ,	viditeľné sčernenie filmu pri okrajoch kazety
Relatívne zosilnenie sady zosilňovacích fólií	- odchýlka relatívneho zosilnenia ľubovoľnej zosilňovacej fólie zo sady fólií s rovnakým faktorom zosilnenia od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia je ≤ 10 %, - rozdiel v nameranej optickej hustote RTG filmov exponovaných pri rovnakých podmienkach je ≤ 0,30 OD pre rovnaké relatívne zosilnenie,	odchýlka od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia > 20%, rozdiel v optickej hustote > 0,30 OD,
Kontakt medzi filmom a zosilňujúcou fóliou	- na röntgenovej snímke testovacej mriežky nesmú byť viditeľné v rôznych častiach filmu rozdiely v sčernení, ostrosti obrazu alebo v homogenite optickej hustoty,	nehomogénna optická hustota obrazu a strata ostrosti obrazu
Svetlotesnosť tmavej komory	- zvýšenie základného sčernenia filmu po vystavení filmu v tmavej komore po dobu 4 min je < 0,02 OD,	
Bezpečnostné osvetlenie tmavej komory	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, vystaveného v tmavej komore bezpečnostnému červenému osvetleniu po dobu 4 min, je < 0,1 OD,	
Svetlotesnosť vyvolávacieho automatu	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, ponechaného 1 min v mieste manipulácie s RTG filmom, je < 0,1 OD,	
Základné a maximálne sčernenie RTG filmu	- základné sčernenie RTG filmu je < 0,25 OD, - základné sčernenie RTG filmu sa nesmie meniť o viac	základné sčernenie filmu > 0,30 OD

	ako $\pm 0,05$ OD od referenčnej hodnoty počas celej odporúčanej doby používania RTG filmov, - maximálne sčernenie RTG filmu je $> 3,6$ OD,	
Citlivosť RTG filmu	- referenčné sčernenie (index citlivosti) RTG filmu je po odčítaní základného sčernenia $1,00 - 1,4$ OD, - stálosť indexu citlivosti - odchýlka indexu citlivosti od referenčnej hodnoty je $< 0,2$ OD počas celej odporúčanej doby používania RTG filmu,	odchýlka $> 0,3$ OD
Kontrast RTG filmu	- kontrast röntgenového filmu (index kontrastu) je pri 70 kV $> 1,3$ OD, - stálosť indexu kontrastu - odchýlka indexu kontrastu od referenčnej hodnoty je $< 0,20$ OD počas celej odporúčanej doby používania RTG filmu,	odchýlka $> 0,3$ OD
Rozlíšenie RTG filmu pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je: - $\geq 4,8$ lp/mm pre röntgenový film a zosilňovaciu fóliu s relatívnym zosilnením 25 , - $\geq 2,4$ lp/mm pre röntgenový film a zosilňovaciu fóliu s relatívnym zosilnením 400 ,	rozlíšenie $< 2,4$ lp/mm
CR platne		
CR platne	- CR platne majú byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne viditeľné artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze, poškodené CR platne,
Čítacie zariadenie CR platní – vizuálna a funkčná kontrola	- bezchybná signalizácia elektrického napájania, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a čitateľné označenie prístroja, výrobcu a výrobného čísla na štítku, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a svetelných indikátorov,	nefunkčné čítacie zariadenie
Šum CR platne	- šum CR platne nesmie prekročiť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom CR platní a čítacieho zariadenia,	hodnota šumu vyššia ako referenčná hodnota
Mierka zobrazenia CR	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu CR platne neje väčšia ako ± 2 %	chyba pri stanovení vzdialenosti > 4 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP (závislosť strednej hodnoty pixelu od dopadovej kermy) definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 20 %	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty > 20 %
Homogenita	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia CR platne od hodnoty pixelov v strede CR platne je ≤ 10 %	odchýlka od hodnoty v strede > 20 %
Účinnosť vymazania CR	- žiadny viditeľný latentný röntgenový obraz po vymazaní CR platne, - zvyšková optická hustota obrazu kontrastného objektu po vymazaní CR platne je < 1 %	zvyšková optická hustota > 1 %
Relatívna citlivosť CR platní	- odchýlka hodnoty pixelov ľubovoľnej CR platne z používanej sady CR platní od priemernej hodnoty pixelov všetkých platní je ≤ 20 %	odchýlka > 20 %
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od strednej hodnoty nameranej dávky je ≤ 10 %	odchýlka od strednej hodnoty DDI > 20 %
Rozmazanie obrazu	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	viditeľné, klinicky významné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie CR platne pri vysokom kontraste je $\geq 3,0$ lp/mm,	rozlíšenie $< 2,8$ lp/mm pri dávke ≤ 10 μ Gy, rozlíšenie $< 2,4$ lp/mm pri dávke ≤ 5 μ Gy,
Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky $0,4$ až 4	viditeľných < 6 objektov v obraze fantómu

	mm) je viditeľných najmenej 6 objektov s nízkym kontrastom,	
Digitálny zobrazovací systém (DDR)		
Digitálny receptor obrazu (DDR)	- digitálny receptor obrazu (DDR) musí byť čistý a nepoškodený a nesmie vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Šum receptora obrazu	- hodnota šumu digitálneho receptora obrazu nesmie presiahnuť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom o viac ako 10 %, - žiadne viditeľné artefakty v obraze spôsobené šumom receptora obrazu,	hodnota šumu vyššia od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 25 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 20\%$,	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Retencia obrazu	- v röntgenovom obraze neje viditeľný žiadny zvyškový obraz, - retencia obrazu (rozdiel hodnoty pixelov zvyškového obrazu a hodnoty pixelov mimo zvyškového obrazu) je $\leq 0,5\%$	retencia obrazu $> 1\%$
Chybné pixely receptora obrazu	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom receptora obrazu	
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od nameranej strednej hodnoty dávky je $\leq 10\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 20\%$
Homogenita receptora obrazu	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$ pre všetky veľkosti polí zobrazenia,	odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 20\%$
Mierka zobrazenia	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu DDR je $\leq 2\%$	chyba pri stanovení vzdialenosti $> 4\%$
Rozmazanie	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je $\geq 3,0$ lp/mm,	rozlíšenie < 2.8 lp/mm pri dávke $\leq 10 \mu\text{Gy}$, rozlíšenie < 2.4 lp/mm pri dávke $\leq 5 \mu\text{Gy}$,
Priestorové rozlíšenie pri nízkom kontraste	- na röntgenovom obraze nízko kontrastného fantómu (8 nízko kontrastných objektov z hliníka hrúbky 0,4 až 4 mm) je viditeľných najmenej 6 objektov s nízkym kontrastom,	viditeľných < 6 objektov v obraze fantómu
Diagnostický monitor		
Vizuálna kontrola	- povrch obrazovky diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený,	viditeľné poškodenie povrchu obrazovky
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky je $\geq 1600 \times 1200$ (veľkosť matrice 2 MP)	$\leq 1280 \times 1024$ (1,3 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je ≥ 54 cm	≤ 42 cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je $\geq 500 \text{ cd.cm}^{-2}$	$\leq 170 \text{ cd.cm}^{-2}$
Kontrast	- kontrastný pomer je $\geq 500:1$	$\leq 250:1$
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je $\leq 15\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 15\%$
Farebná hĺbka odtieňov šedej farby	- farebný alebo monochromatický monitor s automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10 -bit,	farebná hĺbka pre odtiene šedej ≤ 8 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je $< 2\%$	skreslenie $> 5\%$
Chybné pixely obrazovky	- počet nefunkčných pixelov obrazovky je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	

Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 50 lux	

10. Stomatologické CBCT prístroje

Tabuľka č. 10 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre stomatologické počítačové tomografy s kužeľovým zväzkom žiarenia (CBCT)

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - čisté a nepoškodené displeje RTG prístroja, - viditeľné a čitateľné označenie typu prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu na štítku,	
Funkčnosť CBCT prístroja	Funkčná kontrola CBCT prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenového žiariča, - rovnomerný a plynulý pohyb röntgenového žiariča, - rovnomerný a plynulý vertikálny pohyb ramena s RTG žiaričom a receptorom obrazu,	nefunkčnosť ovládacích prvkov; nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti; nerovnomerný pohyb ramena RTG žiariča a receptora obrazu,
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka strednej nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je $< 5\%$	odchýlka od nastavenej hodnoty $> 10\%$
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od strednej hodnoty napätia je $\leq 5\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 5\%$
Filtrácia a polovrstva	- ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku (HVL) je najmenej 2,5 mm Al, - prvá polovrstva (HVL ₁) je: - $\geq 2,2$ mm pri napätí RTG lampy 60 kV, - $\geq 2,5$ mm pri napätí RTG lampy 70 kV, - $\geq 2,9$ mm pri napätí RTG lampy 80 kV, - $\geq 3,2$ mm pri napätí RTG lampy 90 kV, - $\geq 3,6$ mm pri napätí RTG lampy 100 kV, - $\geq 3,9$ mm pri napätí RTG lampy 110 kV, - $\geq 4,3$ mm pri napätí RTG lampy 120 kV,	HVL $< 2,5$ mm Al; HVL ₁ : $< 2,2$ mm Al pri 60 kV $< 2,5$ mm Al pri 70 kV $< 2,9$ mm Al pri 80 kV $< 3,2$ mm Al pri 90 kV $< 3,6$ mm Al pri 100 kV $< 3,9$ mm Al pri 110 kV $< 4,3$ mm Al pri 120 kV
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcou zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN IEC 60336, ¹⁾ alebo podľa iného technického predpisu	
Radiačný výstup (reprodukovateľnosť a stabilita)	- reprodukovateľnosť radiačného výstupu – odchýlka nameranej hodnoty kerry vo vzduchu od strednej hodnoty kerry vo vzduchu je $\leq 5\%$, - stabilita radiačného výstupu - odchýlka nameranej hodnoty kerry vo vzduchu od referenčnej hodnoty je $\leq 10\%$,	odchýlka od strednej hodnoty $> 10\%$, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Veľkosť poľa žiarenia	- primárny zväzok röntgenového žiarenia nemá presahovať	pole väčšie ako receptor

	v žiadnom smere cez okraj receptora obrazu, - odchýlka nameranej veľkosti poľa röntgenového žiarenia od nastavenej veľkosti poľa žiarenia, resp. od hodnoty udávanej výrobcom prístroja, je $\leq 10\%$, resp. $\leq 10\text{ mm}$,	obrazu, odchýlka vo veľkosti poľa $> 10\%$
Šum obrazu	- hodnota šumu nesmie presahovať referenčnú úroveň, alebo úroveň stanovenú výrobcom zariadenia o viac ako $\pm 10\%$,	odchýlka o referenčnej hodnoty $> 25\%$
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je $\geq 1,5\text{ lp/mm}$, - priestorové rozlíšenie rekonštruovaného röntgenového obrazu pri vysokom kontraste sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako $\pm 20\%$, - stanovená hodnota MTF sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako $\pm 20\%$,	rozlíšenie $< 1\text{ lp/mm}$; odchýlka od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom $> 20\%$
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- rozlíšenie pri nízkom kontraste sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom CBCT prístroja o viac ako $\pm 20\%$	
Optická hustota obrazu	- odchýlka optickej hustoty obrazu testovacieho fantómu od údajov výrobcu je $\leq 15\%$, - odchýlka nameranej strednej hodnoty pixelu použitého testovacieho materiálu od referenčnej hodnoty pixelu je $\leq 10\%$,	odchýlka od údajov výrobcu $> 25\%$; odchýlka od referenčnej hodnoty $> 15\%$,
Homogenita obrazu	- homogenita obrazu sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako $\pm 10\%$	odchýlka od referenčnej hodnoty $> 10\%$
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Presnosť merania vzdialenosti a uhlov	- chyba pri meraní vzdialenosti pomocou rekonštruovaného obrazu je $< 0,5\text{ mm}$, - chyba pri meraní uhla pomocou rekonštruovaného obrazu je $< 2^\circ$,	
CTDI vo vzduchu *)	- odchýlka hodnoty CTDI vo vzduchu od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 20\%$,	odchýlka od referenčnej hodnoty $> 40\%$
Indikátor dávky **)	- odchýlka nameranej hodnoty DAP od hodnoty zobrazenej meradlom DAP je $< 15\%$, - odchýlka nameranej hodnoty DAP pri ľubovoľnom režime vyšetrenia od hodnoty udávanej výrobcom prístroja je $< 20\%$,	odchýlka $> 30\%$
Presnosť svetelného zameriavacieho systému	- odchýlka pri nastavení axiálnej, sagitálnej a koronárnej roviny pomocou laserového zameriavacieho systému je $\leq 2\text{ mm}$, - odchýlka pri nastavení stredu radiačného poľa a stredu poľa zobrazenia pomocou laserového zameriavacieho systému je $\leq 2\text{ mm}$,	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Unikajúce žiarenie cez kryt röntgenovej lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy pri najvyššom prevádzkovom zaťažení je $\leq 1000\ \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	$> 1000\ \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$
Funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia	- bezchybná funkčnosť núdzového vypínača: - elektrického napájania, - röntgenového žiarenia, - pohybu röntgenového žiariča, - bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov pri pohybe röntgenového žiariča,	nefunkčné núdzové vypínače zariadenia, nefunkčný antikolízny systém,

Poznámky:

*) Stanovuje sa pri CBCT prístrojoch, ktoré merajú hodnotu CTDI vo vzduchu.

**) Stanovuje sa pri CBCT prístrojoch, ktoré merajú hodnotu DAP.

11. Zobrazovací systém zubných CBCT prístrojov

Tabuľka č. 11 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky

kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovací systém
zubných CBCT

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Digitálny receptor obrazu (DDR)	- digitálny receptor obrazu (DDR) musí byť čistý a nepoškodený a nesmie vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Šum receptora obrazu	- hodnota šumu digitálneho receptora obrazu nesmie presiahnuť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom o viac ako 10 %, - žiadne viditeľné artefakty v obraze spôsobené šumom receptora obrazu,	hodnota šumu vyššia od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 25 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 20\%$,	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Retencia obrazu	- v röntgenovom obraze neje viditeľný žiadny zvyškový obraz, - retencia obrazu (rozdiel hodnoty pixelov zvyškového obrazu a hodnoty pixelov mimo zvyškového obrazu) je $\leq 0,5\%$	retencia obrazu $> 1\%$
Chybné pixely receptora obrazu	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom receptora obrazu	
Reprodukovateľnosť indikátora dávky (DDI)	- odchýlka indikovanej hodnoty dávky (DDI) od nameranej strednej hodnoty dávky je $\leq 10\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 20\%$
Homogenita receptora obrazu	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$ pre všetky veľkosti poľa zobrazenia,	odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 20\%$
Mierka zobrazenia	- chyba pri stanovení vzdialenosti pomocou obrazu DDR je $\leq 2\%$	chyba pri stanovení vzdialenosti $> 4\%$
Rozmazanie	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste je $\geq 3,0$ lp/mm, - stanovená hodnota MTF (modulačná prenosová funkcia) sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom CBCT o viac ako $\pm 10\%$	rozlíšenie < 1 lp/mm; odchýlka od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom $> 20\%$
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- rozlíšenie pri nízkom kontraste sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom CBCT prístroja o viac ako $\pm 20\%$	
Diagnostický monitor		
Vizuálna kontrola	- povrch obrazovky diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený,	viditeľné poškodenie povrchu obrazovky
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky je $\geq 1500 \times 2000$ (veľkosť matrice 3 MP)	$\leq 1280 \times 1024$ (1,3 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je ≥ 54 cm	≤ 42 cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je ≥ 500 cd.cm ⁻²	≤ 270 cd.cm ⁻²
Kontrast	- kontrastný pomer je $\geq 500:1$	$\leq 250:1$
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je $\leq 15\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 15\%$
Farebná hĺbka odtieňov šedej	- farebný alebo monochromatický monitor s automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10 -bit,	farebná hĺbka pre odtiene šedej ≤ 8 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je $< 2\%$	skreslenie $> 5\%$
Chybné pixely obrazovky	- počet nefunkčných pixelov obrazovky je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	

Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 50 lux	

12. Mamografické röntgenové prístroje

Tabuľka č. 12 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre mamografické röntgenové prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	Vizuálna kontrola RTG prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - viditeľné a nepoškodené označenie polohy ohniska röntgenovej lampy, - viditeľné a čitateľné označenie typu RTG prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítku prístroja,	
Funkčnosť RTG prístroja	Funkčná kontrola RTG zariadenia: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov, indikačných zariadení a pohyblivých častí prístroja, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - bezchybná funkčnosť a plynulý pohyb kompresnej dosky,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nefunkčnosť kompresnej dosky,
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je ≤ 1 kV	odchýlka od nastavenej hodnoty > 2 kV
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia RTG lampy od strednej hodnoty napätia je $\leq 0,5$ kV	odchýlka od strednej hodnoty > 1 kV
Ohnisko RTG lampy	- rozdiel medzi stanovenou veľkosťou ohniska RTG lampy a nominálnou veľkosťou ohniska definovanou výrobcom zariadenia nesmie byť väčší ako prípustná odchýlka podľa údajov výrobcu zariadenia, podľa technickej normy STN IEC 60336, ¹⁾ alebo podľa iného technického predpisu	
Filtrácia a polovrstva	- mamografické röntgenové prístroje majú byť vybavené dvomi prídavnými filtrami s možnosťou automatickej voľby filtra; hrúbka prvej polovrstvy pre rôzne kombinácie materiálu ohniska a filtra je v súlade s údajmi výrobcu prístroja, - prvá polovrstva HVL_1 v ekvivalente Al pre kombinácie materiálu ohniska a prídavného filtra pri napätí 28 kV je: - $\geq 0,36$ mm Al pre Mo a prídavný filter 30 μ m Mo, - $\geq 0,42$ mm Al pre Mo a prídavný filter 25 μ m Rh, - $\geq 0,43$ mm Al pre Rh a prídavný filter 25 μ m Rh, - $\geq 0,54$ mm Al pre W a prídavný filter 50 μ m Rh, - $\geq 0,37$ mm Al pre W a prídavný filter 45 μ m Al,	$HVL_1 < 0,28$ mm Al pri napätí 28 kV a pre Mo/Mo
Expozičný čas	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od nastavenej hodnoty, resp. hodnoty zobrazenej RTG prístrojom je ≤ 10 % - expozičný čas pre jednu expozíciu pri použití expozičnej automatiky (AEC) je $< 1,5$ s pre fantóm hrúbky 45 mm	odchýlka $> 20\%$; expozičný čas > 2 s pre fantóm hrúbky 45 mm PMMA pri použití AEC,

	PMMA,	
Reprodukovateľnosť expozičného času	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od strednej hodnoty expozičného času je $\leq 10\%$,	odchýlka $> 10\%$
Vzdialenosť ohnisko – receptor obrazu (FID)	- vzdialenosť od ohniska röntgenovej lampy po receptor obrazu (FID) je ≥ 600 mm	FID < 600 mm
Vymedzenie poľa žiarenia	- pole žiarenia v rovine opornej dosky nemá presahovať zo strany hrudníka okraj opornej dosky o viac ako 3 mm, - radiačné pole nemá presahovať cez okraj receptora obrazu na ľubovoľnej strane o viac ako 2 % vzdialenosti FID, - odchýlka medzi okrajom svetelného poľa a okrajom poľa žiarenia v smere ľubovoľnej osi v rovine receptora obrazu je $< 2\%$ zo vzdialenosti FID,	pole žiarenie presahuje okraj opornej dosky zo strany hrudníka > 5 mm; pole žiarenie presahuje okraj receptora obrazu > 5 mm na ľubovoľnej strane,
Radiačný výstup	- kerma vo vzduchu vo vzdialenosti 1 m od ohniska RTG lampy je 40 až 70 $\mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$ pri napätí RTG lampy 28 kV a kombinácii ohniska a filtra Mo/Mo, - príkon kermy vo vzduchu pri napätí RTG lampy 28 kV v klinicky používanej vzdialenosti je 10 $\mu\text{Gy}\cdot\text{s}^{-1}$ až 30 $\mu\text{Gy}\cdot\text{s}^{-1}$,	$< 30 \mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$ 1 m od ohniska RTG lampy pri napätí 28 kV; alebo $< 7,5 \mu\text{Gy}\cdot\text{mAs}^{-1}$ v klinicky používanej vzdialenosti,
Reprodukovateľnosť radiačného výstupu	- odchýlka nameranej hodnoty kermy vo vzduchu od strednej hodnoty kermy vo vzduchu pri napätí 28 kV je $\leq 2\%$,	odchýlka $> 5\%$
Linearita radiačného výstupu	- linearita radiačného výstupu pri ľubovoľnej kombinácii prúdu RTG lampy a expozičného času je $\leq 10\%$	linearita radiačného výstupu $> 20\%$,
Špecifické prevádzkové zaťaženie	- maximálna hodnota prevádzkového zaťaženia mamografického röntgenového prístroja pri snímke s expozičnou automatikou je ≤ 800 mAs,	> 800 mAs
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1m od ohniska röntgenovej lampy pri maximálnom prevádzkovom zaťažení je $\leq 1000 \mu\text{Sv}\cdot\text{h}^{-1}$	
Kompresné zariadenie	- v kompresnej doske nemajú byť viditeľné žiadne významnejšie poškodenia a praskliny (≥ 5 mm), - plynulý pohyb a stabilita kompresnej dosky, - funkčné automatické uvoľnenie kompresie, - funkčné núdzové uvoľnenie kompresie, - funkčné blokovanie pohybu ramena pri kompresii, - funkčné blokovanie automatickej dekompresie,	poškodená kompresná doska, nefunkčné kompresné zariadenie,
Kompresná sila	- žiadne kompresné zariadenie nesmie byť schopné vyvinúť väčšiu silu ako 300 N, - maximálna motorická kompresná sila je 130 až 200 N a je stabilná po dobu minimálne 1 min, - minimálna nastaviteľná hodnota motorickej kompresnej sily je 50 až 100 N,	kompresná sila > 300 N, maximálna motorická kompresná sila > 200 N,
Stálosť kompresnej sily	- rozdiel v motorickej kompresnej sile po dobu 1 min je ≤ 10 N	rozdiel v kompresnej sile > 20 N
Presnosť indikátora sily kompresie	- rozdiel medzi zobrazenou hodnotou kompresnej sily a nameranou hodnotou kompresnej sily je ≤ 10 N	rozdiel v kompresnej sile > 20 N
Presnosť indikátora hrúbky kompresie	- rozdiel medzi zobrazenou hodnotou hrúbky kompresie a nameranou hrúbkou kompresie v rozsahu merania 20 až 70 mm je ≤ 5 mm	
Uloženie kompresnej dosky	- predná hrana kompresnej dosky nemá presahovať za prednú hranu opornej dosky o viac ako 2 mm, - predná hrana kompresnej dosky nesmie byť viditeľná na röntgenovom filme,	
Vyrovnanie kompresnej dosky - homogenita kompresie	- rozdiel vo vzdialenosti ľavého okraja a pravého okraja kompresnej dosky od opornej dosky je: - ≤ 5 mm pre symetrické zaťaženie, - ≤ 15 mm pre asymetrické zaťaženie,	
Pomer zoslabenia	- zoslabenie zväzku RTG žiarenia materiálom opornej	

	dosky je v súlade s údajmi výrobcu prístroja a ekvivalentná hrúbka zoslabenia je $\leq 0,3$ mm Al	
Štrukturálne artefakty	- v röntgenovom obraze nesmú byť viditeľné žiadne štrukturálne artefakty	
Rozmazanie pohybom sekundárnej mriežky	- faktor mriežky je ≤ 3 , - v röntgenovom obraze nesmú byť viditeľné lamely pohyblivej mriežky ani pri najkratšom používanom expozičnom čase,	
Expozičná automatika (AEC) pri používaní mamografických filmov		
AEC – nastavenie strednej optickej hustoty	- stredná hodnota optickej hustoty pri AEC je 1,45 až 1,90 OD vrátane základnej OD, - stredná hodnota optickej hustoty sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako $\pm 0,10$ OD,	stredná hodnota $< 1,30$ OD alebo $> 2,1$ OD, rozdiel od referenčnej hodnoty $> 0,15$ OD,
AEC – reprodukovateľnosť optickej hustoty	- odchýlka nameranej hodnoty optickej hustoty pri snímke 45 mm PMMA fantómu s AEC od strednej hodnoty je $\leq 0,15$ OD,	odchýlka $> 0,20$ OD
AEC – reprodukovateľnosť kerry vo vzduchu	- krátkodobá reprodukovateľnosť dopadovej kerry vo vzduchu pri snímke 45 mm PMMA fantómu s AEC je ≤ 2 %,	reprodukovateľnosť > 5 %
AEC – kompenzácia hrúbky	- odchýlka strednej hodnoty optickej hustoty pri snímkovaní PMMA fantómu hrúbky 30, 40, 45, 50 a 60 mm s AEC je $\leq 0,1$ OD	odchýlka $> 0,15$ OD,
AEC – kompenzácia napätia	- odchýlka strednej hodnoty optickej hustoty pri snímke 45 mm PMMA fantómu s AEC pri zmene napätia na RTG lampe je $\leq 0,1$ OD	odchýlka $> 0,15$ OD
AEC – kompenzácia rôznych používaných senzorov	- pri mamografických prístrojoch vybavených viacerými senzormi, odchýlka strednej hodnoty optickej hustoty pri snímke 45 mm PMMA fantómu pri použití rôznych senzorov AEC je $\leq 0,1$ OD	odchýlka $> 0,20$ OD
AEC – kompenzácia pre rôzne kombinácie film – zosilňovacia fólia	- odchýlka strednej hodnoty optickej hustote pri rôznej kombinácii röntgenového filmu a zosilňovacej fólie pri snímke 45 mm PMMA fantómu je $\leq 0,1$ OD	odchýlka $> 0,15$ OD
AEC – stupne sčernenia	- minimálne sedem voliteľných stupňov sčernenia AEC; klinicky používaný stupeň sčernenia je v rozpätí ± 1 stupeň od stredného stupňa, - rozdiel v optickej hustote susedných voliteľných stupňov je 0,05 až 0,15 OD, resp. podľa údajov výrobcu prístroja,	
Homogenita radiačného poľa	- zmena optickej hustoty vo vzdialenosti 10 mm a 120 mm od okraja filmu je < 20 %	
Rozlíšenie pri vysokom kontraste	- rozlíšenie pri používaní röntgenového filmu je ≥ 15 lp/mm	rozlíšenie < 12 lp/mm
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- prahový kontrast detailov veľkosti 5 až 6 mm je pri fantóme 45 mm PMMA $\leq 1,3$ %	prahový kontrast $> 1,5$ %
Vstupná povrchová dávka	- vstupná povrchová dávka pre optickú hustotu $1,4 \pm 0,15$ OD je: - ≤ 2 mGy pre fantóm 20 mm PMMA, - ≤ 4 mGy pre fantóm 30 mm PMMA, - ≤ 8 mGy pre fantóm 40 mm PMMA, - ≤ 10 mGy pre fantóm 45 mm PMMA, - ≤ 14 mGy pre fantóm 50 mm PMMA, - ≤ 24 mGy pre fantóm 60 mm PMMA, - ≤ 21 mGy pre fantóm 60 mm PMMA a Rh filter,	
Dávka v mliečnej žľaze	- dávka v mliečnej žľaze je: - $\leq 0,6$ mGy pre 20 mm PMMA fantóm, - $\leq 1,0$ mGy pre 30 mm PMMA fantóm, - $\leq 1,6$ mGy pre 40 mm PMMA fantóm, - $\leq 2,0$ mGy pre 45 mm PMMA fantóm, - $\leq 2,4$ mGy pre 50 mm PMMA fantóm,	dávka v mliečnej žľaze: $> 1,0$ mGy pre 20 mm, $> 1,5$ mGy pre 30 mm, $> 2,0$ mGy pre 40 mm, $> 2,5$ mGy pre 45 mm, $> 3,0$ mGy pre 50 mm, $> 4,5$ mGy pre 60 mm,

	<ul style="list-style-type: none"> - $\leq 3,6$ mGy pre 60 mm PMMA fantóm, - $\leq 5,1$ mGy pre 70 mm PMMA fantóm, 	> 6,5 mGy pre 70 mm,
AEC pri používaní digitálneho receptora obrazu		
AEC – expozičné stupne	- rozdiel v dopadovej kerme medzi dvomi susednými expozičnými stupňami AEC pri digitálnom receptore obrazu je 5 až 15 %	
AEC – reprodukovateľnosť kerry vo vzduchu	- odchýlka kerry vo vzduchu pri snímke 50 mm PMMA fantómu s AEC a s digitálnym receptorom obrazu od strednej hodnoty kerry vo vzduchu je < 2 %	odchýlka > 5 %
AEC – dlhodobá reprodukovateľnosť	<ul style="list-style-type: none"> - variácia kerry vo vzduchu pri snímke 50 mm PMMA fantómu s AEC a s digitálnym receptorom obrazu je < 10 %, - variácia pomeru signálu a šumu (SNR) pri snímke 50 mm PMMA fantómu s AEC a digitálnym receptorom obrazu je < 10 %, - variácia hodnoty pixelov pri snímke 50 mm PMMA fantómu s AEC a digitálnym receptorom obrazu je < 10 %, 	<ul style="list-style-type: none"> variácia kerry vo vzduchu > 15 %, variácia SNR > 15 %, variácia hodnoty pixelov > 15 %,
AEC – kompenzácia hrúbky	<ul style="list-style-type: none"> - relatívny pomer kontrastu a šumu (CNR) pri použití PMMA fantómu definovanej hrúbky a fantómu hrúbky 50 mm je: <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 115 % pri 20 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 110 % pri 30 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 105 % pri 40 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 103 % pri 45 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 100 % pri 50 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 95 % pri 60 mm PMMA, <li style="padding-left: 20px;">- ≥ 90 % pri 70 mm PMMA, 	<ul style="list-style-type: none"> relatívny pomer CNR: < 115 % 20 mm PMMA < 110 % 30 mm PMMA < 105 % 40 mm PMMA < 103 % 45 mm PMMA < 100 % 50 mm PMMA < 95 % 60 mm PMMA < 90 % 70 mm PMMA
Prahový kontrast	<ul style="list-style-type: none"> - prahový kontrast pri viditeľnosti malých objektov pri použití PMMA fantómu hrúbky 50 mm, napätí RTG lampy 28 kV a pri použitej kombinácii materiálu ohniska a prídavného filtra Mo/Mo je: <li style="padding-left: 20px;">- < 0,45 % pri objekte priemeru 5 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 0,55 % pri objekte priemeru 2 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 0,85 % pri objekte priemeru 1 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 1,60 % pri objekte priemeru 0,50 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 3,80 % pri objekte priemeru 0,25 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 15,8 % pri objekte priemeru 0,10 mm, 	<ul style="list-style-type: none"> prahový kontrast: > 0,85 % pri 5 mm, > 1,05 % pri 2 mm, > 1,40 % pri 1 mm, > 2,35 % pri 0,50 mm, > 5,45 % pri 0,25 mm, > 23,0 % pri 0,10 mm,
Rutinná kontrola kvality zobrazenia	- v röntgenovom obraze mamografického fantómu majú byť viditeľné minimálne 4 vlákna, 3 tumorózne masy a 3 mikrokalcifikáty	
Stereotaktická biopsia – prahový kontrast	<ul style="list-style-type: none"> - prahový kontrast pri viditeľnosti malých objektov pri použití PMMA fantómu hrúbky 50 mm, je: <li style="padding-left: 20px;">- < 1 % pri objekte priemeru 5 až 6 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 4 % pri objekte priemeru 0,5 mm, <li style="padding-left: 20px;">- < 6 % pri objekte priemeru 0,25 mm, 	<ul style="list-style-type: none"> prahový kontrast: > 1,25 % pri 5 až 6 mm > 5 % pri 0,5 mm > 8 % pri 0,25 mm
Stereotaktická biopsia – presnosť stanovenia polohy	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka v presnosti stanovenia polohy malých objektov pri použití PMMA fantómu hrúbky 50 mm, je: <li style="padding-left: 20px;">- ≤ 1 mm v smere osí X a Y, <li style="padding-left: 20px;">- ≤ 3 mm v smere osi Z, 	<ul style="list-style-type: none"> odchýlka: > 1 mm v smere osi X, > 1 mm v smere osi Y, > 3 mm v smere osi Z,

13. Zobrazovací systém mamografických röntgenových prístrojov

Tabuľka č. 13 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre zobrazovací systém mamografických röntgenových prístrojov

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Digitálny receptor obrazu (DDR)		
Receptor obrazu (DDR)	- digitálny receptor obrazu je čistý a nepoškodený a nesmie vytvárať žiadne artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v röntgenovom obraze
Šum receptora obrazu	- hodnota šumu digitálneho receptora obrazu nesmie presiahnuť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom o viac ako 10 %, - žiadne viditeľné artefakty v obraze spôsobené šumom receptora obrazu,	hodnota šumu vyššia od referenčnej hodnoty o viac ako 25 %
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Retencia obrazu	- retencia röntgenového obrazu (rozdiel hodnoty pixelov zvyškového obrazu a hodnoty pixelov mimo zvyškového obrazu) je $\leq 0,5\%$	retencia obrazu $> 1\%$
Homogenita digitálneho receptora obrazu	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty pixelov v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$ pre všetky veľkosti polí zobrazenia,	odchýlka od hodnoty v strede poľa $> 15\%$
Linearita digitálneho receptora obrazu	- linearita digitálneho receptora obrazu je $\leq 0,1$	
Chybné pixely receptora obrazu	- počet nefunkčných pixelov je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Geometrické skreslenie a artefakty	- digitálny receptor obrazu nemá spôsobovať geometrické skreslenie a rozmazanie RTG obrazu,	klinicky významné skreslenie obrazu,
CR platne		
CR platne	- CR platne majú byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne viditeľné artefakty v röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty v RTG obraze, viditeľne poškodené CR platne,
Šum CR platne	- šum CR platne nesmie prekročiť referenčnú hodnotu udávanú výrobcom CR platní a čítacieho zariadenia,	hodnota šumu vyššia ako referenčná hodnota
Účinnosť vymazania CR platne	- žiadny viditeľný latentný röntgenový obraz po vymazaní CR platne, - zvyšková optická hustota obrazu kontrastného objektu po vymazaní CR platne je $< 0,5\%$	zvyšková optická hustota po vymazaní platne $> 1\%$
Relatívna citlivosť CR platní	- odchýlka hodnoty pixelov ľubovoľnej CR platne z používanej sady CR platní od priemernou hodnoty pixelov všetkých platní je $\leq 10\%$	odchýlka $> 15\%$
Vlastnosti prenosu signálu (STP)	- známa funkcia STP (závislosť strednej hodnoty pixelu od dopadovej kermy) definovaná výrobcom, - odchýlka strednej hodnoty pixelov pri definovanej dopadovej kerme od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$	neznáma funkcia STP, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$
Homogenita CR platní	- odchýlka hodnoty pixelov v okrajových oblastiach poľa zobrazenia homogénneho testovacieho fantómu od hodnoty v strede poľa zobrazenia je $\leq 10\%$,	odchýlka od strednej hodnoty pixelov $> 15\%$
Rozmazanie obrazu CR	- v röntgenovom obraze testovacieho fantómu neje viditeľné žiadne významné rozmazanie	klinicky významné viditeľné rozmazanie
Mamografický film, kazety, fólie		
Kazety na röntgenový film a zosilňovacie fólie	- zosilňovacie fólie a filmové kazety musia byť čisté a nepoškodené a nesmú vytvárať žiadne artefakty na röntgenovom obraze,	viditeľné artefakty na röntgenovom obraze
Svetlotesnosť kaziet	- žiadne viditeľné sčernenie filmu okolo okrajov kazety a uzáverov kazety,	viditeľné sčernenie filmu pri okrajoch kazety

	- žiadne viditeľné sčernenie filmu po vystavení kazety na 10 minút z oboch strán svetlu o svietivosti najmenej 1000 cd.m ⁻² ,	
Kontakt medzi filmom a zosilňujúcou fóliou	- na röntgenovej snímke testovacej mriežky nesmú byť viditeľné v rôznych častiach filmu rozdiely v sčernení, ostrosti obrazu alebo v homogenite optickej hustoty, - na röntgenovej snímke testovacej mriežky nesmie byť viditeľná žiadna významnejšia oblasť (> 1 cm ²) so slabším kontaktom medzi fóliou a filmom;	nehomogénna optická hustota obrazu, viditeľná strata ostrosti obrazu; oblasť so slabším kontaktom > 1 cm ² ,
Relatívne zosilnenie sady zosilňovacích fólií	- odchýlka relatívneho zosilnenia ľubovoľnej zosilňovacej fólie zo sady fólií s rovnakým faktorom zosilnenia od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia je ≤ 5 %, - rozdiel v nameranej optickej hustote mamografických filmov exponovaných pri rovnakých podmienkach je ≤ 0,10 OD pre rovnaké relatívne zosilnenie,	odchýlka od strednej hodnoty relatívneho zosilnenia > 10%, rozdiel v optickej hustote > 0,15 OD,
Svetlotesnosť tmavej komory	- zvýšenie základného sčernenia filmu po vystavení filmu v tmavej komore po dobu 4 min je < 0,02 OD,	zvýšenie základného sčernenia > 0,05 OD
Bezpečnostné osvetlenie tmavej komory	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, vystaveného v tmavej komore bezpečnostnému červenému osvetleniu po dobu 4 min, je < 0,1 OD,	zvýšenie základného sčernenia > 0,10 OD
Svetlotesnosť vyvolávacieho automatu	- rozdiel optickej hustoty zakrytej a nezakrytej časti exponovaného filmu, ponechaného 1 min v mieste manipulácie s RTG filmom, je < 0,1 OD,	zvýšenie základného sčernenia > 0,10 OD
Základné a maximálne sčernenie filmu	- základné sčernenie mamografického filmu (závoj) je < 0,18 OD, - základné sčernenie mamografického filmu sa nesmie meniť o viac ako ± 0,02 OD od referenčnej hodnoty, počas celej odporúčanej doby používania filmov, - maximálne sčernenie filmu je ≥ 3,6 OD,	základné sčernenie filmu > 0,20 OD, maximálne sčernenie filmu < 3,6 OD
Citlivosť filmu	- index citlivosti filmu je 2,8 – 3,2 OD, - stálosť indexu citlivosti - odchýlka indexu citlivosti od referenčnej hodnoty je ≤ 0,10 OD počas celej odporúčanej doby používania filmu, resp. ≤ 5 %,	odchýlka > 0,2 OD; odchýlka > 0,10 OD resp. > 10 %,
Kontrast filmu	- kontrast filmu (index kontrastu) je > 2,8 OD, - stálosť indexu kontrastu - odchýlka indexu kontrastu od referenčnej hodnoty je ≤ 0,10 OD, resp. ≤ 5 %,	odchýlka > 0,2 OD; odchýlka > 0,10 OD resp. > 10 %,
Homogenita obrazu – mamografický film	- odchýlka hodnoty optickej hustoty pri okrajoch röntgenového obrazu homogénneho fantómu od hodnoty optickej hustoty v strede fantómu je ≤ 0,20 OD	odchýlka > 0,20 OD
Teplota vyvolávania filmu	- nastavená teplota vyvolávacieho roztoku filmov pre mamografiu je 34 až 36°C, - rozdiel medzi nameranou teplotou roztoku a teplotou zobrazenou na displeji vyvolávacieho automatu je ≤ 0,5°C	rozdiel v teplote > 1°C
Negatoskop pre prezeranie mamografických filmov		
Funkčnosť negatoskopu	- povrch svetelného panelu negatoskopu musí byť čistý a neporušený, - negatoskop musí byť vybavený pohyblivými clonami na vymedzenie veľkosti svetelného poľa, - clony negatoskopu sa majú ľahko a plynulo pohybovať a musia zotrvať stabilne v nastavenej polohe, - negatoskop je vybavený lupou so zväčšením 2 až 4 krát	poškodený povrch negatoskopu, nefunkčné clony negatoskopu,
Svietivosť negatoskopu	- negatoskop má mať nastaviteľnú svietivosť 3000 až 6000 cd.m ⁻² , - minimálny jas pri prezeraní snímok je 3500 cd/m ² ,	maximálny jas < 4000 cd.m ⁻²
Homogenita svietivosti negatoskopu	- odchýlka svietivosti negatoskopu pri okrajoch vymedzeného osvetleného poľa od svietivosti v strede negatoskopu je < 15 %,	nehomogenita svietivosti > 30 %

Rozdiel svietivosti medzi negatoskopmi	- rozdiel v svietivosti medzi rôznymi negatoskopmi používaných na prezeranie mamografických snímok je < 15 %,	
Regulácia svietivosti negatoskopu	- negatoskop musí byť vybavený reguláciou svietivosti svetelného panelu na prezeranie snímok	nefunkčná regulácia svietivosti negatoskopu
Bodové svetlo negatoskopu	- negatoskop je vybavený bodovým svetlom s maximálnou svietivosťou > 20000 cd.m ⁻² , s reguláciou svietivosti a s irisovou clonou	
Osvetlenie negatoskopu	- osvetlenie negatoskopu z okolitého prostredia je ≤ 50 lux,	
Diagnostický monitor:		
Vizuálna kontrola	- povrch obrazovky diagnostického monitora musí byť čistý a neporušený,	viditeľné poškodenie povrchu obrazovky
Rozlíšenie obrazovky	- rozlíšenie obrazovky je ≥ 2000x2600 (veľkosť matrice 5 MP)	≤ 1200x1600 (2 MP)
Veľkosť obrazovky	- uhlopriečka obrazovky je >54 cm	≤ 54cm
Maximálny jas	- maximálny jas obrazovky je ≥ 700 cd.cm ⁻²	≤ 300 cd.cm ⁻²
Kontrast	- kontrastný pomer je ≥ 800:1	≤ 600:1
Homogenita jasu	- odchýlka jasu od strednej hodnoty je ≤ ±15%	odchýlka od strednej hodnoty > 15 %
Rozdiel v jase dvojice monitorov	- rozdiel v jase dvojice monitorov (ľavého a pravého monitora) je ≤ 5 %	rozdiel v jase > 5%
Farebná hĺbka odtieňov šedej	- monochromatický monitor s automatickou kalibráciou GSDF (Grey scale display function), - farebná hĺbka pre odtiene šedej farby je ≥ 10-bit,	farebná hĺbka pre odtiene šedej < 10 bit
Geometrické skreslenie obrazu	- priestorové skreslenie referenčného obrazu skúšobného fantómu v oboch smeroch je < 2 %	skreslenie > 5 %
Chybné pixely obrazovky	- počet nefunkčných pixelov obrazovky je menší ako limitná hodnota stanovená výrobcom	
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze na monitore, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu diagnostickej informácie,	viditeľné artefakty v obraze na monitore
Osvetlenie obrazovky	- osvetlenie povrchu obrazovky diagnostického monitora z okolitého prostredia je ≤ 10 lux	

14. Röntgenové prístroje pre kostnú denzitometriu

Tabuľka č. 14 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre röntgenové prístroje pre kostnú denzitometriu

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola prístroja	Vizuálna kontrola prístroja: - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích a signalizačných prvkov, - viditeľné a čitateľné označenie zostavy zdroja žiarenia, typu röntgenového prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítke prístroja,	
Funkčnosť prístroja	Funkčná kontrola prístroja: - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení prístroja, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenového prístroja,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti, nefunkčné mechanické

	- bezchybná funkčnosť mechanických prvkov prístroja,	prvky prístroja,
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia röntgenovej lampy od nastavenej hodnoty je $\leq 10\%$	odchýlka od nastavenej hodnoty $> 10\%$
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- odchýlka nameranej hodnoty napätia röntgenovej lampy od strednej hodnoty napätia je $\leq 5\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 10\%$
Filtrácia RTG zväzku	- ekvivalentná hrúbka celkovej filtrácie röntgenového zväzku je $\geq 3,5$ mm Al	
Presnosť expozičného času	- odchýlka strednej nameranej hodnoty času skenovania (expozičného času) od hodnoty zobrazenej röntgenovým prístrojom je $\leq 3\%$	
Reprodukovateľnosť expozičného času	- odchýlka nameranej hodnoty expozičného času od strednej hodnoty expozičného času (času skenovania) je $\leq 5\%$,	
Presnosť nastavenia polohy	- odchýlka medzi polohou definovaného bodu označenou laserovým lúčom a stanovenou polohou je ≤ 2 mm	odchýlka > 5 mm
Presnosť stanovenia BMD	- odchýlka nameranej hodnoty minerálnej hustoty kostí (BMD - bone mineral density) testovacieho fantómu od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom fantómu je $\leq 1,5\%$	odchýlka nameranej hodnoty BMD od hodnoty udávanej výrobcom $> 3\%$
Reprodukovateľnosť BMD	- odchýlka nameranej hodnoty BMD skúšobného fantómu od strednej hodnoty BMD fantómu je $\leq 1\%$	odchýlka od strednej hodnoty $> 1,5\%$
Vstupná povrchová kerma (ESK)	- rozdiel medzi nameranou hodnotou ESK a referenčnou hodnotou ESK pre definované typy vyšetrení udávanou výrobcom röntgenového prístroja je $\leq 20\%$, - vstupná povrchová kerma pri vyšetrení chrčtice je ≤ 300 μ Gy,	rozdiel od referenčnej hodnoty $> 35\%$, vstupná povrchová kerma > 500 μ Gy pri vyšetrení chrčtice,
Reprodukovateľnosť ESK	- odchýlka nameranej hodnoty ESK od strednej hodnoty ESK je $\leq 5\%$,	
Veľkosť poľa skenovania	- rozdiel medzi nominálnou alebo nastavenou veľkosťou poľa skenovania (šírka, dĺžka) a nameranou veľkosťou poľa skenovania v ľubovoľnom smere je < 1 cm	
Veľkosť primárneho zväzku RTG žiarenia (bodový zväzok)	- priemer primárneho zväzku röntgenového žiarenia sa nemá líšiť od nominálnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako ± 1 mm	priemer primárneho zväzku žiarenia väčší od nominálnej hodnoty o viac ako 2 mm
Veľkosť primárneho zväzku RTG žiarenia (vejárový zväzok)	- hrúbka skenovanej vrstvy pri vejárovom zväzku žiarenia sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako ± 2 mm; - rozdiel medzi stanoveným uhlom vejára zväzku RTG žiarenia a nominálnou hodnotou udávanou výrobcom zariadenia je $\leq 10^\circ$	uhol vejára zväzku žiarenia väčší od nominálnej hodnoty o viac ako 10°
Hrúbka skenovanej vrstvy a rozstup riadkov skenovania	- stanovená hrúbka vrstvy skenovania a rozstup riadkov pri skenovaní sa nemá líšiť od nominálnej hodnoty udávanej výrobcov prístroja o viac ako 2 %	
Smer primárneho zväzku žiarenia	- os primárneho zväzku röntgenového žiarenia je kolmá na stôl pacienta, odchýlka medzi osou zväzku žiarenia a kolmicou na stôl pacienta je $\leq 2^\circ$	
Priestorové rozlíšenie	- priestorové rozlíšenie pri skenovaní bodovým zväzkom žiarenia (AP skenovanie) pri zoslabení fantómom 20 cm PMMA je $\geq 1,0$ lp/mm, - priestorové rozlíšenie pri skenovaní vejárovým zväzkom žiarenia pri zoslabení fantómom 20 cm PMMA je $\geq 0,5$ lp/mm,	
Unikajúce žiarenie	- príkon kermy vo vzduchu unikajúceho žiarenia 1 m od prístroja je < 10 μ Gy.h ⁻¹	

Rozptýlené žiarenie	- príkon kermy vo vzduchu rozptýleného RTG žiarenie pri skenovaní vo vzdialenosti 2 m od testovacieho fantómu je $< 10 \mu\text{Gy}\cdot\text{h}^{-1}$ a nemá sa líšiť od údajov výrobcu o viac ako $\pm 10 \%$	
---------------------	---	--

B. PRÍSTROJE A ZARIADENIA POUŽÍVANÉ V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

1. Meradlá aktivity rádioaktívnych látok

Tabuľka č. 1 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre meradlá aktivity rádioaktívnych látok

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vysoké napätie	- správnosť a stálosť vysokého napätia podľa údajov výrobcu prístroja	
Nastavenie nuly	- nulové nastavenie pozadia meradla aktivity rádioaktívnych látok	
Nastavenie hodín	- prípustná odchýlka ± 1 min	
Pozadie prístroja	- pozadie prístroja pri štandardných prevádzkových podmienkach nemá prekročiť o viac ako 20 % priemernú referenčnú hodnotu pozadia detektora	> 50 %
Stabilita odozvy prístroja na aktivitu	- odchýlka nameranej hodnoty aktivity od referenčnej hodnoty aktivity pri meraní aktivity rôznych rádionuklidov je ≤ 5 %	
Presnosť merania aktivity	- presnosť merania aktivity je lepšia ako 5 % pre meranie gama žiaričov s energiou väčšou ako 100 keV, - presnosť merania aktivity je lepšia ako 10 % pre meranie beta žiaričov, nízkoenergetických gama žiaričov a alfa žiaričov,	> 5 %
Reprodukovateľnosť merania aktivity	- krátkodobá reprodukovateľnosť merania aktivity je lepšia ako 1% - dlhodobá reprodukovateľnosť merania aktivity je lepšia ako 2%	> 3 %
Lineárna závislosť odozvy prístroja na meranú aktivitu	- lineárna závislosť odozvy prístroja na meranú aktivitu je lepšia ako 5% v celom rozsahu merania aktivít	> 5 %
Kontrolná kalibrácia	- overenie presnosti merania a kalibrácia meradla, prípustná odchýlka nameranej aktivity od referenčnej hodnoty aktivity etalónu je ≤ 5 %	> 5 %
Geometria merania	- odchýlka v nameranej hodnote aktivity v závislosti od geometrie merania je ≤ 5 %	> 10 %

2. Studňové detektory a sondy

Tabuľka č. 2 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre studňové detektory a sondy

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Energetická kalibrácia	- zhoda polohy vrcholu fotopíku v spektre gama žiarenia v porovnaní s kalibračným žiaričom	
Pozadie sondy	- počet impulzov pozadia detektora nesmie prekročiť o viac ako 20% priemernú referenčnú hodnotu pozadia detektora	> 50 %
Energetické rozlíšenie	- energetická rozlišovacia schopnosť je lepšia ako 10 %, - rozdiel v energetickej rozlišovacej schopnosti v porovnaní s údajom výrobcu prístroja je $\leq 0,5$ %	> 10 %
Presnosť merania počtu impulzov	- odchýlka nameraného počtu impulzov od referenčnej hodnoty je ≤ 5 %	> 5 %
Reprodukovateľnosť	- krátkodobá reprodukovateľnosť merania počtu impulzov je	> 5 %,

merania	lepšia ako 5 %, - dlhodobá reprodukovateľnosť merania počtu impulzov je lepšia ako 1 %,	> 2 %
Linearita odozvy detektora na aktivitu	- linearita odozvy detektora na aktivitu v celom rozsahu merania aktivít je ≤ 20 %	
Linearita energetickej odozvy detektora	- linearita energetickej odozvy detektora je ≤ 3 %	
Citlivosť detekčného systému	- rozdiel v citlivosti ľubovoľného detektora v porovnaní s referenčnou hodnotou je ≤ 5 %, - rozdiel v citlivosti medzi dvomi ľubovoľnými detektormi je ≤ 10 %	

Poznámka:

Ak prístroj obsahuje niekoľko studňových detektorov alebo detekčných sond, kontrola sa vykonáva u všetkých detektorov.

3. Jednokanálové a viackanálové súpravy na meranie „in-vivo“

Tabuľka č. 3 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre jednokanálové a viackanálové súpravy na meranie „in-vivo“

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vysoké napätie	- stálosť a správnosť vysokého napätia detektora podľa údajov výrobcu	
Pozadie sondy	- počet impulzov pozadia detektora nesmie prekročiť o viac ako 20% priemernú referenčnú hodnotu pozadia detektora	> 50 %
Energetická kalibrácia a nastavenie energetickeho okna	- zhoda polohy vrcholu fotopíku v spektre gama žiarenia v porovnaní s kalibračným žiaričom, - vrchol fotopíku je v strede nastaveného energetickeho okna detektora	
Odozva merania počtu impulzov	- odchýlka nameraného počtu impulzov od referenčnej hodnoty je ≤ 5 %	> 5 %
Energetické rozlíšenie	- energetická rozlišovacia schopnosť je lepšia ako 10 %, - rozdiel v energetickej rozlišovacej schopnosti v porovnaní s údajom výrobcu prístroja je $\leq 0,5$ %	> 10 %
Presnosť merania počtu impulzov	- odchýlka nameraného počtu impulzov od referenčnej hodnoty je ≤ 5 %	> 5 %
Reprodukovateľnosť merania	- dlhodobá reprodukovateľnosť merania počtu impulzov je lepšia ako ± 1 % - smerodajná odchýlka odozvy detektora na kalibračný zdroj žiarenia je ± 5 % pre každý detektor	
Linearita energetickej odozvy detektora	- linearita energetickej odozvy detektora je ≤ 3 %	
Citlivosť detekčného systému	- rozdiel v citlivosti ľubovoľného detektora v porovnaní s referenčnou hodnotou je ≤ 5 %, - rozdiel v citlivosti medzi dvomi ľubovoľnými detektormi je ≤ 10 %	
Linearita odozvy detektora na aktivitu	- linearita odozvy detektora na aktivitu v celom rozsahu merania aktivít je ≤ 20 %	
Geometria merania	- odchýlka v nameranej hodnote počtu impulzov v závislosti od geometrie merania je ≤ 15 %	

Poznámka:

Ak prístroj obsahuje niekoľko detekčných sond, kontrola sa vykonáva u všetkých detektorov.

4. Planárne gamakamery

Tabuľka č. 4 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre planárne gamakamery

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
Hodiny počítača	- presnosť hodín počítača, prípustná odchýlka nastavenia hodín počítača je ± 1 min	
Nastavenie polohy píku	- presnosť polohy fotopíku v energetickom okne - vrchol fotopíku sa má nachádzať v strede nastaveného energetického okna;	
Pozadie	- počet impulzov pozadia kamery nesmie prekročiť o viac ako 20% priemernú referenčnú hodnotu pozadia kamery	> 50%
Vlastné energetické rozlíšenie (bez kolimátora)	- energetické rozlíšenie by malo byť lepšie ako 10%, - odchýlka v energetickej rozlišovacej schopnosti - FWHM pre fotopíky rôznych rádionuklidov v porovnaní s údajmi výrobcu prístroja je ≤ 5 %,	> 15 %
Vlastné priestorové rozlíšenie (bez kolimátora)	- vlastné priestorové rozlíšenie, stanovené ako FWHM v obraze bodového zdroja, je ≤ 4 mm, - odchýlka nameranej hodnoty priestorového rozlíšenia od hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 10 %,	> 6 mm
Vlastná diferenciálna a integrálna nehomogenita (bez kolimátora)	- vlastná diferenciálna a integrálna nehomogenita je ≤ 5 %, - vlastná diferenciálna a integrálna nehomogenita sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako 0,5 % ,	> 7 %
Systémová diferenciálna a integrálna nehomogenita (s kolimátorom)	- diferenciálna a integrálna nehomogenita gamakamery je ≤ 5 %, - diferenciálna a integrálna nehomogenita gamakamery sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako 0,5 % ,	> 7 %
Systémové priestorové rozlíšenie (s kolimátorom)	- systémové priestorové rozlíšenie, stanovené ako FWHM v obraze bodového zdroja, je ≤ 5 mm, - odchýlka nameranej hodnoty priestorového rozlíšenia od hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 10 %,	> 6 mm
Vlastná priestorová linearita	- priestorová linearita - odchýlka obrazu čiarového zdroja od priamky je $\leq 0,5$ mm na 40 cm dĺžky	
Systémová citlivosť detektora s kolimátorom	- citlivosť detektora pre ľubovoľný kolimátor ($\text{imp}\cdot\text{s}^{-1}\cdot\text{MBq}^{-1}$) nesmie byť nižšia od referenčnej hodnoty udanej výrobcom o viac ako 10%	> 20 %
Rozdiel v citlivosti detektorov (systémy s protiľahlými detektormi)	- rozdiel v citlivosti protiľahlých detektorov je ≤ 10 %	> 10 %
Viacokienková priestorová registrácia	- hodnota viacokienkovej priestorovej registrácie u prístrojov používaných na vyšetrenie s dvomi rádionuklidmi sa nemá líšiť od údajov výrobcu (0,5 až 1,5 mm) o viac ako 10 %	odchýlka > 1 pixel
Mierka zobrazenia	- veľkosť pixelu v smere osi X sa nemá líšiť od veľkosti pixelu v smere osi Y o viac ako 5 %, - priemerná veľkosť pixelu (v smere osi X a Y) sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 5 %,	
Linearita odozvy prístroja na aktivitu a mŕtva doba	- linearita odozvy gamakamery na aktivitu je ≤ 20 % v celom rozsahu merania aktivity, - mŕtva doba gamakamery v celom rozsahu merania aktivity sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom gamakamery o viac ako 20 %,	
Systémové zarovnanie (systémy s protiľahlými detektormi)	- súradnice poloha bodového žiariča stanovené dvomi protiľahlými detektormi nemajú navzájom líšiť o viac ako 1 pixel	nezhoda v polohe > 1 pixel
Priestorové rozlíšenie pri celotelovom zobrazení	- systémové priestorové rozlíšenie u prístrojov s celotelovým zobrazením, bez rozptylu, je ≤ 10 mm pri vzdialenosti 10 cm, - odchýlka priestorového rozlíšenie gamakamery u prístrojov	> 10 mm pri 10 cm

	s celotelovým zobrazením od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 5\%$,	
Uhol nastavenia hlavy kamery	- uhol sklonu hlavy gamakamery od referenčnej roviny je $\leq 1^\circ$ (pre všetky detekčné hlavy gamakamery)	$> 2^\circ$

Poznámka:

Ak gamakamera obsahuje dve detekčné hlavy, kontrola sa vykonáva pre obe hlavy gamakamery.

5. SPECT a SPECT/CT prístroje

Tabuľka č. 5 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre SPECT a SPECT/CT prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
Hodiny počítača	- presnosť hodín počítača, prípustná odchýlka nastavenia hodín počítača je ± 1 min	
Pozadie systému	- pozadie systému nesmie prekročiť o viac ako 20 % priemernú referenčnú hodnotu pozadia detektora	$> 50\%$
Stred rotácie	- odchýlka polohy stredu obrazu rekonštruovaného v počítači od polohy stredu rotácie detektora je ≤ 2 mm, resp. 0,5 pixelu pre obe hlavy kamery	posun > 1 pixel
Mierka zobrazenia	- veľkosť pixelu v smere osi X sa nemá líšiť od veľkosti pixelu v smere osi Y o viac ako 5 %, - priemerná veľkosť pixelu (v smere osi X a Y) sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 5 %,	
Uhol nastavenia hlavy kamery	- uhol sklonu hlavy detektora v rovine Y (uhol medzi rovinou detektora a osou rotácie) je $\leq 1^\circ$ pre všetky uhly rotácie kamery	$> 2^\circ$
Priestorové rozlíšenie SPECT systému	- tomografické priestorové rozlíšenie vo vzduchu (FWHM) je ≤ 12 mm, - odchýlka nameranej hodnoty tomografickej priestorovej rozlišovacej schopnosti od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja je $\leq 10\%$,	FWHM > 15 mm
Tomografická objemová citlivosť	- odchýlka nameranej tomografickej objemovej citlivosti od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja je $\leq 10\%$	$> 20\%$
Rozdiel v citlivosti detektorov	- citlivosť jednotlivých detektorov sa nemá líšiť navzájom o viac ako 3 %	
Tomografický kontrast	- odchýlka medzi nameraným kontrastom obrazu pri skúške stability od referenčnej hodnoty kontrastu obrazu udávanej výrobcom prístroja alebo stanovenej pri preberacej skúške je $\leq 10\%$	
Tomografická homogenita a šum	- tomografická integrálna homogenita je $\leq 4\%$, - tomografická diferenciálna homogenita je $\leq 3\%$, - tomografický šum je $\leq 10\%$,	
Tomografická systémová nehomogenita	- tomografická systémová nehomogenita sa nemá líšiť od percentuálnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako 0,5 %	$> 0,5\%$
Hrúbka rezu	- FWHM hrúbky centrálného rezu zobrazovanej oblasti (meraný vo vzduchu) sa nemá líšiť o viac ako 10 % od tomografického rozlíšenia	
Záznam kombinovaného obrazu	- súradnice polohy obrazu bodového zdroja v SPECT systéme a polohy obrazu bodového zdroja v CT systéme sa nemajú líšiť o viac ako 0,5 pixelu	> 1 pixel SPECT
Komplexná kontrola kvalita SPECT systému pomocou fantómu	- namerané hodnoty (tomografická homogenita, rozlíšenie, kontrast, korekcia na samoabsorpciu) majú byť v rámci prípustnej tolerancie stanovenej výrobcom fantómu	

6. PET a PET/CT prístroje

Tabuľka č. 6 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre PET a PET/CT prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
Hodiny počítača	- presnosť hodín počítača, prípustná odchýlka nastavenia hodín počítača je ± 1 min	
Nastavenie prahových hodnôt fotonásobičov	- odchýlka prahovej hodnoty fotonásobičov od referenčnej hodnoty je ≤ 10 %	
Nastavenie energetického okna	- fotopík anihilačného gama žiarenia 511 keV sa musí nachádzať v strede nastaveného energetického okna, prípustná odchýlka v polohe píku je ≤ 2 %	
Energetické rozlíšenie	- energetické rozlíšenie systému je ≤ 15 %, - energetické rozlíšenie systému sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako 5 %,	
Denná kontrola kvality obrazu PET	- vizuálna kontrola emisného sinogramu, vizualizácia a kontrola integrity detektorových modulov; žiadne viditeľné artefakty v PET obraze, zlyhanie alebo výpadky detektorov,	viditeľné artefakty, zlyhanie a výpadky detektorov,
Kontrola rozlíšenia	- tranverzálne rozlíšenie vo vzdialenosti 1 cm od stredu poľa zobrazenia je $\leq 5,5$ mm, - transversálne rozlíšenie vo vzdialenosti 10 cm od stredu poľa zobrazenia je $\leq 6,5$ mm, - axiálne rozlíšenie vo vzdialenosti 1 cm od stredu poľa zobrazenia je $\leq 6,5$ mm, - axiálne rozlíšenie vo vzdialenosti 10 cm od stredu poľa zobrazenia je $\leq 7,0$ mm,	
Priestorové rozlíšenie PET systému	- celková priestorová rozlišovacia schopnosť PET systému stanovená vo vzduchu a vyjadrená formou FWHM je ≤ 6 mm - celková priestorová rozlišovacia schopnosť PET systému sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako 10 %	> 7 mm
Citlivosť PET systému	- citlivosť PET systému, tj. počet registrovaným pravých koincidenčných udalostí (počet pravých koincidenčných impulzov) na aktivitu zdroja žiarenia sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako 10 %, - citlivosť PET systému je: <ul style="list-style-type: none"> - $\geq 1,5 \text{ imp.s}^{-1} \cdot \text{kBq}^{-1}$ v režime 2D zobrazenia, - $\geq 4,5 \text{ imp.s}^{-1} \cdot \text{kBq}^{-1}$ v režime 3D zobrazenia, 	$< 1 \text{ imp.s}^{-1} \cdot \text{kBq}^{-1}$ pre 2D zobrazenie $< 4 \text{ imp.s}^{-1} \cdot \text{kBq}^{-1}$ pre 3D zobrazenie
Časové rozlíšenie koincidiencií v režime TOF	- nameraná hodnota časového rozlíšenia koincidiencií v režime TOF sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom o viac ako 5 %	
PET homogenita	- objemová nehomogenita obrazu v 2D a 3D režime v transversálnom a axiálnom FOV sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako 5 %, - PET homogenita sa nemá líšiť od údajov výrobcu o viac ako 10 %,	
Záznam kombinovaného obrazu PET a CT	- súradnice polohy obrazu bodového zdroja žiarenia v PET systéme a polohy obrazu bodového zdroja v CT systéme sa nemajú líšiť o viac ako 1 pixel PET, resp. o viac ako 1 mm,	> 1 pixel PET
Poloha podpery pacienta	- odchýlka v presnosti nastavenia polohy stola pacienta a lineárneho pohybu stola pacienta je ≤ 2 mm	> 2 mm
Frakcia rozptýleného žiarenia (SF)	- počet koincidiencií z rozptýleného žiarenia sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom prístroja o viac ako 5 %	

PET normalizácia (LOR)	<ul style="list-style-type: none"> - variácie v účinnosti detektorov na homogénne ožiarenie a nehomogenita obrazu PET spôsobená rozdielmi v napätí fotonásobičov, umiestnením detektorov v bloku a fyzikálnymi rozdielmi medzi detektormi sa nemajú líšiť od hodnôt udávaných výrobcom o viac ako 5 %, - stanovenie nových kalibračných koeficientov (PET kalibrácia) v prípade prekročenia prípustných odchýlok, 	
Validácia SUV	<ul style="list-style-type: none"> - axiálna variácia hodnoty SUV vo fantóme je $\leq 10\%$, - variácia priemernej objemovej hodnoty SUV vo fantóme v ľubovoľnom čase je pre každý rez $\leq 10\%$, 	
Hrúbka tomografického rezu	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka hrúbky tomografického rezu PET od hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$ 	
Odozva PET systému na aktivitu	<ul style="list-style-type: none"> - linearita odozvy PET systému na aktivitu v celom rozsahu merania aktivity - hodnota NEC, celkový počet koincidií, počet pravých koincidií, náhodných koincidií a koincidií z rozptýleného žiarenia, frakcia rozptýleného žiarenia, strata počtu impulzov a faktor zoslabenia sa nemá líšiť od referenčných hodnôt o viac ako 10 %, - príkon NEC pri koncentrácii aktivity 10 kBq.ml^{-1} je $\geq 60 \cdot 10^3 \text{ imp.s}^{-1}$, - hodnota príkonu NEC neje nižšia ako hodnota udávaná výrobcom zariadenia, 	
Rutinný test kvality obrazu PET pomocou fantómu	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka integrálnej homogenity od referenčnej hodnoty je $\leq 10\%$, - odchýlka priestorového rozlíšenia od referenčnej hodnoty je $\leq 10\%$, - maximálna hodnota NEC a koncentrácia aktivity pri maximálnej hodnote NEC neje nižšia ako hodnota udávaná výrobcom zariadenia a nemá sa líšiť od referenčných hodnôt o viac ako 10% , - odchýlka rozlíšenia PET systému od údajov výrobcu je $\leq 10\%$ 	
Komplexná kontrola kvality obrazu PET pomocou fantómu v režime 2D a 3D	<ul style="list-style-type: none"> - stanovené hodnoty (tomografická homogenita, citlivosť skenera, kontrast, priestorové rozlíšenie, šum, korekcia rozptylu, kontrola zoslabenia, variácia pozadia a ďalšie parametre) majú byť v rámci prípustnej tolerancie stanovenej výrobcom fantómu 	

C. OŽAROVACIE ZARIADENIA NA LIEČBU IONIZUJÚCIM ŽIARENÍM

1. Rádionuklidové ožarovacie zariadenia

Tabuľka č. 1 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre rádionuklidové ožarovacie zariadenia pre externú terapiu gama žiarením

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola úplnosti zariadenia a príslušenstva	<ul style="list-style-type: none"> - vizuálna kontrola prítomnosti všetkých častí ožarovacieho zariadenia a jeho príslušenstva, - nepoškodené spínače a ovládacie prvky zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov zariadenia, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - viditeľné a čitateľné označenie typu zariadenia, výrobcu zariadenia a výrobného čísla, - kompletnosť dokumentácie zariadenia, 	
Funkčnosť zariadenia a signalizácia stavu zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti zariadenia na ovládacom paneli, - bezchybná funkčnosť výstražnej svetelnej signalizácie pri vstupe do ožarovne, 	<p>nefunkčnosť ovládacích prvkov; nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti zariadenia</p>
Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia, - bezchybná funkčnosť bezpečnostného spínača na vstupných dverách do ožarovne, 	<p>nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčný spínač dverí,</p>
Vizuálna kontrola pacienta pri terapii	<ul style="list-style-type: none"> - funkčné zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii 	<p>nefunkčné zariadenie</p>
Akustické dorozumievacie zariadenie	<ul style="list-style-type: none"> - funkčné akustického dorozumievacieho zariadenia medzi ožarovňou a obsluhovňou 	<p>nefunkčné zariadenie</p>
Núdzové uzavretie zdroja žiarenia	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkcia núdzového zasunutia zdroja žiarenia do ochranného tieniaceho krytu: <ul style="list-style-type: none"> - pri výpadku dodávky elektrickej energie, - pri stlačení núdzového tlačidla STOP na ovládacom paneli zariadenia, - mechanickým zariadením umožňujúcim ručné zasunutie žiariča, - funkčné diaľkové uzavretie kolimačného systému z obsluhovne, nezávisle na sieťovom napájaní, 	<p>nefunkčné núdzové uzavretie zdroja</p>
Antikolízny systém a ovládanie pohybu	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkčnosť antikolízneho systému zastavenia pohybu hlavice ožarovača a ožarovacieho stola, - antikolízny systém zariadenia má reagovať najmenej 5 mm nad pacientom a pohyby sa musia zastaviť najmenej 2 mm nad pacientom, - bezchybná funkčnosť všetkých koncových spínačov pri pohybe ramena ožarovača a ožarovacieho stola pri dobehu do koncových pozícií, - bezchybná funkčnosť ručného ovládača pohybu ramena ožarovača a ožarovacieho stola; ovládanie pohybu ramena ožarovača, rotácie kolimátora a pohybu ožarovacieho stola môže byť funkčné len súčasným stlačením 2 ovládacích tlačidiel, 	<p>nefunkčný antikolízny systém, nefunkčné koncové spínače, nefunkčný ručný ovládač,</p>
Ožarovacie pomôcky a ich indikácia	<ul style="list-style-type: none"> - neporušené ožarovacie pomôcky (klinové filtre, tubusy, držiaky blokov a pod.), viditeľné a nepoškodené označenie ožarovacích pomôcok, - funkčné bezpečnostné zámky klinových filtrov a držiakov blokov, - funkčné blokovanie pri nesprávnom vložení pomôcky, alebo vložení inej pomôcky aká je nastavená na ovládacom paneli, - bezchybná identifikácia ožarovacích pomôcok kódovacím zariadením a ich indikácia na ovládacom pulte ožarovača (vzťahuje sa na ožarovacie zariadenia, ktoré sú vybavené kódovacím zariadením), 	<p>poškodené ožarovacie pomôcky, nefunkčné zámky, nefunkčné blokovanie, nefunkčná alebo zlá indikácia pomôcok,</p>
Signalizácia prevádzkového režimu	<ul style="list-style-type: none"> - funkčná a správna signalizácia pracovného režimu ožarovača 	<p>nefunkčná signalizácia</p>
Signalizácia smeru a rýchlosti pohybu ramena ožarovača	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná signalizácia smeru a rýchlosti pohybu ramena ožarovača na ovládacom paneli (vzťahuje sa na ožarovacie zariadenia, ktoré sú vybavené touto funkciou), 	<p>nefunkčná signalizácia</p>
Rýchlosť pohybu ožarovača a ožarovacieho stola	<ul style="list-style-type: none"> - maximálna uhlová rýchlosť pri otáčaní ramena ožarovača, ožarovacieho stola alebo kolimátora je $\leq 7^{\circ} \cdot s^{-1}$, - minimálna uhlová rýchlosť pri otáčaní ramena ožarovača, 	

	ožarovacieho stola alebo kolimátora je $\leq 1^{\circ} \cdot s^{-1}$, - odchýlka uhlovej rýchlosti otáčania ramena od nominálnej hodnoty je $\leq 2\%$,	
Funkčnosť systému monitorovania dávky	- bezchybná funkčnosť oboch detektorov ionizujúceho žiarenia umiestnených v hlavici ožarovača a zobrazenia údajov na ovládacom paneli	nefunkčný systém monitorovania dávky
Funkčnosť riadiaceho časovača	- riadiaci časovač je nezávislý na inom systéme, ktorý ovláda ukončenie ožarovania, - bezchybná funkčnosť riadiaceho časovača - vypnutie ožarovania po uplynutí predvoleného času ožarovania v prípade poruchy systému monitorovania dávky,	nefunkčný riadiaci časovač
Presnosť uhlových stupníc	- odchýlka medzi indikovanou hodnotou uhla (rameno ožarovača, kolimátor, ožarovací stôl) a nameranou hodnotou je $\leq 0,5^{\circ}$,	odchýlka $> 1^{\circ}$
Presnosť lineárnych stupníc	- odchýlka medzi indikovanou hodnotou vzdialenosti a nameranou hodnotou je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Nulová poloha ramena ožarovača a kolimátora	- odchýlka osi primárneho zväzku žiarenia od vertikálnej roviny pri nastavení nulovej polohy ramena ožarovača je $\leq 0,5^{\circ}$, - odchýlka osi rotácie kolimátora od vertikálnej roviny pri nastavení nulovej polohy ramena ožarovača je $\leq 0,5^{\circ}$,	odchýlka osi zväzku žiarenia $> 0,5^{\circ}$, odchýlka osi rotácie kolimátora $> 0,5^{\circ}$,
Automatické nastavenie polohy	- odchýlka medzi polohou nastavenou na ovládacom paneli a polohou určenou meraním je: - ≤ 2 mm pri lineárnom pohybe, - $\leq 0,5^{\circ}$ pri rotačnom pohybe,	odchýlka > 2 mm, odchýlka $> 1^{\circ}$,
Zhoda medzi geometrickou osou kolimátora, osou rotácie kolimátora a svetelnou osou	- odchýlka geometrickej osi kolimátora od svetelnej osi v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 2 mm, - odchýlka geometrickej osi kolimátora od osi rotácie kolimátora v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 2 mm, - odchýlka osi rotácie kolimátora od svetelnej osi v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Symetria kolimátora	- odchýlka v symetrii radiačného poľa vymedzeného kolimátorom pre polia rôznej veľkosti je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Rovnoběžnosť a kolmosť lamiel kolimátora	- odchýlka v rovnobežnosti protiahlých strán je $\leq 0,5^{\circ}$, - odchýlka v kolmosti priahľých strán je $\leq 0,5^{\circ}$,	odchýlka $> 0,5^{\circ}$
Poloha izocentra	- odchýlka osi zväzku žiarenia od izocentra pri rotácii hlavice ožarovača je ≤ 2 mm, - odchýlka v stanovení izocentra pomocou mechanického zameriavača je ≤ 2 mm, - odchýlka polohy izocentra od indikovanej polohy je ≤ 2 mm,	odchýlka osi zväzku žiarenia > 2 mm, odchýlka pri mechanickom nastavení > 2 mm, odchýlka polohy > 2 mm,
Mechanický zameriavač	- odchýlka koncového bodu mechanického zameriavača od osi kolimátora je ≤ 2 mm, - nepresnosť stanovenia vzdialenosti pomocou mechanického zameriavača je ≤ 2 mm,	odchýlka v stanovení vzdialenosti > 3 mm
Optický diaľkomer	- odchýlka medzi vzdialenosťou indikovanou optickým diaľkomerom a nameranou vzdialenosťou je ≤ 2 mm; údaj optického diaľkomeru je nezávislý na polohe ramena ožarovača,	odchýlka > 2 mm
Veľkosť svetelného poľa	- odchýlka medzi nameranou veľkosťou svetelného poľa a údajom na ovládacom pulte zariadenia alebo na stupnici kolimátora alebo na tubuse je ≤ 2 mm pre rôzne veľkosti poľa	odchýlka > 2 mm
Veľkosť radiačného poľa	- odchýlka medzi nameranou veľkosťou poľa žiarenia (pre rôzne veľkosti poľa žiarenia) od hodnoty indikovanej na ovládacom pulte, alebo od údajov na stupnici kolimátora, resp. na tubuse je ≤ 2 mm, - reprodukovateľnosť veľkosti poľa žiarenia je ≤ 2 mm,	odchýlka > 3 mm, reprodukovateľnosť > 2 mm,

Zhoda svetelného poľa a radiačného poľa	- odchýlka vo veľkosti svetelného poľa a poľa žiarenia je v štandardnej ožarovacej vzdialenosti: - ≤ 2 mm pre polia veľkosti $\leq 20 \times 20$ cm, - ≤ 3 mm pre polia veľkosti $> 20 \times 20$ cm,	odchýlka > 2 mm pre polia $\leq 20 \times 20$ cm
Zhoda svetelnej osi a osi zväzku žiarenia	- odchýlka svetelnej osi a osi zväzku žiarenia v referenčnej rovine v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Zhoda protiahlých ožarovacích polí	- odchýlka stredu dvoch protiahlých ožarovacích polí vo vertikálnom alebo horizontálnom smere je ≤ 2 mm,	> 2 mm
Homogenita radiačného poľa	- homogenita štvorcových polí žiarenia je: - $\leq 1,06$ pre polia menšie alebo rovné 30×30 cm, - $\leq 1,10$ pre polia väčšie ako 30×30 cm,	homogenita $> 1,06$ pre polia $\leq 30 \times 30$ cm
Stabilita homogenity radiačného poľa v závislosti na uhlovom nastavení	- odchýlka absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia a absorbovanej dávky stanovenej na jednej z hlavných osí poľa žiarenia v $2/3$ vzdialenosti medzi osou zväzku žiarenia a okrajom poľa žiarenia pri rôznom uhlovom nastavení ramena ožarovača je ≤ 2 %,	
Symetria radiačného poľa	- symetria štvorcových polí žiarenia je $\leq 1,03$	symetria $> 1,04$
Stabilita symetrie radiačného poľa v závislosti na uhlovom nastavení	- odchýlka absorbovanej dávky v bodoch ležiacich symetricky od osi zväzku žiarenia v závislosti na rôznom uhlovom nastavení ramena ožarovača je ≤ 2 %,	
Polotieň radiačného poľa	- odchýlka veľkosti radiačného polotieňa od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom zariadenia, pre polia rôznej veľkosti, je ≤ 2 mm	
Klinový faktor	- odchýlka klinového faktora (pre pole 10×10 cm) od referenčnej hodnoty je ≤ 2 %, - odchýlka uhla klinového filtra (nezávisle od uhlovej polohy ramena ožarovača a kolimátora) od referenčnej hodnoty je $\leq 2^\circ$,	odchýlka klinového faktora > 2 %, odchýlka uhla klinového filtra $> 2^\circ$,
Žiarenie prenikajúce kolimačným systémom	- absorbovaná dávka fotónového žiarenia vo vzduchu v štandardnej vzdialenosti ožarovania v ľubovoľnom mieste mimo vymedzeného zväzku žiarenia je ≤ 2 % absorbovanej dávky vo vzduchu na ose zväzku žiarenia,	dávka prenikajúceho žiarenia $> 2\%$
Unikajúce žiarenie	- absorbovaná dávka unikajúceho žiarenia v rovine kolmej na os zväzku žiarenia prechádzajúcej izocentrom žiarenia, vo vzdialenosti 2 m od osi zväzku žiarenia je $\leq 0,2$ % absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia	dávka unikajúceho žiarenia $> 0,2\%$
Systém monitorovania dávky	- presnosť systému monitorovania dávky je ≤ 2 %, - reprodukovateľnosť systému monitorovania dávky je ≤ 2 %, - linearita systému monitorovania dávky je ≤ 2 %, - závislosť systému monitorovania dávky na uhle ramena pri stacionárnej rádioterapii je ≤ 3 %, - závislosť systému monitorovania dávky na otáčaní ramena pri rotačnej rádioterapii je ≤ 2 %, - závislosť systému monitorovania dávky na veľkosti a tvare ožarovacích polí je ≤ 1 %, - odchýlka v absorbovanej dávke nameranej s podložkou pre bloky a bez podložky (faktor podložky) je ≤ 2 %,	
Systém monitorovania dávky – núdzové prerušenie ožarovania	- systém monitorovania dávky musí uchovať zobrazené údaje o dĺžke ožarovania a dávke aplikovanej pacientovi pred núdzovým prerušením ožarovania najmenej 10 min po núdzovom prerušení ožarovania	nefunkčný záznamový systém
Absorbovaná dávka v referenčnom bode	- odchýlka nameranej hodnoty absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia od referenčnej hodnoty korigovanej na polčas rozpadu rádionuklidu je ≤ 2 %,	odchýlka $> 2\%$
Faktor zoslabenia tieniacim blokom	- odchýlka faktoru zoslabenia tieniaceho bloku od referenčnej hodnoty je ≤ 1 %	
Závislosť absorbovanej	- faktor veľkosti poľa pre rôzne veľkosti poľa žiarenia sa	odchýlka $> 2\%$

dávky na veľkosti poľa	nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako $\pm 1\%$	
Závislosť absorbovanej dávky na vzdialenosti ožarovania	- odchýlka nameranej hodnoty absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia pri rôznej vzdialenosti ožarovania (OK) od referenčnej hodnoty v danej vzdialenosti je $\leq 2\%$	odchýlka $> 2\%$
Presnosť nastaveného času ožarovania	- ožarovacie zariadenie má umožňovať nastaviť expozičný čas s presnosťou najmenej $\pm 1\text{ s}$, - odchýlka medzi nastaveným časom ožarovania a nameraným časom ožarovania je $\leq 0,5\%$, - linearita riadiaceho časovača je $\leq 1\%$, - reprodukovateľnosť riadiaceho časovača je $\leq 0,5\%$, - odchýlka v presnosti aplikovanej dávky je $\leq 2\%$,	presnosť $> 1\text{ s}$, linearita $> 1\%$, reprodukovateľnosť časovača $> 0,5\%$, odchýlka v dávke $> 2\%$,
Vplyv vysúvania a zasúvania žiariča na dávku	- prídavná dávka spôsobená vysúvaním a zasúvaním žiariča je $\leq 0,01\text{ Gy}$, - prídavný čas ožarovania spôsobený vysúvaním a zasúvaním žiariča je $\leq 0,5\%$,	prídavný čas ožarovania $> 2\%$
Laserové zameriavače	- koincidencia laserových lúčov – vzdialenosť bočných laserov v mieste izocentra je $\leq 2\text{ mm}$, - zhoda svetelnej osi s rovinou lasera – sagitálny laser sa môže odchyľovať od svetelnej osi $\leq 2\text{ mm}$, - nastavenie laserov na izocentrum – lasery sa môžu odchyľovať od izocentra $\leq 2\text{ mm}$, - odchýlka svetelných rovín laserov od horizontálnej roviny a vertikálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$,	
Os rotácie ožarovacieho stola	- odchýlka osi otáčania ožarovacieho stola od vertikálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka $> 0,5^\circ$
Ožarovací stôl pacienta	- odchýlka vo vertikálnej polohe stola od indikovanej polohy pri vertikálnom pohybe ožarovacieho stola je $\leq 2\text{ mm}$, - stálosť nastavenej výšky stola pri rovnomernom zaťažení – pokles výšky stola je $\leq 2\text{ mm}$, - pozdĺžny pohyb stola a priečny pohyb stola – odchýlka vo vzdialenosti pri posune stola je $\leq 2\text{ mm}$, - vodorovnosť ožarovacieho stola v pozdĺžnom a priečnom smere - odchýlka roviny stola v pozdĺžnom aj priečnom smere od horizontálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$, - vzdialenosť osi otáčania stola pacienta od izocentra zväzku žiarenia je $\leq 2\text{ mm}$, - pozdĺžny priehyb ožarovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je $\leq 5\text{ mm}$, - priečny priehyb ožarovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je $\leq 5\text{ mm}$,	odchýlka vo vertikálnej polohe stola $> 2\text{ mm}$, odchýlka pri posune stola $> 2\text{ mm}$, odchýlka roviny stola $> 0,5^\circ$, odchýlka osi otáčania od izocentra $> 2\text{ mm}$, pozdĺžny priehyb stola $> 5\text{ mm}$, priečny priehyb stola $> 5\text{ mm}$,
Ochranné vlastnosti ožarovacej hlavice	- dávkový prikon 5 cm od ľubovoľného povrchu ožarovacej hlavice je $\leq 0,2\text{ mGy/h}$ - dávkový prikon 1 m od ľubovoľného povrchu ožarovacej hlavice je $\leq 0,02\text{ mGy/h}$	

2. Ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloading systémom

Tabuľka č. 2 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloading systémom

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola úplnosti zariadenia a jeho príslušenstva	- vizuálna kontrola prítomnosti všetkých častí ožarovacieho zariadenia s afterloading systémom (AFL) a jeho príslušenstva, - nepoškodené spínače a ovládacie prvky zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov,	

	<ul style="list-style-type: none"> - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov zariadenia, - viditeľné a čitateľné označenie typu zariadenia, výrobcu zariadenia, výrobného čísla, - kompletná dokumentácia zariadenia, - riadne označené, nepoškodené aplikátory a prenosové trubice, 	
Funkčnosť zariadenia a signalizácia stavu zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná a správna funkčnosť všetkých ovládacích prvkov zariadenia, - bezchybná funkčnosť riadiaceho systému ožarovania zariadenia s automatickým AFL, - bezchybná funkčnosť záložných zdrojov elektrického napájania zariadenia, - funkčná a správna svetelná signalizácia prevádzkového režimu zariadenia na ovládacom paneli, 	<p>nefunkčné ovládacie prvky, nefunkčný riadiaci systém, nefunkčný záložný zdroj napájania, nefunkčná (nesprávna) svetelná signalizácia činnosti zariadenia,</p>
Aplikátory	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkčnosť všetkých aplikátorov, kompletné vybavenie aplikátorov, spojov a zámkov aplikátorov, bezchybné vysúvanie žiariča, - vizuálna kontrola úplnosti a celistvosti aplikátora a bloku tienenia; aplikátor je neporušený, - geometrická konfigurácia aplikátora – aplikátor nesmie byť deformovaný; ak je súčasťou aplikátora tieniaci blok, nesmie dôjsť k zmene polohy tienenia, - odchýlka medzi nameranou dĺžkou aplikátora a dĺžkou aplikátora podľa údajov výrobcu je ≤ 1 mm, - bezchybná priechodnosť katétrov, uzavretosť katétrov proti úniku zdroja žiarenia a tlaku vzduchu, - kontrola kontaminácie aplikátora oterom - aktivita materiálu použitého na oter je ≤ 20 Bq, 	<p>porušený aplikátor, deformovaný aplikátor, rozdiel v dĺžke aplikátora > 1 mm, nepriechodný katéter, netesný katéter, kontaminovaný katéter</p>
Prenosové trubice	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkčnosť všetkých prenosových trubíc, spojov a zámkov, bezchybné vysúvanie žiariča, - vizuálna kontrola celistvosti prenosových trubíc, - bezchybná priechodnosť prenosových trubíc, - bezchybná uzavretosť prenosových trubíc proti úniku zdroja žiarenia a tlaku vzduchu, - zreteľné a jednoznačné označenie prenosových trubíc, - celková dĺžka prenosovej trubice je v súlade s údajmi uvedenými výrobcu, 	<p>porušená prenosová trubica, nepriechodná prenosová trubica, netesná prenosová trubica,</p>
Nosič rádioaktívneho žiariča	<ul style="list-style-type: none"> - funkčný a neporušený nosič rádioaktívneho žiariča, - kontrola kontaminácie nosiča rádioaktívneho žiariča oterom - aktivita materiálu použitého na oter je ≤ 20 Bq, 	<p>nefunkčný alebo porušený nosič zdroja</p>
Kompresor a tlak vzduchu	<ul style="list-style-type: none"> - funkčný kompresor vzduchu pri pneumatických systémoch AFL a tlak transportného vzduchu v súlade s údajmi výrobcu zariadenia, 	<p>odchýlka v tlaku vzduchu vyššia ako stanovil výrobca,</p>
Spoje a zámky	<ul style="list-style-type: none"> - vizuálna kontrola celistvosti spojov a zámkov (konektorov) jednotlivých častí prenosových ciest rádioaktívneho žiariča pri afterloadingu, - funkčné, ľahko uzamykateľné a pevné spojenie zámkov, - bezchybná priechodnosť spojov a zámkov, - bezchybná uzavretosť spojov a zámkov proti úniku zdroja žiarenia a tlaku vzduchu, - správna odozva riadiaceho systému ožarovacieho zariadenia s AFL na zlú funkciu spojov a zámkov, 	<p>porušené alebo nefunkčné spoje a zámky, nepriechodné spoje a zámky, netesné spoje a zámky, nefunkčná odozva systému na chybné spoje a zámky,</p>
Ochranný tieniaci kontajner (trezor)	<ul style="list-style-type: none"> - príkon kerry vo vzduchu pre tieniace kontajnery alebo trezory je: <ul style="list-style-type: none"> - $\leq 10 \mu\text{Gy}\cdot\text{h}^{-1}$ vo vzdialenosti 5 cm od povrchu kontajnera, - $\leq 1 \mu\text{Gy}\cdot\text{h}^{-1}$ vo vzdialenosti 1 m od povrchu kontajnera, 	
Kontrola uzavretých žiaričov	<ul style="list-style-type: none"> - zreteľné označenie používaných rádioaktívnych žiaričov výrobným číslom, 	

	- platné osvedčenia uzavretých žiaričov,	
Kalibrácia uzavretých žiaričov – overenie kermového príkonu	- odchýlka nameraného príkonu kermy vo vzduchu v referenčnej vzdialenosti 1 m od žiariča od referenčnej hodnoty uvedenej v osvedčení uzavretého žiariča pre jednotlivý žiarič (HDR) je $\leq 2\%$, - odchýlka nameraného príkonu kermy vo vzduchu jednotlivého žiariča pre zariadenia so súborom uzavretých žiaričov od referenčnej hodnoty je $\leq 3\%$, - odchýlka priemernej nameranej hodnoty príkonu kermy vo vzduchu súboru žiaričov (LDR) od referenčnej hodnoty je $\leq 2\%$,	odchýlka $> 3\%$ pre HDR, odchýlka $> 5\%$ pre jednotlivý žiarič v súbore žiaričov, odchýlka priemernej hodnoty $> 3\%$ (LDR),
Tesnosť uzavretých žiaričov	- pri kontrole tesnosti žiariča nepriamou metódou - oterom častí zariadenia, ktoré prichádza do styku s uzavretým žiaričom, aktivita materiálu použitého na oter je ≤ 20 Bq, - pri kontrole tesnosti žiariča priamou metódou - priamym oterom žiariča, ponorením žiariča do kvapaliny alebo emanačnou skúškou, aktivita materiálu použitého na kontrolu tesnosti je ≤ 200 Bq,	aktivita > 20 Bq pri nepriamej skúške, aktivita > 200 Bq pri priamej skúške,
Kontaminácia tieniaceho kontajneru	- kontrola kontaminácie tieniaceho kontajnera oterom - aktivita materiálu použitého na oter je ≤ 20 Bq,	aktivita > 20 Bq
Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy	- bezchybná funkčnosť výstražnej svetelnej signalizácie pri vstupe do ožarovne, - bezchybná funkčnosť bezpečnostného kontaktného spínača na vstupných dverách do ožarovne, - bezchybná funkčnosť núdzového zasunutia zdroja žiarenia do ochranného tieniaceho kontajneru pri: - výpadku dodávky elektrickej energie, - stlačení núdzového tlačidla STOP na ovládacom paneli zariadenia, - porušení uzavretosti systému (rozpojenie zámkov, spojov, pri poklese tlaku a pod.), - nepriechodnosti transportných ciest, - prerušení tlače protokolu o ožarovaní, - funkčné záznamové zariadenie o postupe ožarovania, aplikovanej dávke a expozičnom čase pri núdzovom prerušení ožarovania,	nefunkčná svetelná signalizácie pri vstupe do ožarovne, nefunkčný kontaktný spínač dverí, nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčné núdzové uzavretie zdroja, nefunkčné záznamové zariadenie,
Makety uzavretých žiaričov	- zreteľné a jednoznačné označenie makety rádioaktívneho žiariča, - bezchybná priechodnosť makety celou prenosovou trasou, dodržanie predpísaného režimu pohybu, - funkčná signalizácia nepriechodnosti alebo uzavretosti jednotlivých častí prenosovej trasy, prerušenie alebo blokovanie ožarovania, - odchýlka polohy makety žiariča od stanovenej polohy je ≤ 1 mm,	odchýlka v polohe makety zdroja > 2 mm
Radiče žiaričov AFL a presnosť polohy žiariča v aplikátore	- správnosť zoradenie žiaričov do požadovanej konfigurácie a presnosť umiestnenia rádioaktívneho žiariča do zadanej polohy – odchýlka v zadanej polohe rádioaktívneho žiariča v aplikátore je ≤ 1 mm	odchýlka v polohe žiariča > 2 mm
Mechanické núdzové zasunutie žiariča	- zariadenie s automatickým AFL musí byť vybavené funkčným a zreteľne označeným mechanickým zariadením pre ručné zasunutie rádioaktívneho žiariča do tieniaceho kontajneru; mechanické zariadenie a smer jeho pohybu alebo otáčania majú byť zreteľne označené,	nefunkčné zariadenie
Vizuálna kontrola pacienta pri terapii	- funkčné zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii	nefunkčné zariadenie
Akustické dorozumievacie zariadenie	- funkčné akustického dorozumievacieho zariadenia medzi ožarovňou a obsluhovňou	nefunkčné zariadenie

Funkčnosť a presnosť radiaceho časovača	- bezchybná funkčnosť radiaceho časovača, delenie stupnice a možnosť nastavenia času ožarovania je s presnosťou ± 1 s, - odchýlka medzi nastaveným časom ožarovania a nameraným časom ožarovania je $\leq 0,5$ %,	nefunkčný riadiaci časovač, odchýlka expozičného času $> 1\%$,
Reprodukovateľnosť tranzitnej dávky	- reprodukovateľnosť tranzitnej dávky (dávky pri vysúvaní a zasúvaní žiariča) je ≤ 1 %,	reprodukovateľnosť dávky $> 1\%$
Lokalizačné zariadenie	- lokalizačné zariadenie (lokalizačný mostík) pre presné stanovenie polohy rádioaktívneho žiariča pomocou RTG prístroja má umožniť presné stanovenie polohy žiariča vzhľadom na definovanú sústavu súradníc, - vizuálna kontrola neporušenosti lokalizačného mostíka, - presnosť stanovenia geometrickej polohy žiariča je lepšia ± 1 mm, resp. $\pm 1^\circ$, - odchýlka v stanovení polohy pri prenose údajov z RTG zariadenia do plánovacieho systému je ≤ 2 mm,	

3. Terapeutické röntgenové prístroje

Tabuľka č. 3 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre terapeutické röntgenové prístroje

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola RTG prístroja	- nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov, - viditeľné a nepoškodené označenie polohy ohniska röntgenovej lampy, - čitateľné označenie typu röntgenového prístroja, výrobcu, výrobného čísla, prevádzkového napätia a prúdu, veľkosti ohniska a filtrácie na štítke prístroja,	
Funkčnosť RTG prístroja	- bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť ovládacích prvkov a indikačných zariadení, indikácia prevádzkových hodnôt prístroja, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti röntgenovej lampy, - bezchybná signalizácia pracovného režimu RTG prístroja na ovládacom paneli,	nefunkčnosť ovládacích prvkov a indikácie prevádzkových hodnôt, nefunkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti,
Mechanické a elektrické bezpečnostné systémy	- bezchybná funkčnosť svetelnej signalizácie pri vstupe do ožarovne, - bezchybná funkčnosť bezpečnostného spínača na vstupných dverách do ožarovne, - bezchybná funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia,	nefunkčná svetelná signalizácia, nefunkčný spínač dverí, nefunkčné núdzové vypínače,
Vizuálna kontrola pacienta	- bezchybná funkčnosť zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii	nefunkčné zariadenie
Akustické dorozumievacie zariadenie	- bezchybná funkčnosť akustického dorozumievacieho zariadenia medzi ožarovňou a obsluhovňou	nefunkčné zariadenie
Zabezpečenie pred samovoľným zapnutím	- funkčný ochranný systém RTG prístroja pred samovoľným zapnutím - po prerušení dodávky elektrického prúdu je vylúčené samovoľné spustenie RTG prístroja po opätovnom zapnutí elektrického napájania, prístroj musí zostať vypnutý,	nefunkčný systém
Funkčnosť	- bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov pri pohybe	nefunkčný antikolízny

antikolízneho systému	röntgenového žiariča alebo ožarovacieho stola pacienta,	systém,
Prídavné filtre	- vizuálna kontrola neporušenosti prídavných filtrov - filtre musia byť nepoškodené, nedeformované a riadne označené	
Tubusy	- vizuálna kontrola neporušenosti tubusov - tubusy musia byť nepoškodené, nedeformované a riadne označené	
Blokovanie pohybu RTG žiariča a stola	- funkčné blokovanie pohybu RTG žiariča a ožarovacieho stola v ľubovoľnej zvolenej polohe (aretácia)	nefunkčné blokovanie
Nulová poloha ramena RTG žiariča	- odchýlka osi zväzku žiarenia od vertikálnej roviny pri nastavení nulovej polohy ramena prístroja s RTG žiaričom je $\leq 1^\circ$,	odchýlka $> 1^\circ$
Voľba prídavného filtra	- zreteľné označenie každého výmenného prídavného filtra tak, aby sa dal identifikovať aj v prípade zasunutia v pracovnej polohe, - funkčné blokovanie ožarovania v prípade nesprávnej voľby kombinácie napätia a prúdu RTG lampy a prídavného filtra, - funkčné blokovanie ožarovania v prípade, že prídavný filter nie je v správnej polohe, - indikácia prídavného filtra na ovládacom paneli,	nefunkčné blokovanie
Voľba tubusu s prídavným filtrom	- zreteľné označenie každého tubusu s prídavným filtrom, - funkčné blokovanie ožarovania v prípade, že tubus s prídavným filtrom nie je pripevnený v správnej polohe, - funkčné blokovanie ožarovania v prípade nesprávnej voľby kombinácie napätia a prúdu RTG lampy a tubusu s prídavného filtra,	nefunkčné blokovanie
Systém monitorovania aplikovanej dávky - funkčnosť	- správna funkčnosť systému monitorovania aplikovanej dávky – na ovládacom paneli zariadenia je zobrazený priebežný čas ožarovania alebo monitorovacie jednotky (MU), - pri výpadku elektrického napájania musí byť aktuálna hodnota času ožarovania alebo MU uchovaná na ovládacom paneli po dobu minimálne 20 min,	nefunkčný systém, nefunkčný záznam o dávke alebo čase ožarovania,
Zhoda medzi geometrickou osou kolimátora, osou rotácie a svetelnou osou	- zhoda geometrickej osi kolimátora a osi rotácie kolimátora - odchýlka geometrickej osi kolimátora od osi rotácie kolimátora v štandardnej vzdialenosti ožarovania (OK) je ≤ 2 mm, - zhoda osi rotácie kolimátora a svetelnej osi – odchýlka osi rotácie kolimátora od svetelnej osi v štandardnej vzdialenosti ožarovania (OK) je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Presnosť vzdialenosti ožarovania (OK)	- odchýlka medzi indikovanou vzdialenosťou a nameranou vzdialenosťou od ohniska RTG lampy u RTG prístrojov s optickým zameriavacím systémom je ≤ 2 mm	odchýlka > 2 mm
Mechanický zameriavač	- odchýlka koncového bodu mechanického zameriavača od osi kolimátora (u prístrojov vybavených mechanickým zameriavačom) je ≤ 2 mm, - nepresnosť stanovenia vzdialenosti pomocou mechanického zameriavača je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Symetria kolimátora	- odchýlka v symetrii kolimátora (tubusu) v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Rovnobežnosť a kolmosť strán kolimátora (tubusu)	- odchýlka v rovnobežnosti protiľahlých strán je $\leq 1^\circ$, - odchýlka v kolmosti priľahlých strán je $\leq 1^\circ$,	odchýlka $> 1^\circ$
Veľkosť svetelného poľa	- odchýlka medzi nameranou veľkosťou svetelného poľa a hodnotou indikovanou na ovládacom pulte prístroja pre rôzne veľkosti poľa je ≤ 2 mm, - odchýlka medzi nameranou veľkosťou svetelného poľa a údajmi na kolimátore (tubuse) je ≤ 2 mm,	odchýlka > 5 mm
Veľkosť poľa žiarenia	- odchýlka medzi nameranou veľkosťou poľa žiarenia v štandardnej ožarovacej vzdialenosti a hodnotou indikovanou na ovládacom pulte prístroja pre rôzne	odchýlka > 5 mm

	<p>veľkosti poľa je ≤ 2 mm,</p> <p>- odchýlka medzi nameranou veľkosťou poľa žiarenia v štandardnej ožarovacej vzdialenosti a údajmi na kolimátore (tubuse) je ≤ 4 mm,</p>	
Zhoda svetelného poľa a radiačného poľa	- odchýlka vo veľkosti svetelného poľa a poľa žiarenia je v štandardnej ožarovacej vzdialenosti ≤ 2 mm	odchýlka > 5 mm
Zhoda svetelnej osi a osi zväzku žiarenia	- odchýlka osi zväzku žiarenia od svetelnej osi (geometrickej osi kolimátora) v štandardnej vzdialenosti ožarovania (OK) je ≤ 2 mm	odchýlka > 5 mm
Homogenita radiačného poľa	- homogenita radiačného poľa pre štandardnú vzdialenosť ožarovania pre rôzne veľkosti radiačného poľa a pre všetky tubusy je $\leq 1,16$	homogenita > 1,20
Symetria radiačného poľa	- symetria radiačného poľa pre ľubovoľnú vzdialenosť OK, pre rôzne veľkosti radiačného poľa a pre všetky tubusy je $\leq 1,06$	symetria > 1,10
Polotieň radiačného poľa	- polotieň radiačného poľa sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako ± 3 mm	
Žiarenie prenikajúce kolimačným systémom	- príkon kermy vo vzduchu pri maximálnom napätí na RTG lampe v ľubovoľnom mieste mimo vymedzeného zväzku žiarenia je ≤ 2 % príkonu kermy vo vzduchu na ose zväzku žiarenia	
Kvalita RTG žiarenia	- odchýlka nameranej hodnoty prvej a druhej polohrúbky RTG žiarenia sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako ± 7 % (pri napätí nad 60 kV)	odchýlka > 10 %
Dávka v hĺbke	- odchýlka nameranej hodnoty absorbovanej dávky (stanovená na osi zväzku žiarenia, pre rôznu veľkosť poľa žiarenia, rôznu vzdialenosť OK a pre rôzne napätie RTG lampy) od referenčnej hodnoty je: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 2 % pre 100 kV až 300 kV, - ≤ 3 % pre 60 kV až 100 kV, - ≤ 7 % pre < 60 kV, 	
Systém monitorovania dávky – riadiaci časovač	- stupnica nastavenia ožarovacieho času je delená minimálne po 0,01 min, - odchýlka medzi nastavenou hodnotou expozičného času a nameranou hodnotou expozičného času je $\leq 0,5$ %, - reprodukovateľnosť expozičného času je $\leq 0,5$ %,	presnosť > 2 %
Systém monitorovania dávky - efekt zapnutia a vypnutia ožarovania	- prídavná dávka spôsobená pri nábehu a poklese žiarenia pri zapnutí a vypnutí röntgenovej lampy je ≤ 1 %, alebo $\leq 0,01$ Gy, - prídavný čas ožarovania je $\leq 0,5$ %,	
Systém monitorovania dávky - presnosť aplikovanej dávky	- presnosť aplikovanej dávky je ≤ 5 % (pri napätí nad 60 kV)	rozdiel > 5 %
Systém monitorovania dávky - linearita a reprodukovateľnosť aplikovanej dávky	- linearita aplikovanej dávky (pri najnižšej, strednej a najvyššej energii RTG žiarenia) je ≤ 2 %, - reprodukovateľnosť aplikovanej dávky (pri strednej energii RTG žiarenia) je ≤ 1 %	linearita > 2 %, reprodukovateľnosť > 2 %,
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka strednej nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je ≤ 10 %	odchýlka od nastavenej hodnoty > 10 %
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- reprodukovateľnosť napätia RTG lampy je ≤ 5 %,	
Linearita radiačného výstupu	- linearita radiačného výstupu je lepšia ako ± 10 % pri ľubovoľnej kombinácii prúdu RTG lampy a expozičného času	odchýlka > 10 %
Žiarenie prenikajúce krytom RTG lampy	- príkon kermy vo vzduchu 1 m od ohniska RTG lampy pri maximálnom napätí a maximálnom prevádzkovom zaťažení RTG lampy v ľubovoľnom smere je: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 10 mGy.h⁻¹ pri napätí > 150 kV, - ≤ 1 mGy.h⁻¹ pri napätí ≤ 150 kV, 	

	- príkon kermy vo vzduchu 5 cm od povrchu krytu RTG lampy prístrojov pre kontaktnú terapiu s prevádzkovým napätím ≤ 50 kV je ≤ 1 mGy.h ⁻¹ ,	
--	--	--

4. Lineárne urýchľovače

Tabuľka č. 4 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre lineárne urýchľovače

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola úplnosti zariadenia a príslušenstva	<ul style="list-style-type: none"> - vizuálna kontrola prítomnosti všetkých častí zariadenia a jeho príslušenstva, - nepoškodené spínače a ovládacie prvky zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov zariadenia, - viditeľné a čitateľné označenie typu zariadenia, výrobcu zariadenia, výrobného čísla, - kompletnosť dokumentácie urýchľovača, 	
Funkčnosť zariadenia	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a indikačných zariadení, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti zariadenia, 	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti,
Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy	<ul style="list-style-type: none"> - bezchybná funkčnosť výstražnej svetelnej signalizácie pri vstupe do ožarovne, - bezchybná funkčnosť bezpečnostného spínača na vstupných dverách do ožarovne, - bezchybná funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia, - bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov zariadenia, - bezchybná funkčnosť koncových spínačov pri pohybe ramena urýchľovača a ožarovacieho stola pri dobehu do koncových pozícií, - bezchybná funkčnosť ručného ovládača pohybu ramena urýchľovača a ožarovacieho stola; ovládanie pohybu ramena urýchľovača, rotácie kolimátora a pohybu ožarovacieho stola môže byť funkčné len súčasným stlačením 2 ovládacích tlačidiel, 	nefunkčnosť výstražnej svetelnej signalizácie, nefunkčný spínač dverí, nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčný antikolízny systém, nefunkčné koncové spínače, nefunkčný ručný ovládač,
Vizuálna kontrola pacienta	- bezchybná funkčnosť zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii	nefunkčné zariadenie
Akustické dorozumievacie zariadenie	- bezchybná funkčnosť akustického dorozumievacieho zariadenia medzi ožarovňou a obsluhovňou	nefunkčné zariadenie
Ožarovacie pomôcky a ich indikácia	<ul style="list-style-type: none"> - neporušené ožarovacie pomôcky (elektrónové aplikátory, klinové filtre, tubusy, držiaky blokov a pod.), - viditeľné a nepoškodené označenie ožarovacích pomôcok, - správna identifikácia ožarovacích pomôcok kódovacím zariadením a ich indikácia na obrazovke urýchľovača (vzťahuje sa len na urýchľovače, ktoré sú vybavené kódovacím zariadením) 	poškodené ožarovacie pomôcky, nefunkčná identifikácia alebo zlá indikácia,
Blokovanie žiarenia pri nehode v nastavení na ovládači a v ožarovni	<ul style="list-style-type: none"> - funkčné blokovanie žiarenia ak nesúhlasí voľba parametrov ožarovania nastavená na ovládacom paneli urýchľovača a na paneli v ožarovni, - funkčné blokovanie žiarenia pri zámene príslušenstva pre fotónový zväzok pri elektrónovom zväzku a naopak, 	nefunkčné blokovanie
Indikovanie druhu	- druh a energia žiarenia musí byť indikovaná na ovládacom	nefunkčná indikácia druhu

a energie žiarenia	paneli vopred pred začiatkom ožarovania, - funkčné blokovanie žiarenia ak nebola vopred nastavená energia žiarenia na ovládacom paneli,	a energie žiarenia, nefunkčné blokovanie,
Funkčnosť systému monitorovania dávky	- bezchybná funkčnosť oboch detektorov ionizujúceho žiarenia umiestnených v hlavici urýchľovača a zobrazenia údajov na ovládacom paneli urýchľovača	nefunkčný systém monitorovania dávky
Funkčnosť riadiaceho časovača	- riadiaci časovač ožarovania je nezávislý na inom systéme, ktorý ovláda ukončenie ožarovania, bezchybná funkčnosť riadiaceho časovača, vypnutie ožarovania po uplynutí predvoleného času v prípade poruchy systému monitorovania dávky	nefunkčný riadiaci časovač
Systém monitorovania dávky	- reprodukovateľnosť systému monitorovania dávky je $\leq 0,5\%$, - linearita systému monitorovania dávky je $\leq 2\%$, - závislosť systému monitorovania dávky na nastavení uhla ramena pri stacionárnej rádioterapii je $\leq 2\%$, - závislosť systému monitorovania dávky na otáčaní ramena pri rotačnej rádioterapii je $\leq 2\%$, - závislosť systému monitorovania dávky na veľkosti a tvare ožarovacieho poľa je $\leq 2\%$, - stabilita systému monitorovania dávky – odchýlka od priemernej hodnoty dávky pri rovnakom počte MU pred začatím prevádzky a po ukončení prevádzky je $\leq 2\%$, - stabilita systému monitorovania dávky pri pohybovej terapii – odchýlka od referenčnej hodnoty MU pri zastavení na zadanom koncovom uhle je $\leq 2\%$,	reprodukovateľnosť systému $> 0,5\%$; linearita $> 2\%$; závislosť od uhla ramena $> 3\%$; závislosť na otáčaní ramena $> 3\%$ pre fotónové žiarenie; závislosť na otáčaní ramena $> 2\%$ pre elektrónové žiarenie; závislosť na veľkosti a tvare ožarovacích polí $> 3\%$; stabilita, odchýlka $> 2\%$, stabilita pri pohybovej terapii, odchýlka $> 2\%$
Systém monitorovania dávky – núdzové prerušenie ožarovania	- systém monitorovania dávky musí uchovať zobrazené údaje o aplikovanej dávke pacientovi pred prerušením ožarovania (MU) po dobu minimálne 20 minút,	nefunkčné záznamové zariadenie o dávke pacienta
Charakteristiky absorbovanej dávky v hĺbke	- odchýlka nameranej hodnoty absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia v definovanej hĺbke od fotónového žiarenia alebo elektrónového žiarenia od referenčnej hodnoty je: - $\leq 2\%$ pre fotónové žiarenie, - $\leq 3\%$ pre elektrónové žiarenie, - stabilita kvality zväzku žiarenia (hĺbka 50% a 80% dávky z maximálnej dávky) stanovená na osi zväzku žiarenia pri rôznej energii žiarenia sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako: - ± 2 mm pre elektrónové žiarenie, - ± 3 mm pre fotónové žiarenie,	odchýlka $> 2\%$ pre fotónové žiarenie, odchýlka $> 3\%$ pre elektrónové žiarenie, stabilita kvality žiarenia elektrónov – odchýlka v hĺbke > 2 mm, stabilita kvality žiarenia fotónov – odchýlka v hĺbke > 3 mm,
Stabilita energie fotónového zväzku žiarenia	- pomer absorbovaných dávok v dvoch rôznych hĺbkach sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako $\pm 3\%$	
Dozimetrické charakteristiky zväzku žiarenia	- kontaminácia elektrónového zväzku brzdným žiarením – dávkový príkon fotónov v elektrónovom zväzku je: - $\leq 3\%$ z dávkového príkonu elektrónov pri energii elektrónov ≤ 10 MeV, - $\leq 5\%$ z dávkového príkonu elektrónov pri energii elektrónov > 10 MeV,	
Homogenita ožarovacích polí – fotónové žiarenie (platí len pre homogenizované zväzky)	- homogenita štvorcových polí fotónového žiarenia v homogenizovanej oblasti radiačného poľa je: - $\leq 1,06$ pre polia $\leq 30 \times 30$ cm, - $\leq 1,10$ pre polia $> 30 \times 30$ cm, - stabilita homogenity štvorcových polí fotónového žiarenia v závislosti na uhlovom nastavení – pomer absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia a dávky stanovenej na jednej z hlavných osí poľa žiarenia v 2/3 vzdialenosti medzi osou zväzku žiarenia a okrajom poľa žiarenia je v intervale 0,97	homogenita $> 1,06$ pre pole $\leq 30 \times 30$ cm, homogenita v závislosti od uhla nastavenia mimo intervalu 0,97 - 1,03,

	- 1,03,	
Symetria ožarovacích polí – fotónové žiarenie (platí len pre homogenizované zväzky)	- symetria štvorcových polí fotónového žiarenia v homogenizovanej oblasti radiačného poľa - pomer absorbovanej dávky v bodoch ležiacich symetricky na os zväzku žiarenia je $\leq 1,03$	symetria $> 1,03$
Absorbovaná dávka vo vode - fotónové žiarenie	- odchýlka absorbovanej dávky od referenčnej hodnoty stanovená vo vodnom fantóme v referenčnej hĺbke je $\leq 2\%$,	odchýlka $> 2\%$
Pole fotónového žiarenia s klinovým filtrom	- odchýlka klinového faktora v referenčnej hĺbke (pomer dávky pre pole 10x10 cm s klinovým filtrom a bez klinového filtra) od referenčnej hodnoty je $\leq 2\%$,	odchýlka $> 2\%$
Zoslabenie tieniacim blokom	- faktor zoslabenia tieniaceho bloku sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako 2%	
Homogenita ožarovacích polí – elektrónové žiarenie	- homogenita štvorcových polí elektrónového žiarenia v homogenizovanej oblasti radiačného poľa je $\leq 1,06$ - stabilita homogenity štvorcových polí elektrónového žiarenia v závislosti na uhlovom nastavení – pomer absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia a dávky stanovenej na jednej z hlavných osí poľa žiarenia v 2/3 vzdialenosti medzi osou zväzku žiarenia a okrajom poľa žiarenia je v intervale 0,97 – 1,03,	homogenita $> 1,06$, homogenita v závislosti od uhla nastavenia mimo intervalu 0,97 - 1,03,
Symetria ožarovacích polí – elektrónové žiarenie	- symetria štvorcových polí elektrónového žiarenia v homogenizovanej oblasti radiačného poľa – pomer absorbovanej dávky v bodoch ležiacich symetricky na os zväzku žiarenia je $\leq 1,03$	symetria $> 1,05$
Absorbovaná dávka vo vode - elektrónové žiarenie	- pomer absorbovanej dávky stanovenej vo vodnom fantóme v referenčnej hĺbke a referenčnej hodnoty v danej hĺbke je $\leq 1,05$	$> 1,09$
Polotieň ožarovacích polí	- polotieň ožarovacích polí fotónového a elektrónového žiarenia (vzdialenosť medzi bodmi 80% a 20% absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia) sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako 2 mm	
Indikácia ožarovacích polí – fotónové žiarenie	- odchýlka nameranej veľkosti poľa od indikovanej hodnoty je: - ≤ 2 mm pre polia veľkosti $\leq 20 \times 20$ cm, - $\leq 1\%$ z rozmeru poľa pre polia $> 20 \times 20$ cm, - reprodukovateľnosť veľkosti poľa žiarenia je ≤ 1 mm,	odchýlka > 3 mm, reprodukovateľnosť > 2 mm,
Zhoda svetelnej osi a osi zväzku žiarenia	- vzdialenosť svetelnej osi a osi zväzku žiarenia v referenčnej rovine vo vzdialenosti 1 m je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Zhoda svetelného poľa a poľa žiarenia	- rozdiel vo veľkosti svetelného poľa a poľa žiarenia je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Zhoda stredu svetelného poľa a centra zväzku fotónového žiarenia	- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia fotónov je ≤ 2 mm, - odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia fotónov pri použití MLC je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm, odchýlka > 2 mm pri použití MLC,
Indikácia ožarovacích polí – elektrónové žiarenie	- odchýlka nameranej veľkosti poľa od indikovanej hodnoty je ≤ 2 mm, - reprodukovateľnosť veľkosti poľa žiarenia pre referenčné ppole je ≤ 1 mm,	odchýlka > 3 mm, reprodukovateľnosť > 2 mm,
Zhoda stredu svetelného poľa a centra zväzku elektrónového žiarenia	- odchýlka stredu svetelného poľa od centra zväzku žiarenia elektrónov je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm,
Geometria kolimačného systému	- maximálny odchýlka uhla protiahlých strán od rovnobežnosti je $\leq 0,5^\circ$, - maximálny odchýlka uhla priľahlých strán od kolmého uhla je $\leq 0,5^\circ$, - odchýlka v symetrii radiačného poľa pri rotácii	odchýlka $> 0,5^\circ$ od rovnobežnosti, odchýlka od kolmého uhla $> 0,5^\circ$, odchýlka v symetrii > 2

	<p>kolimačného systému je ≤ 2 mm (zhoda geometrickej osi a osi rotácie kolimátora a zhoda osi rotácie kolimátora a svetelnej osi),</p> <p>- presnosť polohovania lamiel MLC v štandardnej ožarovacej vzdialenosti je ≤ 1 mm,</p>	mm
Izocentrum žiarenia	<p>- odchýlka osi zväzku žiarenia od izocentra v statickej polohe a pri rotácii ramena je ≤ 2 mm,</p> <p>- odchýlka polohy izocentra indikovaného mechanickým indikátorom od polohy izocentra je ≤ 1 mm,</p> <p>- odchýlka polohy izocentra indikovaného svetelnými indikátormi od polohy izocentra je ≤ 2 mm,</p> <p>- odchýlka v presnosti nastavenia izocentra žiarenia laserovými lúčmi v ožarovni je ≤ 2 mm,</p>	<p>odchýlka osi zväzku od izocentra > 2 mm,</p> <p>odchýlka polohy izocentra pri mechanickom indikátore > 1 mm,</p> <p>odchýlka polohy izocentra pri svetelnom indikátore > 2 mm,</p> <p>odchýlka polohy izocentra nastavenej lasermi > 2 mm,</p>
Laserové zameriavače	<p>- koincidencia laserových lúčov – vzdialenosť bočných laserov v mieste izocentra je ≤ 2 mm,</p> <p>- zhoda svetelnej osi s horizontálnou rovinou – odchýlka osi sagitálneho laseru od horizontálnej roviny je ≤ 2 mm,</p> <p>- nastavenie laserov na izocentrum – odchýlka osi laserov od izocentra je ≤ 2 mm,</p> <p>- odchýlka osi laserov od vodorovnej roviny alebo kolmej roviny je $\leq 0,5^\circ$,</p>	
Indikácia vzdialenosti na osi zväzku žiarenia	<p>- presnosť optického diaľkomeru - odchýlka v stanovení vzdialenosti od zdroja žiarenia je ≤ 2 mm pre rôzne vzdialenosti ožarovania</p>	odchýlka > 2 mm
Nulové nastavenie rotačných stupníc	<p>- odchýlka osi zväzku žiarenia od vertikálnej roviny pri nastavení nulovej polohy ramena urýchľovača je $\leq 0,5^\circ$,</p> <p>- odchýlka osi rotácie od vertikálnej roviny pri rotácii kolimátora je $\leq 0,5^\circ$,</p>	<p>odchýlka osi zväzku žiarenia $> 0,5^\circ$,</p> <p>odchýlka osi rotácie kolimátora $> 0,5^\circ$,</p>
Presnosť uhlových stupníc	<p>- odchýlka medzi indikovanou hodnotou uhla (rameno, kolimátor, ožarovací stôl) a nameranou hodnotou je $\leq 0,5^\circ$,</p>	odchýlka uhla $> 0,5^\circ$,
Presnosť lineárnych stupníc	<p>- odchýlka medzi indikovanou hodnotou vzdialenosti a nameranou hodnotou je ≤ 2 mm,</p>	odchýlka > 2 mm,
Izocentrické otáčanie ožarovacieho stola	<p>- odchýlka osi otáčania ožarovacieho stola od vertikálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$,</p>	odchýlka osi otáčania stola $> 0,5^\circ$
Pohyb ožarovacieho stola pre pacienta	<p>- odchýlka vo vertikálnej polohe stola pri vertikálnom pohybe stola pacienta je ≤ 2 mm,</p> <p>- odchýlka v horizontálnej polohe stola pacienta pri pozdĺžnom a priečnom pohybe stola je ≤ 2 mm,</p> <p>- vzdialenosť osi otáčania stola pacienta od izocentra zväzku žiarenia je ≤ 2 mm,</p> <p>- pozdĺžny priehyb ožarovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je ≤ 5 mm,</p> <p>- priečny priehyb ožarovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je ≤ 5 mm,</p> <p>- vodorovnosť ožarovacieho stola v pozdĺžnom aj priečnom smere – odchýlka roviny stola v oboch smeroch od horizontálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$,</p> <p>- pokles výšky stola pri rovnomernom zaťažení je ≤ 2 mm,</p>	<p>odchýlka vo vertikálnej polohe > 2 mm,</p> <p>odchýlka vo vzdialenosti pri pohybe stola > 2 mm,</p> <p>vzdialenosť osi otáčania od izocentra > 2 mm,</p> <p>pozdĺžny priehyb stola pacienta > 5 mm,</p> <p>priečny priehyb stola pacienta > 5 mm,</p> <p>odchýlka od horizontálnej roviny $> 0,5^\circ$,</p> <p>pokles výšky stola > 2 mm</p>
Zhoda protiľahlých ožarovacích polí	<p>- odchýlka centra dvoch protiľahlých ožarovacích polí vo vertikálnom alebo horizontálnom smere je ≤ 2 mm,</p>	odchýlka > 2 mm
Kilovoltový zobrazovací systém	<p>- presnosť polohy zdroja a detektora zobrazovacieho systému pripojeného k ramenu urýchľovača - odchýlka medzi hodnotou indikovanou na stupnici a nameranou hodnotou je ≤ 2 mm,</p> <p>- presnosť polohy ramena zobrazovacieho systému, ktorý nie je pripojený k ramenu urýchľovača - odchýlka medzi hodnotou indikovanou na displeji ručného ovládača a nameranou hodnotou je ≤ 3 mm pri uhle rotácie 0°,</p>	odchýlka > 2 mm,

Žiarenie prenikajúce kolimačným systémom	<ul style="list-style-type: none"> - fotónový zväzok - absorbovaná dávka fotónového žiarenia v štandardnej vzdialenosti ožarovania mimo vymedzeného zväzku žiarenia je $\leq 2\%$ absorbovanej dávky na ose zväzku žiarenia, - elektrónový zväzok - absorbovaná dávka elektrónového žiarenia vo vzdialenosti 2 cm od okraja vymedzeného zväzku žiarenia je $\leq 10\%$ absorbovanej dávky na ose zväzku žiarenia, 	
Žiarenie unikajúce mimo maximálne radiačné pole	<ul style="list-style-type: none"> - fotónový zväzok - absorbovaná dávka unikajúceho žiarenia v rovine kolmej na os zväzku žiarenia prechádzajúcej izocentrom žiarenia vo vzdialenosti 2 m od osi zväzku žiarenia je $\leq 2\%$ absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia, - elektrónový zväzok - absorbovaná dávka unikajúceho žiarenia vo vzdialenosti 4 cm od okraja vymedzeného zväzku žiarenia je: <ul style="list-style-type: none"> - $\leq 1\%$ absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia pre energiu elektrónov ≤ 10 MeV, - $\leq 1,5\%$ absorbovanej dávky na osi zväzku žiarenia pre energiu elektrónov > 10 MeV, 	
Ukončení pohybovej terapie	<ul style="list-style-type: none"> - ak ukončí ožarovanie dĺžka kyvu, odchýlka medzi údajom o počte MU a vypočítanou hodnotou MU je $\leq 3\%$, - ak ukončí ožarovanie systém monitorovania dávky, odchýlka medzi dĺžkou kyvu, ktorý rameno vykonalo a vypočítanou dĺžkou kyvu je $\leq 3^\circ$, 	
Dozimetrická stabilita IMRT poľa	<ul style="list-style-type: none"> - pre urýchľovače umožňujúce IMRT techniku sa kontroluje stabilita referenčného modulovaného poľa, - relatívna odchýlka odozvy detektora od referenčnej hodnoty je $\leq 3\%$, - relatívna odchýlka odozvy detektora medzi prerušovaným a neprerušovaným poľom žiarenia je $\leq 2\%$ (vzťahuje sa na urýchľovače umožňujúce ožarovanie prerušovaným pošom žiarenia), 	
Zobrazovací systém		
Kontrast snímky zobrazovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> - kontrast snímky zobrazovacieho systému – prahové rozlíšenie pri nízkom kontraste pri použití testovacieho fantómu pre megavoltový zobrazovací systém je $\leq 0,4\%$ - pri použití CBCT a testovacieho fantómu je viditeľné objekty predpísanej veľkosti podľa údajov výrobcu fantómu, 	
Funkčnosť softvéru zobrazovacieho systému	<ul style="list-style-type: none"> - overenie presnosti merania vzdialenosti, uhla a plochy pomocou používaného softvéru, - odchýlka pri meraní vzdialenosti a uhla pre kilovoltový zobrazovací systém pre 2D zobrazenie je ≤ 2 mm, resp. $\leq 1^\circ$, - odchýlka pri meraní vzdialenosti pre kilovoltový zobrazovací systém s CBCT je ≤ 1 mm, 	
Priestorové rozlíšenie	<ul style="list-style-type: none"> - priestorové rozlíšenie je: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ 1 mm pre megavoltový zobrazovací systém s EPID, - $\leq 1,3$ lp/mm pre kilovoltový zobrazovací systém pre 2D zobrazenie, - $\leq 0,6$ až $0,7$ lp/mm pre kilovoltový zobrazovací systém s CBCT (podľa údajov výrobcu), 	$< 0,6$ lp/mm
Pomer signál šum	<ul style="list-style-type: none"> - pomer signál šum je v súlade s údajmi výrobcu, - pomer signálu k šumu pri dávke 10 mGy je ≥ 50 	pomer signál šum < 50 pri dávke 10 mGy
Prevod hustoty materiálu na HU	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka nameranej hodnoty HU od referenčnej hodnoty HU pre CBCT je ≤ 40 HU 	
Homogenita obrazu CBCT	<ul style="list-style-type: none"> - odchýlka nameranej hodnoty HU od referenčnej hodnoty HU vody v ľubovoľnej oblasti je ≤ 40 HU 	

Minimálny čas potrebný na získanie snímku	- minimálny čas potrebný na získanie jednej snímky je $\leq 0,5$ s, - minimálny počet snímok za sekundu je ≥ 2 ,	minimálny čas $> 0,5$ s, minimálny počet snímok za sekundu < 2 ,
Automatický posun stola pre ortogonálne 2D snímky a CBCT	- presnosť automatického posuvu stola pri porovnaní ortogonálnych 2D snímok a CBCT s referenčným obrazom pre kilovoltový zobrazovací systém pre 2D zobrazenie a CBCT: - odchýlka v jednotlivých smeroch pre 2D zobrazenie je ≤ 2 mm - odchýlka v jednotlivých smeroch pre CBCT je ≤ 2 mm	
Napätie RTG lampy zobrazovacieho systému	- presnosť napätia RTG lampy – odchýlka napätia od nastavenej hodnoty je ≤ 10 %, - reprodukovateľnosť napätia RTG lampy je ≤ 5 %,	odchýlka od nominálnej hodnoty > 10 %, reprodukovateľnosť napätia > 10 %
Polovrstva RTG žiarenia	- prvá polovrstva röntgenového žiarenia (HVL_1) je v súlade s údajmi výrobcu zariadenia a nemá sa líšiť od referenčnej hodnoty o viac ako ± 10 % pre napätie ≥ 100 kV a o viac ako ± 20 % pre napätie < 100 kV	
Kermový výťažok	- normalizovaná hodnota kerry vo vzduchu vo vzdialenosti 1 m od ohniska röntgenovej lampy ($mGy \cdot mAs^{-1}$) je v súlade s hodnotou udávanou výrobcou zariadenia, - odchýlka nameranej hodnoty kermového výťažku od referenčnej hodnoty je < 20 %,	odchýlka > 20 % od referenčnej hodnoty,
Reprodukovateľnosť kermového výťažku	- reprodukovateľnosť kermového výťažku pri štandardných expozičných parametroch je ≤ 5 %,	reprodukovateľnosť > 20 %,
Linearita kermového výťažku	- linearita kermového výťažku je ≤ 10 % pri ľubovoľnej kombinácii prúdu röntgenovej lampy a expozičného času	linearita > 20 %,
Vstupná povrchová kerma	- odchýlka vstupnej povrchovej kerry meranej na hlavnej osi zväzku žiarenia od hodnoty udávanej výrobcou je ≤ 20 %,	odchýlka > 30 %
Index dávky pre CBCT	- odchýlka nameranej hodnoty $CTDI_w$ pri štandardných prevádzkových parametroch od hodnoty udávanej výrobcou zariadenia je ≤ 20 %	odchýlka > 20 %

5. Röntgenový simulátor

Tabuľka č. 5 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre röntgenový simulátor

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola úplnosti prístroja a vybavenia	- vizuálna kontrola prítomnosti všetkých častí prístroja a jeho príslušenstva, - nepoškodené spínače a ovládacie prvky prístroja, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - viditeľné a čitateľné označenie typu prístroja, výrobcu prístroja, výrobného čísla, - kompletnosť dokumentácie prístroja,	
Funkčnosť zariadenia	- bezchybná funkčnosť signalizácia elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a zariadení indikujúcich prevádzkový režim simulátora na ovládacom paneli, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti prístroja,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti zariadenia,
Signalizácia	- správna indikácia prevádzkových hodnôt napätia a prúdu	nefunkčná indikácia

prevádzkových parametrov simulátora	röntgenovej lampy na ovládacom paneli,	prevádzkových hodnôt
Vizuálna kontrola pacienta	- bezchybná funkčnosť zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii	nefunkčné zariadenie
Akustické dorozumievacie zariadenie	- bezchybná funkčnosť akustického dorozumievacieho zariadenia medzi ožarovňou a obsluhovňou	nefunkčné zariadenie
Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy	- bezchybná funkčnosť bezpečnostného spínača na vstupných dverách do ožarovne, - bezchybná funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia, - bezchybná funkčnosť antikolízneho systému zastavenia pohybu simulátora a vyšetrovacieho stola, - bezchybná funkčnosť všetkých koncových spínačov pri pohyboch ramena simulátora a ožarovacieho stola pri dobehu do koncových pozícií, - bezchybná funkčnosť ručného ovládača pohybu ramena simulátora a ožarovacieho stola; ovládanie pohybu ramena simulátora, rotácie kolimátora a pohybu ožarovacieho stola môže byť funkčné len súčasným stlačením 2 ovládacích tlačidiel,	nefunkčný spínač dverí, nefunkčné núdzové vypínače, nefunkčný antikolízny systém, nefunkčné koncové spínače, nefunkčný ručný ovládač, nefunkčné tlačidlá ovládania pohybu,
Pomôcky pre simuláciu	- vizuálna kontrola všetkého príslušenstva - neporušené a nepoškodené pomôcky (držiačky blokov, fixačné zariadenia a pod.), - bezchybná identifikácia pomôcok kódovacím zariadením a ich indikácia na ovládacom paneli,	poškodené pomôcky, nesprávna indikácia na ovládacom paneli,
Rýchlosť lineárneho pohybu	- rýchlosť lineárneho pohybu žiadneho prvku simulátora neje vyššia ako 100 mm/s, - pri uvoľnení tlačidla ovládania pohybu maximálny prídavný lineárny pohyb je - ≤ 10 mm pre rýchlosť > 25 mm/s, - ≤ 3 mm pre rýchlosť ≤ 25 mm/s,	
Presnosť automatického nastavenia polohy simulátora	- odchýlka medzi nastaveným uhlom ramena simulátora a nameraným uhlom ramena simulátora pri rotačnom pohybe je $\leq 1^\circ$, - reprodukovateľnosť nastavenia uhlovej polohy ramena simulátora je $\leq 1^\circ$, - odchýlka medzi nastavenou polohou a nameranou polohou pri lineárnom pohybe je ≤ 2 mm, - reprodukovateľnosť nastavenia polohy pri lineárnom pohybe je ≤ 1 mm,	
Zhoda medzi geometrickou osou kolimátora a svetelnou osou	- odchýlka geometrickej osi otáčania kolimátora a stredú svetelného kríža, ktorý reprezentuje svetelnú os, vo vzdialenosti 1 m od ohniska je ≤ 1 mm, (priemer kružnice opisanej pri rotácii kolimátora je ≤ 2 mm)	
Poloha izocentra	- odchýlka medzi indikovanou a nameranou polohou izocentra je ≤ 1 mm, - odchýlka pri mechanickom nastavení polohy izocentra je ≤ 1 mm, - odchýlka osi zväzku žiarenia od izocentra je ≤ 1 mm, - odchýlka polohy izocentra pri rotácii ramena simulátora je ≤ 3 mm,	odchýlka v indikovanej polohe izocentra > 1 mm, odchýlka pri mechanickom nastavení > 1 mm, odchýlka osi zväzku žiarenia od izocentra > 1 mm
Laserové zameriavače	- koincidencia laserových lúčov - vzdialenosť bočných laserov v mieste izocentra a 30 cm od izocentra je ≤ 2 mm, - zhoda svetelnej osi s rovinou lasera – odchýlka sagitálneho laseru od svetelnej osi je ≤ 2 mm, - nastavenie laserov na izocentrum – odchýlka laserov od izocentra je ≤ 1 mm, - odchýlka osi laserov od horizontálnej alebo vertikálnej	

	roviny je $\leq 0,5^\circ$, - odchýlka roviny sagitálneho lasera od osi rotácie ramena je $\leq 0,5^\circ$,	
Presnosť optického diaľkometra a indikácia polohy na osi zväzku žiarenia	- odchýlka medzi indikovanou a nameranou vzdialenosťou od zdroja žiarenia je ≤ 2 mm, - odchýlka medzi indikovanou a nameranou vzdialenosťou receptora obrazu od izocentra je ≤ 2 mm,	odchýlka od zdroja žiarenia > 2 mm, odchýlka vzdialenosti receptora obrazu od izocentra > 2 mm
Geometria simulovaného ožarovacieho poľa	- odchýlka v rovnobežnosti protiahlých strán je $\leq 0,5^\circ$, - odchýlka od kolmosti priľahlých strán je $\leq 0,5^\circ$, - odchýlka v symetrii radiačného poľa pri rotácii kolimátora nezávisle od veľkosti poľa je ≤ 1 mm,	odchýlka od rovnobežnosti $> 0,5^\circ$, odchýlka od kolmosti $> 0,5^\circ$, odchýlka od symetrie poľa > 2 mm,
Veľkosť svetelného poľa	- odchýlka medzi nameranou veľkosťou svetelného poľa a údajom na ovládacom pulte simulátora je $\leq \pm 2$ mm pre rôzne veľkosti poľa (5x5, 10x10, 30x30)	odchýlka > 2 mm
Nulová poloha ramena	- odchýlka osi zväzku žiarenia od vertikálnej roviny pri nastavení nulovej polohy ramena simulátora je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka $> 0,5^\circ$
Uhol rotácie ramena	- odchýlka medzi indikovanou hodnotou uhla ramena simulátora a nameranou hodnotou je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka $> 0,5^\circ$
Uhol rotácie kolimátora	- odchýlka medzi indikovanou hodnotou uhla kolimátora a nameranou hodnotou je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka $> 0,5^\circ$
Izocentrické otáčanie vyšetrovacieho stola	- odchýlka osi otáčania vyšetrovacieho stola od vertikálnej roviny je $\leq 0,5^\circ$, - odchýlka medzi nastaveným uhlom otáčania stola a nameraným uhlom je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka $> 0,5^\circ$
Pohyb a stabilita vyšetrovacieho stola pre pacienta	- digitálne stupnice pre lineárny pohyb majú byť delené najmenej po 1 mm, - odchýlka indikovanej vertikálnej polohy stola od nameranej polohy vyšetrovacieho stola pacienta je ≤ 2 mm, - stabilita vertikálnej polohy pri zaťažení stola - rozdiel vo vertikálnej polohe vyšetrovacieho stola pri rovnomernom zaťažení je ≤ 2 mm, - odchýlka v horizontálnej polohe vyšetrovacieho stola pacienta pri pozdĺžnom a priečnom pohybe stola pacienta je ≤ 2 mm, - odchýlka osi otáčania vyšetrovacieho stola pacienta od izocentra zväzku žiarenia je ≤ 1 mm, - pozdĺžny priehyb vyšetrovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je ≤ 5 mm, - priečny priehyb vyšetrovacieho stola pacienta pri nerovnomernom zaťažení je ≤ 5 mm, - vodorovnosť stola v pozdĺžnom aj priečnom smere – odchýlka roviny stola od horizontálnej roviny v oboch smeroch je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka vo vertikálnej polohe stola > 2 mm, odchýlka v horizontálnej polohe stola > 2 mm, odchýlka osi otáčania stola od izocentra > 1 mm, pozdĺžny priehyb stola pacienta > 5 mm, priečny priehyb stola pacienta > 5 mm, odchýlka roviny stola do horizontálnej roviny $> 0,5^\circ$,
Vzdialenosť vstupnej roviny receptora obrazu od izocentra	- odchýlka indikovanej a nameranej vzdialenosti roviny receptora obrazu od izocentra musí byť ≤ 2 mm	
Veľkosť poľa žiarenia	- odchýlka nameranej veľkosti poľa žiarenia (pre veľkosti poľa 5x5, 10x10, 30x30cm) od indikovanej hodnoty veľkosti poľa žiarenia je: - ≤ 2 mm pre polia do veľkosti $\leq 20 \times 20$ cm, - $\leq 1\%$ z rozmeru poľa pre polia vo veľkosti $> 20 \times 20$ cm,	odchýlka > 2 mm, odchýlka $> 1\%$,
Zhoda svetelného poľa a poľa žiarenia	- odchýlka vo veľkosti svetelného poľa a poľa žiarenia je v nominálnej vzdialenosti 1 m: - ≤ 1 mm pre polia do veľkosti $\leq 20 \times 20$ cm, - $\leq 0,5\%$ z rozmeru poľa pre polia o veľkosti $> 20 \times 20$ cm,	
Reprodukovateľnosť nastavenia veľkosti poľa	- reprodukovateľnosť nastavenia veľkosti poľa žiarenia je ≤ 1 mm	reprodukovateľnosť nastavenia > 1 mm

Zhoda stredu radiačného poľa a stredu svetelného poľa	- odchýlka medzi stredom svetelného poľa a stredom radiačného poľa v referenčnej vzdialenosti 1 m je ≤ 1 mm	odchýlka > 1 mm
Závislosť polohy osi radiačného poľa od vzdialenosti	- odchýlka v polohe osi vymedzeného radiačného poľa pri zmene vzdialenosti od ohniska je: - ≤ 1 mm pri vzdialenosti od ohniska ≤ 100 cm, - ≤ 2 mm pri vzdialenosti od ohniska > 100 cm	
Závislosť polohy osi radiačného poľa od veľkosti ohniska	- odchýlka polohy stredu radiačného poľa pri zmene veľkosti ohniska röntgenovej lampy je $\leq 0,5$ mm	
Zhoda osí protiľahlých radiačných polí	- odchýlka stredu dvoch protiľahlých polí vo vertikálnom alebo horizontálnom smere je ≤ 1 mm,	odchýlka > 1 mm
Presnosť lineárnych stupnic	- odchýlka medzi indikovanou hodnotou na lineárnej stupnici a nameranou hodnotou je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm,
Parametre RTG zväzku a zobrazovací systém		
Kvalita RTG žiarenia - HVL	- minimálna polovrstva (HVL) röntgenového žiarenia je: - 1,5 mm Al pre napätie RTG lampy 50 kV, - 1,8 mm Al pre napätie RTG lampy 60 kV, - 2,1 mm Al pre napätie RTG lampy 70 kV, - 2,3 mm Al pre napätie RTG lampy 80 kV, - 2,5 mm Al pre napätie RTG lampy 90 kV, - 2,7 mm Al pre napätie RTG lampy 100 kV, - 3,0 mm Al pre napätie RTG lampy 110 kV, - 3,2 mm Al pre napätie RTG lampy 120 kV, - 3,5 mm Al pre napätie RTG lampy 130 kV, - 3,8 mm Al pre napätie RTG lampy 140 kV, - 4,1 mm Al pre napätie RTG lampy 150 kV,	
Presnosť napätia RTG lampy	- odchýlka strednej nameranej hodnoty napätia RTG lampy od nastavenej hodnoty je ≤ 10 %	odchýlka > 10 %
Reprodukovateľnosť napätia RTG lampy	- reprodukovateľnosť napätia RTG lampy je ≤ 5 %,	reprodukovateľnosť > 5 %
Kermový výťažok	- odchýlka nameranej hodnoty kerry vo vzduchu od referenčnej hodnoty je < 5 %,	
Linearita a reprodukovateľnosť kermového výťažku	- reprodukovateľnosť kerry vo vzduchu pri štandardných expozičných parametroch je ≤ 5 %, - linearita kermového výťažku je ≤ 20 % pri ľubovoľnej kombinácii prúdu röntgenovej lampy a expozičného času,	reprodukovateľnosť kerry > 10 %, linearita kermového výstupu > 20 %,
Kermový príkon v rovine receptora obrazu	- kermový príkon vo vstupnej rovine receptora obrazu sa nemá líšiť od hodnoty udávanej výrobcom zariadenia	
Rozlíšenie pri vysokom kontraste	- priestorové rozlíšenie nesmie byť nižšie ako hodnota udávaná výrobcom zariadenia, - odchýlka nameranej hodnoty priestorového rozlíšenia v režime vysokého kontrastu od referenčnej hodnoty je ≤ 20 %, - priestorové rozlíšenie pri skiaskopii so zosilňovačom RTG obrazu je $\geq 1,2$ lp/mm,	priestorové rozlíšenie $\leq 0,6$ lp/mm
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- v obraze nízkokontrastného fantómu v skiaskopickom režime majú byť viditeľné objekty veľkosti 1,5 mm,	
Expozičná automatika (AEC)	- overenie parametrov expozičnej automatiky (AEC) v primeranom rozsahu ako u skiagrafičkových RTG prístrojov	
Automatická regulácia dávkového príkonu	- overenie automatickej regulácie dávkového príkonu v primeranom rozsahu ako u skiaskopických RTG prístrojov	
Pomer signál šum	- pomer signál šum je v súlade s údajmi výrobcu, - pomer signálu k šumu pri dávke 10 mGy je ≥ 50	pomer signál šum < 50
Minimálny čas potrebný na získanie snímky	- minimálny čas potrebný na získanie jednej snímky je $\leq 0,5$ s, - minimálny počet snímok za sekundu je ≥ 2 ,	minimálny čas $> 0,5$ s, minimálny počet snímok za 1 s < 2
Zhoda polohy obrázkov	- odchýlka v polohe obrazu fantómu pri malom a veľkom	odchýlka $> 0,5$ mm

pri malom a veľkom ohnisku	ohnisku röntgenovej lampy je $\leq 0,5$ mm	
Unikajúce žiarenie cez kryt RTG lampy	- príkon smerového dávkového ekvivalentu vo vzdialenosti 1m od ohniska röntgenovej lampy pri maximálnom prevádzkovom zaťažení je ≤ 1 mSv/h	

6. CT simulátor

Tabuľka č. 6 Kontrolované parametre, kritériá a najvyššie prípustné odchýlky kontrolovaných parametrov a zásahové úrovne pre CT simulátor

Fyzikálny parameter	Kritérium a prípustná odchýlka	Zásahová úroveň
1	2	3
Vizuálna kontrola úplnosti prístroja a vybavenia	- vizuálna kontrola všetkých častí prístroja a príslušenstva, - nepoškodené spínače a ovládacie prvky zariadenia, prítomnosť všetkých ochranných krytov, - viditeľné a nepoškodené označenie ovládacích prvkov a signalizačných prvkov, - viditeľné a čitateľné označenie typu prístroja, výrobcu prístroja, výrobného čísla, - kompletnosť dokumentácie prístroja,	
Funkčnosť zariadenia	- bezchybná funkčnosť signalizácie elektrického napájania, - bezchybná funkčnosť všetkých ovládacích prvkov a zariadení indikujúcich prevádzkový režim simulátora na ovládacom paneli, - bezchybná funkčnosť svetelnej, zvukovej a výstražnej signalizácie činnosti prístroja,	nefunkčnosť ovládacích prvkov, nefunkčnosť výstražnej, zvukovej a svetelnej signalizácie činnosti prístroja,
Artefakty	- žiadne viditeľné artefakty v obraze skenovaného vzduchu, - žiadne výrazné odchýlky v homogenite obrazu vzduchu,	viditeľné artefakty, viditeľné odchýlky v homogenite obrazu
Signalizácia prevádzkových parametrov simulátora	- funkčná indikácia prevádzkových hodnôt napätia a prúdu röntgenovej lampy na ovládacom paneli,	nefunkčná indikácia prevádzkových hodnôt
Mechanické a elektronické bezpečnostné systémy	- bezchybná funkčnosť bezpečnostného spínača na vstupných dverách do vyšetrovne, - bezchybná funkčnosť núdzových vypínačov zariadenia, - bezchybná funkčnosť núdzového vypínača pohybu stola pacienta, - bezchybná funkčnosť antikolíznych systémov pri pohybe stola pacienta alebo pri nakláňaní gantry,	nefunkčný spínač dverí, nefunkčné núdzové vypínače,
Vizuálna kontrola pacienta	- bezchybná funkčnosť zariadenia na vizuálne sledovanie pacienta pri terapii	nefunkčné zariadenie
Dorozumievacie zariadenie	- bezchybná funkčnosť akustického dorozumievacieho zariadenia medzi vyšetrovňou simulátora a obsluhovňou	nefunkčné zariadenie
CTDI vo vzduchu	- odchýlka hodnoty indexu dávky CTDI ₁₀₀ vo vzduchu od referenčnej hodnoty pre ľubovoľné napätie RTG lampy je ≤ 10 %	odchýlka > 20%
Poloha stola vzhľadom k tomografickej rovine	- kolmost' roviny stola k tomografickej rovine – uhlová odchýlka pozdĺžnej osi stola a osi tomografickej roviny je $\leq 1^\circ$, - odchýlka pozdĺžnej osi stola od osi tomografickej roviny v celej dĺžke vyšetrovacieho stola je ≤ 2 mm,	odchýlka > 2 mm
Presnosť vertikálneho a pozdĺžneho pohybu stola pacienta	- odchýlka vo vertikálnej posune stola indikovanom elektronickou stupnicou a nameraným vertikálnym posunom stola je ≤ 1 mm, - odchýlka v pozdĺžnom posune stola indikovanom elektronickou stupnicou a nameraným posunom stola je ≤ 1	odchýlka > 1 mm

	mm,	
Presnosť pohybu stola pri CT skenovaní	- presnosť a reprodukovateľnosť pozdĺžneho pohybu stola pacienta pri skenovaní – odchýlka vzdialenosti jednotlivých skenov je ≤ 1 mm,	odchýlka > 2 mm
Vodorovnosť stola pacienta	- uhlová odchýlka roviny stola pacienta od horizontálnej roviny je v pozdĺžnom smere $\leq 1^\circ$ a v priečnom smere $\leq 0,5^\circ$	odchýlka $> 1^\circ$
Presnosť indikácie uhla sklonu gantry	- nameraná odchýlka uhla sklonu gantry od nominálnej hodnoty uhla sklonu zobrazenej na elektronickej stupnici zariadenia je $\leq 1^\circ$,	odchýlka $> 1^\circ$
Základná poloha sklonu gantry	- odchýlka gantry v základnej (nulovej) polohe od vertikálnej roviny je $\leq 1^\circ$,	odchýlka $> 1^\circ$
Presnosť stanovenie polohy skenu pomocou topogramu	- odchýlka v nastavení polohy skenu pomocou topogramu (scanogram) je ≤ 1 mm	odchýlka > 1 mm
Hrúbka tomografickej vrstvy	- odchýlka stanovenej hodnoty hrúbky tomografického rezu od nominálnej hodnoty hrúbky rezu (nastavenej hrúbky rezu) je: - ≤ 1 mm pre hrúbku rezu ≥ 2 mm, - $\leq 50\%$ z hrúbky rezu pre hrúbku rezu < 2 mm,	odchýlka hrúbky rezu > 1 mm pri hrúbke rezu ≥ 2 mm, odchýlka $> 50\%$ pri hrúbke rezu < 2 mm,
Kolimácia zväzku žiarenia	- presnosť kolimácie zväzku RTG žiarenia na poli detektorov – odchýlka nameranej šírky zväzku žiarenia (radiačný profil) od nominálnej hodnoty uvedenej výrobcom zariadenia je ≤ 1 mm	odchýlka väčšia ako hodnota stanovená výrobcom
Kontrola generátora	- odchýlka nameranej hodnoty vysokého napätia na RTG lampe od nominálnej, zobrazenej hodnoty napätia je $\leq 5\%$, - hrúbka prvej polovrstvy je v súlade s referenčnou hodnotou udávanou výrobcom zariadenia, - linearita a reprodukovateľnosť súčinu prútu a expozičného času (mAs) je v súlade s referenčnými hodnotami udávanými výrobcom zariadenia, - presnosť expozičného času je v súlade s referenčnou hodnotou udávanou výrobcom zariadenia,	odchýlka od nominálnej hodnoty napätia $> 10\%$, odchýlka od referenčnej hodnoty $> 20\%$,
Presnosť CT čísla	- odchýlka nameranej strednej hodnoty CT čísla vo vode od referenčnej hodnoty CT čísla je pri typických prevádzkových parametroch ≤ 5 HU, - odchýlka nameranej strednej hodnoty CT čísla vo fantóme pre ostatné materiály od referenčnej hodnoty CT čísla týchto materiálov je pri typických prevádzkových parametroch ≤ 20 HU,	odchýlka > 20 HU
Šum obrazu	- odchýlka hodnoty šumu stanoveného vo vode alebo v homogénnom tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$, resp. $\leq 0,2$ HU	odchýlka hodnoty šumu od referenčnej hodnoty $> 15\%$
Homogenita obrazu	- homogenita obrazu - odchýlka strednej hodnoty CT čísla vo vode alebo v tkanivoekvivalentnom fantóme v strede oblasti zobrazenia od strednej hodnoty CT čísla v okrajových oblastiach zobrazenia je ≤ 5 HU,	odchýlka CT čísla od hodnoty v strede > 20 HU,
Presnosť merania vzdialenosti a uhlov	- odchýlka medzi vzdialenosťou dvoch bodov na skenovanom geometrickom fantóme a vzdialenosťou týchto bodov nameranou softvérovým vybavením CT simulátora je ≤ 1 mm, - odchýlka v presnosti stanovenia uhla je $\leq 0,5^\circ$,	odchýlka v stanovení vzdialenosti > 2 mm, odchýlka v stanovení uhla $> 1^\circ$,
Priestorová rozlišovacia schopnosť	- priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste – odchýlka nameranej hodnoty priestorového rozlíšenia obrazu fantómu rekonštruovaného CT simulátorom od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je $\leq 10\%$, - odchýlka nameranej hodnoty MTF (modulačná prenosová funkcia) od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom je ≤ 15	odchýlka $\geq 15\%$ od hodnoty stanovenej výrobcom, priestorové rozlíšenie $< 0,5$ lp/mm

	%,	
Rozlíšenie pri nízkom kontraste	- rozlíšenie pri nízkom kontraste stanovené pomocou testovacieho fantómu sa nemá líšiť od referenčnej hodnoty udávanej výrobcom o viac ako $\pm 20\%$	
Presnosť CTDI _{Vol}	- odchýlka nameranej hodnoty CTDI _{Vol} pri ľubovoľnej filtrácii zväzku a ľubovoľnej hrúbke rezu od hodnoty zobrazenou CT zariadením je $\leq 20\%$, - odchýlka nameranej hodnoty CTDI _{Vol} pri bežných prevádzkových parametroch od hodnoty udávanej výrobcom zariadenia je $\leq 20\%$	odchýlka nameranej hodnoty CTDI od zobrazenej hodnoty $> 20\%$
Presnosť DLP	- odchýlka vypočítanej hodnoty DLP pri bežných prevádzkových parametroch od hodnoty zobrazenej CT zariadením je $\leq 20\%$	odchýlka nameranej hodnoty DLP od zobrazenej hodnoty $> 20\%$
Zhoda laserových lúčov s tomografickou rovinou	- presnosť nastavenia tomografickej roviny transverzálnymi lasermi integrovanými v gantry – odchýlka osi laserových lúčov od centra tomografickej roviny je $\leq 2\text{ mm}$	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Rovnoběžnosť a kolmost laserových lúčov s tomografickou rovinou	- rovnobežnosť integrovaných transverzálnych laserov s tomografickou rovinou – odchýlka osi transverzálnych laserov od tomografickej roviny je $\leq 2\text{ mm}$, - kolmost sagitálnych a koronálnych integrovaných laserov na tomografickú rovinu – odchýlka osi sagitálnych a koronálnych laserov od roviny kolmej na tomografickú rovinu je $\leq 2\text{ mm}$,	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Zhoda externých laserov a integrovaných laserov	- odchýlka vzdialenosti roviny vymedzenej bočnými externými lasermi a tomografickej roviny vymedzenej integrovanými lasermi gantry je $\leq 2\text{ mm}$	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Zhoda externých laserov a integrovaných laserov v nulovej polohe	- zhoda zamerania polohy izocentra pri pozdĺžnom pohybe stola pacienta externými lasermi a integrovanými lasermi – odchýlka v zameraní izocentra na fantóme bočnými externými lasermi a integrovanými lasermi pri pozdĺžnom pohybe stola pacienta do základnej (nulovej) polohy pri prechode z externých laserov na vnútorné integrované lasery je $\leq 2\text{ mm}$	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Rovnoběžnosť a kolmost externých laserov s tomografickou rovinou	- odchýlka projekcie transverzálnych externých laserov od roviny rovnobežnej s tomografickou rovinou je $\leq 2\text{ mm}$, - odchýlka projekcie externých sagitálnych a koronálnych laserov od roviny kolmej na tomografickú rovinu je $\leq 2\text{ mm}$,	odchýlka $> 2\text{ mm}$
Presnosť a reprodukovateľnosť pohybu sagitálnych a koronálnych externých laserov	- ak je CT skener vybavený pohyblivými bočnými externými lasermi, odchýlka medzi nastavenou a nameranou vzdialenosťou externých sagitálnych a koronálnych laserov na fantóme pri zmene polohy laserov z nulovej polohy je $\leq 1\text{ mm}$, - reprodukovateľnosť polohy laserov na fantóme je $\leq 1\text{ mm}$,	odchýlka $> 2\text{ mm}$